

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 04.12.2023 r.

Sprawa ZP/38/2023

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „Zakup i dostawy materiałów do dializ oraz ogólnomedycznych” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00524717/01 z dnia 30.11.2023 r.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

1. Pytanie do Zadania 10

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z zadania 10 poz. 5 – łącznik do nefrostomii. Jesteśmy producentem tego sprzętu i nie będziemy już produkować tych łączników. Reszta bez zmian.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dotyczy pakietu nr 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie dializatorów syntetycznych z błoną heparynizowaną o powierzchni: 1,30 m²; 1,65 m²; 2,15 m²?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DYREKTOR NACZELNY
Dariusz Tumulec