

Pakiet 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: akcesoria do wymian/naprawy stymulatorów

Producent/Firma:.

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Lp.	Parametry graniczne	Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis
1.	Czas sterylizacji min.12miesiący	
2.	„motylek” do fiksacji elektrod wkrętkowych – 100 szt.	
3.	Prowadnik do elektrod IS-1 – 100 szt.	
4.	Śrubokręt do przykręcania elektrod do rozrusznika – 100 szt.	
5.	Zaślepka IS-1 – 30 szt.	
6.	Zaślepka DF-1 – 30 szt.	
7.	Silikonowe/gumowe mufki do zaślepiania odciętych elektrod – 50 szt.	

DEPOZYT – po 10 sztuk

podpis oferenta