



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www.szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 08.11.2024 r.

WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **JEDNORAZOWE ARTYKUŁY MEDYCZNE NA POTRZEBY ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII.**

Nr postępowania: **ZP/32/24**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14 ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

- 1. Dotyczy Pakietu Nr 9** - Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w pakiecie 9 cewników do terapii nerkozastępczej wykonanych z biokompatybilnego, termo wrażliwego poliuretanu widoczny w RTG w zestawie z: strzykawką 5 ml, igłą do wkłuwania rozm. 18G,/7 cm prowadnicą znaczoną o elastycznym końcu typu J-flexi Tip grubość 0,038 , rozszerzacz naczyniowy 12Fr / 15cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr/10 cm, koreczki heparynizowane
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 2. Dotyczy Pakietu Nr 28** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 28 - Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego (IAP) z przetwornikiem wyposażony w linię płuczącą z przesuwaną klemą zaciskową i aparatem kroplowym z wbudowanym filtrem cząstkowym, 2 x kraniki trójdrożne, łącznik typu „T” na linii płuczącej, dren do podłączenia cewnika Foley’a zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, dren z gumowym łącznikiem do podłączenia zestawu do zbiórki moczu, strzykawka L/L 50-60 ml. Zestaw kompatybilny z monitorami poprzez przewód z wtykiem typu „RJ”. Dodatkowo w zestawie zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej składający się z komory pomiarowej (bez wew. komór wstępnych i pośrednich) o dokładności pomiaru min. 1 ml do 20 ml i pojemności 500 ml z przezroczystymi ściankami ułatwiającymi dokładny odczyt i wizualizację moczu, workiem o pojemności 2 l, filtr hydrofobowy w komorze i worku, drenu z odpowietrzaniem o dł. 150 cm ze spiralą antyzałamaniową, portu bezigłowego do pobierania próbek moczu w łączniku, uniwersalny system mocujący, do 7 dni u pacjenta.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 3. Dotyczy Pakietu Nr 25** - Czy Zamawiający wymaga, aby oferent użył 3 rękojeści jednorazowego czy wielorazowego użytku?
Zamawiający wymaga 3 rękojeści wielorazowego użytku.
- 4. Dotyczy Pakietu Nr 25** - Czy Zamawiający dopuści łyżki z symbolem „jednorazowego użytku” na części metalowej łyżki, naniesione po przeciwnej stronie wprowadzenia światłowodu?
Zamawiający dopuszcza.

5. **Dotyczy Pakietu Nr 5** - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 bezpieczny Zestaw Do Punkcji Opłucnej - Torakocentezy , sterylny. Skład Zestawu: Igła Veresa, strzykawka Luer-Lock 60ml, kaniula z otworami bocznymi oraz znacznikiem głębokości co 1cm, zawór trójdrożny zapewniający wygodny dostęp do zestawu drenującego bez otwierania systemu, worek o poj. minimum 2000ml. Worek, kaniula i strzykawka tworzące system zamknięty. Igła wprowadzająca igła Veresa wyposażona w zawór jednokierunkowy wentylowy lub zawór samozamykający zapobiegający przedostaniu się powietrza do jamy ciała oraz kolorowy wskaźnik bezpieczeństwa. Dodatkowy zawór automatyczny lub samozamykający się na cewniku zamykający światło cewnika po wysunięciu igły. Zestaw z cewnikiem o długości w zakresie 12 - 12,5cm umieszczonym na igle, rozmiar 8Fr/CH?

Zgodnie z zapisami SWZ.

6. **Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 1** - Czy Zamawiający w zadaniu 9 poz. 1 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy

wysokoprzepływowym (High Flow), z poliuretanu, bez otworów bocznych:

- średnica 11 FR długość 15 cm, 20 cm, 25 cm –

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Zgodnie z zapisami SWZ.

7. **Dotyczy Pakietu Nr 27, poz. 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 27 poz. 4 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonanie takich czynności nie jest możliwe na gruncie przepisów ustawy Pzp i możliwości technicznych Biuletynu Zamówień Publicznych - Formularza Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

8. **Dotyczy Pakietu Nr 9** - Czy w związku z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu cewników czasowych silikonowych 11,5 Fr dostarczanych do Państwa placówki przez naszą firmę, zamawiający zgodzi się na rezygnację z dostarczenia 1 sztuki cewnika jako próbki do pakietu nr 9 ?

Zamawiający nie wyraża zgody.

9. **Dotyczy Projektu umowy § 9 ust. 1** - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

1) za zwłokę w dostawie towaru, w wysokości **0,5%** wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

2) za dostarczenie towaru z wadami **0,5%** wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości;

Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycji 2 rurkę intubacyjną ze znacznikiem w postaci dwóch półpierścieni? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Zgodnie z zapisami SWZ.

11. Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8, pozycji 1-2 przesyłacze o średnicy: wewnętrzna 1 mm, średnica zewnętrzna 2,4 mm?

Zamawiający dopuszcza.

Podpisał:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone
na stronie internetowej prowadzonego postępowania
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1003743>