



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie  
ul. Szpitalna 10, 64 - 400 Międzychód*

NIP: 595-13-40-382      REGON: 000310249      KRS: 0000005301  
Sekretariat: tel./fax 95 748 27 11      Centrala: tel. 95 748 20 11  
e-mail: spzozmiedzychod@spzoz-miedzychod.com.pl      e-mail: 3000310@zoz.org.pl  
[www.spzoz-miedzychod.com.pl](http://www.spzoz-miedzychod.com.pl)

---

AG/ZP-18/2024

Międzychód 05.11.2024r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania na:  
„sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych  
do medycznego laboratorium diagnostycznego  
Wraz z najmem analizatorów”

SPZOZ Międzychód informuje, iż w związku z otrzymanymi zapytaniami do przedmiotowego postępowania przetargowego - działając na podstawie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia co następuje:

### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga udziału w programach kontroli międzynarodowej z częstotliwością minimum raz w miesiącu dla wszystkich wymienionych analitów z pakietu nr 14?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 5, poz. 7 dopuści opakowanie 250szt.?

**Odpowiedź: Tak.**

### Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 5, poz. 8 dopuści opakowanie 250szt.?

**Odpowiedź: Tak.**

### Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie 5 w poz. 9 i 10 dopuści ezy sterylne z PP pakowane po 20 szt?

**Odpowiedź: Tak.**

### Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie 5, poz. 8 dopuści opakowanie 250szt.?

**Odpowiedź: Tak.**

### Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w pakiecie 5, poz. 16 dopuści opakowanie 100szt.?

**Odpowiedź: Tak.**

### Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w pakiecie 5 w poz. 8 dopuszcza probówkę o pojemności użytkowej 10ml a całkowitej 11ml z podziałką? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak.**

### Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w pakiecie 17 w poz. 6 dopuszcza pojemnik o pojemności całkowitej 125ml a użytkowej 120ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w pakiecie 17 w poz. 8 dopuszcza probówkę o pojemności użytkowej 10ml a całkowitej 11ml

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### Pytanie nr 10

Czy Zamawiający w pakiecie 17 w poz. 9 dopuszcza probówkę o pojemności użytkowej 4ml a całkowitej 5ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### Pytanie nr 11

Czy Zamawiający w pakiecie 17 w poz. 12 dopuszcza kamery typu Fast Read? Z akrylu PMMA, z pojedynczą regularną siateczką i poj. celki 7ul, do analizy 10 różnych próbek moczu (10 oznaczeń), o wymiarach kamery 83 x 39mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 12**

Dotyczy załącznika 3b dla Pakietu nr 13 Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie analizatora, w którym liniowość dla WBC wynosi od 0 do 300 tys/ul , dla Hgb od 0 do 24 g/dl dla PLT od 0 do 2500 tys/ul we krwi pełnej i do 4000 tys/ul dla osocza skoncentrowanego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 13**

Dotyczy załącznika 3b dla Pakietu nr 13 Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie analizatora hematologicznego, w którym istnieje możliwość oznaczania parametrów płynów z jam ciała w tym płyn mózgowo – rdzeniowy w trybie próbki morfologicznej ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 14**

Dotyczy załącznika 3b dla Pakietu nr 13 Czy z uwagi na fakt, że w zapisach SWZ nie ma informacji, aby którykolwiek analizator hematologiczny miał możliwość oznaczania parametrów retikulocytarne (Zamawiający wyszczególnił w formularzu asortymentowo – cenowym 300 oznaczeń Retic na 36 miesięcy) Zamawiający nie wymaga, aby oferowane analizatory hematologiczne oznaczały parametry retikulocytarne?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby jeden z analizatorów oznaczał parametry retikulocytarne i odczynniki do oznaczania tych retikulocytów, ilości podane są w formularzu asortymentowo-cenowym.**

**Pytanie nr 15**

Dotyczy załącznika 3b dla Pakietu nr 13 Czy z uwagi na fakt, że Zamawiający nie wymaga analizatorów z możliwością oznaczania retikulocytów, zezwala on na zaoferowanie krwi kontrolnej na trzech poziomach dla parametrów CBCDiff ?

**Odpowiedź Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 16**

Dotyczy załącznika 3b dla Pakietu nr 13 i załącznika 3b Pakiety nr 12,13,14,15,22 Zamawiający w SWZ wskazał przedmiotowe środki dowodowe w postaci oświadczenia o posiadaniu niezbędnej dokumentacji dopuszczającej do użytkowania analizator. Natomiast w obu załącznikach 3b znajduje się kolumna nazwana Wskazanie strony oferty na potwierdzenie spełnienia wymagań. W tej sytuacji prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga jeszcze jakiś dodatkowych przedmiotowych środków dowodowych? Ponadto przy sporządzaniu oferty w formie elektronicznej, na którą składa się szereg plików trudno jest określić, na której stronie znajduje się potwierdzenie parametru. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści by kolumna Wskazanie strony oferty na potwierdzenie spełnienia wymagań pozostała niewypełniona przez wykonawcę?

**Odpowiedź Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 17**

Dotyczy SWZ rozdział X pkt. 4 ppkt. 3 W ppkt. 3 Zamawiający wpisał, że do oferty należy dołączyć „Parametry graniczne analizatorów + parametry oceniane” (Załącznik nr 3b do SWZ)”. Czy nie zaszła omyłka pisarska? W załączniku 3b dla Pakietu nr 13 Zamawiający nie wskazał parametrów, które będą podlegały ocenie punktowej.

**Odpowiedź: Nie ma parametrów ocenianych**

**Pytanie nr 18**

Termin dostawy analizatorów – dotyczy pakietu nr 13 W SWZ jak i we wzorze umowy najmu została wskazana data graniczna dostawy analizatorów tj. 30.12.2024r. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 12.11.2024r. Ponadto wykonawca ma pozostać związanym ofertą do 09.02.2025r. W sytuacji gdy wybór oferty zostanie dokonany po dacie 30.12.2024 wykonawca już na samym początku wykonywania umowy będzie w niekorzystnej sytuacji. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści by termin dostawy analizatorów wynosił 21 dni od daty podpisania umowy?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 19**

Termin ważności odczynników W załączniku nr 3 Zamawiający określił termin ważności odczynników na 6 miesięcy od daty dostarczenia. Natomiast we wzorze umowy dostawy w par. 3 pkt. 12 Zamawiający wskazał, że data ważności nie może być krótsza niż 12 miesięcy od daty dostawy. Czy nie zaszła omyłka we wzorze umowy? Prosimy o potwierdzenie, że wymagany termin ważności dla odczynników hematologicznych jest na poziomie 6 miesięcy od daty dostawy odczynników

**Odpowiedź: Zamawiający określa dla wszystkich odczynników równy termin ważności 6 miesięcy od daty dostarczenia.**

**Dotyczy: Pakietu 10 Podłoża mikrobiologiczne****Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w pozycji nr 9 i wymaga podłoża chromogenne zamiast chomogenne?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 10 podłoża o specyfikacji zgodnej z załączoną metodyką (załącznik nr 1 do pytań)?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 22**

Czy Zamawiający w pozycji nr 13 wymaga zaoferowania podłoża chromogennego?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 23**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 32 podłoża Todd-Hewitt Bulion z kolistyną i kwasem nalidyksowym bądź podłoża Todd-Hewitt Bulion z gentamycyną i kwasem nalidyksowym?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 24**

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w pozycjach nr 49-50 mając na myśli podłoża do badania czystości powierzchni metodą odciskową?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 49-50 podłoży odciskowych na płytkach o średnicy 65 mm?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 26**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstępianie od wymogu rutynowej kontroli jakości podłoży w laboratorium akredytowanym wg ISO 17025 w przypadku podłoża Mueller-Hinton z 5% krwią końską i NAD (pozycja nr 4)?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 37, 47, 49 i 50 podłoży, które nie zostały sklasyfikowane jako wyroby medyczne?

**Odpowiedź: TAK.**

**pakiet 22:****Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby maksymalny termin dostawy zamówienia częściowego wynosił do 5 dni roboczych?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 29**

Z uwagi na nienagły charakter badań będących przedmiotem postępowania w zakresie pakietu nr 22, czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostaw odczynników w trybie pilnym?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 30**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów testowych, których termin ważności wynosi minimum 10 miesięcy od daty produkcji?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 31**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu Myositis Profile (poz. 48 zał. nr 3 do SWZ) o następującym składzie antygenowym: Mi-2 $\beta$ , Ku, PM-Scl, Jo-1, PL-7, PL-12 i Ro52?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 32**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu testowego do oznaczania Bordetella pertussis w klasie IgM (poz. 26 zał. nr 3 do SWZ), których studzienki płytki mikrotitracyjnej zostały opłaszczane inaktywowanymi lizatami komórek Bordetella pertussis?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 33**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu testowego do oznaczania Bordetella pertussis w klasie IgG (poz. 27 zał. nr 3 do SWZ), których studzienki płytki mikrotitracyjnej zostały opłaszczane dezaktywowanym antygenem toksyny Bordetella pertussis?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 34**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach najmu urządzeń będących aktualnie w użyciu przez Zamawiającego tj.: półautomatu do testów paskowych (rok produkcji 2008), analizatora do testów ELISA Analizer I (rok produkcji 2008), skanera (rok produkcji 2012), kołyski (rok produkcji 2015), zestawu komputerowego (rok produkcji 2018), mikroskopu Eurostar III (rok produkcji 2014)? Wszystkie oferowane sprzęty są w pełni sprawne i posiadają aktualny przegląd techniczny.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 35**

Czy Zamawiający w ramach najmu dopuści zaoferowanie używanej kamery (rok produkcji 2012), nie będącej wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974)?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 36**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie skanera, kołyski laboratoryjnej, buforu czyszczącego, końcówek pipetujących 1100 i 300 ml oraz płyt do rozcieńczeń, które nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974)?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 37**

**Dotyczy Pakietu nr 14, pkt. 12 Parametry graniczne analizatora/odczynników biochemicznych, Załącznik nr 3b do SWZ:**

W związku z dopuszczeniem możliwości używania odczynników firm trzecich na otwartych kanałach, czy Zamawiający uzna ww warunek za spełniony w przypadku zaoferowania jednego odczynnika (TBA) który przed wstawieniem go na pokład wymaga przelania do odpowiedniej kasety bez konieczności odmierzania jakichkolwiek ilości?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 38**

Dotyczy Pakietu nr 14, pkt. 16 Parametry graniczne analizatora/odczynników biochemicznych, Załącznik nr 3b do SWZ:

Prosimy o podanie jaka stacja wody dejonizowanej jest w laboratorium.

**Odpowiedź: Reverse Osmosis / Tanklife Watker Storage Tank**

**Pytanie nr 39**

Dotyczy Pakietu nr 14, poz. 39 Formularza asortymentowo-cenowego, Załącznik nr 3:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania odczynnika do oznaczania insuliny? Parametr ten, w ofercie wszystkich wykonawców wykonywany jest metodą immunochemiczną, a przedmiotem tego postępowania jest analizator biochemiczny.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 40**

Dotyczy SWZ rozdział 2 punkt 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenia kart charakterystyki tylko dla odczynników zawierających substancję niebezpieczną?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 41**

Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu ?


Oferowane analizatory oraz systemy wymagają do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, pobieraniem danych o odczynnikach, kontrolach, kalibratorach, serwisem zdalnym oraz połączeniem z LIS. Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach. Poniżej schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów).

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 42**

Czy Zamawiający udostępni nazwę dostawcy, który dostarcza Integrację z LIS w Państwa laboratorium?

**Odpowiedź: Integrację dostarcza nam firma KAMSOFT.**



URL	IP	Port	Typ	Description
*.navify.com	193.58.155.0/24	443	CloudFlare	Main connections enabling Remote Service
*.navify.com	193.228.103.0/24	433 (514/541)	CloudFlare	Current/future setup using Cloudflare
remoteservice.roche.com	62.209.44.11	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas1.roche.com	62.209.44.21	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas2.roche.com	62.209.44.22	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas3.roche.com	209.202.167.19	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas4.roche.com	209.202.167.20	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas5.roche.com	120.136.45.231	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas6.roche.com	120.136.45.230	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas15.roche.com	35.76.193.4	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas16.roche.com	52.193.219.53	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
rln-cm-**.dia.roche.com	52.178.37.238	514 / 541	Direct	Dedicated connections enabling FortiGate management
teleservice.roche.com	196.3.50.39	443 / 80	HTTP	Dedicated connection to TSN
remoteservice-dr.roche.com	209.202.167.21	443	Direct	Axeda Disaster Recovery

#### Pytanie nr 43

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do sieci Zamawiającego (LIS) oferowanych urządzeń do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

a. *Uzasadnienie: Z uwagi na długie terminy realizacji połączeń urządzeń przez dostawcę Państwa systemu LIS, które nie są zależne od nas jako Wykonawcy.*

**Odpowiedź: TAK.**

#### Pytanie nr 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)? *Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.*

**Odpowiedź: TAK.**

#### Pytanie nr 45

Czy Zamawiający zgodzi się by Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie instalacji, które wynikają ze zmian podjętych przez Zamawiającego już w czasie jej trwania, w szczególności dotyczy: zmiany konfiguracji lub umiejscowienia aparatów w pomieszczeniu laboratorium.

**Odpowiedź: TAK.**

### Dotyczy zał. nr 4 projektowane postanowienia umowy:

#### Pytanie nr 46

par. 3 ust. 3 oraz par. 6 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych? Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### Pytanie nr 47

par. 3 ust. 5 i par. 4 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

**Odpowiedź: TAK**

#### Pytanie nr 48

par. 3 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach wynagrodzenia”?

**Odpowiedź: TAK**

#### Pytanie nr 49

par. 3 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy? *Uzasadnienie: Proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym.*

**Odpowiedź: Patrz pytanie nr 19. Zamawiający określa dla wszystkich odczynników równy termin ważności 6 miesięcy od daty dostarczenia.**

**Pytanie nr 50**

par. 3 ust. 15 Zwracamy się z prośbą o usunięcie niniejszego postanowienia umowy. W przypadku braku zgody zwracamy się o modyfikację poprzez wskazanie ""Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego Przedmiotu Zamówienia. W przypadku stwierdzenia jego wady przed lub w trakcie użytkowania Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy Przedmiotu Zamówienia lub dostarczenia Przedmiotu Zamówienia wolnego od wad."

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 51**

par. 3 ust. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu: „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 52**

par. 4 ust. 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

**Odpowiedź: Tak. e-mail: [zampub-spzoż-miedzzychod.com.pl](mailto:zampub-spzoż-miedzzychod.com.pl)**

**Pytanie nr 53**

par. 6 ust. 1 lit. A-C Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację - zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 54**

par. 6 ust. 1 lit. A Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej na „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 55**

par. 6 ust. 1 pkt B Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszego postanowienia z projektowanego wzoru umowy? W przypadku braku zgody na usunięcie, czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 56**

par. 6 ust. 1 lit. C Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu: „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron. Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

**Odpowiedź: TAK - Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu: „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”**

**NIE – Zamawiający nie wyrazi zgodny za zamianę słów.**

**Pytanie nr 57**

par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 58**

par. 10 pkt 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia, tak aby Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, mogło się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy? W projekcie umowy, zawarto postanowienia przewidujące waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Zostały one jednak sformułowane w taki sposób, że w przypadku umowy, która może być zawarta w wyniku tego postępowania przetargowego, waloryzacja wynagrodzenia będzie w praktyce niemożliwa z uwagi na to, że jej warunki wstępne nie mogą zaistnieć lub będzie miała pomijalną wartość. Takie sformułowanie postanowień powoduje, że mają one pozorny charakter, a zatem ich umieszczenie stanowi obejście normy wynikającej z art. 439 Prawa zamówień publicznych, która wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 59**

par. 12 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Odpowiedź: TAK.**

**Dotyczy zał. nr 5 wzór umowy najmu :****Pytanie nr 60**

par. 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zrezygnować z wersji pisemnej instrukcji i pozostać przy formie elektronicznej tj. pliku przesyłanego w email lub udostępnionego na stronie internetowej? Rozwiązanie takie należy uznać za optymalniejsze z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, zapewniające Zamawiającemu bieżący i nieograniczony dostęp, zwłaszcza wobec postępującego procesu elektroniczacji.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 61**

par. 2 ust. 4 i ust. 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "dni" na "dni robocze"?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 62**

par. 2 ust. 7 Zwracamy się z prośbą o usunięcie niniejszego postanowienia umowy. W przypadku braku zgody zwracamy się o modyfikację i zmianę na:

"W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru jak i po uruchomieniu Przedmiotu najmu Wynajmujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich roszczeń Najemcy do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ponadto czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu? Naprawy aparatury w ciągłym użytkowaniu są normalnym zjawiskiem, a w związku z tym, w pierwszej kolejności Wykonawca powinien mieć zapewnioną możliwość przywrócenia sprawności sprzętu. Pozostawienie tak restrykcyjnych, niestandardowych zapisów, jak proponowane obecnie przez Zamawiającego będzie wiązało się z ponoszeniem przez Wykonawcę nieproporcjonalnie dużego ryzyka finansowego, które będzie musiało zostać uwzględnione w cenie oferty, co wpłynie na koszt zamówienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 63**

par. 2 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrezygnowanie z konieczności imiennego wskazania osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za serwisowanie Przedmiotu najmu? Uzasadnienie: Wykonawca świadczy umowę w sposób ciągły i reaguje na kompleksowe potrzeby Zamawiającego, w związku z czym imienne wskazanie inżyniera serwisu odpowiedzialnego bezpośrednio za serwisowanie aparatu może powodować opóźnienia w realizacji umowy.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 64**

par. 2 ust. 8 i ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 65**

par. 2 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu? Naprawy aparatury w ciągłym użytkowaniu są normalnym zjawiskiem, a w związku z tym, Wykonawca powinien mieć zapewnioną możliwość przywrócenia sprawności sprzętu. Pozostawienie tak restrykcyjnych, niestandardowych zapisów, jak proponowane obecnie przez Zamawiającego będzie wiązało się z ponoszeniem przez Wykonawcę nieproporcjonalnie dużego ryzyka finansowego, które będzie musiało zostać uwzględnione w cenie oferty, co wpłynie na koszt zamówienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 66**

par. 7 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie przesłanek uprawniających do odstąpienia? Odstąpienie od umowy bez wskazania jakiegokolwiek przyczyny powoduje narażenie Wykonawcy na straty, które Wykonawca może w kalkulować w cenę oferty co ostatecznie jest zjawiskiem niekorzystnym dla Zamawiającego. Ponadto zgodnie z art. 433 pkt 4) PZP w umowach należy określić minimalną wielkość świadczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

## Brak regulacji w umowie:

### Pytanie nr 67

Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

**Odpowiedź: TAK**

### Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu ..... roku, w .....(dalej: „**Umowa**”) pomiędzy:

..... **z siedzibą w** ..... wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy .....pod nr KRS: ....., o kapitale zakładowym w wysokości:....., będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP....., REGON nr....., reprezentowaną przez:

- .....,
- .....,

zwaną dalej „**Przetwarzającym**”

a

..... **z siedzibą w** ..... wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy .....pod nr KRS: ....., o kapitale zakładowym w wysokości:....., będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP....., REGON nr....., reprezentowaną przez:

- .....,
- .....,

zwaną dalej „**Zamawiającym**”,

łącznie zwanych „**Stronami**”

Mając na uwadze, że:

- w dniu ..... Strony zawarły umowę ..... (zwaną dalej „Umową główną”), której przedmiotem jest .....,
- usługi świadczone przez Przetwarzającego w ramach Umowy głównej są związane z wykonywaniem przez Przetwarzającego operacji na danych osobowych w imieniu Zamawiającego,
- Zamawiający jako administrator danych osobowych jest obowiązany zapewnić, iż przetwarzanie przez Przetwarzającego danych osobowych w jego imieniu będzie odbywało się zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:

### § 1 Definicje

Użyte w umowie określenia będą miały następujące znaczenie:

- 1) **Rozporządzenie (UE) 2016/679** – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- 2) **Umowa główna** – oznacza zawartą przez Strony umowę, do której niniejsza Umowa stanowi załącznik;
- 3) **Usługi** – oznaczają usługi, o których mowa w Umowie głównej;
- 4) **administrator** – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
- 5) **dane osobowe** – oznacza dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;



- 6) **naruszenie ochrony Danych Osobowych** – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych Osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
- 7) **organ nadzorczy** – oznacza Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;
- 8) **przetwarzanie** – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
- 9) **podmiot przetwarzający** – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
- 10) **państwo trzecie** – oznacza państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

## **§ 2**

### **Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych, które Przetwarzający przetwarza w imieniu Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy (dalej jako „Dane Osobowe”).
2. Strony są zobowiązane być w stanie wykazać zgodność z postanowieniami niniejszej umowy.

## **§ 3**

### **Dane osobowe przetwarzane przez Przetwarzającego w imieniu Zamawiającego**

1. Zamawiający jako administrator, działając na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/679, powierza Przetwarzającemu przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby świadczenia Usług, do których realizacji Przetwarzający zobowiązał się w Umowie głównej. Kategorie osób, których dotyczą Dane Osobowe oraz rodzaje powierzanych Przetwarzającemu Danych Osobowych wskazano w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przetwarzający przyjmuje Dane Osobowe do przetwarzania i zobowiązuje się je przetwarzać w imieniu Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie.
3. Przetwarzający jest uprawniony do wykonywania na Danych Osobowych wszelkich zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych operacji przetwarzania uzasadnionych i niezbędnych dla realizacji Usług, które obejmują w szczególności: przechowywanie, pobieranie, kopiowanie, przeglądanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie.
4. Przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją Usług świadczonych Zamawiającemu na podstawie Umowy głównej.
5. Zamawiający oświadcza, że spełnił wszelkie warunki legalności przetwarzania Danych Osobowych.
6. Zamawiający powierza Przetwarzającemu przetwarzanie Danych Osobowych w jego imieniu przez okres obowiązywania niniejszej umowy.
7. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji niniejszej umowy Strony poniżej wyznaczają osoby właściwe do kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem tej umowy, po jednej osobie z każdej ze Stron oraz ich zastępców w przypadku nieobecności:
  - a. Osoby kontaktowe po stronie Zamawiającego
    1. \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_ – jako główna osoba kontaktowa
    2. \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_ – jako osoba zastępująca
  - b. Osoby kontaktowe po stronie Przetwarzającego
    1. \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_ – jako główna osoba kontaktowa
    2. \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_ – jako osoba zastępująca

## **§ 4**

### **Dalsze powierzenie przetwarzania danych**

1. Przetwarzający jest uprawniony do korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego w trakcie realizacji przetwarzania Danych Osobowych na podstawie niniejszej umowy (tzw. podmiotu podprzetwarzającego), pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o każdym planowanym dalszym powierzeniu przetwarzania Danych Osobowych oraz o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących podmiotów podprzetwarzających,

- w szczególności o zastąpieniu dotychczasowego podmiotu podprzetwarzającego przez innego usługodawcę lub o rezygnacji z usług podmiotu podprzetwarzającego, oraz z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych usługodawcy wskazanemu przez Przetwarzającego w terminie 7 dni od otrzymania od Przetwarzającego informacji o planowanym dalszym powierzeniu ich przetwarzania innemu podmiotowi podprzetwarzającemu lub o zastąpieniu dotychczasowego podmiotu podprzetwarzającego przez innego usługodawcę. W przypadku złożenia sprzeciwu przez Zamawiającego dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego podmiotowi objętemu sprzeciwem jest niedopuszczalne.
  3. Przetwarzający jest zobowiązany zapewnić, iż podmiot podprzetwarzający, z którego usług zamierza korzystać przy przetwarzaniu Danych Osobowych daje wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia (UE) 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  4. Dalsze powierzenie czynności przetwarzania podmiotowi podprzetwarzającemu, o którym mowa w § 4 ust. 1, jest możliwe jedynie pod warunkiem nałożenia przez Przetwarzającego na ten podmiot podprzetwarzający na mocy umowy tych samych obowiązków ochrony danych jakie spoczywają na Przetwarzającym w ramach niniejszej umowy, w szczególności obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom art. 32 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
  5. W przypadku, gdy powierzenie przetwarzania Danych Osobowych podmiotowi podprzetwarzającemu wiąże się z transferem tych danych do państwa trzeciego, taki transfer danych odbywa się zgodnie z rozdziałem V Rozporządzenia (UE) 2016/679. Jeżeli państwo trzecie, w którym zlokalizowany jest podmiot podprzetwarzający nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych na swoim terytorium i jednocześnie brak jest innych podstaw umożliwiających transfer Danych Osobowych do tego państwa trzeciego, Przetwarzający podpisze z takim podmiotem podprzetwarzającym umowę opartą o standardowe klauzule umowne (moduł trzeci klauzul: Przekazywanie między podmiotami przetwarzającymi) przyjęte decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Niniejsza umowa sama w sobie nie zapewnia wypełnienia obowiązków związanych z międzynarodowym przekazywaniem danych zgodnie z rozdziałem V Rozporządzenia (UE) 2016/679.
  6. Umowa, wskazana w ust. 4 i ust. 5 powyżej zawierana jest w formie przewidzianej w art. 28 ust. 9 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
  7. Przetwarzający ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków ochrony danych spoczywających na podmiocie podprzetwarzającym, któremu powierzył przetwarzanie Danych Osobowych. W przypadku niewywiązania się przez taki podmiot podprzetwarzający ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych Osobowych, Zamawiający ma prawo żądać zaprzestania korzystania przez Przetwarzającego z usług tego podmiotu w procesie przetwarzania Danych Osobowych.
  8. Lista podmiotów podprzetwarzających znanych na dzień podpisania niniejszej Umowy, z których usług Przetwarzający jest uprawniony do korzystania, stanowi Załącznik nr 3. Zmiana w zakresie podmiotów podprzetwarzających następuje w sposób przewidziany w ust. 1 i 2 powyżej i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

## **§ 5**

### **Obowiązki Przetwarzającego**

1. Przetwarzający jest obowiązany przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym za udokumentowane polecenie Zamawiającego uważa się polecenia przekazywane drogą elektroniczną lub na piśmie. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji gdy wymóg przetwarzania Danych Osobowych nakłada na Przetwarzającego prawo Unii Europejskiej lub prawo lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający poinformuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
2. Przetwarzający jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych. Przetwarzający podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia (UE) 2016/679 w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych. Przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne określone w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Zapewnienie bezpieczeństwa Danych Osobowych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony Danych Osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należycie uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą. Mając na uwadze, że

środki techniczne i organizacyjne są uzależnione od postępu technicznego i dalszego rozwoju, bez wpływu na jakiegokolwiek przepisy Rozporządzenia (UE) 2016/679, Przetwarzający może wdrożyć odpowiednie alternatywne środki do tych wskazanych w Załączniku nr 2. Czyniąc to, Przetwarzający zapewnia, że poziom bezpieczeństwa określonych środków nie może zostać zmniejszony. Przetwarzający będzie okresowo monitorował procesy wewnętrzne oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że przetwarzanie Danych Osobowych w jego zakresie odpowiedzialności jest zgodne z wymaganiami obowiązującego prawa oraz ochrony praw osób, których dane dotyczą.

3. Przetwarzający zapewnia, że w dostęp do Danych Osobowych jest udzielany członkom jego personelu jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy, zarządzania nią i jej monitorowania. Przetwarzający zapewnia, aby osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy Danych Osobowych i środków ich zabezpieczenia zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jaki i po jej rozwiązaniu.
4. Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w § 4 niniejszej umowy.
5. Na żądanie Zamawiającego, Przetwarzający poinformuje Zamawiającego o lokalizacji przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego oraz inne podmioty przetwarzające, o których mowa w § 4 niniejszej umowy.
6. Przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, jest obowiązany w miarę możliwości pomagać Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia (UE) 2016/679, w szczególności Przetwarzający jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o wszelkich otrzymanych pytaniach lub żądaniach osób, których dotyczą Dane Osobowe (podmiotów danych). Przekazanie przez Przetwarzającego wyżej wskazanych informacji następuje niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania pytania lub żądania od podmiotu danych. Przetwarzający nie jest uprawniony do samodzielnego – w szczególności bez konsultacji z Zamawiającym – udzielania odpowiedzi na pytania i podejmowania działań w związku z żądaniem podmiotów danych.
7. Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
8. Przetwarzający jest obowiązany udostępnić Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania, iż spełnia obowiązki określone w niniejszym paragrafie umowy oraz umożliwia Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzanie audytów, o których mowa w § 6 niniejszej umowy i przyczynia się do nich.
9. W związku z obowiązkiem określonym w ust. 8 powyżej Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia (UE) 2016/679 lub innych przepisów Unii Europejskiej lub kraju jego siedziby w zakresie ochrony danych osobowych.
10. Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania Danych Osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez organ nadzorczy oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto Dane Osobowe powierzone Przetwarzającemu na podstawie niniejszej umowy.
11. Przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych Osobowych jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, zgłosić je Zamawiającemu wskazując w zgłoszeniu:
  - a. charakter naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych Osobowych, których dotyczy naruszenie;
  - b. opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych Osobowych;
  - c. opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Przetwarzającego w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym opis działań podjętych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia.

Jeżeli przekazanie wszystkich wyżej wymienionych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie Przetwarzającego zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji Przetwarzający przekazuje je bez zbędnej zwłoki.

## **§ 6**

### **Prawo audytu**

1. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia audytu przetwarzania Danych Osobowych w celu zweryfikowania, czy Przetwarzający spełnia obowiązki określone w § 5 niniejszej umowy.
2. Strony ustalają następujące zasady prowadzenia audytu, o którym mowa w ust. 1 powyżej:
  - a. Audyt może polegać zarówno na żądaniu przedstawienia dokumentów oraz informacji dotyczących przetwarzania danych, jak i na czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu przetwarzania danych w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 10:00 do 16:00, po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego drogą elektroniczną na adres e-mail: [●] o terminie audytu i jego zakresie, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem audytu.
  - b. Zamawiający prowadzi audyt osobiście lub za pośrednictwem niezależnych audytorów zewnętrznych, którzy zostali upoważnieni przez Zamawiającego do przeprowadzenia audytu w jego imieniu.
3. Czynności kontrolne prowadzone w toku audytu, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. a, mogą polegać w szczególności na sporządzaniu:
  - a. notatek z przeprowadzonych czynności (w szczególności notatek z odebranych wyjaśnień i przeprowadzonych oględzin),
  - b. kopii dokumentów dotyczących przetwarzania Danych Osobowych,
  - c. wydruków Danych Osobowych z systemów informatycznych,
  - d. wydruków kopii obrazów wyświetlanych na ekranach urządzeń wchodzących w skład systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania Danych Osobowych,
  - e. kopii zapisów rejestrów systemów informatycznych,
  - f. zapisów konfiguracji technicznych środków zabezpieczeń systemów informatycznych, w których odbywa się przetwarzanie Danych Osobowych,

z zastrzeżeniem, że nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającemu danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Przetwarzającego, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Przetwarzającego środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.

4. Audyt obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie Danych Osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Przetwarzającego.
5. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Przetwarzającego.
6. Czynności audytowe nie mogą nadmiernie utrudniać działalności Przetwarzającego, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Przetwarzającego.
7. Zamawiający dostarcza Przetwarzającemu kopię raportu z przeprowadzonego audytu. W przypadku stwierdzenia w toku audytu niezgodności działań Przetwarzającego z niniejszą umową lub przepisami o ochronie danych osobowych, do których stosowania Przetwarzający jest obowiązany, Przetwarzający niezwłocznie zapewni zgodność przetwarzania Danych Osobowych z postanowieniami umowy lub przepisami, których naruszenie stwierdzono w raporcie z audytu.

## **§ 7**

### **Odpowiedzialność Stron**

1. Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z niniejszą umową przetwarzania przez Przetwarzającego Danych Osobowych.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przetwarzającego niniejszej umowy, Przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

## **§ 8**

### **Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej.
2. Wypowiedzenie Umowy głównej skutkuje równoczesnym wypowiedzeniem niniejszej umowy.
3. W przypadku gdy wyniki audytu, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy lub kontroli przeprowadzonej przez organ nadzoru u Przetwarzającego lub innego podmiotu przetwarzającego, któremu Przetwarzający powierzył przetwarzanie Danych Osobowych wykażą, iż Przetwarzający w sposób zawiniony naruszył postanowienia niniejszej umowy, lub w przypadku nieuwzględnienia przez Przetwarzającego żądania, o którym mowa w § 4 ust. 7 niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania tej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Przetwarzający zależnie od decyzji Zamawiającego usuwa lub zwraca Zamawiającemu powierzone Dane Osobowe, w tym (jeżeli dotyczy) wszelkie nośniki zawierające Dane Osobowe oraz niezwłocznie i nieodwracalnie niszczy wszelkie kopie dokumentów i zapisów na wszelkich

nośnikach, zawierających Dane Osobowe – jeśli nośniki te nie podlegają zwrotowi do Zamawiającego, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju siedziby Przetwarzającego nakazują Przetwarzającemu dalsze przechowywanie Danych Osobowych. W takim przypadku za przetwarzanie ww. danych po rozwiązaniu niniejszej umowy Przetwarzający odpowiada jak administrator.

5. Przetwarzający jest obowiązany niezwłocznie wykonać obowiązek, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od rozwiązania niniejszej umowy, jak również na żądanie Zamawiającego potwierdzić na piśmie jego wykonanie w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania. Przetwarzający zapewnia przestrzeganie niniejszej umowy do czasu usunięcia lub zwrotu Danych Osobowych do Zamawiającego.
6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Rozporządzenia (UE) 2016/679.
8. Postanowień niniejszej umowy nie interpretuje się w sposób sprzeczny z prawami i obowiązkami przewidzianymi w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 ani w sposób naruszający podstawowe prawa lub wolności osób, których dane dotyczą.
9. Jeśli jakiegokolwiek postanowienie niniejszej umowy stanie się lub zostanie uznane za nieważne, nielegalne lub niemożliwe do wykonania przez jakiegokolwiek właściwy sąd, pozostałe części umowy pozostaną w pełni ważne i skuteczne.
10. Wszelkie spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
12. Integralną część umowy stanowią załączniki:
  - a. Załącznik nr 1: Kategorie osób, których dotyczą Dane Osobowe oraz rodzaje powierzanych Przetwarzającemu Danych Osobowych,
  - b. Załącznik nr 2: Środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia bezpieczeństwa danych.
  - c. Załącznik nr 3: Lista zaakceptowanych podmiotów podprzetwarzających

#### **Pytanie nr 68**

Pakiet nr 1 – Testy mikrobiologiczne identyfikacyjne – metoda manualna:

a) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania testów z terminem ważności min. 9 m-cy? Testy produkowane są z terminem ważności 12 m-cy.

**Odpowiedź: TAK.**

#### **Pytanie nr 69**

Pakiet nr 5 – Sprzęt jednorazowego użytku i testy:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 i 5 wacik bawełniany?

**Odpowiedź: TAK.**

#### **Pytanie nr 70**

Pakiet nr 5 – Sprzęt jednorazowego użytku i testy:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8 probówki o całkowitej objętości 10 ml w rozmiarze 16x100mm z korkiem, kołnierzem i znacznikami?

**Odpowiedź: TAK.**

#### **Pytanie nr 71**

Pakiet nr 5 – Sprzęt jednorazowego użytku i testy:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 15 wymazówki z 3 ml podłoża transportowego?

**Odpowiedź: TAK.**

#### **Pytanie nr 72**

Pakiet nr 5 – Sprzęt jednorazowego użytku i testy:

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 1-4, 12, 16-17 asortyment pakowany po 100szt.?

**Odpowiedź: TAK.**

#### **Pytanie nr 73**

Pakiet nr 5 – Sprzęt jednorazowego użytku i testy:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 7 asortyment pakowany po 250szt.?

**Odpowiedź: TAK.**

#### **Pytanie nr 74**

Pakiet nr 5 – Sprzęt jednorazowego użytku i testy:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8 asortyment pakowany po 200szt.?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 75**

Pakiet nr 5 – Sprzęt jednorazowego użytku i testy:  
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 13 asortyment pakowany po 500szt.?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 76**

Pakiet 7 - Czy zamawiający wymaga, aby podłoża dla dorosłych były zwalidowane na krew, płyn mózgowo-rdzeniowy min. objętość (0,1 ml) oraz na płyn opłucny (0,5 ml) potwierdzone w oficjalnej instrukcji podłoża CE IVD?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytania dotyczące projektu umowy (zał. 4 do SWZ):****Pytanie nr 77**

§ 2 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Termin całkowitej realizacji Przedmiotu Zamówienia Strony określają na dzień 31 grudnia 2027r. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw częściowych Przedmiotu Zamówienia, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo – asortymentowych w terminie do ..... dni roboczych (maksymalnie do 3 dni roboczych) licząc od dnia otrzymania zamówienia przesłanego emailiem na adres: ..... Dostawy w trybie pilnym będą wykonane do 24 godzin od dnia otrzymania pisemnego zamówienia przesłanego emailiem na adres: ..... w trybie pilnym (tj. w dniach od poniedziałku do piątku, w przypadku złożenia zamówienia w trybie pilnym w piątek do godziny 14:00 dostawa będzie wykonana w najbliższy poniedziałek do godziny 9:00 rano).”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Patrz § 3 ust. 2 wzoru umowy.**

**Pytanie nr 78**

§ 3 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z możliwości składania zamówień przy użyciu faksu?  
Uzasadnienie: Wykonawca nie korzysta z faksu w zw. z czym nie miałyby możliwości przyjmowania zamówień złożonych przy użyciu tej formy komunikacji.

**Odpowiedź: Zamawiający umożliwia składanie zamówień e-mail i/lub fax.**

**Pytanie nr 79**

§ 3 ust. 6 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie Przedmiot Zamówienia transportem własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej bezpośrednio do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w Międzychodzie ul. Szpitalna 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 80**

§ 3 ust. 11 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Po każdej dostawie częściowej Przedmiot Zamówienia zostanie niezwłocznie poddany badaniu ilościowo –asortymentowym, którego dokona osoba wymieniona w ust. 10. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy dostarczonym Przedmiotem zamówienia, a dokumentem dostawy lub w przypadku dostaw mających widoczne oznaki uszkodzenia Przedmiotu Zamówienia lub w przypadku stwierdzenia, że transport odbywał się w niewłaściwej temperaturze niż to zakładają wymagania, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę pocztą elektroniczną na adres email: ..... w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty dostawy. Wykonawca dostarczy pełnej jakości Przedmiot Zamówienia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od uwzględnienia reklamacji Zamawiającego”?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 81**

§3 ust. 12 – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia na: „Przedmiot Zamówienia dostarczony w opakowaniach zgodnych z załącznikiem nr 2 do Umowy powinien mieć na opakowaniu oznaczenie fabryczne, tzn. nazwę sprzętu, zawartość/wielkość opakowania, numer serii, datę produkcji, nazwę i adres producenta oraz datę ważności, przy czym data ta nie może być krótsza niż zadeklarowana zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. Dostawy produktów z krótszym terminem ważności będą dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. ”Uzasadnienie: W wymaganiach do pakietów, Zamawiający określił jakich terminów ważności odczynników wymaga dla poszczególnych pakietów. Obecnie zapis jest sprzeczny z wymaganiami Zamawiającego.

**Odpowiedź: Patrz pytanie nr 19. Zamawiający określa dla wszystkich odczynników równy termin ważności 6 miesięcy od daty dostarczenia.**

**Pytanie nr 82**

§3 ust. 12 – W przypadku braku zgody na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie odczynników z pakietu 4 z minimalnym terminem ważności 4 – 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego oraz odczynników z pakietu 7 z minimalnym terminem ważności 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

**Pytanie nr 83**

§ 3 ust. 16 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku trzech wadliwych dostaw w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie

możliwość natychmiastowego rozwiązania Umowy. Poprzez wadliwą dostawę Zamawiający rozumie dostawę nieterminową, niekompletną do miejsca wskazanego w §3 ust. 10 Umowy oraz niespełniający kryteriów jakości przedmiot Umowy."?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 84**

§4 ust. 2 – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia umownego na: „Odbiór zamówienia odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, dokumentu WZ bądź innego dokumentu potwierdzającego fakt realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby treść faktury zawierała nr umowy lub nr zamówienia.”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 85**

§ 5 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wszelkie reklamacje zarówno ilościowe jak i jakościowe zgłaszane będą pocztą elektroniczną na adres: ..... w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty dostawy. Przedmiot Zamówienia o niepełnej jakości będzie wymieniany przez Wykonawcę w ciągu kolejnych 3 dni roboczych od momentu uwzględnienia reklamacji”?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 86**

§ 6 ust. 1 lit. a - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 2,5% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki od przekazanego zamówienia w przypadku opóźnienia terminu dostawy częściowej Przedmiotu Zamówienia z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy? Uzasadnienie: Zaproponowana kara posiada przymiot kary rażąco wygórowanej i jako taka zgodnie z przepisami KC może podlegać miarkowaniu przez Sąd. Standardowo stosowanymi karami w tego rodzaju postępowaniach są kary na poziomie 0,1% - 2% wartości zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania i obniżenie wysokości zaproponowanej kary.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 87**

§ 6 ust. 1 lit. b - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia? Uzasadnienie: Niniejsze postanowienie umowne przewidujące możliwość żądania od Wykonawcy odszkodowania w przypadku wystąpienia opóźnienia dostawy powyżej 1 dnia, co ewidentnie stanowi zakazane postanowienie umowne w świetle art. 433 PZP, zgodnie z brzmieniem którego „Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać:

- 1) odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia;
- 2) naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem;
- 3) odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający;
- 4) możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

**Odpowiedź: W przypadku zwłoki dostawy powyżej 1 dnia od terminu wyznaczonego w §3 ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania za poniesione straty.**

**Pytanie nr 88**

§ 6 ust. 1 lit. c - Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie niniejszego postanowienia, stanowiącego zakazane postanowienie umowne ( 433 PZP) lub jego modyfikację w niżej zaproponowany sposób:

„W razie trzykrotnej zwłoki w dostawie lub gdy jednorazowa zwłoka w dostawie będzie przekraczać 10 dni (dotyczy to również pojedynczych pozycji asortymentu) Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy.”? Uzasadnienie: Nie każde opóźnienie może stanowić podstawę rozwiązania umowy. Okolicznością uprawniającą do rozwiązania umowy jest tylko i wyłącznie kwalifikowany rodzaj opóźnienia, czyli opóźnienie zawinione w postaci zwłoki.

**Odpowiedź: W razie trzykrotnej zwłoki w dostawie lub gdy jednorazowa zwłoka w dostawie będzie powyżej 10 dni (dotyczy to również pojedynczych pozycji asortymentu) Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy.**

**Pytanie nr 89**

§ 6 ust. 1 lit. d - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 5% wartości netto niezrealizowanej części Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy? Pytania dotyczące projektu umowy (zał. 5 do SWZ):

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 90**

§2 ust. 4 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podłączenia analizatora z zadania 7 do sieci informatycznej funkcjonującej w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym, do systemu KS-SOLAB KAMSOFT?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu podłączenia.**

**Pytanie nr 91**

§2 ust. 9 - Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia umownego na: „Czas reakcji serwisu w przypadku awarii: do 4 godziny od momentu zgłoszenia (telefonicznie, pocztą e-mail, faksem) - kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym w godzinach pracy serwisu; przyjazd do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego (o ile zachodzi taka

potrzeba) maksymalnie do 48 godzin od momentu zgłoszenia do serwisu (od poniedziałku do piątku); jeżeli zgłoszenie nastąpiło w piątek, przyjazd do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego do godziny 9:00 w najbliższy poniedziałek."

**Odpowiedź: TAK.**

#### **Pytanie nr 92**

Dotyczy wzoru umowy dostawy zał. nr 4 §3 ust. 12 – Czy Zamawiający skoryguje termin ważności na minimum 6 miesięcy dla pakietu 19 zgodnie ze specyfikacją sprzętu jednorazowego użytku do pobierania krwi pkt 9 załącznik 3 i 3a

**Odpowiedź: Patrz pytanie nr 19. Zamawiający określa dla wszystkich odczytników równy termin ważności 6 miesięcy od daty dostarczenia.**

#### **Pytanie nr 93**

Czy nie nastąpiła omyłka w zał. 3 w opisie „Specyfikacja sprzętu jednorazowego użytku do pobierania krwi (system zamknięty ) aspiracyjno-próżniowy – dotyczy pakietu 16 ” ? Czy nie powinno być: „dotyczy pakiet nr 19” ?

**Odpowiedź: Tak, dotyczy pakietu 19.**

#### **Pytanie nr 94**

Dotyczy pakietu 19 zał 3 oraz 3a pozycja 1 Czy Zamawiający rozumie zapis Igły do systemu zamkniętego 20 G (9x10) sterylne jako 20G x 1 ½ " (0,9mm/38 mm)?

**Odpowiedź: TAK.**

#### **Pytanie nr 95**

Dotyczy pakietu 19 zał 3 oraz 3a pozycja 2 Czy Zamawiający rozumie zapis Igły do systemu zamkniętego 21 G (8x10) sterylne jako 21G x 1 ½ " (0,8mm/38 mm)?

**Odpowiedź: TAK.**

#### **Pytanie nr 96**

Dotyczy pakietu 19 zał 3 oraz 3a pozycja 4 Czy Zamawiający rozumie zapis Motylki do systemu zamkniętego (8x10) sterylne jako 21G x ¾ " (0,8mm/19 mm)?

**Odpowiedź: TAK.**

#### **Pytanie nr 97**

Dotyczy pakietu nr 19 zał. nr 3 Zamawiający w formularzu cenowym wskazał , że wartość brutto oferty to suma wartości brutto każdej pozycji wynikająca z iloczynu ceny jednostkowej brutto i wskazanej ilości asortymentu. Tak podany sposób obliczenia wartości oferty jest niezgodny z zasadami rachunkowości. Dodatkowo, taki zapis prowadzi do błędnych wyliczeń i niezgodności przy wystawianiu faktur, gdyż wszystkie systemy (programy) wystawiające faktury obliczają wartość wychodząc z ceny jednostkowej netto. Przy próbie obliczenia ceny netto z ceny brutto, zawsze dochodzi do wielu cyfr po przecinku i niedokładnych zaokrągleń, które nie są zgodne z pierwotną ceną jednostkową netto. SARSTEDT SARSTEDT Sp. z o.o. · ul. Grzybowska 87 · 00-844 Warszawa Sprzęt i materiały jednorazowego użytku dla medycyny i nauki SARSTEDT Sp. z o.o. · ul. Grzybowska 87 · 00-844 Warszawa · tel. 22 7220543 www.sarstedt.com· info.pl@sarstedt.com Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000186997, Kapitał zakładowy 800.000 zł BANK: Deutsche Bank Polska SA 64188000090000001102768000 W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie wyliczenia wartości brutto do zasady obliczania wartości sprzedaży brutto zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur... (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.), tj. zgodnie ze wzorem: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek = wartość brutto ?

**Odpowiedź: TAK.**

#### **Pytanie nr 98**

Dotyczy projektu umowy zał. nr 4 § 6 ust. 1 A) czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 3% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytania dotyczące projektu umowy:**

#### **Pytanie nr 99**

**Dotyczy § 3 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „**Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł. netto**”?

*Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.*

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie nr 100**

**Dotyczy § 6 ust. 1 A)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości **1 % wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy, za każdy dzień opóźnienia**, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?



Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy

okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 5% jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 1825%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 17**

#### **Pytanie nr 101**

**Dotyczy pozycji 11** Prosimy o określenie pojemności kapilar, do których mają mieć zastosowanie mieszadełka - do 100 µl czy powyżej 100 µl?

**Odpowiedź: do 100 µl**

#### **Pytanie nr 102**

**Dotyczy pozycji 11** Co oznacza określenie „z magnezem”?

Czy oprócz mieszadełek, Zamawiający wymaga zaoferowania również specjalnych magnesów do kapilar, jeśli tak to w jakich ilościach i czy dopuści do wycenienia osobno mieszadełek oraz osobno magnesów do kapilar w związku z różną stawką VAT dla obu tych produktów?

**Odpowiedź: Tak, 100 szt.**

#### **Pytanie nr 103**

**Dotyczy pozycji 14** W związku z tym, że przedmiot zamówienia w pozycji 14 został opisany w identyczny sposób jak w pozycji 1, czy nie nastąpiła więc omyłka w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji 14?

Czy należy zaoferować takie same próbówki i w takich samych ilościach w poz. 1 i 14, czy też Zamawiający wykreśli pozycję 14 z Pakietu nr 17?

**Odpowiedź: Tak, nastąpiła omyłka w opisie zamówienia, prosimy o wykreślenie pozycji 14 z pakiet nr 17.**

### **BYŁO**

PAKIET 17										Załącznik nr 3	
Sprzęt jednorazowego użytku - 3 lata											
lp.	nazwa handlowa	producent/ nr kat.	wiekość opakowania	szacunkowa ilość sztuk na 36 miesiący	cena netto 1 op	% vat	cena brutto 1 op	ilość opakowań	wartość netto zamówienia	wartość brutto zamówienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Probówki do wirowania moczu, stożkowe z kołnierzem 7ml			33 000							
2.	Końcówki do pipet automatycznych: poj. 5-200µl żółte		5-200 ml	135 000							
3.	Końcówki do pipet automatycznych: poj. do 1000µl		1000 ml	100 000							
4.	Naczynka do HITACHI poj. 3ml		poj. 3 ml	5 000							
5.	Pipety pausterowskie z polietylenu		poj. 1 ml	6000							
6.	Pojemnik do moczu		poj. 120 ml	30 000							
7.	Probówki EPPENDORF z korkiem		poj. 1,5 ml	8 000							
8.	Probówki z polipropylenu okrągłobdenne 10 ml		poj. 11 ml (16x100)	8 000							
9.	Probówki z polistyrenu 12 x 75		poj. 4 ml	30 000							
10.	Korek do probówek o poj 4 ml / fi 12 x 75			30000							
11.	Mieszadeko z magnezem do kapilar gazometrycznych			10000							
12.	Kamery Pentasgnare – z siatką dolnościowej analizy osadu moczu			5 000							
13.	Szkiełka z matowym polem do opisanania			5 000							
14.	Probówki do wirowania moczu, stożkowe z kołnierzem 7ml			33 000							
	RAZEM	x	x	x	x	x	x	x			
<b>WARUNKI do pakietu 17:</b>											
1.	Termin ważności minimum 12 m-cy od terminu dostarczenia do Zamawiającego.										

## WINNO BYĆ

PAKIET 17										Załącznik nr 3
Sprzęt jednorazowego użytku - 3 lata										
lp.	nazwa handlowa	producent/ nr kat.	wiekość opakowania	szacunkowa ilość sztuk na 36 miesiący	cena netto 1 op	% vat	cena brutto 1 op	ilość opakowań	wartość netto zamówienia	wartość brutto zamówienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Probówki do wirowania moczu, stożkowe z kołnierzem 7ml			33 000						
2.	Końcówki do pipet automatycznych: poj. 5-200µl żółte		5-200 ml	135 000						
3.	Końcówki do pipet automatycznych: poj. do 1000µl		1000 ml	100 000						
4.	Naczynka do HITACHI poj. 3ml		poj. 3 ml	5 000						
5.	Pipety pausterowskie z polietylenu		poj. 1 ml	6000						
6.	Pojemnik do moczu		poj. 120 ml	30 000						
7.	Probówki EPPENDORF z korkiem		poj. 1,5 ml	8 000						
8.	Probówki z polipropylenu okrągłobdenne 10 ml		poj. 11 ml (16x100)	8 000						
9.	Probówki z polistyrenu 12 x 75		poj. 4 ml	30 000						
10.	Korek do probówek o poj 4 ml / fi 12 x 75			30000						
11.	Mieszadko z magnezem do kapilar gazometrycznych			10000						
12.	Kamery Pentasgnare – z siatką doilościowej analizy osadu moczu			5 000						
13.	Szkiełka z matowym polem do opisanía			5 000						
	RAZEM	x	x	x	x	x	x	x		
<b>WARUNKI do pakietu 17:</b>										
1.	Termin ważności minimum 6 m-cy od terminu dostarczenia do Zamawiającego.									

### Pytanie nr 104

Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

**Odpowiedź: TAK**

### Pytanie nr 105

Dotyczy Pakietu nr 13 Zał.nr 3 i Zał. nr 3b do SWZ: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wyspecyfikowane w formularzu cenowym badanie Retikulocytów ma być możliwe do oznaczania na obu analizatorach, czy tylko na analizatorze głównym, co pozwoli ekonomiczniej wykorzystać przeznaczone na ten cel środki.

**Odpowiedź: Tylko na analizatorze głównym.**

### Pytanie nr 106

Dotyczy Pakietu nr 13 Zał.nr 3 pkt 4 i Zał. nr 3b pkt 9 do SWZ: Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej policzonej w ilościach uwzględniających ważność folki na opakowaniu oraz w ilości gwarantującej codzienne wykonanie kontroli. Umożliwi to zamawiającemu oszczędność materiału kontrolnego z zachowaniem najwyższej jakości.

**Odpowiedź: Tak.**

### Pytanie nr 107

Dotyczy Zał. 4 do SWZ, Wzór Umowy dostawy §3 ust. 1: Czy Zamawiający dopuści dostawy w trybie pilnym zamiast „do godz. 9:00” zastąpienie: „do godz. 14:00”? Powyższa modyfikacja umożliwi Wykonawcy zaproponowanie krótkiego terminu dostaw odczynników.

**Odpowiedź: Tak.**

### Pytanie nr 108

Dotyczy Zał. 4 do SWZ, Wzór Umowy dostawy §3 ust. 11 w zw. §5 ust. 2: Prosimy o wyłączenie terminu „2 dni robocze” na „4 dni robocze”. Realizacja reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 2 dni jest trudna do wykonania.

**Odpowiedź: NIE. Patrz odpowiedź na pytanie nr 80.**

### Pytanie nr 109

Dotyczy Zał. 4 do SWZ, Wzór Umowy dostawy §3 ust. 12: Uprzejmie prosimy o dodanie zastrzeżenia, zgodne z pkt. 2.2 SWZ: „nie dotyczy, jeśli termin ważności towaru jest podany w Załączniku nr 3 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) dla poszczególnych zadań.” W poszczególnych zadaniach są podane inne terminy, np. 6 miesięcy w zadaniu nr 12 i nr 13.

**Odpowiedź: Patrz pytanie nr 19. Zamawiający określa dla wszystkich odczynników równy termin ważności 6 miesięcy od daty dostarczenia.**

**Pytanie nr 110**

Dotyczy pkt. 2.2) SWZ i Zał. 4 do SWZ, Wzór Umowy dostawy §3 ust. 12: Czy Zamawiający dopuści opakowanie, które zawiera wszystkie wymagane dane przez Zamawiającego oprócz daty produkcji? Na opakowaniu będzie znajdowała się data ważności. Oznaczenie opakowania będzie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 111**

Dotyczy Zał. 4 do SWZ, Wzór Umowy dostawy §5 ust. 4: Czy Zamawiający dopuści kontakt e-mailowy w sprawach merytorycznych (informowanie o potencjalnych zagrożeniach) i w sprawach dotyczących działań logistycznych, w celu przyspieszenia przepływu informacji między Wykonawcą a Użytkownikiem w trakcie realizacji Umowy? Jeśli tak to prosimy o podanie adresu e-mail.

**Odpowiedź: TAK. e-mail: zampub@spzoz-miedzychod.com.pl**

**Pytanie nr 112**

Dotyczy Zał. 5 do SWZ, Wzór Umowy najmu §2 ust. 2: Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem dzierżawy?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 113**

Dotyczy Zał. 5 do SWZ, Wzór Umowy najmu §2 ust. 9 w zw. z Zał. 3b do SWZ Parametry graniczne analizatorów/ odczynników, dot. pakietów 12 i 13, L.p. 6: Czy Zamawiający uzna parametr za spełniony przy zaoferowaniu wsparcia serwisowego na poniższych zasadach: - możliwość zgłaszania awarii i zgłoszeń serwisowych 24h/dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem ogólnego adresu email, numeru faksu lub poczty głosowej; - czas reakcji (odebranie zgłoszenia) do 24h w dni robocze, do 36h w dni wolne od pracy i święta; - przestąpienie do naprawy awarii w ciągu 24 godzin w dni robocze, jeżeli niemożliwe jest usunięcie awarii w sposób zdalny; - czas usunięcia zgłoszonej awarii do 48 godzin w dni robocze; - bezpośredni kontakt do Inżynierów Serwisu w godzinach 8-16 w dni robocze; - telefoniczne i zdalne wsparcie techniczno-serwisowe w dni wolne od pracy w godzinach dyżuru.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 114**

**Prosimy o wyjaśnienia dotyczące pakietu nr 15 – Półautomat i paski do analizy moczu – 3 lata**

Czy określona w formularzu cenowym ilość sztuk pasków do moczu tj. 6 600 szt. jest ilością jaką Zamawiający wymaga na 36 miesięcy?

**Odpowiedź: Tak, jest to ilość na 36 miesięcy.**

**Dotyczy: pakietu nr 21****Pytanie nr 115**

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pkt 12 parametrów granicznych analizatorów/odczynników (Załącznik nr 3b do SWZ), Zamawiający w zakresie części nr 21 oczekuje sukcesywnych dostaw odczynników, w trybie zwykłym, nie rzadziej niż raz na miesiąc zgodnie z dostarczonym harmonogramem dostaw na dany rok, a w trybie pilnym do 72 godzin od złożenia zamówienia?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 116**

Prosimy o informację czy niewielką ilość badań oznaczenia antygenu małe „k” wykonywanego przy użyciu odczynnika enzymatycznego, Zamawiający będzie wykonywał metodą manualną?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 117**

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pkt. 27 tabeli parametrów granicznych analizatorów/odczynników (załącznik nr 3b do SWZ) Zamawiający oczekuje aby czas przyjazdu inżyniera serwisowego (o ile zachodzi taka potrzeba) wynosił do 48 godzin od momentu kontaktu z serwisem (pn – pt)? Należy zauważyć, że nawet w przypadku awarii analizatora Zamawiający będzie miał możliwość wykonania wszystkich wyspecyfikowanych badań metodą manualną i tym samym ciągłość wykonywania badań w pracowni serologii transfuzjologicznej zostanie w pełni zachowana.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 118**

Prosimy o wyjaśnienie czy pod pojęciem „jednorazowe naczynka” użyte w opisie pkt 43 tabeli parametrów granicznych analizatorów/odczynników (Załącznik nr 3b do SWZ), Zamawiający rozumie także dedykowane fabrycznie w opakowaniach przez producenta oddzielne (jednorazowe) dla każdego badania porcje odczynnika wykorzystywanego do przygotowywania zawiesin krwinek badanych?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 119**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowania odczynnika do oznaczenia antygenu "k" z układu Kell z terminem ważności od momentu dostawy minimum 6 miesięcy

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 120**

Dotyczy pakiet 7: Ze względu, iż Zamawiający wymaga butelek do krwi i innych płynów ustrojowych czy wyrazi zgodę na zaferowanie suplementu potrzebnego do wzbogacenia pobranego materiału w celu lepszego odzysku? Suplement ma zastosowanie do płynów ustrojowych innych niż krew i do małej objętości krwi np. poniżej 0,5 ml.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 121**

Dotyczy pakiet 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podłoża pediatryczne w pozycji 3 były do krwi i płynów ustrojowych?

**Odpowiedź TAK.**

**Pytanie nr 122**

Dotyczy pakiet 7 W przypadku zgody na pytanie 1 prosimy Zamawiającego o rozszerzenie tabelki asortymentowo cenowej o pozycję suplement.

**Odpowiedź TAK.**

**Pytanie nr 123**

Dotyczy pakiet 7 Czy Zamawiający wymaga, aby suplement wyliczyć po stabilności po otwarciu?

**Odpowiedź TAK.**

**Pytanie nr 124**

Dotyczy pakiet 7 Czy Zamawiający wymaga, aby zaferowany suplement był tego samego producenta co zaferowane butelki z podłożem?

**Odpowiedź TAK.**

**Pytanie nr 125**

Dotyczy pakiet 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pozycji 1-3 w opakowaniach po 50 szt.

**Odpowiedź TAK.**

**Pytanie nr 126**

Dotyczy pakiet 7 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pozycji 4 nasadki do przesiewania krwi dodatniej bez filtra w opakowaniu po 50 szt. i zaferowanie 23 takich opakowań?

**Odpowiedź TAK.**

**Pytanie nr 127**

Dotyczy WARUNKI do pakietu 7, poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie aparatu o pojemności 40 miejsc inkubacyjno-pomiarowych z możliwością rozbudowy o kolejne moduły co 40 miejsc? Na życzenie klienta w trakcie trwania umowy Oferent może dostawić kolejny moduł w wysokości co miesięcznego czynszu jak za pierwszy moduł.

**Odpowiedź TAK.**

**Pytanie nr 128**

Dotyczy WARUNKI do pakietu 7, poz. 9 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie metody pomiaru metodą fluorescencji?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 129**

Dotyczy umowy dzierżawy §2 ust. 9 – Czy Zamawiający akceptuje poniższe zapisy dotyczące czasu reakcji serwisu: Odpowiedź telefoniczna – do 8 godzin w dni robocze Przyjazd Inżyniera serwisu – do 3 dni roboczych Maksymalny czas usuwania awarii – do 5 dni roboczych (do 16 gdy istnieje potrzeba sprowadzenia części zza granicy)

**Odpowiedź: NIE. Patrz odpowiedź na pytanie nr 91.**

**Pytanie nr 130**

Dotyczy umowy dostawy §5 ust. 2 – Zwracamy się do Zamawiającego wnioskiem o modyfikację zapisu na: „[...] Przedmiot Zamówienia o niepełnej jakości będzie wymieniany przez Wykonawcę w ciągu kolejnych 3 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia o wadzie.”

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 131**

Dotyczy umowy dostawy §3 ust. 12 Prosimy Zamawiającego o ujednoczenie zapisów dotyczących wymagań terminu ważności oferowanego asortymentu w pakiecie nr 7 na 6 miesięcy, zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 3

**Odpowiedź: Patrz pytanie nr 19. Zamawiający określa dla wszystkich odczynników równy termin ważności 6 miesięcy od daty dostarczenia.**

**Pytanie nr 132**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. Nr 89 wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu krążków w konfekcji 1 zestaw = 4 x 50 krążków?

Uzasadnienie: Wykonawca zgodnie z przeliczeniem zaproponuje Zamawiającemu 1 op., co w całości pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego, z zachowaniem pozostałych parametrów.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 133**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 odstąpi od parametru mówiącego o konieczności pochodzenia wszystkich krążków z pakietu od jednego producenta (dot. pozycji nr 43, 59, 64, 66 i 67)?

Uzasadnienie: Zamawiający umożliwi w ten sposób złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 134**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów wzorcowych w postaci zestawów KWIK-STIK (zestaw w foliowej saszetce zawierający liofilizowaną tabletkę, płyn uwadniający i wymazówkę) w konfekcji 2 zestawy w opakowaniu z maksymalnie 3 pasażu hodowli referencyjnej, tym samym wyrazi zgodę na podpisanie Porozumienia (oświadczenia) użytkownika końcowego, które Wykonawca jest zobligowany archiwizować dla wytwórcy materiałów zakaźnych?

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie nr 135**

Prosimy o wskazanie wielkości opakowania oraz ilości testów z poz.nr 3 pakietu nr 9.

**Odpowiedź: W pakiecie nr 9 pozycji 3 zaistniała pomyłka pisarska, wielkość 1 op. ma być 50 testów.**

*Dokument został podpisany przez Dyrektora SPZOZ Międzychód – Bartosza Grobelnego*

**Dyrektor SPZOZ Międzychód  
/-/ Bartosz GROBELNY**

.....  
**ZATWIERDZIŁ**