



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie  
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno  
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33  
e-mail: sekretariat@mpcz.pl  
[www.mpcz.pl](http://www.mpcz.pl)

Nr sprawy 19SMspzoz2023

Mogilno, dnia 04.08.2023 r.

**Wykonawcy,  
którzy złożyli pytania**

## WYJAŚNIENIA

### ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 19SMspzoz2023 – Dostawa sprzętu medycznego II*

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

#### ZADANIE NR 2

##### Pytanie 1

##### **CYKLOERGOMETR – 2szt.**

Czy Zamawiający będzie wymagał w związku z prowadzoną działalnością aby urządzenia posiadały certyfikaty klasy S – do użytku komercyjnego? Argumentujemy to tym, że sprzęt nie spełniający tych norm będzie wadliwy oraz bez potwierdzenia w użytku masowym.

**Ad. Zamawiający nie będzie wymagał, ale dopuszcza.**

##### Pytanie 2

Czy Zamawiający w pkt. 17 dopuści wymiary urządzenia 96 x 56 x 143 cm?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

##### Pytanie 3

Czy Zamawiający w pkt. 18 dopuści wagę koła zamachowego 16 kg co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

##### Pytanie 4

Czy Zamawiający w pkt. 19 dopuści wagę urządzenia 52 kg dzięki czemu jest ono bardziej stabilniejsze?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 5**

#### **ROWEREK TRENINGOWY POZIOMY 1 SZT.**

Czy Zamawiający będzie wymagał w związku z prowadzoną działalnością aby urządzenia posiadały certyfikaty klasy S – do użytku komercyjnego ? Argumentujemy to tym, że sprzęt nie spełniający tych norm będzie wadliwy oraz bez potwierdzenia w użytku masowym.

**Ad. Zamawiający nie będzie wymagał, ale dopuszcza.**

### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści wagę koła zamachowego 16 kg co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 7**

#### **PORĘCZ DO NAUKI CHODZENIA – 2szt.**

Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści regulację do 115 cm co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści regulację 35 – 75 cm?

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie 9**

#### **Zadanie nr 1, pompa infuzyjna-6 szt.**

**pozycja nr 9**-Czy Zamawiający dopuści pompę infuzyjną z zakresem programowania prędkości infuzji co:

0,01 ml/h w zakresie 0,01-99,99 ml/h

0,1 ml/h w zakresie 100-999,9 ml/h

1 ml/h powyżej 1000 ml/h

dla strzykawk 2 ml 0,01-200 ml/h

dla strzykawk 5 ml 0,01-400 ml/h

dla strzykawk 10 ml 0,01-600 ml/h

dla strzykawk 20 ml 0,01-1000 ml/h

dla strzykawk 30 ml 0,01-1400 ml/h

dla strzykawk 50 ml 0,01-2000 ml/h

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 10**

**pozycja nr 15-**Czy Zamawiający dopuści zakres programowania prędkości podaży bolusa co:

0,01 ml/h w zakresie 0,01-99,99 ml/h

0,1 ml/h w zakresie 100-999,9 ml/h

1 ml/h powyżej 1000 ml/h

dla strzykawk 2 ml do 200 ml/h

dla strzykawk 5 ml do 400 ml/h

dla strzykawk 10 ml do 600 ml/h

dla strzykawk 20 ml do 1000 ml/h

dla strzykawk 30 ml do 1400 ml/h

dla strzykawk 50 ml do 2000 ml/h

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 11**

**pozycja nr 18-**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy infuzyjnej z trybem stand-by w zakresie do 23h59min.

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 12**

**pozycja nr 19-** Czy Zamawiający dopuści KVO z możliwością programowania prędkości w zakresie 0,1-5 ml/h, co 0,1 ml/h?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 13**

**pozycja nr 24-** Czy Zamawiający dopuści możliwość odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu pompy, bez możliwości odczytu w postaci pliku xml?

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 14**

**pozycja nr 28-** Czy Zamawiający dopuści pompy, w których istnieje możliwość wgrania (na życzenie, w cenie oferty) biblioteki leków (do 40 oddziałów, do 40 kategorii leków, do 5000 procedur dozowania leków) w pełni dostosowanej do potrzeb Zamawiającego? Wykonawca wyjaśnia, że wgranie biblioteki leków winno być poprzedzone przesłaniem przez Zamawiającego listy leków wraz z procedurami ich podaży.

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 15**

**pozycja nr 33-** Wykonawca prosi o zgodę na zaoferowanie pomp wyposażonych w port komunikacyjny RS232, których komunikacja z siecią szpitalną odbywa się przy użyciu kompatybilnych stacji dokujących wyposażonych w port Ethernet.

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.**

**Pytanie 16**

**pozycja nr 36**-Czy Zamawiający dopuści pompy z IP22. Pozostałe zapisy parametru bez zmian.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 17**

**pozycja nr 38**-Czy Zamawiający dopuści pompę o następujących wymiarach: 365x115x204 mm [szer.x wys.x gł.)?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno –  
Technicznych  
Jarosław Głowacki

/podpis na oryginale/

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy
2. a/a