



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie**

ZPZ - 2375 - 1110 /21

Olsztyn22.02.....2021 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę sprzętu jednorazowego użytku. Znak sprawy: ZPZ-39/08/20.

**Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w nw. częściach zamówienia:
20, 69**

Zamawiający, SPZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, działając w trybie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niżej wskazanych częściach zamówienia:

W CZĘŚCI: 20 firma:

SKAMEX sp. z o. o. sp.k.
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź

W CZĘŚCI: 69 firma:

MEDOX PRO sp. z o. o. sp. k.
ul. Grodzka 20/4
70-560 Szczecin

Uzasadnienie: Oferty złożone przez ww. wykonawców są zgodne z ustawą – Prawo zamówień publicznych, Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz uzyskały największą ilość punktów w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, tj.:

- cena oferty: waga 60% (ilość punktów możliwych do uzyskania 60);
- termin realizacji dostawy: waga 20% (ilość punktów możliwych do uzyskania 20);
- termin rozpatrzenia reklamacji: waga 20% (ilość punktów możliwych do uzyskania 20).

Zamawiający przekazuje informację o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z oceną złożonych ofert, zawierającą punktację przyznaną w ramach kryterium oceny ofert oraz punktacją łączną:

Numer oferty	Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy	Część/pakiet zamówienia	Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena oferty	Punktacja przyznana ofercie w kryterium termin realizacji dostawy	Punktacja przyznana ofercie w kryterium termin rozpatrzenia reklamacji	Punktacja łączna
19	Teleflex Polska sp. z o. o. ul. Żwirki i Wigury 16A 02-092 Warszawa	69	57,31	20,00	20,00	97,31
21	MEDOX PRO sp. z o. o. sp. k. ul. Grodzka 20/4 70-560 Szczecin	69	60,00	20,00	20,00	100,00
22	Medtronic Poland sp. z o. o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa	20	Oferta odrzucona			
		69	Oferta odrzucona			
26	AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski sp. j. Przyrodników 1c 80-298 Gdańsk	69	50,00	20,00	20,00	90,00
33	SKAMEX sp. z o. o. sp.k. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	20	60,00	20,00	20,00	100,00

Zamawiający informuje, że zawrze umowy w ww. częściach z zachowaniem terminów określonych w ustawie w art. 94 ust. 1 pkt. 1).

Jednocześnie działając w trybie art. 92 ust 1 pkt. 2, 3, 6 ustawy zamawiający, informuje, że:

- nie wykluczył żadnego z wykonawców z postępowania;
- odrzucił oferty wykonawców –zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 1 dołączoną do niniejszej informacji;
- nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

DR. ANNA ZALEWSKA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Społecznych i Administracji
Województwa Mazowieckiego Centrum Onkologii
w Ostrołęce

Anna Zalewska
Przedstawicielka

Osoba prowadząca sprawę: Anna Zalewska
Specjalista, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia
Tel.: 89 539 82 97, tel./fax: 89 539 82 18
https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn


Działając w trybie art. 92 ust 1 pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający informuje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Lp.	Numer oferty	Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy	Powody odrzucenia oferty
1	22	Medtronic Poland sp. z o. o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa	<p>Oferta podlega odrzuceniu w części/pakiecie 20 i 69 zamówienia w oparciu o art. 89 ust. 1 ppkt 2) ustawy pzp. ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.</p> <p>Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ zamawiający wymagał w części 20: Wody destylowanej Aqua o pojemności od 340 do 500 ml z adapterem do mocowania. Dostarczenie plastikowego króćca - redukcji do stosowania z wąsami tlenowym oraz końcówki umożliwiającej natlenianie suchym tlenem. Ilość reduktorów, którą należy dostosować do wody w systemie zamkniętym wynosi 40 szt.</p> <p>Z przedłożonych przez wykonawcę kart katalogowych nie wynikało, że zaoferowana woda posiada końcówkę umożliwiającą natlenienie suchym tlenem, brak było również informacji na temat reduktorów. Wykonawca w dniu 04.12.2020 r. oraz w dniu 19.01.2021 r. został wezwany do złożenia wyjaśnień w tej części. W toku wyjaśnień, w dniu 22.01.2021 r. wykonawca wskazał, że zaoferowana woda nie posiada końcówek do podawania suchego tlenu.</p> <p>Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ zamawiający wymagał w części 69: W pozycji 1: Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich o średnicy 22mm i długości 180 cm posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y bez portów równoległy, kolanko z portem LUER z zakreśnionym koreczkiem, dodatkową rurę o długości 150 cm oraz worek oddechowy o pojemności 2L, dodatkowe złącze proste 22M/22M. Układ wolny od DEHP. Pakowany folia/ papier, sterylne. Układ posiadające wszystkie elastyczne końcówki na wlocie i wylocie oraz Y. W pozycji 2: Układ oddechowy 7 - dniowy dla dorosłych do respiratorów, jednorazowy, bez DEHP. Elementy składowe układu: 2 karbowane na zewnątrz rury 22 mm o dług. min. 150 cm z miękkimi zakończeniami 22F od strony respiratora, łącznik Y zintegrowany z rurami o zakończeniu 22M/15 F od</p>

		<p>strony pacjenta, zdejmowalna zatyczka zamykająca łącznik Y.</p> <p>Z przedłożonych przez wykonawcę kart katalogowych nie wynikało, że zaferowany w pozycji 2 układ oddechowy składa się z rury gładkiej w środku.</p> <p>Wykonawca w dniu 04.12.2020 r. został wezwany do złożenia wyjaśnień w tej części. W toku wyjaśnień, w dniu 09.12.2020 r. wykonawca wskazał, że zaferowany obwód jest wykonany z polietylenu, nie do końca gładki w środku.</p> <p>W związku z powyższym zaferowany przez Wykonawcę ww. asortyment nie odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ.</p>
--	--	---

Osoba prowadząca sprawę: Anna Zalewska
 Specjalista, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia
 Tel.: 89 539 82 97, tel./fax: 89 539 82 18
https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

Z-GA DYREKTORA DS. LECZNICTWA
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 z Warmińskim Centrum Onkologii
 w Olsztynie



dr n med. Grzegorz Kade