



Braniewo, dnia 26.10.2024 r.

Znak sprawy: PCM/ZP 09/I/2024

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 P. z. p.) na dostawę materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, materiałów szewnych, opatrunków, materiałów j. u. (uzupełnienie) oraz leków(ponowienie): płyny infuzyjne, preparaty do odkażania skóry w podziale na zadania

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ZAPYTANIE I

Zadanie 3 poz. 1

Prosimy o zgodę na przeliczenie gazików na opakowania po 50 szt. i podanie ceny za opakowanie w formularzu cenowym ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

ZAPYTANIE II

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 dopuści szwy syntetyczne, wchłaniające, plecione z kwasu poliglikolowego, powleczone ekaprolaktonem oraz stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60 – 90 dni, zdolności podtrzymania tkankowego rzędu 65% po 14 dniach oraz 40 % po 21 dniach?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 5 poz. 5, 6, 7 i 11 nić długości 75 cm w miejsce 70 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 5 poz. 8 – 10 nić długości 90 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

4. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Zadaniu 5, poz. 5 igły zwykłej, okrągłej, bez katalogowego opisu „pogrubiona”, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

5. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Zadaniu 5 poz. 8 igły zwykłej, okrągłej bez katalogowego opisu „pogrubiona”, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

6. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 5, poz. 8 igłę wzmocnioną okrągłą – tnącą, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

7. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Zadaniu 5 poz. 10 igły zwykłej, okrągłej bez katalogowego opisu „pogrubiona”, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

8. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Zadaniu 5 poz. 11 igły o długości 18 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

ZAPYTANIE III

Dotyczy pakietu 7

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w pozycji 11, 12, 13 dopuści opatrunek, który dodatkowo zawiera substancje EDTA i BEC, które mają działanie antybiofilmowe?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Pytanie 2:

Czy Zamawiający w pozycji 15 dopuści opatrunek w rozmiarze 21 x 21 cm, gdyż producent nie posiada w ofercie produktu w rozmiarze 20x20 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Pytanie 3:

Czy Zamawiający w pozycji 19 zgodnie z wymaganiami dotyczącymi złożenie oferty na 3 rozmiary zezwala na 3 oddzielne wyceny do każdego z rozmiarów?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

ZAPYTANIE IV

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 1 i czy dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku?
lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie co znajdzie odzwierciedlenie w modyfikacji swz, polegającej na wydzieleniu z zadania 3 poz. 1 i utworzeniu z tej pozycji zadania 3A. Odpowiednio zmodyfikowane dokumenty tych zmian można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego. Proszę o przeliczenie na opakowania x 100 szt.

Pytanie 2

Dotyczy umowy- prosimy dopisać do paragrafu 5:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 5:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.1% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z swz

ZAPYTANIE V

Zadanie nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje 15 opakowanie po 100 mb?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze minimum 1,08g?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze minimum 1,90g?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze minimum 0,50g?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze minimum 1,02g?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze minimum 1,85g?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 2, pozycja 9-11

Czy Zamawiający dopuści kompresy z informacją na opakowaniu o sterylności produktu, bez dodatkowego wskaźnika?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 2, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści czepek o średnicy po rozciągnięciu ok 53cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 2, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści organizator przewodów w rozmiarze 2x22cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 2, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonkę na uchwyty lamp chirurgicznych o wymiarach: Długość osłony wynosi 15 cm, a średnica otworu w kołnierzu pozwala zabezpieczyć uchwyt o wymiary od 1,8 do 4 cm. Średnica zewnętrzna talerzyka 12 cm, szerokość woreczka 10 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 2, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furazerki wiązany z tyłu na troki. Wykonany w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m², posiadający wstawkę antypotną na całym obwodzie. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze zielonym, z białymi trokami?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici chirurgicznych wchłaniających, syntetycznych, sterylnych, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, o czasie wchłaniania 60-90dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 2tyg., 50% po 3 tyg., 20% po 4 tyg.?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 5, pozycja 5-11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z nicią o długości 75cm?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 6, pozycja 1-7, 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o krzywiznie 3/8 koła odwrotnie tnąca?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 6, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 26mm?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 6, pozycja 8

Czy Zamawiający oczekuje igły 1/2 koła okrągłej?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 6, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici chirurgicznych wchłanialnych, syntetycznych, sterylnych, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, o czasie wchłaniania 60-90dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 2tyg., 50% po 3 tyg., 20% po 4 tyg.?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 6, pozycja 10,11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek poliestrowych w kolorze zielonym o długości 250cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji 10 i 11 do osobnego pakietu.

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 6, pozycja 1-8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 sztuk?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 6, pozycja 9-11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12 sztuk?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

ZAPYTANIE VI

Pakiet nr 1, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu zawierającym 100 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Pakiet nr 1, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu zawierającym 100 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Pakiet nr 1, poz. 33

Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne w kolorze niebieskim i zielonym?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Pakiet nr 1, poz. 34

Czy Zamawiający dopuści obłożenie posiadające w swym składzie serwety wykonane na całej powierzchni z laminatu minimum dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m²? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Pakiet nr 1, poz. 48

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane na całej powierzchni z laminatu minimum dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m²? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Pakiet nr 1, poz. 55

Czy Zamawiający dopuści obłożenie posiadające w swym składzie serwety wykonane na całej powierzchni z laminatu minimum dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m²? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Pakiet nr 1, poz. 60

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane na całej powierzchni z laminatu minimum dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m²? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

ZAPYTANIE VII

Dot. Zadania 5

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, pleciony, z kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 20%?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Dot. Zadania 5

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Dot. Zadania 6, poz. 8

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia tj. jaki rodzaj igły i długość igły Zamawiający ma na myśli (T-5)?

Odpowiedź Zamawiającego: Igła ½ koła T-5

Dot. Zadania 6, poz. 8

Czy Zamawiający w ww. pozycji wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej 26 mm ½ koła?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Dot. Zadania 6, poz. 10,11

Czy Zamawiający w ww. pozycjach dopuści nici chirurgiczne sterylne, poliestrowe, plecione, zielone, niewchłaniające się?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy

Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem są zobowiązani do zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania oraz ewentualnymi modyfikacjami specyfikacji bądź sprostowaniami jej zapisów, gdyż doprecyzowują one przedmiot zamówienia i swz. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty. Jednocześnie zamawiający przypomina, że termin składania pozostaje bez zmiany tj.: 30.10.2024 g. 10:00.

Niniejsze odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1003613> w dniu 26.10.2024 r.