



znak: D25C/251/N/32-66rj/24

Wejherowo, dnia 27.09.2024 r.

D.25C/250/618/2024

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I AKCESORIÓW DO STERYLIZACJI ORAZ RÓŻNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O.**, znak: **D25C/251/N/32-66rj/24**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pas unieruchamiający wyposażony w plastikową sprzączkę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 5.

Czy Zamawiający dopuści rękawicę w jednym uniwersalnym rozmiarze? Jej rozmiar można wyregulować poprzez rzep na nadgarstku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

3. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 6

Czy Zamawiający dopuści pas z plastikową sprzączką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 6.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie klamry z najwyższej jakości mocnego i wytrzymałego plastiku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 6.


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

Ad 1. Pas na nadgarstek lub kostkę z metalową sprzączką

Pas na nadgarstek dostępny jest w rozmiarze uniwersalnym, w komplecie są 2 sztuki produktu. Pas zapobiega urazom, otarciom i innym obrażeniom skóry poprzez unieruchomienie pacjenta. Produkt jest miękki i przyjazny dla skóry, ponieważ wewnętrzna część pasa wykonana została z bawełny a zewnętrzna z materiału piankowego zapinanego na pasek z rzepem.

Dodatkowo pas posiada metalową klamrę, przez którą przeplata się dwa paski, które wiąże się np. do ramy łóżka.

Pas na nadgarstek dostępny jest w rozmiarze uniwersalnym, w komplecie są 2 sztuki produktu



Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający dopuszcza.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produktu alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

Ad 1. Pasy do mocowania pacjenta na nadgarstek lub kostkę z materiału o wymiarach dł peloty 30 cm, szer. 8 cm.



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

9. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 1. Poz.3.

Czy zamawiający wymaga testów klasy 4 pakowanych po 1000 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, w takiej sytuacji Zamawiający wymaga wyceny łącznej ilości asortymentu 150 op.



10. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 1. Poz.7.

Czy zamawiający w wyniku omyłki pisarskiej, może doprecyzować o jaki test chemiczny klasy 5 chodzi? Czy ma to być test z przesuwalną substancją zgodny z powyższymi parametrami czy test samoklejący?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, zarówno testy z przesuwalną substancją, jak i samoklejące.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 4. Poz.1

Czy zamawiający dopuści opakowanie silikonowych osłonek pakowanych po 100 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, w takiej sytuacji Zamawiający wymaga wyceny łącznej ilości asortymentu 2,5 op.

12. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 4. Poz.2.

Czy zamawiający dopuści opakowanie silikonowych osłonek pakowanych po 100 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, w takiej sytuacji Zamawiający wymaga wyceny łącznej ilości asortymentu 2,5 op.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do oceny w zad. 2 poz.11 szczotkę z fi 12mm oraz długości 650mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 6

Prosimy o deprecyzowanie rozmiaru (M/L/XL) w celu dokonania dokładnej kalkulacji oferty. Poniżej przesyłamy tabelę rozmiarów.

Rozmiar	Wymiary (cm)	
	Opaska	Długość pasów
M	30 x 8	108
L	35 x 8	108
XL	35 x 8	119 (x2)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje rozmiarów S, M, L do wyboru przez Zamawiającego.

15. Zapytanie Wykonawcy:

Zdanie 7 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie opasek w rozmiarach:

M - obwód od 19 do 25cm, szerokość 8cm

L - obwód od 24 do 30cm, szerokość 8cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Zdanie 7 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie opasek tylko w dwóch rozmiarach:

M: obwód 14/20cm i szerokość- 8 cm i L: obwód 19/25 cm i szerokość - 8 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


mgr Monika Klause

