



*Szpital Kliniczny
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie*



ZPZ-2353/586/24

Olsztyn, 06.02.2024 r.

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

W związku z zapytaniami uczestników postępowania ZPZ-02/01/24 – pn. „Aktualizacja i rozbudowa systemu planowania radioterapii Eclipse wraz z aktualizacją systemu zarządzania i weryfikacji Aria”, Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia Specyfikację Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

Załącznik nr 2 do SWZ, tabela, poz. 11.4

Czy Zamawiający zaakceptuje monitor o rozdzielczości min. 6MPx zamiast 8MPx, np. EIZO RadiForce RX660?

Z uwagi na problemy (siła wyższa – trzęsienie ziemi w dniu 05.01.2024) wpływające na producenta monitorów medycznych firmę EIZO, na dzień dzisiejszy nie ma możliwości dostarczenia wymaganego monitora w terminie zgodnym z SWZ. Obecnie możliwe jest dostarczenie monitorów o innej specyfikacji, które jeszcze są dostępne w magazynie na terenie Unii Europejskiej.

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje monitor o rozdzielczości min. 6MPx

**Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych, Główny Księgowy
mgr Magdalena Sapryka
/podpis na oryginale/**