

Gdańsk, 09.03.2023r.

GUM2023ZP0022

Do uczestników postępowania

Dotyczy: dostawy sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) jak niżej:

Zestaw pytań 1 – pakiet 4 - Automatyczny kriostat z wbudowanym mikrotomem

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie odpowiedzi na poniższe pytania:

- 1) prosimy o dopuszczenie kriostatu bez funkcji vacuum -wg. producenta urządzenia ta funkcja znacznie zwiększa wartość urządzenia, a zwykle jest niewykorzystywana w normalnej eksploatacji.
- 2) prosimy o dopuszczenie urządzenia bez podpórki na palce/dłoń

Odpowiedź:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza kriostatu bez funkcji vacuum.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza urządzenia bez podpórki na palce/dłoń.

Zestaw pytań 2 – pakiet 3 - kapilarny cytometr przepływowy

Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi w języku angielskim.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie instrukcji w języku polskim

Zestaw pytań 3 - pakiet 1 – myjnia laboratoryjna

- 1) Czy Zamawiający wymaga, aby komora myjni wykonana była ze stali 316 L?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania komory myjni ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza pojemność 316 L.

- 2) Czy Zamawiający wymaga, aby dysze iniekcyjne były o długości min. 30 cm w ilości 8 szt., dysze o długości 180 mm w ilości 10 szt. oraz dysz dł.140 mm w ilości 10 sztuk wraz z 10 zatyczkami, w celu umożliwienia mycia szkła o wysokości około 50 cm, 20 cm oraz drobnego szkła laboratoryjnego? Uzasadnienie: wymóg długich dysz iniekcyjnych gwarantuje domycie szkła o dużej pojemności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu

- 3) Czy Zamawiający wymaga dostawy wózka standardowego do umieszczenia kosza płaskiego z pokrywką?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu

- 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni z alarmem wizualnym niskiego poziomu detergentów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

- 5) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjni bez portu Ethernet, ale z portem USB?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Zestaw pytań 4 – pakiet 2 Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego

- 1) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z tylną ścianą ze stali malowanej epoksydem z zabezpieczeniem bakteryjnym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza komorę laboratoryjną ze ścianą tylną malowaną epoksydem z zabezpieczeniem bakteryjnym

- 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z blatem krótszym o 53 mm od wymagań Zamawiającego i głębokości mniejszej o 20 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

- 3) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z szybą ustawioną pod kątem 7 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ustawienia szyby frontowej ukośnie w stosunku do blatu roboczego pod kątem **co najmniej 5°**

- 4) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z funkcją unoszenia panelu przedniego z szybą, w celu umycia , zamiast funkcji obniżania poniżej blatu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza komorę z funkcją unoszenia panelu przedniego z szybą, w celu umycia.

- 5) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z automatycznie regulowanym przepływem powietrza?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z automatycznie regulowanym przepływem powietrza

- 6) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z dwoma wentylatorami? uzasadnienie: 4 wentylatory podnoszą tylko koszt serwisowania urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

- 7) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z panelem LCD wraz z klawiszami funkcyjnymi szybkiego wyboru np. wł/ wył. Lampę UV?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

- 8) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z deklaracją zgodności Producenta zgodnie z norma PN EN 12469:2002?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza certyfikat bezpieczeństwa jednostki certyfikującej TUV Rheinland lub innego, niezależnego, akredytowanego laboratorium certyfikującego.

- 9) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzenia do 8 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

*p.o. Kanclerza
/-/
prof. dr hab. Jacek Bigda*