



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181,

REGON 810733454, KRS 0000001757



Znak sprawy: WZAM.2354.22.1145.2024

Szczecin, dnia 14.11.2024 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320) pn.: Zakup, dostawa i uruchomienie autorefraktometru z keratometrem oraz tonometru bezdotykowego na potrzeby Poradni Okulistycznej w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.”.

Nr postępowania: 22/2024.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 1.

Prosimy o dopuszczenie autorefraktometru z keratometrem o nieznacznie zmienionych parametrach wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia jak poniżej:

- Zakres pomiaru osi od 1 do 180°
- Interfejs USB, RS-232
- Wymiary: 248mm (szerokość) x 476mm (głębokość) x 473mm (wysokość)
- Waga: 21 kg
- Zasilanie: 100-240V AC, 50-60Hz, 60-90VA

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza autorefraktometru z keratometrem o proponowanych parametrach.

Pytanie nr 2, dotyczy Pakietu nr 2.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tonometru o parametrach wymienionych poniżej:

- Fabrycznie nowy, nieużywany
- Tonometr bezkontaktowy z wbudowanym pachymetrem
- Wyświetlanie wartości wyniku tonometrycznego dla danego oka, skorygowanego o grubość rogówki
- Zakres pomiarowy ciśnienia śródocznego 0-60mmHg (krok 0.5 mmHg)
- Dopasowanie intensywności strumienia powietrza do każdego pacjenta – lepszy komfort pomiaru dla pacjenta
- Światło pomiaru pachymetrycznego Dioda LED długość fali 950 nm. Pomiar grubości rogówki wykonywany przy pomocy kamery Scheimpfluga
- Zakres pomiarowy pachymetrii 300-1300 um (krok 1 um)
- Możliwość podejrzenia na ekranie monitora obraz przekroju rogówki
- Podbródek regulowany elektrycznie przyciskami na panelu sterowania
- Sterowanie głowicy pomiarowej za pomocą joysticka
- Mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym zetknięciem się głowicy pomiarowej z okiem pacjenta (alarm zbliżeniowy oraz ostrzegawcza kontrolka)
- Pomiar automatyczny. Dodatkowo możliwość przełączenia trybu pomiaru w tryb manualny



- Mniejsze ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego dzięki innowacyjnej technologii
- Baza danych – pojemność do 3500 pacjentów x 100 badań x 3 pomiary (dla każdego oka)
- Kolorowy dotykowy ekran LCD 7 cali
- Wbudowana drukarka termiczna
- System oszczędzania energii – auto wyłączenie ekranu w 3 możliwych wartościach
- W zestawie stolik regulowany elektrycznie
- Wi-Fi, LAN
- Instrukcja w języku polskim

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza tonometru o proponowanych parametrach.

Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu nr 1 – Autorefraktometr z keratometrem poz. 3.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 3 dopuści urządzenie z zakresem pomiaru PD od 30 do 85 mm?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza autorefraktometru z keratometrem z zakresem pomiaru PD od 30 do 85 mm.

Pytanie nr 4, dotyczy Pakietu nr 1 – Autorefraktometr z keratometrem poz. 5.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 5 dopuści urządzenie o wymiarach 260 x 495 x 457 mm?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie dopuszcza autorefraktometru z keratometrem o wymiarach 260 x 495 x 457 mm?

Pytanie nr 5, dotyczy Pakietu nr 1 - Autorefraktometr z keratometrem poz. 6.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 6 dopuści urządzenie o wadze 20 kg?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie dopuszcza autorefraktometru z keratometrem o wadze 20 kg.

Pytanie nr 6, dotyczy Pakiet nr 2 Tonometr bezdotykowy + stolik poz. 3.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 3 dopuści urządzenie z wewnętrznym źródłem fiksacji bez zewnętrznej lampy fiksacyjnej?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie dopuszcza Tonometru bezdotykowego z wewnętrznym źródłem fiksacji bez zewnętrznej lampy fiksacyjnej.

Pytanie nr 7, dotyczy Pakiet nr 2 Tonometr bezdotykowego+ stolik poz. 8.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 8 dopuści urządzenie z kolorowym wyświetlaczem LCD wielkości 7 cali?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie dopuszcza Tonometru bezdotykowego z kolorowym wyświetlaczem LCD wielkości 7 cali.

Pytanie nr 8, dotyczy Pakiet nr 2 Tonometr bezdotykowy + stolik poz. 16.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 16 dopuści stolik o wymiarach blatu 600 x 400 mm, maksymalnym obciążeniu 70 kg i regulacji wysokości od 650 do 950 mm?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający nie dopuszcza stolika o wymiarach blatu 600 x 400 mm, maksymalnym obciążeniu 70 kg i regulacji wysokości od 650 do 950 mm

Pytanie nr 9, dotyczy zapisów wzoru umowy załącznik nr 3 do SWZ.

Czy Zamawiający zgodzi się dodać do wzoru umowy zapis, mówiący o tym, że w przypadku przedłużającej się naprawy Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za przekroczenie terminu naprawy, jeśli Wykonawca na czas przedłużającej się naprawy w 5 dniu usterki dostarczy nieodpłatnie sprzęt zastępczy o funkcjonalności i parametrach nie gorszych od przedmiotu umowy?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 10, dotyczy zapisów wzoru umowy załącznik nr 3 do SWZ.



Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wprowadzić odpowiedni zapis w umowie aby §3 ust. 1 p. 3) nie dotyczył następujących materiałów zużywalnych: papier do drukarki termicznej (wydruk pomiaru), jednorazowe papierowe nakładki na podbródek?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 11, dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający w ramach pakietu nr 2 dopuści aparat z jednym wewnętrznym punktem fiksacji?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający nie wyraża zgody na aparat z jednym wewnętrznym punktem fiksacji.

Pytanie nr 12, dotyczy Pakietu nr 2 poz. 16.

Czy Zamawiający w ramach pakietu nr 2 dopuści stolik elektryczny z blatem na jedno urządzenie o wymiarach blatu 420x680 mm, z wysokością regulowaną elektrycznie w zakresie 640-940 mm?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający dopuszcza stolik elektryczny z blatem na jedno urządzenie o wymiarach blatu 420x680 mm, z wysokością regulowaną elektrycznie w zakresie 640-940 mm.

Pytanie nr 13, dotyczy Pakietu nr 2 poz. 11.

Czy Zamawiający w ramach pakietu nr 2 wyrazi zgodę na aparat z odległością roboczą 8-9 mm?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie aparatu z odległością roboczą 8-9 mm.

Pytanie nr 14, dotyczy Pakietu nr 2.

Czy Zamawiający wymaga, aby tonometr miał wbudowany pachymetr z funkcją automatycznej kompensacji IOP o grubość rogówki?

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 14, dotyczy Pakietu nr 2.

Czy Zamawiający dopuści zestaw ze stolikiem: wymiary blatu: 580 x 470mm, maksymalne obciążenie stolika: 50kg, zakres regulacji wysokości stolika: od 670 do 860mm?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający dopuszcza stolik o wymiarach blatu: 580 x 470mm, maksymalnym obciążeniu stolika: 50 kg i zakresie regulacji wysokości stolika: od 670 do 860mm.

**Z UPOWAŻNIENIA
Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
Zastępcą Dyrektora ds. Medycznych**

Luiza Reddig

