Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
promuje łódzkie
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. dr Wł. Biegańskiego
91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5

Informacja: tel. 42 251-60-11, 251 60-50, FAX. 42 251-60-55; Sekretariat Dyrektora: tel. 42 251-61-55, 42 251-60-59;
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych: tel. 42 251-60-60; Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: tel. 42 251-62-50;
Główna Księgowa: tel. 42 251-61-45; NIP 726-22-34-808; Regon 471219736.

WSSz - NZP – 12/20 Łódź, dn. 17. 01. 2020r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 tys euro na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii, sprawa ZP 75/19

I. Na podstawie **art. 38 ust. 2** ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pakiet 1 Łóżko z wyposażeniem dla Sali wzmożonego nadzoru z wyposażeniem

1. *Czy Zamawiający dopuści łóżko z jednym wyświetlaczem wagi, umieszczonym w wymaganym przez Zamawiającego miejscu, który wskazuje pomiar masy pacjenta w czasie rzeczywistym, bez możliwości wyświetlenia zmian w czasie.*

Wyjaśnienia. Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

Pakiet nr 6 Poz. 1 Pompa infuzyjna strzykawkowa

2. ***Pkt. 3*** *Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe kompatybilne z inną niż wskazana przez Zamawiającego stacją dokującą ? Powołując się na zasadę konkurencyjności i nieograniczony rodzaj przetargu, prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z tego punktu.*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. ***Pkt. 6*** *Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z alarmami: słaby akumulator, rozładowany akumulator, okluzja, pusta strzykawka, awaria/uszkodzenie pompy, KVO, koniec infuzji, bliski koniec infuzji (programowany czas do końca infuzji), brak aktywności, nieprawidłowe zamontowanie strzykawki, brak zasilania sieciowego bez alarmów końca pauzy oraz nieprawidłowej strzykawki ? Oferowana pompa ma możliwość obsługi wszystkich strzykawek dedykowanych do pomp (3 częściowych) w rozmiarach od 2/3 do 50/60 ml, przez co nie ma możliwości zainstalowania nieprawidłowej strzykawki.*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. ***Pkt. 11*** *Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z szybkością dozowanie w zakresie 0,1 - 1800 ml/h? Prędkości powyżej 1800 ml/h są stosowane ewentualnie dla podaży dawki dodatkowej, czyli bolusa, dla podstawowych infuzji jest to parametr zdecydowanie wystarczający.*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. ***Pkt. 17*** *Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z programowaniem czasu w przedziale od 1 min do 99 godzin 59 minut ? Jest to zdecydowanie wystarczający czas do prowadzenia każdej infuzji na pompie strzykawkowej.*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. ***Pkt. 22*** *Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z programowalnymi progami ciśnienia okluzji na 12 poziomach w przedziale od 75 do 900 mmHg ?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. ***Pyt. 26*** *Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF oraz wyższą klasą ochrony obudowy IP 24 ?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 6 Poz. 2 Stacja dokująca do pomp infuzyjnych

8. ***Pkt. 3*** *Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy stację dokującą kompatybilną z innymi niż wskazane przez Zamawiającego pompami strzykawkowymi ? Powołując się na zasadę konkurencyjności i nieograniczony rodzaj przetargu, prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z tego punktu.*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. ***Pkt. 4*** *Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy stację dokującą z możliwością podłączenia co najmniej 6 pomp strzykawkowych innych niż wskazane w pozycji 1 ? Oferowane pompy są nowoczesne, atrakcyjne cenowo i znacznie korzystniejsze dla Zamawiającego.*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 6 Pompa infuzyjna objętościowa

10. ***Pyt. 4*** *Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z czasem pracy akumulatora do 9 godzin przy infuzji 25 ml/h ? Jest to zdecydowanie wystarczający czas do poprawnej infuzji dla pacjenta.*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. ***Pyt. 11*** *Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z deklarowaną dokładnością podaży +/- 5% zgodnie z dokumentacją, lecz z rzeczywistą dokładnością w przedziale 1-2%, deklarowaną przez dedykowane urządzenia do pomiarów?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. ***Pyt. 12*** *Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z drenami do infuzji bez odcinków silikonowych ? Oferowana pompa ma możliwość obsługi wszystkich standardowych drenów (grawitacyjnych), bez konieczności kupowania dedykowanych do producenta drogich aparatów.*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. ***Pyt. 16*** *Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z funkcją KVO w przedziale od 0,1 do 5 ml/h ? Funkcja KVO ma za zadanie tylko minimalnie podtrzymać zakończoną infuzję, dlatego oferowany zakres jest wystarczający.*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

14. ***Pyt. 23*** *Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z detekcją wyłącznie kumulowanych pęcherzyków z programowaną wielkością w przedziale od 50 do 800 ul ? Czułość wykrywania pęcherzyków w oferowanej pompie wynosi 20 ul.*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

15. ***Pyt. 30*** *Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF oraz wyższą klasą ochrony obudowy IP 24 ?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 9 - Ssak elektryczny

16. *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonywania napraw do 30 dni? Części ulegające eksploatacji sprowadzane są ze Szwajcarii, kraju spoza Unii gdzie proces dostaw(oclenie) jest wydłużony i utrudniony.*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

17. *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw części zamiennych do 30 dni?. Części sprowadzane są ze Szwajcarii, kraju spoza Unii gdzie proces dostaw(oclenie towaru) jest wydłużony i utrudniony.*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

18. *Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wysyłki na koszt wykonawcy urządzenia podlegającego przeglądowi do siedziby serwisu wykonawcy?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

19. *Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z max. podciśnieniem 93 kPa?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

20. *Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z płynnym, szerokim zakresem regulacji wydajności ssania od 0 do 50 l/min ?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

21. *Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z możliwością precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora iglicowego?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

22. *Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny, wyposażony w bezolejową pompę próżniową, nie wymagającą konserwacji, bezobsługową i z długą 5 letnią gwarancją?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

23. *Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny, z trwałą obudową z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z niezawodnym, podświetlanym włącznikiem wciskanym ?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

24. *Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny, na czterech kołach (2 koła z hamulcami) ? Pozostałe parametry bez zmian.*

Wyjaśnienia. Zamawiający wyraża zgodę.

25. *Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny, z włącznikiem / wyłącznikiem nożnym i możliwością zamocowania go na wózku jezdnym?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

26. *Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny, z uchwytem na dren, zintegrowany z obejmą na zbiornik 2l i wykonany z bardzo trwałego sztucznego tworzywa i bez blokady zabezpieczającej wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 10 - Videolaryngoskop

27. *Zamawiający dopuści aparat wyposażony w wbudowany akumulator gwarantujący ciągłą pracę aparatu ponad 300 minut?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

28. *W związku z pytaniem numer 27 - Czy Zamawiający dopuści aparat bez wskaźnika konieczności wymiany baterii oraz wyświetlanie wskaźnika paskowego pozostałej objętości baterii w miejsce wymaganego wskaźnika pozostałego czasu?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

29. *Czy Zamawiający dopuści łyżki Mikrobiologicznie czyste zamiast sterylnych?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

30. ***Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako równoważnego videolaryngoskopu o następujących parametrach:***

- videolaryngoskop bezprzewodowy, składający się z kolorowego wyświetlacza LCD o przekątnej 2,4 cala zintegrowanego z rękojeścią, adapteru – toru wizyjnego oraz łyżek jednorazowego użytku z etui transportowym na wyświetlacz i tor wizyjny

- wyświetlacz LCD ustawiony w stałej pozycji z maksymalnym kątem widzenia do 155 stopni, bez możliwości regulacji ustawienia pozycji monitora – monitor/wyświetlacz zintegrowany na stałe z rękojeścią

- matryca kamery CMOS, rozdzielczość kamery 640x480 VGA, rozdzielczość wideo 320 x 240 (QVGA)

- źródło światła biała dioda LED
- wskaźnik w postaci świecącej się diody informujący o naładowaniu baterii – migający kolor czerwony informuje o konieczności wymiany baterii
- zasilany bateriami AAA (3 sztuki) zapewniającymi czas pracy ok 90 min, w zestawie 4 komplety baterii pozwalające na ponad 5 h pracy, bez ładowarki sieciowej z uwagi na zasilanie bateryjne
- waga urządzenia 95g
- urządzenie odporne na wilgoć oraz powierzchniowe mycie i dezynfekcję za pomocą wilgotnych ściereczek
- dostępne łyżki jednorazowego użytku w rozmiarze 1, 2 oraz 3, mikrobiologicznie czyste
- dostępne łyżki przeznaczone do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach w rozmiarze 3 z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną
- na wyposażeniu zestaw łyżek jednorazowego użytku (skład zestawu: łyżka aBlade standardowa wykonana z polimeru rozmiar 3 – 5 sztuk oraz łyżka aBlade do trudnych intubacji wykonana z polimeru oraz TPE o rozmiarze 3 – 5 sztuk))
- włączanie/wyłączanie urządzenia poprzez wciśnięcie przycisku
- podłączenie toru wizyjnego poprzez wsunięcie na rękojeść zintegrowaną z wyświetlaczem i zblokowanie przesuwnym suwakiem
- urządzenie wyposażone w układ gospodarowania energią umożliwiający wyłączenie urządzenia po 60 sekundach od odłożenia na nieruchomą powierzchnię
- wielorazowy tor wizyjny (1sztuka) do użytku z jednorazowymi łyżkami
- bez dodatkowej prowadnicy – rolę prowadnicy pełni kanał prowadzący rurkę intubacyjną zintegrowany z łyżką aBlade
- urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

31. *Czy zamawiający wymaga dodatkowych akumulatorów służących do zasilania wideolaryngoskopu w ilości 6 sztuk ?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 11 poz. 1 – Wózek anestezjologiczny

32. *Czy Zamawiający dopuści konstrukcję wózka jednoczęściową, formowaną „w jednym bloku", bez łączeń, w całości wykonaną z wysokiej jakości tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości (polietylenu), odpornego na działanie środków chemicznych, wilgoć, odbarwienia oraz uszkodzenia mechaniczne?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

33. *Czy Zamawiający dopuści blat wykonany z tworzywa – polietylenu z podniesionymi z trzech stron o 45 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącym zabezpieczenie przed przesuwaniem się sprzętu?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

34. *Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający zintegrowany z blatem uchwyt do prowadzenia z lewej strony wózka (jak na zdjęciu poniżej)?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

35. *Czy Zamawiający dopuści powierzchnię roboczą blatu wynoszącą 680 x 410 mm?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

36. *Czy Zamawiający dopuści blat roboczy na wysokości 930 mm od podłogi?*

Wyjaśnienia. Zamawiający wyraża zgodę.

37. *Czy Zamawiający dopuści układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z hamulcem, nie brudzące podłoża?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

38. *Czy Zamawiający dopuści podstawę wózka na wzmocnionej ramie wykonanej z wysokiej jakości tworzywa sztucznego?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

39. *Czy Zamawiający dopuści dół wózka zabezpieczony odbojami w narożnikach (nad kołami) wykonanymi z wysokiej jakości tworzywa sztucznego?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

40. *Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 szuflady:*
    - 2 szuflady wym. 625 x 450 x 150h mm, z przeznaczeniem na leki, w tym 2 z organizerami
    - 1 szuflada wym. 625 x 450 x 100h mm, z przeznaczeniem na leki, w tym 2 z organizerami
    - 1 szuflada wym. 625 x 450 x 200h mm, z przeznaczeniem na płyny infuzyjne

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

41. *Czy Zamawiający dopuści szuflady o wys. 100 i 150 mm wysuwane na zintegrowanych z szufladą prowadnicach oraz szufladę o wys. 200 mm wysuwaną na prowadnicach łożyskowych?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

42. *Czy Zamawiający dopuści szuflady z całkowitym wysuwem, bez mechanizmu samodomykania się, szuflady o wys. 100 i 150 mm wyjmowane bez użycia narzędzi, szuflada o wys. 200 mm nie wyjmowana?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

43. *Czy Zamawiający dopuści szuflady z ergonomicznymi uchwytami na ok. 3/4 długości szuflady, z miejscem / dodatkowym okienkiem na umieszczenie opisu zawartości?*

Wyjaśnienia. Zamawiający wyraża zgodę.

44. *Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru koloru szuflad – 6 kolorów do wyboru (jak na zdjęciu poniżej)?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

45. *Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający szuflady o całkowitym obciążeniu 22 kg?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

46. *Czy Zamawiający dopuści stelaż nadstawki z wyposażeniem:*
    - zestaw 10 uchylnych pojemników w 2 rzędach (dwa rzędy po 5 pojemników)
    - potrójny uchwyt na pudełka z rękawiczkami (z przeznaczeniem na 3 pudełka) mocowany pod uchylnymi pojemnikami
    - dyspenser na płyn do dezynfekcji mocowany do stelaża nadstawki o pojemności min. 500 ml
    - tackę dezynfekcyjną mocowaną do stelaża nadstawki
    - uniwersalny uchwyt na pojemnik na odpady ostre (np. igły) z regulowanym paskiem do mocowania pojemnika, przeznaczony do pojemników o różnej pojemności?

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

47. *Czy Zamawiający dopuści półkę pomocniczą z ABS wysuwaną spod blatu roboczego z prawej strony wózka, o obciążeniu 10 kg?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

48. *Czy Zamawiający dopuści dwie uchylne o 30°, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

49. *Czy Zamawiający dopuści przestrzenie na akcesoria zintegrowane w tylnej konstrukcji wózka:*
    - 1 przestrzeń z paskiem zabezpieczającym z przeznaczeniem na pojemnik na odpady ostre lub butelkę z płynem dezynfekcyjnym
    - 1 przestrzeń z zabezpieczeniem przed wypadnięciem z przeznaczeniem np. na pudełko z rękawiczkami lub akcesoria?

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

50. *Czy Zamawiający dopuści wymiary wózka bez wyposażenie: 910 x 610 x 1000h mm?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

51. *Czy Zamawiający dopuści wymiary wózka z wyposażeniem ok. 950 x 610 x 1700h mm?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

52. *Czy Zamawiający dopuści ładowność wózka 100 kg?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 11 poz. 2 – Wózek reanimacyjny

53. *Czy Zamawiający dopuści konstrukcję wózka jednoczęściową, formowaną „w jednym bloku", bez łączeń, w całości wykonaną z wysokiej jakości tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości (polietylenu), odpornego na działanie środków chemicznych, wilgoć, odbarwienia oraz uszkodzenia mechaniczne?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

54. *Czy Zamawiający dopuści blat wykonany z tworzywa – polietylenu z podniesionymi z trzech stron o 45 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącym zabezpieczenie przed przesuwaniem się sprzętu?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

55. *Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający zintegrowany z blatem uchwyt do prowadzenia z lewej strony wózka (jak na zdjęciu poniżej)?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

56. *Czy Zamawiający dopuści powierzchnię roboczą blatu wynoszącą 680 x 410 mm?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

57. *Czy Zamawiający dopuści blat roboczy na wysokości 930 mm od podłogi?*
Wyjaśnienia. Zamawiający wyraża zgodę.

58. *Czy Zamawiający dopuści układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z hamulcem, nie brudzące podłoża?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

59. *Czy Zamawiający dopuści podstawę wózka na wzmocnionej ramie wykonanej z wysokiej jakości tworzywa sztucznego?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

60. *Czy Zamawiający dopuści dół wózka zabezpieczony odbojami w narożnikach (nad kołami) wykonanymi z wysokiej jakości tworzywa sztucznego?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

61. *Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 5 szuflad:*
   - *3 szuflady wym. 625 x 450 x 100h mm, z przeznaczeniem na leki, z organizerami*
   - *2 szuflady wym. 625 x 450 x 150h mm, z przeznaczeniem na płyny infuzyjne*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

62. *Czy Zamawiający dopuści szuflady wysuwane na zintegrowanych z szufladą prowadnicach?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

63. *Czy Zamawiający dopuści szuflady z całkowitym wysuwem, bez mechanizmu samodomykania się, wyjmowane bez użycia narzędzi?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

64. *Czy Zamawiający dopuści szuflady z ergonomicznymi uchwytami na ok. 3/4 długości szuflady, z miejscem / dodatkowym okienkiem na umieszczenie opisu zawartości?*
Wyjaśnienia. Zamawiający wyraża zgodę.

65. *Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru koloru szuflad – 6 kolorów do wyboru (jak na zdjęciu poniżej)?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

66. *Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający szuflady o całkowitym obciążeniu 16 kg?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
67. *Czy Zamawiający dopuści płytę CPR montowaną z tyłu wózka o wym.550 x 390 mm?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

68. *Czy Zamawiający dopuści obrotową o 360° półkę pod defibrylator, o wymiarach 330 x 410 (bez regulowanych wymiarów), z paskami zabezpieczającymi defibrylator przed upadkiem?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

69. *Czy Zamawiający dopuści półkę pomocniczą z ABS wysuwaną spod blatu roboczego z prawej strony wózka, o obciążeniu 10 kg?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

70. *Czy Zamawiający dopuści jedną uchylną o 30°, transparentną półkę boczną z tworzywa, wyjmowaną, z lewej strony wózka?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

71. *Czy Zamawiający dopuści kosz / pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego z wkładem wyjmowanym w celu łatwego opróżniania, mycia i dezynfekcji, o pojemności 14l, z prawej strony wózka?*
Wyjaśnienia. Zamawiający wyraża zgodę.

72. *Czy Zamawiający dopuści 1 przestrzeń z zabezpieczeniem przed wypadnięciem z przeznaczeniem np. na pojemnik na odpady ostre lub butelkę z płynem dezynfekcyjnym, pudełko z rękawiczkami lub akcesoria?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

73. *Czy Zamawiający dopuści wymiary wózka bez wyposażenie: 910 x 610 x 1000h mm?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

74. *Czy Zamawiający dopuści wymiary wózka z wyposażeniem ok. 950 x 610 x 1650h mm?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

75. *Czy Zamawiający dopuści ładowność wózka 100 kg?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 11 poz. 3 – Wózek oddziałowy zabiegowy

76. *Czy Zamawiający dopuści konstrukcję wózka jednoczęściową, formowaną „w jednym bloku", bez łączeń, w całości wykonaną z wysokiej jakości tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości (polietylenu), odpornego na działanie środków chemicznych, wilgoć, odbarwienia oraz uszkodzenia mechaniczne?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

77. *Czy Zamawiający dopuści blat wykonany z tworzywa – polietylenu z podniesionymi z trzech stron o 45 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącym zabezpieczenie przed przesuwaniem się sprzętu?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

78. *Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający zintegrowany z blatem uchwyt do prowadzenia z lewej strony wózka (jak na zdjęciu poniżej)?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

79. *Czy Zamawiający dopuści powierzchnię roboczą blatu wynoszącą 680 x 410 mm?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

80. *Czy Zamawiający dopuści blat roboczy na wysokości 930 mm od podłogi?*
Wyjaśnienia. Zamawiający wyraża zgodę.

81. *Czy Zamawiający dopuści układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z hamulcem, nie brudzące podłoża?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

82. *Czy Zamawiający dopuści podstawę wózka na wzmocnionej ramie wykonanej z wysokiej jakości tworzywa sztucznego?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

83. *Czy Zamawiający dopuści dół wózka zabezpieczony odbojami w narożnikach (nad kołami) wykonanymi z wysokiej jakości tworzywa sztucznego*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

84. *Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 szuflady:*
- 2 szuflady wym. 625 x 450 x 150h mm, z przeznaczeniem na leki, w tym 2 z organizerami
- 1 szuflada wym. 625 x 450 x 100h mm, z przeznaczeniem na leki, w tym 2 z organizerami
- 1 szuflada wym. 625 x 450 x 200h mm, z przeznaczeniem na płyny infuzyjne
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

85. *Czy Zamawiający dopuści szuflady o wys. 100 i 150 mm wysuwane na zintegrowanych z szufladą prowadnicach oraz szufladę o wys. 200 mm wysuwaną na prowadnicach łożyskowych?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

86. *Czy Zamawiający dopuści szuflady z całkowitym wysuwem, bez mechanizmu samodomykania się, szuflady o wys. 100 i 150 mm wyjmowane bez użycia narzędzi, szuflada o wys. 200 mm nie wyjmowana?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

87. *Czy Zamawiający dopuści szuflady z ergonomicznymi uchwytami na ok. 3/4 długości szuflady, z miejscem / dodatkowym okienkiem na umieszczenie opisu zawartości?*
Wyjaśnienia. Zamawiający wyraża zgodę.

88. *Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru koloru szuflad – 6 kolorów do wyboru (jak na zdjęciu poniżej)?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

89. *Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający szuflady o całkowitym obciążeniu 22 kg?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

90. *Czy Zamawiający dopuści stelaż nadstawki z wyposażeniem:*
- zestaw 10 uchylnych pojemników w 2 rzędach (dwa rzędy po 5 pojemników)
- potrójny uchwyt na pudełka z rękawiczkami (z przeznaczeniem na 3 pudełka) mocowany pod uchylnymi pojemnikami
- dyspenser na płyn do dezynfekcji mocowany do stelaża nadstawki o pojemności min. 500 ml
- tackę dezynfekcyjną mocowaną do stelaża nadstawki
- uniwersalny uchwyt na pojemnik na odpady ostre (np. igły) z regulowanym paskiem do mocowania pojemnika, przeznaczony do pojemników o różnej pojemności?
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

91. *Czy Zamawiający dopuści półkę pomocniczą z ABS wysuwaną spod blatu roboczego z prawej strony wózka, o obciążeniu 10 kg?*
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

92. *Czy Zamawiający dopuści dwie uchylne o 30°, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

93. *Czy Zamawiający dopuści przestrzenie na akcesoria zintegrowane w tylnej konstrukcji wózka:*
- 1 przestrzeń z paskiem zabezpieczającym z przeznaczeniem na pojemnik na odpady ostre lub butelkę z płynem dezynfekcyjnym
- 1 przestrzeń z zabezpieczeniem przed wypadnięciem z przeznaczeniem np. na pudełko z rękawiczkami lub akcesoria?

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

94. *Czy Zamawiający dopuści wymiary wózka bez wyposażenie: 910 x 610 x 1000h mm?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

95. *Czy Zamawiający dopuści wymiary wózka z wyposażeniem ok. 950 x 610 x 1700h mm?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

96. *Czy Zamawiający dopuści ładowność wózka 100 kg?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 11 poz. 4 – Stolik zabiegowy

97. *Prosimy Zamawiającego, aby dopuścił stolik wyposażony w 2 blaty z pogłębieniem, bez relingów z 3 stron do prowadzenia. Pogłębienie blatów stanowi wystarczające zabezpieczenie przed zsuwaniem się umieszczonych na nim sprzętów. Stolik wyposażony w 4 podwójne kółka antystatyczne Ø 75 mm tworzywa nie brudzącego podłoża, z krążkami odbojowymi nad kołami.*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 13 poz. 2 – Wózek transportowy leżący

98. *Czy Zamawiający dopuści pozycję Trendelenburga 14,5° oraz anty-Trendelenburga 13,5° uzyskiwaną nożnie, hydraulicznie?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

99. *Czy Zamawiający dopuści nożną, hydrauliczną regulację zmiany wysokości leża w zakresie 580 – 910 mm?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

100. *Czy Zamawiający dopuści cztery koła jezdne o średnicy 200 mm z centralną blokadą, jedno z blokadą kierunkową, blokady umieszczone w 4 narożnikach leża?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

101. *Czy Zamawiający dopuści poręcze boczne lakierowane z elementami wykonanymi z estetycznego tworzywa sztucznego, składane wzdłuż ramy leża, spełniające wymagania normy PN EN 60601-2-52?*
(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 18 Wózek na bieliznę

102. *Czy Zamawiający dopuści wózek na bieliznę, którego konstrukcja wykonana jest z aluminium lakierowanego proszkowo odpornego na środki dezynfekcyjne?*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

103. Czy Zamawiający dopuści wózek na bieliznę o wymiarach: wysokość 108 cm, długość 105 cm, szerokość 58 cm?
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

104. Czy Zamawiający dopuści wózek na bieliznę z blatem szafki o wymiarach 51x51 cm z relingami zabezpieczającymi?
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

105. Czy Zamawiający dopuści wózek na bieliznę z odbojami na narożach podstawy?
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

SIWZ

106. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu zawartego w SIWZ (strona 11) przedstawienia na wezwanie zgłoszenia lub wpisu do rejestru wyrobów medycznych w zakresie pakietu nr 11 oraz pakietu nr 19. Część asortymentu objęta pakietem nr 19 (meble medyczne) nie są wyrobami medycznymi i nie ma obowiązku dokonywania ich zgłoszeń bądź powiadomień do Urzędu Wyrobów Medycznych. Pozostała część asortymentu z pakietu nr 11 oraz 19 kwalifikuje się jako wyroby medyczne, ale nie wszystkie produkty były już wprowadzane do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z powyższym do momentu ich wprowadzenia nie ma obowiązku dokonywania powiadomień przez dystrybutora. Prosimy także, żeby Zamawiający doprecyzował w SIWZ, że chodzi o zgłoszenia bądź powiadomienia (używana terminologia ma znaczenie, ponieważ zgłoszeń dokonuje wytwórca bądź autoryzowany przedstawiciel, a powiadomień – dystrybutor bądź importer). Zgodnie z wymaganiami art. 58 ustawy o wyrobach medycznych wytwórca i autoryzowany przedstawiciel mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje zgłoszenia do Prezesa Urzędu, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem do obrotu albo przekazaniem do oceny działania pierwszego wyrobu. Natomiast zgodnie z wymaganiami art. 58 ustawy dystrybutor i importer mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczony do używania na tym terytorium wyrób niebędący wyrobem wykonanym na zamówienie, powiadamiają o tym Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec powyższego żądanie przedłożenia powiadomienia bądź zgłoszenia na etapie uzupełniania treści ofert na wezwanie jest zupełnie bezzasadne, albowiem obowiązek dokonania zgłoszenia bądź powiadomienia powstaje w terminach ściśle określonych przez ustawę – już po zawarciu umowy o udzielnie zamówienia publicznego. Zatem jeżeli oferowany produkt byłby produktem wprowadzanym po raz pierwszy na terytorium Polski, to wykonawca na etapie uzupełnienia treści oferty na wezwanie przez Zamawiającego nie będzie dysponował tego typu dokumentami. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest wymaganie złożenia jedynie deklaracji zgodności CE na wyrób medyczny. Prosimy zatem o rezygnację z wymogu złożenia zgłoszenia lub wpisu do rejestru wyrobów medycznych. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ/załącznikach do SIWZ/projekcie umowy (w szczególności w § 2 ust. 2 projektu umowy).
Wyjaśnienia. Zgodnie z tabelą w pkt 53 SIWZ wymóg nr 2 (przedstawienia zgłoszenia lub wpisu do rejestru wyrobów medycznych) dotyczy jedynie wyrobów medycznych. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje SIWZ, patrz pkt II niniejszego pisma.

107. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu dokonywania przeglądów technicznych w zakresie asortymentu objętego pakietami nr 11 oraz 19, albowiem producenci nie wymagają dokonywania przeglądów technicznych tego typu sprzętu. Wszystkie ww. produkty są bardzo proste konstrukcyjnie. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ/załącznikach do SIWZ (w szczególności w załączniku nr 5 do SIWZ)/projekcie umowy.
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jednocześnie wskazuje, że wymaga przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej producenta.

108. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii z maksymalnie 5 dni roboczych do maksymalnie 15 dni roboczych w przypadku konieczności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy w zakresie pakietów nr 11 oraz 19. Większość asortymentu objętego pakietami nr 11 i 19 jest towarem sprowadzany z zagranicy. Zatem wszystkie elementy niezbędne do ewentualnej naprawy sprzętu będą sprowadzane bezpośrednio od zagranicznych producentów, co znacząco może wydłużyć czas skutecznej naprawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ/załącznikach do SIWZ (w szczególności w załączniku nr 5 do SIWZ)/projekcie umowy.
Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

109. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia instrukcji serwisowej w wersji elektronicznej w przypadku dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim zawierającej pełne informacje o procedurach konserwacji i diagnostyce urządzenia?

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, dopuszcza przekazanie wersji elektronicznej i papierowej razem.

110. Dotyczy pakietu nr 5. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej (pytanie 109), czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji serwisowej w języku angielskim po zakończeniu okresu udzielonej gwarancji?

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

111. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu skutecznej naprawy do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta z zagranicy ?

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznik nr do 6 SIWZ Wzór umowy

112. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1:

„1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kar umownych w następujących wysokościach oraz następujących przypadkach:

1) 0,5% wartości umownej (brutto) sprzętu niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie nie przekroczy 2 dni, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie sprzętu;

2) 0,5% wartości brutto sprzętu podlegającego naprawie, za każdy dzień oczekiwania na naprawę, ponad termin określony w załączniku numer ___ do umowy „Warunki gwarancji i serwisu", jednak nie więcej niż 10% wartości brutto sprzętu podlegającego naprawie. Kara nie zostanie naliczona gdy Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach i okres naprawy nie przekroczy 30 dni. Zamawiający może odmówić przyjęcia sprzętu zastępczego gdy nie będzie on spełniał wymogów użytkowych.

3) 10% wartości brutto umownej niedostarczonego sprzętu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy bez uzasadnionej przyczyny,

4) 10% wartości brutto umownej niedostarczonego sprzętu, gdy Zamawiający będzie zmuszony odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

5) 0,5% wartości brutto sprzętu podlegającego usłudze przeglądu za nieterminowe wykonanie gwarancyjnego przeglądu technicznego, lub innych przeglądów za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto sprzętu podlegającego usłudze przeglądu. Kara nie zostanie naliczona jeżeli brak przeglądu wynikać będzie z winy Zamawiającego."

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

113. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z postanowień zawartych w § 3 ust. 6 oraz § 7 ust. 1 pkt 4) projektu umowy, albowiem ww. postanowienie jest próbą przerzucenia ryzyka powodzenia transakcji handlowej w całości na Wykonawcę. Zamawiający nie może uzależniać płatności za wykonanie przedmiotu umowy bądź skorzystania z umownego prawa odstąpienia od realizacji robót budowlanych (które de facto nie są przedmiotem niniejszej umowy) bądź wstrzymania wypłaty dofinansowania projektu/, która to okoliczność pozostaje bez wpływu na konieczność realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ/załącznikach do SIWZ/projekcie umowy.

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

114. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych zawartych w § 6 ust. 1 pkt 1-4, 7 projektu umowy z poziomu 0,5%-1% do poziomu 0,1-0,2% wartości umownej brutto sprzętu. Przewidziane przez Zamawiającego kary umowne są rażąco wygórowane. W orzecznictwie wskazuje się, że kary umowne są zryczałtowaną formą odszkodowania i nie powinny prowadzić do wzbogacenia się jednego kontrahenta kosztem drugiego. W zamówieniach publicznych powszechnie stosuje się kary umowne na poziomie 0,1-0,2% wartości umownej brutto sprzętu/ wartości umownej brutto sprzętu niedostarczonego w terminie. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ/załącznikach do SIWZ/projekcie umowy.

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

115. Prosimy Zamawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty wystawienia poprawnej faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego

terminu płatności, który gwarantuje równość stron podmiotów stosunku obligacyjnego. Kredyty kupieckie udzielane Wykonawcom przez producentów zagranicznych są krótkie. Realizacja płatności w terminie 30 dni przez Zamawiającego gwarantuje wywiązanie się z obowiązków umownych przez Wykonawcę względem producenta. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ/załącznikach do SIWZ/projekcie umowy.

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

116. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku złożenia ofert przez jednego Wykonawcę na dwa różne pakiety i wyboru tych ofert jako najkorzystniejszych Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie dwóch odrębnych umów na poszczególne pakiety, np. osobna umowa na pakiet nr 11 oraz osobna umowa na pakiet nr 19. Poszczególne pakiety są bardzo zróżnicowane asortymentowo, co oznacza, że będą kompletowane od różnych dostawców, często będą to dostawcy zagraniczni. Różne zatem będą także terminy dostaw asortymentu objętego danym pakietem. Prosimy o potwierdzenie tej okoliczności.

Wyjaśnienia. Zamawiający nie widzi podstaw do zawierania z jednym Wykonawcą odrębnych umów na poszczególne pakiety. Wykonawca ma prawo zróżnicować terminy dostaw sprzętu w ramach jeden umowy.

*117. **Dotyczy pakietu nr 3 i 4.** Par. 4 ust. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisów tego punktu:*

„5. Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany elementu/podzespołu sprzętu na nowy jeżeli:

w okresie gwarancji dokonane zostaną trzy naprawy tego samego elementu a element/podzespół sprzętu nadal będzie wykazywał wady lub usterki, które będą uniemożliwiać jego prawidłowe użytkowanie,"

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona jest sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna jest tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Uprawnienie do wymiany całego urządzenia niepotrzebnie może podwyższyć koszt zamówienia. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, jednocześnie wskazuje, że projekt umowy przewiduje, że Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany na nowy sprzętu <u>lub jego elementu funkcjonalnego</u>.

*118. **Dotyczy pakietu nr 3 i 4.** Par. 6 ust. 1 pkt. 1-3. W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/podjęciu działań serwisowych/wymianę wadliwego towaru oraz 10% w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kar umownych do przyjętego w branży poziomu.*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*119. **Dotyczy pakietu nr 3 i 4.** Par. 6 ust. 1 pkt. 4 W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/podjęciu działań serwisowych/wymianę wadliwego towaru oraz 10% w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kar umownych do przyjętego w branży poziomu.*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*120. **Dotyczy pakietu nr 3 i 4.** Par. 6 ust. 1 pkt. 1-3. Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy, aby w omawianym punkcie sformułowanie „nieterminowa dostawa" zastąpić słowem „zwłoka".*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*121. **Dotyczy pakietu nr 3 i 4.** Par. 6 ust. 1 pkt. 1-3 Brak górnego limitu naliczenia kary umownej za opóźnienie w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu obiektywnie nieuzasadnione źródło wzbogacenia się , co jest sprzeczne z naturą kary umownej. Dodatkowo, standardem rynkowym jest wprowadzenie górnego limitu ograniczenia kar umownych, celem zapobieżenia wskazanego wyżej nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiający z jednej stron, a z*

drugiej pozwala Wykonawcy skalkulować ryzyko finansowe wiążące się z realizacją umowy. W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie górnego limitu naliczenia kary umownej w wysokości 10%.

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*122. **Dotyczy pakietu nr 3 i 4.** Par. 6 ust. 1 pkt. 7 W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/podjęciu działań serwisowych/wymianę wadliwego towaru oraz 10% w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kar umownych do przyjętego w branży poziomu.*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*123. **Dotyczy pakietu nr 3 i 4.** Par. 7 ust. 1 Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze stron, w związku z czym prosimy zamawiającego o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin nie krótszy niż 14 dniowy.*

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznik nr 5 do SIWZ Wymagane warunki gwarancji oraz świadczenia serwisu

124. Dotyczy pkt. 3, 4. Ze względu na stopień skomplikowania urządzeń oraz procedury serwisowe producenta, którego urządzenie Wykonawca chciałby zaoferować, napraw wspomnianych urządzeń dokonuje się najczęściej poprzez wymianę uszkodzonych modułów, często podczas już pierwszej wizyty. Ze względu na specyfikę wymagań Zamawiającego dotyczących urządzeń, oraz fakt, że wszystkie te urządzenia są produkowane poza granicami Polski, a niekiedy poza granicami UE, większość części zamiennych dostępnych jest w magazynach centralnych poza granicami Polski, co wydłuża czas sprowadzenia części do kilku dni roboczych. Wobec powyższego ponownie prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów umowy na

a) czas reakcji: do 48h w dni robocze

b) czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie dłuższy niż 7 dni roboczych

Takie wymagania są powszechne na rynku sprzętu medycznego i pozwalają Wykonawcom na złożenie ofert korzystnych dla Zamawiającego, ponieważ przy utrzymaniu bieżących wymagań Wykonawcy zmuszeni będą zabezpieczyć dostępność części zamiennych i sprzętu pod konkretną specyfikację Zamawiającego, co drastycznie wpłynie na wysokość oferty bądź uniemożliwi jej złożenie.

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

125. Dotyczy pkt 6. Czy Zamawiający dopuści możliwość wymiany uszkodzonych części na części rekondycjonowane przez wytwórcę aparatu, przy założeniu, że takie części spełniają te same standardy jakości co części fabrycznie nowe i są objęte takimi samymi warunkami gwarancji co części fabrycznie nowe?

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

126. Dotyczy pkt 7. Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia tego punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Okres gwarancji każdorazowo zostaje przedłużony o ilość dni wydłużającej się naprawy w stosunku do terminu na naprawę wynikającego z umowy" ?

Wyjaśnienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

II. Modyfikacja SIWZ

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:

1. zmianę treści „Wymogu 2" w tabeli w pkt 53 SIWZ. W kolumnie 3 tabeli „Wykaz oświadczeń / dokumentów jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2)" Zamawiający doprecyzowuje:
   - „Wymóg nr 2 (**dotyczy wyrobów medycznych**)"
   - pkt 1 „Zgłoszenie, **powiadomienie** lub wpis do rejestru wyrobów medycznych"
   - dopisuje pkt. 4 o treści:

„4. w przypadku produktów wprowadzanych po raz pierwszy na terytorium Polski:
- deklaracja zgodności CE na wyrób medyczny
- oświadczenie, iż produkt jest wprowadzony po raz pierwszy na rynek Polski wraz ze zobowiązaniem Wykonawcy do przedstawienia zgłoszenia, powiadomienia lub wpisu do rejestru wyrobów medycznych dla sprzętu po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu dostawy sprzętu"

Tabela przyjmuje brzmienie:

L. P.	Opis wymagań Zamawiającego	Wykaz oświadczeń / dokumentów jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2)
art. 25 ust. 1 pkt 2)		
1	**Wymóg 1** Zaoferowane urządzenia muszą spełniać wymagania graniczne określone w załączniku numer 4 do SIWZ – Parametry graniczne i oceniane. **Wymóg 2 (dotyczy wyrobów medycznych)** Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175) w szczególności a) spełniać tzw. wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów, b) posiadać deklaracje zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia, c) oznakowano je znakiem zgodności CE	**Wymóg 1** Dokumenty określające dane techniczne (np. katalogi, prospekty, ulotki) nt. parametrów oferowanego produktu, potwierdzające zgodność zaoferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 4 do SIWZ – Parametry graniczne i oceniane - dokumentujące i potwierdzające wymagane parametry **z zaznaczeniem każdego parametru w katalogu/opisie**. W przypadku gdyby jakiś parametr nie był potwierdzony w dokumentach jw. Wykonawca przedłoży oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela / dystrybutora producenta dotyczące spełniania tego parametru. **Wymóg 2 (dotyczy wyrobów medycznych)** 1. Zgłoszenie, **powiadomienie** lub wpis do rejestru wyrobów medycznych 2. Wykaz dostawców części i materiałów - zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 175) 3. Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności - zgodnie z art. 90 ust. 4 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 175) **4. w przypadku produktów wprowadzanych po raz pierwszy na terytorium Polski:** **- deklaracja zgodności CE na wyrób medyczny** **- oświadczenie, iż produkt jest wprowadzony po raz pierwszy na rynek Polski wraz ze zobowiązaniem Wykonawcy do przedstawienia zgłoszenia, powiadomienia lub wpisu do rejestru wyrobów medycznych dla sprzętu po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu dostawy sprzętu**

2. zmianę treści załącznika nr 6 do SIWZ poprzez dopisanie:
1) w § 6 ust. 1 punktu o 8 o następującej treści:
„8) 0,3% wartości umownej (brutto) w przypadku nie wypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 11 ust. 5 umowy. (jeżeli dotyczy)"
2) w § 11 ustępu 5 o następującej treści:
„5. W przypadku sprzętu będącego wyrobem medycznym wprowadzanych po raz pierwszy na terytorium Polski, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zgłoszenia, powiadomienia lub wpisu do rejestru wyrobów medycznych najpóźniej w dniu dostawy sprzętu. (jeżeli dotyczy)"

3. zmianę treści załącznika nr 2 do SIWZ Formularz cenowy dla Pakietu nr 19:
1) **poz. 1 w pakiecie nr 19** przyjmuje brzmienie:
Zestaw 1a. Sala wzmożonego nadzoru 0.23
1. Szafka podblatowa, pod zlew; Wymiar: 93x51x89H cm - 2 szt

2. Szafka podblatowa z **3** szufladami; Wymiar: 46x51x89H cm
3. blat typ Corian dł. 250 cm z umywalką i zlewem

2) **poz. 2 w pakiecie nr 19** przyjmuje brzmienie:
Zestaw 1b. Sala wzmożonego nadzoru 0.23
1. Szafa apteczna na leki z sejfem narkotyki
2. Szafka podblatowa 2- drzwiowa z górna szufladą , wym. 93x71x89 h cm – 1 szt.
3. Szafka podblatowa, 4 szuflady , wym. 46,x71x89 h cm – 1szt
4. Szafka wisząca 1-drzwiowa, wym. 46x35x66 h cm – 1 szt.
5. Szafka zawieszana z drzwiami; Wymiar: **93**x35x66H cm
6. blat typ Corian dł. 140 cm

3) **poz. 7 w pakiecie nr 19** przyjmuje brzmienie:
Zestaw 3b. Zaplecze pieleg. 0.42
1. Szafka wysoka z drzwiami; Wymiar: 93x51x209h cm
2. Szafka wysoka z drzwiami, na kosze i szuflady ISO; Wymiar: 66,5x51x209h cm - 1 szt,
3. Szafa wysoka 1 drzwiowa 4 półki wew. Wym. 46x51x209h - 1 szt.

4. **zmianę treści załącznika nr 4 do SIWZ Parametry graniczne i oceniane dla Pakietu nr 19** w poniższym zakresie:

1) WYKAZ MEBLI MEDYCZNYCH Zestaw 1a, Pom wzmożonego nadzoru 0.23
(…)
- Szafka podblatowa, 3 szuflady, wym. **46**x51x89 h cm – 1 szt.
(…)

2) Zestaw 2b, Gab. zabiegowy brudny 0.3 (…)

3) Zestaw 2a, Gab. zabiegowy brudny 0.39 (…)

4) Zestaw 3a, Zaplecze pielęgniarskie 0.42
- **Szafka zawieszana z drzwiami wym. 66,5x35x66h – 4 szt.**
- **Szafka zawieszana z drzwiami wym. 46,5x35x66h – 1 szt.**

5) Zestaw 5, Gabinet zabiegowy 0.10
- **Szafka zawieszana z drzwiami wym. 66,5x35x66h – 2 szt.**

III. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami oraz modyfikacją treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Było:
111. Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 24. 01. 2020 r., do godziny 10:45 na platformie zakupowej Zamawiającego, przy czym ewentualnie oryginał dokumentu wniesienia wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5, budynek administracji, III piętro, pokój nr 31, w tym samym terminie

116. Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, w sali szkoleń nr 3 budynek administracji, III piętro. w dniu 24.01.2020 r., o godzinie 11:00

Jest:
111. Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 10. 02. 2020 r., do godziny 10:45 na platformie zakupowej Zamawiającego.

116. Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, w sali szkoleń nr 3 budynek administracji, III piętro w dniu 10. 02.2020 r., o godzinie 11:00.

Integralnymi załącznikami do niniejszych odpowiedzi są:
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
2. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
3. Zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SIWZ dla pakietu nr 19 - Parametry graniczne i oceniane

4. Zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy

Z poważaniem

Wersja elektroniczna dokumentu.
Dokument podpisany w oryginale przez Kierownika Sekcji ds. Zamówień Publicznych
mgr Pawła Lipińskiego z upoważnienia Dyrektora