

COZL/DZP/AS/3411/PN-12/23

Lublin, dnia 01.03.2023 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na :

„Dostawa narzędzi i akcesoriów endoskopowych na potrzeby COZL”.
(COZL/DZP/AS/3411/PN-12/23)

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące
zapytania:

Pytanie 1

Prosimy o wykreślenie w części 3 w pozycji 5 i 6 z opisu określenia „wykrawany laserowo z walca, nie ulegający skracaniu po uwolnieniu”. Pozostałe parametry opisów zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza o ile pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie 2

Dotyczy zadania 1, poz. 20: Czy Zamawiający dopuści balonik do usuwania kamieni pracujący z przewodnicą 0,035 dł. 1900 mm rozmiary balonów od 8,5 mm do 20 mm ujście iniekcji powyżej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy zadania 1, poz. 41: Czy Zamawiający przez zapis: „Jednorazowa osłona dystylna kompatybilna z duodendoskopem firmy Olympus, 1 szt. w opakowaniu” rozumie, że nasadki pakowane są pojedynczo w opakowaniu zbiorczym? Opakowanie zbiorcze zawiera 20 szt.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający przez powyższy zapis rozumie, że nasadki pakowane są pojedynczo w opakowaniu zbiorczym.

Pytanie 4

Dotyczy zadania 2, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści jednorazową protezę samorozprężalną wykonaną z nitinolu, niepowlekaną do dwunastnicy i odźwiernika, długość 80 mm, 110 mm, 140 mm, śr. kołnierzy 26 mm, śr. protezy 20 mm, 12 znaczników radiologicznych, lasso do repozycjonowania, aplikator o dł. 230 cm i śr. 3,4 mm/10,2 Fr, posiada podwójny system kontroli punktu po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora, znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy zadania 2, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści jednorazową protezę samorozprężalną do dwunastnicy i odźwiernika, wykonaną z nitinolu, częściowo pokrywaną silikonem, długość 80 mm, 110 mm, 140 mm, śr. 20 mm, śr. kołnierzy 26 mm, 12 radiologicznych znaczników, niepokrywane kołnierze na końcach protezy, w środkowej części dodatkowa warstwa siatki nitinolowej, aplikator o dł. 230 cm, śr. 3,4 mm/10,2 Fr wyposażona w mechanizm zapobiegający przed przypadkowym uwolnieniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy zadania 2, poz. 12: Czy Zamawiający dopuści protezę samorozprężalną do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitinolu; wprowadzana przez endoskop; do protezowania równoległego, 12 znaczników radiologicznych, dł. całkowita 40mm, 60mm, 80mm, 10mm, 120mm, śr 6mm lub 8mm, aplikator dł. 180 cm, śr. 2,0 mm / 5.9 do stosowania z prowadnicą 0,025"?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy zadania 2, poz. 14: Czy Zamawiający dopuści protezę do dróg żółciowych, samorozprężalna, pokrywana silikonem, na cewniku 8Fr, dł. protezy 40-100, zakończona rozszerzonymi kielichami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy zadania 2, poz. 23: Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stent do przetyku, częściowo pokrywany, dł. stentu od 80 mm do 150 mm; śr. stentu 26-20-26 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ), paragraf 6, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby kary umowne przewidziane umową nie mogły przekroczyć 20% kwoty o której mowa w paragrafie 3, ustęp 1 umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.