

## Dziekan

Gdańsk, dnia 05.05.2022

Nr postępowania: ZP/66/014/D/22

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zgodnym z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022, poz. 25 ze zm.) na „Dostawę nowych obiektów sterowania z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem do komunikacji w laboratorium dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”.

### **INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2022, poz. 25 ze zm.) *Prawo zamówień publicznych* informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę nowych obiektów sterowania z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem do komunikacji w laboratorium dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej” zostało unieważnione.

### **Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:**

Zamawiający informuje, iż w toku badania i oceny oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp. Zaoferowany przez Wykonawcę obiekt nr 5 z serwomechanizmem nie spełnia wymagań, określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ postępowania. Zamawiający wymagał, aby zaoferowany przez Wykonawcę obiekt sterowania posiadał wymiary minimalne 1000x120x120mm z tolerancją +/-50mm. Wykonawca zaoferował obiekt sterowania o wymiarach 900x100x120mm, z czego wymiar 900mm, nawet z uwzględnieniem dopuszczalnej tolerancji, nie spełnia wymagań Zamawiającego.

Wobec braku innych ofert Zamawiający unieważnia postępowanie.

### **Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:**

Art. 255 pkt 2) ustawy Pzp:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

**Dziekan**

**dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn,  
prof. PG  
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI  
I AUTOMATYKI**