



SZP-ET/152/2021

Złotów, dnia 02.08.2021r.

Do wiadomości wszystkich zainteresowanych przedmiotowym postępowaniem

Dotyczy postępowania nr 15/ZP/2021

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem 15/ZP/2021, którego przedmiotem jest: „Dzierżawa automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych”. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p udziela wyjaśnień dotyczących SWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wymaga tromboplastyny ludzkiej pochodzenia łożyskowego o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,15), jako odczynnika do oznaczania czasu protrombinowego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga tromboplastyny ludzkiej pochodzenia łożyskowego o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,15), jako odczynnika do oznaczania czasu protrombinowego

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy analizator koagulologiczny z kuwetami jednorazowymi, które są połączone w raki (kuwety nie są pojedyncze)?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy analizator koagulologiczny z zewnętrzną drukarką niewielkich rozmiarów?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 4

Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminów na rozpatrzenie reklamacji. Prosimy o zmianę na realizacji dostawy reklamacyjnej po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, a nie po samym jej zgłoszeniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 5

Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na: Dostępność telefonicznych porad inżyniera serwisowego codziennie, 7 dni w tygodniu, poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

p.o. Dyrektor
Marcin Druszcz

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/477686>)

2. a/a

Sporządził: Jakub Sztekel – Dział Techniczno-Administracyjny,

tel. 67 263 22 33 wew. 420, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl