

Katowice, dn. 11.10.2019r

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wózków do przewozu chorych w pozycji leżącej oraz siedzącej – 4szt.

Nr sprawy: ZP-19-119BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami*), udzielam następujących odpowiedzi :

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie 460-800mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga; pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści wózek z Trendelenburgiem 12° i anty-Trendelenburgiem 12°?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-70°?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga; pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści wózek z krążkami odbojowymi zamiast listew odbojowych?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem bez właściwości antystatycznych?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia lub dokona innego jego wydłużenia?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7:

Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści szerokość całkowitą 778 mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8:

Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści długość całkowitą 2143 mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9:

Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wysokość regulowaną nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 600 – 920 mm, regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10:

Czy (w pkt. 5, 6 i 7) Zamawiający dopuści pozycję Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga regulowaną nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 0° – 20°, regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w uchwyt do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12:

Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0° – 90° – regulacja płynna?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 13:

Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0° – 40° – regulacja płynna?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 14:

Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe, jednoosiowe?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15:

Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści barierki boczne o długości 1370 mm, składające się z 2 poziomych poprzeczek o wysokości 430 mm, barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej, górna część barierki wykończona estetycznym i antypoślizgowym tworzywem, pełniącym również funkcję odbojową?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16:

Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w elastyczne listwy odbojowe zapobiegające przed uderzeniami, ze względu na to, że w oferowanym wózku najbardziej „wysuniętymi” elementami wózka są krążki odbojowe, które zabezpieczają wózek i ściany przed uszkodzeniami?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17:

Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści koła jezdne pojedyncze, blokowane centralnie oraz dodatkowe 5-te koło pełniące funkcję koła kierunkowego?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18:

Czy (w pkt. 26) Zamawiający dopuści wózek posiadający konstrukcję w kolorze szarym oraz materac w kolorze granatowym (jak na poniższym zdjęciu)?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie odnosi się do zdjęcia poglądowego.

Powyższe odpowiedzi i zmiany SIWZ są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach niniejszego postępowania.

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr n. med. WŁODZIMIERZ DZIUBDZIAŁA