

Katowice, dn. 08.01.2024r.

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonym na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku 29, Nr sprawy: ZP-23-204UN.**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie 1, dot. projektu umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt. 5 i § 2 pkt 9 b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy.** W przypadku nie dostarczenia dokumentów lub powstania zwłoki w uzupełnieniu dokumentów określonych w §2 pkt 12, którego dotyczy wezwanie, Zamawiający naliczy a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy.**

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

### **Pytanie 2, dot. projektu umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 2:

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto ~~umowy~~ niezrealizowanej części umowy.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

### **Pytanie 3, dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 1% ?  
Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

### **Pytanie 4, dot. projektu umowy**

Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

### **Pytanie 5, pakiet nr 3**

Prosimy o dopuszczenie zestawu, w którym długość rury do worka wynosi 80 cm.

**Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

### **Pytanie 6, dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

### **Pytanie 7, dot. projektu umowy**

§ 4 ust. 1 - Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych za każdy dzień zwłoki do 0,2 %?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pytanie 8, dot. projektu umowy**

§ 4 ust.2 – Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy do 10%?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pytanie 9, dot. projektu umowy**

§ 4 ust.3 – Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pytanie 10, pakiet nr 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: równoważny z oczekiwanym układ oddechowy o długości do 200 cm, pozostałe parametry zgodnie z opisem Zamawiającego

**Odp.: Zamawiający dopuszcza układ oddechowy o długości do 200cm jednak nie krótszy niż wymagane 180cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.**

**Pytanie 11, pakiet nr 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: równoważny z oczekiwanym obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, zabezpieczony kapturkiem od strony pacjenta. Składający się z:

- 2 rur o długości minimum 160cm z polietylenu,
- złącza elastyczne od strony maszyny 22F wykonane z polietylenu,
- trójnik Y bez portów,
- trójnik Y zabezpieczony koreczkiem, chroniącym przed wpadaniem ciał obcych, ułatwiającym przeprowadzenie testu respiratora,
- nie zawierający lateksu,
- nie zawierający ftalanów,
- termin stosowania do 7 dni,
- czysty mikrobiologicznie.

**Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

**Pytanie 12, pakiet nr 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: równoważny z oczekiwanym jednorazowy, jednorurowy obwód oddechowy z zewnętrzną linią do monitorowania ciśnienia, filtrem in-line i zastawką oddechową odchylającą strumień powietrza wydychanego. Kompatybilny z respiratorami transportowymi ParaPac Plus 310.

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymóg obwodu oddechowego z wewnętrzną linią do monitorowania ciśnienia.**

**Pytanie 13, dot. projektu umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej w §4 ust. 1 projektu do 0,5 %?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pytanie 14, pakiet nr 6 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści obwód niezabezpieczony kapturkiem od strony pacjenta?

**Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

**Pytanie 15, pakiet nr 6 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści kapturek dołączony osobno?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.**

**Pytanie 16, pakiet nr 6 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści obwód wyposażony w sztywne złącza wykonane z PP?

**Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

**Pytanie 17, pakiet nr 7 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwodce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym, reszta parametrów zgodna z SWZ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.**

**Pytanie 18, pakiet nr 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenia obwodu oddechowego obecnie stosowanego w Państwa placówce dwururowego, karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, z kapturkiem na linie, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.**

**Pytanie 19, pakiet nr 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora niskoobjętościowego skalowanego naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, z drenem długości 2,1 m ze złączem standardowym, z maską aerozolową mikrobiologicznie czystą w rozmiarze pediatrycznym lub dla dorosłych do wyboru przez Zamawiającego

**Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

**Pytanie 20, pakiet nr 2**

Czy Zamawiający oczekuje nebulizatora cechującego się tempem nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 3,3 min. (+/- 0,1 min.), co przekłada się na skuteczność prowadzonej terapii?

**Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

**Pytanie 21, pakiet nr 2**

Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany nebulizator cechował się przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,4  $\mu\text{m}$  (+/- 0,13  $\mu\text{m}$ ), frakcja respirabilna (cząsteczki <5  $\mu\text{m}$ ) - 72% (+/- 3,1%), parametry potwierdzone w badaniach producenta?

**Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

**Pytanie 22, pakiet nr 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y bez portów, z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe

**Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje**