

Znak: ZOZ.V.010/DZP/03/21

Sucha Beskidzka dnia 21.01.2021r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę kombinezonów ochronnych.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Pakiet nr 1a poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga kombinezonu Jednocześniego z kapturem, zamkiem błyskawicznym z przodu, zakrytym przylepną klapką, elastycznymi mankietami, kostkami i kapturem; klejone szwy. Materiał: mikroporowaty polipropylen + folia polietylenowa 63 m2 (+/- 2 g/m2) Odzież do noszenia w celu ochrony przed rozpyleniem, ciekłym aerozolem, unoszącymi się w powietrzu cząstkami stałymi, skażeniem radioaktywnym i czynnikami zakaźnymi.

Standardy: EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005+A1:2009, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003+AC:2004, EN 1149-5:2008

**Odp.:** Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

**Pakiet nr 1a poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kombinezonów w rozmiarach M-176-186 obwód klatki piersiowej 96-104, rozmiar L- 179-189 obwód klatki piersiowej 100-108, rozmiar XL 182-192 obwód klatki piersiowej 108-116, rozmiar XXL 185-195 obwód klatki piersiowej 112-120?

**Odp.:** Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

**Pakiet nr 1a poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kombinezonu z patka ochronna ale nie samoprzylepna?

**Odp.:** Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Z poważaniem:



Kierownik  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
Sucha Beskidzka  
Steczki



Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Sabina Steczek