

**Wszyscy Wykonawcy**

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.29.D.2021, odpowiadamy na pytania Wykonawców

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający w **Zadaniu 7** dopuści drenaże z trokarem w rozmiarach: 16; 20; 24; 28; 32 CH; spełniające wszystkie pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający w **Zadaniu 10** oczekuje, aby dren był długości minimum 500 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje drenów o długości od 40 do 60 cm.

**Pytanie 3:** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 20 Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego lub grawitacyjnego) z zastawką wodną, kompaktowy kształt zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i oszczędności miejsca, komora kolekcyjna o pojemności 2300ml ze skalą co 5ml do 250ml, następnie co 10ml do 2300 ml, mechaniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie w zakresie 10cm - 40 cm H<sub>2</sub>O, wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawka bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający ciśnienia dodatnie, wypełnienie zastawki pozwala na monitoring ciśnienia, diagnozowanie przecieku, oraz zapobiega przed powrotem, drenowanej treści do pacjenta, samouszczelniający igłowy port do pobierania próbek drenowanego płynu na przedniej ścianie zestawu, dren łączący półprzezroczysty, elastyczny, nielateksowy zabezpieczony przed zagięciem w sposób umożliwiający badanie pacjenta w rezonansie magnetycznym, wysokość do 35 cm, uchwyt do wygodnego przenoszenia i powieszenia zestawu przy łóżku pacjenta, z jednym odłączanym drenem, sterylny, podwójnie opakowany.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 4:** Pakiet nr 1 – kaniule Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 dopuści kaniule wyposażone w koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi korka co umożliwia szybkie naprowadzenie w światło kaniuli, pozostałe parametry zgodne z SWZ, w następujących rozmiarach:

1. Kaniula dożylna pediatria poliuretanowa roz. 0,6- 0,7
2. Kaniula dożylna roz. poliuretanowa 0,9x25mm
3. Kaniula dożylna poliuretanowa roz. 1,0 x 32mm
4. Kaniula dożylna poliuretanowa roz. 1,0 x 32mm
5. Kaniula dożylna poliuretanowa roz. 1,3 x 45mm
6. Kaniula dożylna poliuretanowa roz. 1,3 x 32mm
7. Kaniula dożylna G16 x 45mm
8. Kaniula dożylna G17 x 45mm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 5:** Zadanie 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul, których port górny jest umiejscowiony w osi skrzydełek.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 6:** Zadanie 1 poz.1. Czy Zamawiający wymaga aby w/w kaniule były wykonane z FEP?

**Odpowiedź:** Zgodnie z opisem warunków wymaganych dot. Kaniul – Zał. nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 7:** Zadanie 1 poz.1. Czy Zamawiający wymaga aby w/w kaniule były wyposażone w zdejmowany uchwyt?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 8:** Zadanie 1 poz.1. Czy Zamawiający wymaga aby w/w kaniule posiadały 4 paski radiocieniujące?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 9:** Zadanie 1 poz.2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul 0,8x25mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 10:** Zadanie 1 poz.5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul 1,2x45mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 11:** Zadanie 1 poz.7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul 1,7x45mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 12:** Zadanie 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 13:** Zadanie 12 . Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na możliwość składania ofert na wybrane pozycje w pakiecie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 14:** Czy w Zadaniu nr 4 poz. nr 5 i 6 Zamawiający wymaga zaoferowania wkładów kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem Serres?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 15:** Wnosimy o dopuszczenie w Zadaniu nr 20 drenażu o pojemności 2250 ml, z pokrętłem umieszczonym na szczycie drenażu dla łatwiejszego dostępu oraz z samouszczelniającym bezigłowym portem do pobierania próbek drenowanego płynu na przedniej ścianie zestawu, spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego. Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 16:** Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 endoprotezę typu prostego do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych rozmiar 7F, 8,5F, 10F, 11F

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 17:** Zadanie 4. poz.4. Co zamawiający rozumie pod określeniem " Mocownik mobilny na dwa kanistry 3000ml"?

**Odpowiedź:** Mocownik mobilny na dwa kanistry 3000ml

**Pytanie 18:** Zadanie 4, poz.5,6. Czy zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności) i identyfikacji (numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 19:** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1: „W przypadku nieterminowych dostaw Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości **0,5 %** od wartości **brutto** towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym upływa umowny czas dostawy wymieniony w § 2 ust. 3, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie**

**części towarów.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 20:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 7 ust. 2 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 21:** Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź:** TAK. [faktury@szpitalsochaczew.pl](mailto:faktury@szpitalsochaczew.pl)

**Pytanie 22: Zadanie nr 3 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji możliwości wyceny papieru o rozmiarze 60 mm x 25 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 12 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 23: Zadanie nr 3 poz. 2.** Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji możliwości wyceny papieru do aparatu Lifepack o rozmiarze 107 mm x 23 m, szerokość kratki 100 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 24: Zadanie nr 3 poz. 6.** Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru USG SONY o rozmiarze 210 mm x 25 m, ponieważ papier USG o rozmiarze 216 mm x 20 nie jest produkowany.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 25: Zadanie nr 3 poz. 6.** Prosimy o wyjaśnienie jakiej czułości papieru USG oczekuje Zamawiający tzn. czy należy zaoferować papier o czułości HD czy o czułości SE?

**Odpowiedź:** HD

**Pytanie 26: Zadanie nr 3 poz. 6.** Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia próbki papieru z pozycji 6 w przypadku gdy wykonawca zaoferuje oryginalny papier firmy SONY, którego jakość jest z pewnością znana Pracownikom Zamawiającego, ze względu na wysoki koszt 1 szt. próbki (ok. kilkadziesiąt do ponad 100 zł za 1 rolkę w zależności od czułości papieru).

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie 27: Zadanie nr 3 poz. 7.** Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia próbki papieru z pozycji 7 w przypadku gdy wykonawca zaoferuje oryginalny papier firmy SONY, którego jakość jest z pewnością znana Pracownikom Zamawiającego.

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie 28: Zadanie nr 3 poz. 12.** Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji 12 należy zaoferować wszystkie trzy typy elektrod AMBU BLUE SENSOR tj. typ L, typ P, typ R czy tylko jeden typ elektrod? Jeśli tylko 1 typ prosimy o jego wskazanie.

**Odpowiedź:** L i R

**Pytanie 29: Zadanie nr 3 poz. 12.** Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia próbki tylko 1 wybranego typu elektrody AMBU BLUE SENSOR z pozycji nr 12.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 30: Zadanie nr 3 poz. 12.** Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod EKG do badań wysiłkowych standardowych na włókninie, z żelazem stałym, rozmiar 50 mm, w op. – 50 szt., z jednoczesną wyceną op. – 50 szt. i przeliczeniem wymaganych ilości.

**Odpowiedzi:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 31: Zadanie nr 3 poz. 12.** Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod EKG do badań wysiłkowych standardowych na piance, z żelazem stałym, rozmiar 50 x 35 mm (prostokątna o zaokrąglonych bokach z języczkiem ułatwiającym aplikację), w op. – 50 szt., z jednoczesną wyceną op. – 50 szt. i przeliczeniem wymaganych ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 32:Zadanie nr 3 poz. 12.** Prosimy o wyjaśnienie czy w poz. nr 12 należy zaferować wszystkie 3 typy elektrod tj. typ L, P, R? Elektrody typu L i R są pakowane w op. – 25 szt., natomiast elektrody typu P są pakowane w op. – 50 szt. Czy w związku z tym należy podać w poz. nr 12 cenę elektrod typu P przeliczoną dla op. = 25 szt. czy zamawiający utworzy nową pozycję dla elektrod typu P i poda ilość op.=50 szt., które należy wycenić.

**Odpowiedź:** Należy podać w poz. nr 12 cenę elektrod typu L i R

**Pytanie 33: Zadanie nr 3 poz. 13.** Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji na 13 należy zaferować papier gładki czy w kratkę?

**Odpowiedź:** Papier bez nadruku

**Pytanie 34: Zadanie nr 3 poz. 8, 9.** Prosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia próbek identycznego żeluzynu, jak ten który zostanie zaferowany w pozycji nr 8 i 9 przez wykonawcę, lecz o mniejszej pojemności tj. 0,25 l celem jego przetestowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 35: Zadanie 6.** Czy Zamawiający w pozycji 1 opuści zaferowanie endoprotez o średnicach: 7F, 8,5F, 10F i 11,5F.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 36: Zadanie 15.** Czy zamawiający dopuści zaferowanie zestawów PEG-24-silikon.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 37: Zadanie 19.** Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaferowanie balonów z wykami badań potwierdzającymi bezpieczeństwo stosowania opisanych balonów.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wyniki badań naukowych opublikowane w recenzowanych czasopismach potwierdzające bezpieczeństwo i skuteczność powyższych balonów w obserwacji wczesnej i odległej.

**Pytanie 38: Zadanie 18** Dotyczy pozycji 2. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga łącznika z portem do bronchoskopu?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 39: Zadanie 18.** Dotyczy poz. 2 . Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga łącznika gładkiego wewnątrz czy rozciągliwego?

**Odpowiedź:** Rozciągliwego.

Z poważaniem