



Znak: AE/ZP-27-13/21

Tarnów, 2021-06-28

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 214.000 EURO) na dostawę łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych – po 61 szt. dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 32 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający w pkt. 32 Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia dopuści szafkę przyłóżkową posiadającą Błat boczny z regulacją wysokość wspomaganą sprężyną gazową; w zakresie 810-1110 mm, spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego?
2. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 4 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy w rozumieniu pkt 4 Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 960 mm?
3. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 4 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy w rozumieniu pkt 4 Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2300 mm?
4. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 6 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy w rozumieniu pkt 6 Zamawiający dopuści leże wypełnione metalowymi panelami malowanymi proszkowo. Każdy segment wyposażony w otwory zapewniające cyrkulację powietrza. Segmenty leża zaokrąglone?
5. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 9 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy w rozumieniu pkt 9 Zamawiający dopuści Łóżko sterowane przewodowym pilotem (z uchwytem mocującym do łóżka) bez możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. Zasilanie 230V, 50Hz?
6. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 10 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy w rozumieniu pkt 10 Zamawiający dopuści Elektryczna regulację wysokości w zakresie 490 mm - 740 mm (w odniesieniu od podłogi do górnej krawędzi leża)?
7. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 11 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy w rozumieniu pkt 11 Zamawiający dopuści Elektryczna regulację:
 - segmentu oparcia pleców - kąt uniesienia oparcia pleców w zakresie 0-70°
 - segmentu oparcia uda w zakresie 0-35°
 - kąta przechyłu Trendelenburga w zakresie 0-12°
 - kąta przechyłu anty-Trendelenburga w zakresie 0-12°?
8. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 15 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy w rozumieniu pkt 15 Zamawiający dopuści szczyty łóżka w jednym kolorze?
9. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 16 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy w rozumieniu pkt 16 Zamawiający dopuści koła o średnicy 125 mm?
10. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 17 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Zamawiający dopuści zabezpieczone przed wypadnięciem materaca za pomocą barierki, po złożeniu wzdłuż leża również są zabezpieczone barierkami?
11. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 21 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Zamawiający dopuści dwie barierki boczne z każdej strony łóżka, na 3/4 długości łóżka, jednocześnie, składane wzdłuż ramy łóżka?
12. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 30 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy w rozumieniu pkt 30 Zamawiający dopuści Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych, boki, fronty i blaty wykonane z tworzywa HPL?
13. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 31 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy w rozumieniu pkt 31 Zamawiający dopuści Szafka posiadająca szufladę pod blatem, komorę otwartą oraz komorę przegrodzoną półką zamykaną drzwiczkami?

14. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 32 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy w rozumieniu pkt 32 Zamawiający dopuści Błat boczny wyposażony w mechanizm regulacji oparty na bezawaryjnej konstrukcji dwóch wsuwanych kolumn regulowany w zakresie 750-950mm?
15. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 33 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy w rozumieniu pkt 33 Zamawiający dopuści blat górny zabezpieczony z trzech stron relingami z aluminium, blat boczny zabezpieczony z jednej strony uchwytem?
16. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 34 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy w rozumieniu pkt 34 Zamawiający dopuści Jedną otwartą komorę pod szufladą, nad zamykaną komorą przegrodzoną półkami?
17. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 35 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy w rozumieniu pkt 35 Zamawiający dopuści Wymiary szafki: Wysokość 800 mm, Szerokość 600 mm, Głębokość 400 mm?
18. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 36 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy w rozumieniu pkt 36 Zamawiający dopuści blat boczny o wymiarach 300x450mm?
19. **Dotyczy pkt 6.1 tiret pierwszy oraz pkt 24.3 tiret pierwszy SWZ.** Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji Zamówienia do 90 dni od dnia podpisania Umowy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **pozycji nr 2** szafek przyłóżkowych z blatem bocznym z regulacją wysokości sprężyną gazową w zakresie 810 – 1110 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **pozycji nr 1** łózek o szerokości całkowitej (wraz z zamontowanymi barierkami) 960 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **pozycji 1** łózek o długości całkowitej wynoszącej 2300 mm.

Ad 4 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 6 Załącznika Nr 5 do SWZ dla łózek oferowanych w **pozycji 1**.

Ad 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **pozycji nr 1** łózek sterowanych przewodowym pilotem bez możliwości blokady funkcji przez personel medyczny.

Ad 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **pozycji nr 1** łózek z regulacją wysokości w zakresie 490 mm - 740 mm (w odniesieniu od podłogi do górnej krawędzi leża).

Ad 7 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 11 Załącznika Nr 5 do SWZ dla łózek oferowanych w **pozycji 1**.

Ad 8 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 15 Załącznika Nr 5 do SWZ dla łózek oferowanych w **pozycji 1**

Ad 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **pozycji nr 1** łózek z kołami o średnicy 125 mm.

Ad 10 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 17 Załącznika Nr 5 do SWZ dla łózek oferowanych w **pozycji 1**

Ad 11 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 21 Załącznika Nr 5 do SWZ dla łózek oferowanych w **pozycji 1**

Ad 12 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 30 Załącznika Nr 5 do SWZ dla szafek przyłóżkowych oferowanych w **pozycji 2**, z uwzględnieniem wcześniej udzielonych odpowiedzi na zapytania do SWZ.

Ad 13 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 31 Załącznika Nr 5 do SWZ dla szafek przyłóżkowych oferowanych w **pozycji 2**.

Ad 14 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 32 Załącznika Nr 5 do SWZ dla szafek przyłóżkowych oferowanych w **pozycji 2**.

Ad 15 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 33 Załącznika Nr 5 do SWZ dla szafek przyłóżkowych oferowanych w **pozycji 2**.

Ad 16 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 34 Załącznika Nr 5 do SWZ dla szafek przyłóżkowych oferowanych w **pozycji 2**


Ad 17 Wysokość i szerokość szafek opisanych w pytaniu spełnia wymagania w tym zakresie dla szafek przyłóżkowych oferowanych w **pozycji nr 2** określone w pkt 34 Załącznika Nr 5 do SWZ, natomiast Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szafek o głębokości 400 mm.

Ad 18 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **pozycji nr 2** szafek przyłóżkowych z blatem bocznym o wymiarach 300 x 450 mm.

Ad 19 Zamawiający podtrzymuje termin wykonania zamówienia określony w SWZ, tj. do 56 dni od daty podpisania umowy.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a


Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek