

Tarnów, dnia 19.11.2024r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.89.KK..... /24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawa odczynników, krwinek oraz dzierżawa systemu do mikrometody kolumnowej wraz z odczynnikami dla Pracowni Serologii z Bankiem Krwi- nr spr 89 /24.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.11.2024r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 zapytanie do załącznika nr 1 A zakresu nr 1

Prosimy o wyjaśnienie czy nastąpiła pomyłka w zakresie nr 1 i należy wykreślić/pominąć pozycje nr 12 oraz 13 ponieważ taki sam towar (płyty) i ilości zawarte są w zakresie nr 2 PŁYTY DO OZNACZANIA GRUPY KRWI. Ponadto nr CPV płyt jest odmienny niż odczynników do serologii grup krwi.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską, która wkradła się w zapisy SWZ poprzez zmianę brzmienie zapisu w Rozdziale 3 pkt. 3.2 – Zakres nr 2 na następujący:

ZAKRES	NAZWA
1	odczynniki monoklonalne dla serologii
2	Standard anty D
3	Krwinki wzorcowe
4	odczynniki do mikrometody kolumnowej wraz dzierżawą sprzętu

oraz w Rozdziale 3 pkt. 3.3 – Zakres nr 2 na następujący:

Zakres 2 - Standard anty D

L.p.	Nazwa towaru	j.m.	Ilość na 2 lata
1.	Standard anty D używany do prawidłowości wykonania testów serologicznych oraz ujednoczenia parametrów wirowania o stężeniu 0,1 IU/ml	Szt.	80 amp x 2 ml
2.	Standard anty D używany do mikrometody o stężeniu 0,05 IU/ml	Szt.	80 amp x 2 ml

Ponadto Zamawiający dodaje dodatkowo nowy nr CPV 33696100-6 – Odczynniki do klasyfikacji grup krwi. Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 2

W odniesieniu do udzielonej odpowiedzi do pozycji nr 15 Odczynnik antyglobulinowy anti- IgG uprzejmie informujemy, że na terytorium Polski Urząd Rejestracji zakazał wprowadzenia do obrotu odczynnika antyglobulinowego anti-IgG bez certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną. Dlatego nasza firma zmuszona była odstąpić od produkcji ww odczynnika w Polsce . Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych wskazuje, że jest to odczynnik z listy B ponieważ posiada znaczenie kliniczne tj. służy do wykonania testu antyglobulinowego podobnie jak surowica antyglobulinowa poliwalentna. W związku z powyższym czy Zamawiający potwierdza, że odczynnik z pozycji nr 15 musi posiadać CE z numerem jednostki notyfikowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Modyfikacja SWZ wraz z **zawiadomieniem o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia** zostanie umieszczona na Platformie – pod linkiem postępowania pod nazwą:

- modyfikacja SWZ wraz ze zmianą terminów

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi zapisami SWZ.

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ Platforma zakupowa

3/ A/a

Z-CIA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA
Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza
SP ZOZ w Tarnowie

lek. med. Piotr Skrobisz

W.N.S.P. DZIAŁ LOGISTYKI
DZIAŁ LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Katarzyna Krikiel

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ
Tarnowie

Anna Hajnysz