



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 134/03/2022

Chrzanów, 30.03.2022 r.

Wykonawcy

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu Dostawa materiałów do sterylizacji dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - Sprawa nr 34/2022

Pytanie 1. Pakiet 8. Czy zamawiający wymaga dostarczenia wskaźników niewymagających używania zewnętrznego kruszera ze względu na posiadanie wewnętrznego systemu kruszenia ampułki z pożywką?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Pakiet 8. Czy zamawiający wymaga inkubatora w którym istnieje możliwość inkubacji wskaźnika z wewnętrznym systemem kruszenia?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. Pakiet 8. Czy zamawiający wymaga, aby wydruk był trwały (nie na papierze światłoczułym), co jest możliwe po podłączeniu inkubatora do komputera i wydrukowaniu za pomocą drukarki atramentowej lub laserowej, co zapewnia trwałość wydruku i możliwość użycia go w dokumentacji?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 4. Pakiet 8. Czy zamawiający wymaga, aby zaoferowane wskaźniki posiadały certyfikat niezależnej jednostki notyfikowanej potwierdzający zgodność z normą referencyjną?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 5. Pakiet 1 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści rękawy ze wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie z czerwonego na żółty, gramatura 64,5 g/m², wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i w poprzek 169 N/2,54 cm, grubość 157 um, laminatu składającego się z trzech warstw: 12 μ grubości poliestru, 2 μ kleju oraz 3-38 μ grubości polietylenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6. Dotyczy zapisów SWZ: Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 7. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie etykiet w rozmiarze 23 mm x 29 mm?

Odp. Nie.

Pytanie 8. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 4: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia przez jednostkę notyfikowaną klasy wskaźnika?

Odp. Zamawiający nie odstąpi. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 9. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów konfekcjonowanych po 250 szt. w opakowaniu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niezawierającego substancji toksycznych wieloparametrowego wskaźnika do kontroli sterylizacji plazmą, do stosowania we wszystkich sterylizatorach, odpowiadający klasie 4 wg ISO 11140-1, z substancją wskaźnikową umieszczoną liniowo, zmieniającą barwę z różowego na niebieski, konfekcjonowanego po 250 szt. perforowanych w połowie testów, co daje w opakowaniu 500 szt. testów z przeliczeniem według zapotrzebowania Zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 3 warstwowej włókniny SMS, nie zawierającej lateksu, o gramaturze 55 g/ m², do stosowania w sterylizacji parowej, nadtlaniem wodoru oraz tlenkiem etylenu, o wytrzymałości na rozciąganie w kierunku walcowania: 92,1 N, w kierunku poprzecznym 44,2 N, o wydłużeniu w kierunku walcowania: 117,8 %, w kierunku poprzecznym 93,0%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny, nie zawierającej lateksu, o gramaturze 57 g/ m², kompatybilnej z różnymi rodzajami sterylizacji w tym para, tlenek etylenu, o wytrzymałości na rozciąganie w kierunku walcowania: 1,65 kN/m, w kierunku poprzecznym 1,25 kN/m, o wydłużeniu w kierunku walcowania: 8%, w kierunku poprzecznym 9% w kolorze niebieskim lub zielonym?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 13. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 3: 8. Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?

Odp. Tak

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów?

Odp. Tak

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odp. Tak

Pytanie 14. Dotyczy pakietu nr 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chemicznego wskaźnika wieloparametrowego konfekcjonowanego po 250 szt. perforowanych w połowie testów, co daje 500 szt. testów w opakowaniu?

Odp. Brak pakietu 14 w postępowaniu.

Pytanie 15. Dotyczy pakietu nr 15 poz. 7: Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa o szerokości 40 cm?

Odp. Brak pakietu 15 w postępowaniu.

Pytanie 16. Pakiet 7, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów 30g?

Odp. Tak.

Pytanie 17. Pytania dot. Umowy. Czy Zamawiający zgadza się aby kary w § 6 ust. 2 pkt c) naliczane były od niezrealizowanej wartości umowy? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapisy.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert na dzień 06.04.2022

(składanie ofert do godz. 10:00; otwarcie ofert godz. 11:00)

Forma, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje ponadto, że w związku ze zmianą terminu składania ofert, zmienia termin związania ofertą do dnia **04.05.2022r.**

Z poważaniem

Dyrektor

mgr Artur Baranowski



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892