

Konin, 11.12.2020.r.

WSZ-EP-54/1563/2020

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę dializatorów, wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-54/2020

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:

Czy w zadaniu 7 Zamawiający dopuści:

Cewnik o rozmiarze 14,5FR, przekrój "podwójne D", końcówka cewnika zakończona niestymetrycznie – ok. 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, oba kanały z dodatkowymi otworami bocznymi na końcach cewnika, cewnik wykonany z materiału Carbothane z mufą dakronową, końcówki Luer wykonane z termoplastycznego poliuretanu. W skład zestawu wchodzi: cewnik 14,5 Fr, igła wprowadzająca grubość 18Ga x 7 cm, prowadnica drutowa J grubość 1mm, rozszerzacz 12Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzielny 16Fr z mechanizmem zastawkowym, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne. Długość cewnika do mufy w cm: 19,23,28,33 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.