

MCN.5.261.68.2023

Kraków, dnia 27.10.2023 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla osób z niepełnosprawnościami, sprzętu BHP oraz sprzętu niezbędnego w udzielaniu pierwszej pomocy do nowej siedziby Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon.**

Zamawiający – Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon, ul. Lubelska 23, 30 – 003 Kraków informuje, iż wpłynęły od Wykonawców wnioski, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1605) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść wniosków wraz z udzielonymi odpowiedziami.

### **Pytanie nr 1:**

Czy dopuszczą Państwo defibrylator o terminie ważności baterii 4 lata, ale z bezpłatną wymianą na nową po każdorazowym użyciu AED w celu ratowania życia?.

### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza defibrylator o terminie ważności baterii 4 lata, ale z bezpłatną wymianą na nową po każdorazowym użyciu AED w celu ratowania życia.

### **Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki z bezpiecznym maksymalnym obciążeniem: 130kg? Pozostałe parametry bez zmian.

### **Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza wózek inwalidzki z bezpiecznym maksymalnym obciążeniem: 130kg przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do treści SWZ, stanowią jej integralną część.