

Ostrzeszów dnia: 2024-01-22

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.

Al. Wolności 4
63-500 Ostrzeszów

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup i sukcesywne dostawy jednorazowych artykułów medycznych i drobnego sprzętu medycznego dla OCZ w Ostrzeszowie.

Numer referencyjny: OCZ-ZP-2/2024

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Zamawiający, **Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia**, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej"SWZ")wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 104

Pakiet nr 1, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści pałeczki do pobierania wymazów o długości min. 150mm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 105

Pakiet nr 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na płyny ustrojowe o pojemności 30ml?

Pytanie nr 106

Pakiet nr 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną o długości min. 14cm?

Odpowiedź:

Zgodne z SWZ

Pytanie nr 107

Pakiet nr 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną o długości min. 25cm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 108

Pakiet nr 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści kankę o długości 9cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 109

Pakiet nr 1, pozycja 23-26

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z PP?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 110

Pakiet nr 1, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 190ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 111

Pakiet nr 1, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 366ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 112

Pakiet nr 1, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 520ml?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 113

Pakiet nr 1, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 1200ml?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 114

Pakiet nr 1, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2300ml?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 115

Pakiet nr 1, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści basen wyłącznie w kolorze białym?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 116

Pakiet nr 1, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści niesterylne ścierki?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 117

Pakiet nr 1, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści ścierki o wymiarach 30x33cm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 118

Pakiet nr 1, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści ścierki o wymiarach 40x70cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 119

Pakiet nr 1, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści ścierki pakowane po 50 sztuk?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 120

Pakiet nr 1, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści worek w kolorze czarnym?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 121

Pakiet nr 1, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków o pojemności 30 ml, ze skalą linearną co 1ml i numeryczną co 5ml?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 122

Pakiet nr 1, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści myjkę pakowaną po 20 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 123

Pakiet nr 2, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego o długości 88mm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 124

Pakiet nr 2, pozycja 4-5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł typu Quinckie?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 125

Pakiet nr 2, pozycja 4-5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł z prowadnicą?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 126

Pakiet nr 2, pozycja 4-8

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 127

Pakiet nr 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł typu Quinckie?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 128

Pakiet nr 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50cm x 50m, z perforacją co 38cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 129

Pakiet nr 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 2000mm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 130

Pakiet nr 14, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu opłucnej o parametrach:

- Cienkościenna igła do przebijania z krótkim ostrzem 1,8 x 80 mm zabezpieczona nasadką ochronną
- Omnifx® strzykawka typu Luer 50ml (możliwość użycia do 60ml)
- Podwójny zawór zwrotny
- Worek na wydzieliny 2,0l z adapterem stopniowym i rurką łączącą 90cm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 131

Pakiet nr 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie metalowej łyżki w rozmiarze 0 lub plastikową łyżkę w rozmiarze 1?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 132

Pakiet nr 24, pozycja 4-17

Czy Zamawiający dopuścinesilikonowane rurki, wykonane z medycznego PCV?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 133

Pakiet nr 24, pozycja 22-24

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z medycznego PCV?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 134

Pakiet nr 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do monitorowania EtCO₂ o długości 210cm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 135

Pakiet nr 29, pozycja 1

Czy Zamawiający doprecyzuje czy wymaga przyrządu dla pacjentów intubowanych krótkoterminowo czy długoterminowo?

Odpowiedź:

Przyrząd do zastosowania w karetkach typu P,S i transportowych.

Pytanie nr 136

Czy Zamawiający w pakiecie 26, poz. 1 dopuści chwytak o średnicy cewnika 2,3 mm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 137

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia- Załącznik nr 4 do SWZ, Pakiet 22

Czy Zamawiający w pakiecie 26, poz. 6 dopuści obrotową klipsownicę 16 mm z cewnikiem o średnicy 2,5 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 138

Dotyczy Projektu Umowy nr OCZ-ZP-2/2024, § 2 ust. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów niniejszego ust. o następującą treść:

(...) na towar wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 5 dni, licząc od dnia powzięcia powyższej wiadomości (w przypadku ujawnienia w dostarczonym towarze braków ilościowych lub jakościowych) **pozytywnego rozpatrzenia reklamacji** .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy.

Pytanie nr 139

Dotyczy Projektu Umowy nr OCZ-ZP-2/2024, § 6 ust. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego do dodanie do niniejszego ust. poniższego zapisu:

(..) Zgody takiej nie Zamawiający nie może bezpodstawnie odmówić.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy.

Pytanie nr140

Dotyczy Projektu Umowy nr OCZ-ZP-2/2024, § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do przedmiotowego paragrafu następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Sankcja za ewentualną nieterminową płatność są odsetki. Brak wykonywania umowy nie może zostać zaakceptowany.

Pytanie 141

Dotyczy Projektu Umowy nr OCZ-ZP-2/2024, § 7 ust. 1, 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych odpowiednio

1. z 1,0 % na 0,5 % ?
2. z 10 % na 5 % ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Kary mają adekwatną i uzasadnioną warunkami umowy wysokość.

Pytanie 142

Pakiet 1, poz. 6

Czy zamawiający dopuści worek z obręczą, nieprzeźroczysty, worek w kolorze czerwonym, bez skali pomiarowej?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 143

Pakiet 1, poz. 13

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 144

Pakiet 1, poz. 14

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 145

Pakiet 1, poz. 35

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 146

Pakiet 1, poz. 3,4,5,13-14,35

Czy zamawiający wydzieli poz. 3,4,5,13-14,35 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 147

Pakiet 10, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź:

Tak zamawiający dopuści.

Pytanie nr 148

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 149

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 150

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Tak, z przeliczeniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 151

Czy zamawiający wymaga wycenę za 1 szt. = 1 rolkę?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt.

Pytanie nr 152

Pakiet 10, poz. 2

Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 50 cm perforacja, 25 mb na rolce, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 153

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Tak, z przeliczeniem w górę do pełnych opakowań

Pytanie nr 154**Odpowiedź:**

Czy zamawiający wymaga wycenę za 1 szt. = 1 rolkę?

Tak, zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt

Pytanie nr 155

Pakiet 12, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rękawy zakończone mankietem z elastycznym

ściągnaczem?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 156

Pakiet 12, poz. 6

Czy zamawiający dopuści wycięcie pod szyją w kształcie półokrągłym?

Odpowiedź:

Tak zamawiający dopuści.

Pytanie nr 157

Pakiet 14, poz. 1-8

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 158

Pakiet 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści cewnik, o dł. około 200 cm?

Odpowiedź:

Zapytanie nie zgodne z SWZ

Pytanie nr 159

Pakiet 14, poz. 4-8

Czy zamawiający dopuści zestawy wykonane z medycznego PCV?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 160

Pakiet 16, poz. 1-2,9-11

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2,9-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 161

Pakiet 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 162

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź:

Nie, zamawiający nie wymaga opakowania papier-folia

Pytanie nr 163

Pakiet 16, poz. 2

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź:

Nie, zamawiający nie wymaga opakowania papier-folia

Pytanie nr 164

Czy Zamawiający w pakiecie 28 dopuści:

Poz. 2 Worek stomijny dla dorosłych, pooperacyjny, jednoczęściowy, sterylny, przezroczysty. Rozmiar otworu wpłytki 10-70 mm. Pojemność 680 ml.

Opakowanie - 5 szt. (jedyne sposoby pakowania worków sterylnych).

Termin ważności min. 12 miesięcy

Jeśli Zamawiający zgodzi się na podany sposób pakowania prosimy o informację czy w formularzu cenowym mamy zaoferować 1 opakowanie (5 sztuk) czy 6 opakowań (30 sztuk).

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 165

Prosimy o zgodę na dostarczanie wraz z towarem dokumentu WZ (dostarczane z magazynu w Czechach), a listownie lub mailowo (w wersji pdf) faktury (dostarczane z biura w Warszawie). Wersja pdf generuje się automatycznie w godzinach wieczornych w dniu przystąpienia do realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający w przedstawionej sytuacji w pytaniu nr 165 uzna, że dostawca dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, pomimo że podatnik prawdopodobnie jak wynika ze wskazania biura w Warszawie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w Polsce. Zgodnie z art. 9 ustawy o VAT:

„Art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług:

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.”

Wobec powyższego Zamawiający wyraża zgodę na taką dostawę, pod warunkiem, że dostawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT dla transakcji wewnątrznijnych i na każdej fakturze VAT umieści numer NIP identyfikujący go w systemie VIES dla celów rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz

zastosuje poprawną stawkę podatku VAT dla przedmiotowej dostawy, która umożliwi rozpoznanie u nabywcy i rozliczenie wewnątrzunijnego nabycia towarów.

Pytanie nr 167

dotyczy Pakietu nr 1, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści woreczek do pobierania próbek moczu bez dodatkowego uszczelnienia w postaci pianki, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 168

dotyczy Pakietu nr 1, poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści opaskę o długości ok. 17,2 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 169

dotyczy Pakietu nr 1, poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści opaskę o długości ok. 24,3 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 170

dotyczy Pakietu nr 1, poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do lewatywy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 171

dotyczy Pakietu nr 1, poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści zestaw zakończony drenem z otworem bocznym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 172

dotyczy Pakietu nr 1, poz. 18:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, jakiego rozmiaru i długości rurki Zamawiający wymaga?

Odpowiedź: Rurki długość 8 mm, 12mm, 15mm.

Pytanie nr 173

dotyczy Pakietu nr 1, poz. 19:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wys. całkowitej 121 mm, średnica górna 109 mm, średnica dolna 80 mm, wymiary otworu wrzutowego 80x55 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 174

dotyczy Pakietu nr 1, poz. 20:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wys. całkowitej 120 mm, średnica górna 130 mm, średnica dolna 110 mm, wymiary otworu wrzutowego 100x70 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 175

dotyczy Pakietu nr 1, poz. 21:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wys. całkowitej 210 mm, średnica górna 130 mm, średnica dolna 110 mm, wymiary otworu wrzutowego 100x70 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 176

dotyczy Pakietu nr 1, poz. 23:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik bez nadruku?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 177

dotyczy Pakietu nr 1, poz. 23-26:

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polipropylenu?

Odpowiedź: Tak, jeżeli będą odporne na działanie formaliny

Pytanie nr 178

dotyczy Pakietu nr 1, poz. 28:

Czy Zamawiający dopuści kaczkę o pojemności 1000 ml, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 179

dotyczy Pakietu nr 1, poz. 29:

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę wykonaną z pianki poliuretanowej, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 180

dotyczy Pakietu nr 1, poz. 30:

Czy Zamawiający dopuści ściereczkę pakowaną parami i zezwoli na odpowiednie przeliczenie oferowanych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 181

dotyczy Pakietu nr 1, poz. 35:

Czy Zamawiający dopuści kieliszki o pojemności 30 ml?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 182

dotyczy Pakietu nr 1, poz. 36:

Czy Zamawiający dopuści golarzkę z ostrzem pokrytym stopem platynowo-sodowym, pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 183

dotyczy Pakietu nr 1, poz. 37:

Czy Zamawiający dopuści myjkę w opakowaniach A. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 184

dotyczy Pakietu nr 1, poz. 40:

Czy Zamawiający dopuści fartuch o wymiarach 80x125 cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 185

dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1, 3:

Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany z PUR, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 186

dotyczy Pakietu nr 4, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z cewnikiem wykonanym z biokompatybilnego poliuretanu PUR, z 6 liniami RTG, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 187

dotyczy Pakietu nr 4, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 20 G 1,1x32 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 188

dotyczy Pakietu nr 4, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 20 G 1,1x32 mm, cewnik wykonany z biokompatybilnego poliuretanu PUR, 6 linii RTG, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 189

dotyczy Pakietu nr 4, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 18G G 1,3x45 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 190

dotyczy Pakietu nr 4, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 18G G 1,3x45 mm, cewnik wykonany z biokompatybilnego poliuretanu PUR, 6 linii RTG, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 191

dotyczy Pakietu nr 8, poz. 42:

Czy Zamawiający dopuści kateter zwijany, z perforacją na długości 14 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 192

dotyczy Pakietu nr 8, poz. 44:

Czy Zamawiający dopuści butelkę wysokociśnieniową z ciśnieniem początkowym 700 mmHg, o długości drenu 125 cm +/- 10 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 193

dotyczy Pakietu nr 8, poz. 51:

Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 6x8 cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 194

dotyczy Pakietu nr 8, poz. 51:

Czy Zamawiający dopuści opakowanie A. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 195

dotyczy Pakietu nr 8, poz. 57:

Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehr wykonany z lateksu, oznakowanie rozmiaru na cewniku, sterylizowany tlenkiem etylenu, długość ramion 20/40 cm, pakowany podwójnie folia i blister-pack, jednorazowego użytku, rozmiar CH12, CH14, CH16, CH18, CH20?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 196 dotyczy Pakietu nr 8, poz. 58:

Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzer z 3 otworami w odcinku dystalnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 196

dotyczy Pakietu nr 8, poz. 59:

Czy Zamawiający dopuści zestaw przedłużający 1,67 ml i dł. 200 cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 197

dotyczy Pakietu nr 10, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 24 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 198

dotyczy Pakietu nr 16, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z igłą ściętą dwupłaszczyznowo?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wymaga przyrządu z igłą ściętą dwupłaszczyznowo.

Pytanie nr 199

dotyczy Pakietu nr 16, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga przyrządu ze skrzydełkami dociskowymi?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 200

dotyczy Pakietu nr 16, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby filtr powietrza tworzył system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 201

dotyczy Pakietu nr 16, poz. 5-8:

Czy Zamawiający wymaga kolorystycznego oznaczenia rozmiaru na pojedynczym opakowaniu strzykawki?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 201

dotyczy Pakietu nr 16, poz. 5-8:

Czy Zamawiający wymaga podwójnej kryzy zabezpieczającej tłok przed wypadaniem?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 202

dotyczy Pakietu nr 16, poz. 5-8:

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały kontrastujący tłok w kolorze innym niż mleczny czy biały?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 203

dotyczy Pakietu nr 16, poz. 5-8:

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki były wolne od ftalanów, a informacja o braku ftalanów znajdowała się na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga strzykawek wolnych od ftalanów. Informacja taka nie musi znajdować się na opakowaniu jednostkowym.

Pytanie nr 204

dotyczy Pakietu nr 16, poz. 9-10:

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniach 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych strzykawek do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 205

dotyczy Pakietu nr 16, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą oznaczoną co 1 ml z cyfrą nadrukowaną co 10 cm³?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 206

dotyczy Pakietu nr 16, poz. 9:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania 55 szt. strzykawek czy 55 op. A. 50 szt.?

Odpowiedź: Błąd pisarski. Zamawiający wymaga 55 opakowań po 50 szt.

Zamawiający dokonuje modyfikacji formularza, zgodnie z ww. udzieloną odpowiedzią.

Pytanie nr 207

dotyczy Pakietu nr 16, poz. 10:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania 20 szt. strzykawek czy 20 op. A. 50 szt.?

Odpowiedź: Błąd pisarski. Zamawiający wymaga 20 opakowań po 50 szt.

Zamawiający dokonuje modyfikacji formularza, zgodnie z ww. udzieloną odpowiedzią.

Pytanie nr 208

dotyczy Pakietu nr 16, poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniach 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych strzykawek do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 209

dotyczy Pakietu nr 16, poz. 9-10:

Czy Zamawiający wymaga skali cyfrowej oznaczonej co 1 ml od 1 ml do 60 ml?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 210

dotyczy Pakietu nr 16, poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą 0,4x12?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 211

dotyczy Pakietu nr 16, poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą 0,4x13?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 212

dotyczy Pakietu nr 16, poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniach 100 szt. i zaoferowanie 1 op.
A. 100 szt.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 213

dotyczy Pakietu nr 16, poz. 23:

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,2x38 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 214

dotyczy Pakietu nr 24, poz. 22:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek krtaniowych wykonanych z PVC czy z silikonu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maski wykonane z medycznego PCV i wykonane z silikonu.

Pytanie nr 215

Pakiet 1, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści pałeczki do wymazów o długości 150mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 216

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę woreczków do pobierania próbek moczu pakowanych a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 217

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę worków do dobowej zbiórki moczu pakowanych a'10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 218

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczepek” zamiast zastawki antyzwrotnej?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 219

Pakiet 1, pozycja 8

Czy Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie zaciskaczy pakowanych a'90 sztuk?

Odpowiedź: Pod wskazaną pozycją znajduje się inny przedmiot.

Pytanie nr 220

Pakiet 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 25 ml?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 221

Pakiet 1, pozycja 11-12

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 18ml lub 25 ml?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 222

Pakiet 1, pozycja 14

Pytanie nr 223

Czy Zamawiający dopuści opaski dla noworodków i niemowląt wykonane z miękkiego winylu o długości 17,5 cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 224

Pakiet 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści opaski dla dorosłych wykonane z miękkiego winylu o długości 25 cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 225

Pakiet 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści niesterylny zestaw do lewatywy z drenem 115cm z zaciskiem przesuwym zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, natłuszczona końcówka drenu zabezpieczona zatyczką oraz workiem o pojemności 1500m?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 226

Pakiet 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do lewatywy z drenem 150cm z zaciskiem przesuwym zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, natłuszczona końcówka drenu zabezpieczona zatyczką oraz workiem o pojemności 1750m?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 227

Pakiet 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści cewniki rektalne z atraumatycznym, lekko zaokrąglonym zamkniętym końcem dystalnym, który umożliwi precyzyjne wprowadzenie oraz z dwoma otworami bocznymi o łagodnych krawędziach?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 228

Pakiet 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści kanki doodbytnicze z otworem centralnym, bez otworów bocznych?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 229

Pakiet 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady o pojemności 0,7l o średnicy górna/dolna 100/90mm ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 230

Pakiet 1, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady o pojemności 1l o wysokości 120mm, średnica górna/dolna 120/110mm o otworze wrzutowym 90mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 231

Pakiet 1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady o pojemności 2l o wysokości 120mm, średnica górna/dolna 120/105mm o otworze wrzutowym 90mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 232

Pakiet 1, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści kieliszki o pojemności 30ml z skalą linearną co 1 ml, cyfrowa co 5 ml?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 233

Pakiet 1, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków a`90 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 234

Pakiet 1, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści golarki z ostrzem wykonanym z stali nierdzewnej, pozbawionej chromem?

Odpowiedź: Zamawiający prosi o uściślenie pytania.

Pytanie nr 235

Pakiet 1, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a`12szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 236

Pakiet 1, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści myjkę zarejestrowaną jako wyrób kosmetyczny z obowiązującym VATem w wysokości 23%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 237

Pakiet 1, pozycja 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę nakłuwaczy za opakowanie a`100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 238

Pakiet 1, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze 71x116cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 239

Pakiet 1, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Pod podaną wyżej pozycją znajdują się aparaty ciśnieniowe. Zamawiający wymaga 3 sztuk.

Pytanie nr 240

Pakiet 4, pozycja 1-5,7,9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 241

Pakiet 4, pozycja 6,8,10

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 242

Pakiet 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z wysokiej jakości poliuretanu z 6 paskami RTG, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 243

Pakiet 4, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kaniule 20G 1,1x32mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 244

Pakiet 4, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kaniule 18G 1,3x45mm, zieloną?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 245

Pakiet 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z wysokiej jakości poliuretanu z 6 paskami RTG, rozmiar 20G 1,1x32mm, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 246

Pakiet 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z wysokiej jakości poliuretanu z 6 paskami RTG, rozmiar 18G 1,3x45mm, zielone, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 247

Pakiet 4, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści kaniule 18G 1,3x45mm, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 248

Pakiet 4, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z wysokiej jakości poliuretanu z 6 paskami RTG, rozmiar 18G 1,3x45mm, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 249

Pakiet 4, pozycja 12

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania portu bezigłowego?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje portu bezigłowego z zastawką, przeznaczony do wielokrotnych, bezigłowych iniekcji

Pytanie nr 250

Pakiet 4, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły bezpiecznej pakowanej zbiorczo po 50szt, w rozmiarze 0,8mm x 40mm 21G, jak na zdjęciu:



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 251

Pakiet 4, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści zestaw z wężykiem 178 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 252

Pakiet 7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do usuwania zszywek pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo foliowe ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 253

Pakiet 8, pozycja 1-8

Czy Zamawiający dopuści cewniki z otworami naprzemianległymi?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 254

Pakiet 8, pozycja 9-10

Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 3-5ml?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 255

Pakiet 8, pozycja 11-17

Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 5-10ml?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 256

Pakiet 8, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarze 8F?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 257

Pakiet 8, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści zestaw z workiem 2l?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 258

pakiet 8, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany podwójnie w foliowe opakowanie wewnętrzne oraz w foliowo-papierowe opakowanie zewnętrzne?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 259

Pakiet 8, pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści spike bez zastawki, z filtrem bateryjnym 0,1µm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 300

Pakiet 8, pozycja 42-48

Czy Zamawiający dopuści dren lekko zwinięty w opakowaniu?

Odpowiedź: Pozycja 42,45,46 i 47 zgodnie z SWZ.

Pozycję 48 zamawiający dopuści dren lekko zwinięty w opakowaniu.

Pytanie nr 301

Pakiet 8, pozycja 49

Czy Zamawiający dopuści dren z trokarem o długości 34cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 302

Pakiet 8, pozycja 51

Czy Zamawiający dopuści plaster 5,1cm x 7,6cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 303

Pakiet 8, pozycja 55

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 150szt ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 304

Pakiet 8, pozycja 58

Czy Zamawiający dopuści cewnik z 3 otworami?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 305

Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod o średnicy 48mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 306

Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod o średnicy 54mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyrazi zgodę

Pytanie nr 307

Pakiet 9, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę wycenę elektrod pakowanych a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyrazi zgodę

Pytanie nr 308

Pakiet 9, pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru o wymiarach 114x150x75?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyrazi zgodę

Pytanie nr 309

Pakiet 9, pozycja 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru o wymiarach 106x25?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyrazi zgodę

Pytanie nr 310

Pakiet 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 38 cm, pozostałe zapisy zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 311

Pakiet 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm, perforowany co 38 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 312

Pakiet 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 33cm i długości 20m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyrazi zgodę

Pytanie nr 313

Pakiet 12, pozycja 1,3,4,5,6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 314

Pakiet 12, pozycja 7,8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 315

Pakiet 12, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści koszulę z wycięciem Y w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach- Długość koszuli 120 cm , szerokość 70 cm (obwód 140 cm). Zdjęcie poglądowe poniżej:



Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 316

Pakiet 12, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej), Spodnie z trokami w pasie, w kolorze niebieskim? Zdjęcie poglądowe poniżej.



Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 317

Pakiet 12, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści etui na mankiety do holtera wykonane z polietylenu?

Zdjęcie poglądowe poniżej:



Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 318

Pakiet 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do tlenu o długości 426cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 319

Pakiet 14, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do tlenu o długości 210cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 320

Pakiet 14, pozycja 4-6,8

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z nebulizatorem wykonane z nietoksycznego PCV?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 321

Pakiet 14, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji opłucnej o poniższych właściwościach:

SKŁAD ZESTAWU

- Worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000ml z zastawką przeciwwrotną i odpływem, skalowany co 100ml
- Strzykawka o pojemności 60ml
- Dostępny w różnych konfiguracjach
- Szeroka gama igieł do wyboru:
 - trio igieł o długości 55 mm (14G, 16G i 19G)
 - trio igieł o długości 80 mm (14G, 16G i 19G)
 - igła Veressa długości 100mm, z zaokrągloną, bezpieczną końcówką (15G)
- Dostępne w wersji manualnej (Toraset) ze szczelnym kranikiem trójdrożnym na drenie odprowadzającym, lub w wersji automatycznej (Tormatic) wyposażonej w trójdrożny zawór przeciwwrotny na drenie odprowadzającym, zapobiegający cofaniu się płynów
- Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie podwójne - zewnętrzne papier-foolia, wewnętrzne folia

?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 322

Pakiet 16, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga przyrządu ze skrzydełkami?

Odpowiedź: Zamawiający prosi o uściślenie pytania.

Pytanie nr 323

Pakiet 16, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem skali do 2,2ml?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 324

Pakiet 16, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem skali do 5,5ml?

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 325

Pakiet 16, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem skali do 11ml?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 326

Pakiet 16, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem skali do 22ml?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 327

Pakiet 16, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z zielonym tłokiem skalowane co 1ml?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 328

Pakiet 16, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 1ml?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 329

Pakiet 16, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 330

Pakiet 16, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 331

Pakiet 16, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane zbiorczo po 25szt?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sterylnych strzykawek pakowanych jednostkowo w opakowaniu zbiorczym. Dopuszcza opakowanie zbiorcze po 25 szt.

Pytanie nr 332

Pakiet 16, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igłą 0,45x13mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 333

Pakiet 16, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igłą 0,4X13mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 334

Pakiet 16, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane zbiorczo po 100szt?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 335

Pakiet 16, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści igły o szlifie ołówkowym w rozmiarze 1,2x30mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 336

Pakiet 16, pozycja 25-26

Czy Zamawiający dopuści kraniki pakowane zbiorczo po 50szt?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 337

Pakiet 19, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakiegokolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje markerów przeznaczonych do kontaktu z nienaruszoną skórą.

Pytanie nr 338

Pakiet 19, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 16x250cm z perforowaną końcówką oraz dwoma taśmami przylepnymi?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 339

Pakiet 19, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody pakowaną a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 340

Pakiet 19, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na sondę w rozmiarze 13x122cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 341

Pakiet 19, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na sondę w rozmiarze 13x61cm?

Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 342

Pakiet 19, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw osłon na ramię C RTG, składający się z czterech części:

- dwóch osłon z gumką do stabilizacji osłony na aparaturze (100cm x 160cm i 80cm x 150cm)

- dwóch taśm (3cm x 100cm),

wykonany z przezroczystej folii polietylenowej 0.065 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 343

Pakiet 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 344

Pakiet 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta porodowa o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm

- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 - 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 85 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 345

Pakiet 20, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 50cm x 70cm z otworem?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 346

Pakiet 20, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą Mayo w rozmiarze 80x145cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 347

Pakiet 20, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.
 - 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 348

Pakiet 20, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą Mayo w rozmiarze 80x145cm?**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.**

Pytanie nr 349

Pakiet 24, pozycja 4-17

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne niesilikonowane?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 350

Pakiet 24, pozycja 22-24

Czy Zamawiający oczekuje masek krtaniowych wykonanych z PCV czy z medycznego silikonu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje masek krtaniowych wykonanych z medycznego PCV lub medycznego silikonu.

Pytanie nr 351

Pakiet 26Poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie leszczy chwytających do endoskopu zęb szczura – szczęki aligatora 2,3 mm x 2300 mm, jednorazowego użytku, sterylne, pozwalające na płynne przechodzenie przez kanał roboczy endoskopu, zintegrowany uchwyt, w zestawie etykiety samoprzylepne do dokumentacji.

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 352

Poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kleszczy chwytających do endoskopu czteroramienne, śr.2,3 mm x 2300 mm, jednorazowego użytku, sterylne, w zestawie etykiety samoprzylepne do dokumentacji.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 353

Poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczotki czyszczącej kanał roboczy + zawór, jednorazowego użycia, 2 główki śr. 6/10, długość 2300 mm.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 354

Poz. 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pułapki na polipy, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana indywidualnie, pięciokomorowa z możliwością przepuszczania zasysanej treści z pominięciem siatek. Widoczne ponumerowane siatka.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 355

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w formacie pdf na wskazany adres e-mail?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formacie pdf na wskazany adres email.

Zatwierdził:

(-) Zbigniew Kluczkowski

Prezes Zarządu OCZ Sp. z o.o.