

Zamawiający:  
**Wojewódzki Szpital Zespolony**  
**im. L. Rydygiera w Toruniu**  
ul. Św. Józefa 53-59,  
87-100 Toruń  
tel. (56) 679 3496

adres strony internetowej: [https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz\\_torun](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun)  
(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej  
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert)  
e-mail: [zamow\\_publ@wszz.torun.pl](mailto:zamow_publ@wszz.torun.pl)

W.Sz.Z: TZ-280-99/24

Toruń, dnia 17-09-2024r.

## **Specyfikacja Warunków Zamówienia**

postępowanie o wartości szacunkowej **powyżej 221.000 EURO**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**  
zgodnie z ustawą z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej „ustawą Pzp”

przedmiot zamówienia:

**Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 8 zadań.**

**Kod CPV** 33100000-1 - Urządzenia medyczne

## **I. Opis sposobu przygotowania oferty i dokumentów wymaganych w postępowaniu.** **Inne informacje ogólne.**

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Składanie ofert przez [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) jest dla Wykonawców całkowicie **bezpłatne**.
3. Postępowanie prowadzone jest w **języku polskim** na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: ***https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszsz\_torun-*** w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
4. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. (22) 101-02-02.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w **formie elektronicznej** (art. 63 ust. 1 Pzp).
6. Oferta oraz wymagane przedmiotowe środki dowodowe składane **elektronicznie** muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny, Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu<sup>1</sup> (*opcja rekomendowana przez [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl)*) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk **Przejdź do podsumowania**).
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez **oryginał** należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
8. Oferta musi być:
  - 8.1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
  - 8.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl),
  - 8.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione.
9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, które określone zostały w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
10. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
11. Nie ujawnia się informacji stanowiących **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz **wykazal, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa** (art. 18 ust. 3 ustawy Pzp). Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
  - 11.1. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

---

<sup>1</sup> Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

12. Wykonawca, za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) może przed upływem terminu do składania ofert **zmienić** lub **wycofać ofertę**. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>  
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
13. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko **jedną ofertę**. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty.
14. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty (w tym ewentualne rabaty), jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością.
15. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę sporządzone muszą być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć  **tłumaczenie na język polski**.
16. Opatrzanie dokumentu elektronicznego w rozumieniu *art.3 pkt 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne* kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu.
17. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi **150 MB** natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie **500 MB**.
18. **Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców** powinny być zgodne z *Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych*.
19. **Zalecenia** dotyczące formatu składanych plików:
  - 19.1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: **.pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)** ze szczególnym wskazaniem na **.pdf**
  - 19.2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
    - a) **.zip**
    - b) **.7Z**
  - 19.3. Wśród formatów powszechnych, a **niewystępujących** w rozporządzeniu występują: **.rar .gif .bmp .numbers .pages**. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
  - 19.4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
  - 19.5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
  - 19.6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
  - 19.7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
  - 19.8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
  - 19.9. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza **“Wyślij wiadomość do zamawiającego”**, nie za pośrednictwem adresu email.  
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii strony [www.platformazakupowa.pl/pn/wszz\\_torun](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny w SWZ dot. danego postępowania.
  - 19.10. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
  - 19.11. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.
  - 19.12. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

- 19.13. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
- 19.14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
- 19.15. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważnie będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

## 20. Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty.

- 20.1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w *Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy* (Dz.U. 2020, poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zakresie i w sposób określony w przepisach *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie* (Dz.U.2020, poz. 2452) - dalej jako „**rozporządzenie**”.
- 20.2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 *ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne*, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (**§ 2 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 *ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne* lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (**§ 2 ust. 2 rozporządzenia**).
- 20.4. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu lub konkursie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez zamawiającego zgodnie z art. 67 *ustawy Pzp* (**§ 3 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.5. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów *ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (**§ 4 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.6. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z **tłumaczeniem na język polski**. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 Pzp (**§ 5 rozporządzenia**).
- 20.7. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (**§ 6 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.8. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się **cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu** opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (**§ 6 ust. 2 rozporządzenia**).
- 20.9. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczania **zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej**, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje w przypadku:
- a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do

- reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
- b) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
  - c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 20.10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również **notariusz (§ 6 ust. 4 rozporządzenia)**.
- 20.11. Przez **cyfrowe odwzorowanie**, o którym mowa w rozporządzeniu, **należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej**, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (**§ 6 ust. 5 rozporządzenia**).
- 20.12. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się **kwalifikowanym podpisem elektronicznym (§ 7 ust. 1 rozporządzenia)**.
- 20.13. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone **kwalifikowanym podpisem elektronicznym**, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (**§ 7 ust. 2 rozporządzenia**).
- 20.14. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:
- a) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
  - b) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
  - c) pełnomocnictwa - mocodawca.
- 20.15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również **notariusz (§ 7 ust. 4 rozporządzenia)**.
- 20.16. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym (**§ 8 rozporządzenia**).
- 20.17. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
- a) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
  - b) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
  - c) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
  - d) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

## 21. Opis sposobu przygotowania oferty.

- 21.1. Oferta musi być sporządzona **w języku polskim, w formie elektronicznej** opatrzonej **kwalifikowanym podpisem elektronicznym**. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.
- 21.2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:
- a) formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Zał. nr 1 do SWZ);
  - b) załączników do „Oferty”, o ile występują w danym postępowaniu i wymagane są

w SWZ na etapie składania oferty, np. *specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia (jeśli występuje specyfikacja na dostawy okresowe - wymagane jest także załączenie pliku w formacie .xls)*, *specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia*;

- c) pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), *o ile ofertę podpisuje pełnomocnik*;
  - d) przedmiotowych środków dowodowych, *o ile są wymagane w postępowaniu*;
  - e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia;
  - f) dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium we właściwej wysokości, *o ile jest wymagane w postępowaniu*. Zasady wnoszenia wadium opisane są w rozdziale VII SWZ.
- 21.3. Wykonawca składa jedną ofertę za pośrednictwem Platformy.
- 21.4. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
- 21.5. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy:
- a) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
  - b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, o których mowa w lit. a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
  - c) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
  - d) przepis lit. c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
  - e) przepisy lit. a) - c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
  - f) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
- 21.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp).
- W przypadku złożenia wspólnej oferty, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- Zaleca się, aby z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

## **II. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, sposób przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.**

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: [www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz\\_torun](http://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun).

2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ tj. **WSzZ: TZ-280-99/24**.
  - 2.1. Do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego uprawnieni są:
    - Anna Wutrych – Krajewska, Dorota Peplau - w zakresie procedury postępowania,
    - Grzegorz Skonieczny - w zakresie przedmiotu zamówienia
3. Wymaga się, aby komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem: [www.platformazakupowa.pl/pn/wszz\\_torun](http://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun) (w części dot. danego postępowania) i formularza „**Wyślij wiadomość do Zamawiającego**”.
  - 3.1. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem: [www.platformazakupowa.pl/pn/wszz\\_torun](http://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun) (w części dot. danego postępowania) poprzez kliknięcie przycisku „**Wyślij wiadomość do Zamawiającego**” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem: [www.platformazakupowa.pl/pn/wszz\\_torun](http://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun) (w części dot. danego postępowania). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „**Komunikaty**”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem: [www.platformazakupowa.pl/pn/wszz\\_torun](http://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun) do **konkretnego Wykonawcy**.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na [www.platformazakupowa.pl/pn/wszz\\_torun](http://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun) przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie*, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
  - a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
  - b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
  - d) włączona obsługa JavaScript,
  - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
  - f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
  - g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
  - 7.1. akceptuje warunki korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
  - 7.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej.
8. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl)**, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (*np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”*). Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, gdyż nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 ustawy Pzp.
9. Zamawiający informuje, że **instrukcje** korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: **<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>**.
10. Zamawiający **nie dopuszcza** niżej wymienionych środków porozumiewania się i komunikacji:
  - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe,

- za pośrednictwem poczty,
  - poprzez osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub oferty.
- 11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.**
- 11.1.** Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 Pzp, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert.
- 11.2.** Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w w/w terminach, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
- 11.3.** Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
- 11.4.** W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w w/w terminie, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
- 11.5.** Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: [www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz\\_torun](http://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun).
- 11.6.** W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: [www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz\\_torun](http://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun)
- 12. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp.**
- Nie dotyczy.

### **III. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

#### **1. Miejsce i termin składania ofert.**

- 1.1.** Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: [https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz\\_torun](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun) na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **28-10-2024 r.**, do godziny **09:30**.
- 1.2.** Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
- 1.3.** Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
- 1.4.** Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W procesie składania oferty za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl), Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl). Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 Pzp.
- 1.5.** Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
- 1.6.** Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

#### **2. Termin otwarcia ofert.**

- 2.1.** Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu **28-10-2024 r.**, o godzinie **10:00**.  
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.
- 2.2.** Z uwagi na fakt, że otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu informatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie



określonym przez Zamawiającego w punkcie 2.1., otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**2.3.** Zamawiający, najpóźniej **przed otwarciem ofert**, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**2.4.** Zamawiający, niezwłocznie **po otwarciu ofert**, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na [www.platformazakupowa.pl/pn/wszs.torun](http://www.platformazakupowa.pl/pn/wszs.torun) (w części dot. danego postępowania) w sekcji „Komunikaty”.

#### **IV. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców. Podstawy wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu, wykaz podmiotowych środków dowodowych, udostępnienie zasobów.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

**1.1.** nie podlegają wykluczeniu;

**1.2.** spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu i niniejszej SWZ.

2. W niniejszym postępowaniu - na podstawie art. 139 ustawy Pzp - Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - tzw. „*procedura odwrócona*”.

W tej sytuacji, Wykonawcy nie są obowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ) - oświadczenie to wymagane będzie wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

***Wyjątkiem od tej zasady jest konieczność złożenia wraz z ofertą przez Wykonawców dwóch odrębnych oświadczeń wstępnych w zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w formularzu „OFERTA” w pkt. VI i VII.***

Jeżeli Wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego składane jest na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - może być przygotowany i złożony wg wzoru zamieszczonego przez Zamawiającego lub zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) do którego odsyła link podany w instrukcji zamieszczonej na platformie zakupowej.

W odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu (warunki udziału w postępowaniu i kryteria kwalifikacji) Wykonawca może poprzestać na wypełnieniu sekcji  $\alpha$ .

#### 4. Podstawy wykluczenia z postępowania oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie:

- **art. 108 ust. 1 ustawy Pzp** (przesłanki obligatoryjne),
- **art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7-10 ustawy Pzp** (przesłanki fakultatywne),
- **art. 7 ust. 1** ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 poz. 1497),
- **art. 5k ust. 1** na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie”.

##### 4.1. Zgodnie z art. 108. ust.1 Pzp „**Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:**

- 4.1.1. *będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:*
  - a) *udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,*
  - b) *handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,*
  - c) *o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46 - 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.*
  - d) *finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,*
  - e) *o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,*
  - f) *powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,*
  - g) *przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,*
  - h) *o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;*
- 4.1.2. *jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;*
- 4.1.3. *wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;*
- 4.1.4. *wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;*
- 4.1.5. *jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że*

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- 4.1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia“.

#### **4.2. Zgodnie z art. 109. ust. 1 pkt 4, 7-10 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę:**

- 4.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- 4.2.2. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub reali-zacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
- 4.2.3. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
- 4.2.4. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 4.2.5. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- 4.3. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 7 ustawy Pzp Zamawiający może nie wykluczyć Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty **nieproporcjonalne**, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia (art. 109 ust. 3 ustawy Pzp).

- 4.4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) z **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp Zamawiający wykluczy:**

- 4.4.1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- 4.4.2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz.1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 4.4.3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
- 4.5. Na podstawie art. 5k ust. 1** na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, wykluczeniu podlegają także Wykonawcy objęci nw. przepisem:
- „1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:*
- a) *obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;*
- b) *osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub*
- c) *osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia”.*
- 4.6.** Zamawiający oceniając wykluczenie Wykonawcy stosuje odpowiednio zapisy art. 110 i 111 ustawy Pzp.
- 4.7. Podmiotowe środki dowodowe** na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie, o którym mowa w **art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4, 7-10** ustawy Pzp, **art. 7 ust. 1** ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, **art. 5k ust. 1** na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa **Wykonawcę, którego oferta została najwyższej oceniona**, do złożenia w wyznaczonym terminie, **wstępnego oświadczenia** w formie **jednolitego dokumentu (JEDZ) - Zał. Nr 8** do SWZ, z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp, a także do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia **podmiotowych środków dowodowych**,

którymi są:

- 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
  - a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
  - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,  
- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
- 2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

*Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 6 do SWZ.*

- 3) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
  - a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
  - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
  - c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
  - d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
  - e) art. 109 ust. 1 pkt 7–10 ustawy Pzp.

*Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 7 do SWZ.*

- 4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- 5) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

*Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 7a do SWZ.*

- 6) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

*Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 7b do SWZ.*

- 4.8. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 4.9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7–10 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu,

że spełnił łącznie następujące przesłanki:

- 4.9.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
- 4.9.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;
- 4.9.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
  - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
  - b) zreorganizował personel,
  - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
  - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
  - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

**4.10.** Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególnie okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

**4.11.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania **poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej**, zamiast:

a) *informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych... – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych....*  
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 *Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych...* – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

4.12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych..., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub,

jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

**4.13.** *Zapisy art. 126 ust. 2 i 3, 127 i 128 ustawy Pzp, Zamawiający stosuje odpowiednio.*

**5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust.2 ustawy Pzp, Zamawiający ustala warunki w zakresie:

**5.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

**5.2. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

**5.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

**5.4. Zdolność techniczna lub zawodowa.**

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa **Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona**, do złożenia w wyznaczonym terminie, **wstępnego oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) - Zał. Nr 8** do SWZ, z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp, a także do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych **środków dowodowych** w zakresie niniejszego warunku, tj.:

- a) wykaz minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie **sprzętu medycznego** o wartości minimum dla poszczególnych zadań:
- Zadanie Nr 1 – 27.300,00 zł,
  - Zadanie Nr 2 – 107.400,00 zł,
  - Zadanie Nr 3 – 181.200,00 zł,
  - Zadanie Nr 4 – 7.800,00 zł,
  - Zadanie Nr 5 – 7.800,00 zł,
  - Zadanie Nr 6 – 3.000,00 zł,
  - Zadanie Nr 7 – 24.000,00 zł,
  - Zadanie Nr 8 – 39.540,00 zł,

brutto każda dostawa w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem **dowodów** określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W odniesieniu do dostaw (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia może spełniać wymogi określone przez Zamawiającego. Wykonawca składający ofertę na kilka zadań może wykazać

się wykonanymi minimum 2 dostawami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań.  
Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.

6. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.
7. Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, **jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie**, chyba że:
  - 1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
  - 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 7.1. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.
- 7.2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
- 7.3. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp).
  - 8.1. W przypadku złożenia wspólnej oferty, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  - 8.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
  - 8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
  - 8.4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. **Udostępnienie zasobów.**
  - 9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
  - 9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, **składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.**



- 9.3. **Zamawiający** ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także  **bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy - nie dotyczy to jednak oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.**
- 9.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 9.5. **Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.**
- 9.6. Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, **Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,** potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
- 9.7. Z uwagi na treść art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wskazuje czy polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia.

## 10. Podwykonawstwo.

- 10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
- 10.2. Zamawiający może żądać wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
- 10.3. Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom niebędących podmiotem udostępniającym zasoby, przedstawił oświadczenie o niepodleganiu wyluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego po Wykonawcy (art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).
- 10.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
- 10.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
- 10.6. Z uwagi na treść art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca wskazuje czy na podwykonawcę przypada ponad 10% wartości.

## V. Opis przedmiotu zamówienia. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

### 1. Opis przedmiotu zamówienia.

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest :**dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 8 zadań.**
  - 1.2. Dostarczony przedmiot umowy musi być nowy, tj. niepowystawowy i nieregenerowany.
  - 1.3. **Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określają Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/8 do SWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.**
  - 1.4. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określają Załączniki od Nr 2/1a do Nr 2/8a do SWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
  - 1.5. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego, dokonać jego montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.
  - 1.6. **Okres gwarancji** na oferowany sprzęt: wg zaproponowanych warunków w „*formularzu ofertowym*“ - Zał. Nr 1 do SWZ, **ale nie mniej niż 24 miesiące od dnia dostawy.**
  - 1.7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert „**równoważnych**”, w odniesieniu do wszystkich cech przedmiotu zamówienia (np. parametru, funkcji, wyrobu, elementu usługi) lub zapisów w SWZ, gdzie opis nastąpił lub mógł nastąpić przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę. W przypadku wskazania w zapisach SWZ, nazw własnych, symboli, itp., określenia te należy rozumieć jako zapisy, któremu towarzyszy wyraz „**lub równoważny**”. Przez rozwiązania „**równoważne**” rozumie się zapewnienie standardów jakościowych na poziomie nie gorszym niż wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania w ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne (materiały/parametry/funkcje/ itp. określenia) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego i spełniają określone wymagania.
  - 1.8. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, **pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności** za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania **w równoważnym** stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
  - 1.9. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp, zamawiający nie odrzuci oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego, **pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności** za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że dostawa, spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8) ustawy Pzp.
  3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 8 zadań.
  4. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po uprzednim odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
  5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

6. **Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych** (art. 105-107 ustawy Pzp).
- 6.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, Zamawiający **wymaga** złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
- 6.2. **Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.**
- 6.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 6.4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
- 6.5. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
- 6.6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający wymaga złożenia następujących **przedmiotowych środków dowodowych**:
- a) oświadczenia o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej) oraz możliwości ich dostarczenia w razie potrzeby na każde żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego – *dotyczy tylko sytuacji, gdy oferowany wyrób jest wyrobem medycznym.*  
*Jeżeli oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym lub jest wyrobem medycznym niepodlegającym dodatkowej certyfikacji jednostki notyfikowanej, Wykonawca powinien złożyć odpowiednie oświadczenie (wyjaśnienie) w tym zakresie z podaniem przyczyny, chyba że z innych dokumentów oferty wynika to jednoznacznie.*
- b) katalogów/prospektów/charakterystyk zawierających opis parametrów techniczno użytkowych oferowanego sprzętu/akcesoriów.
7. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, **w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.** Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187 Pzp, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
- 7.1. Zamawiający poprawia w ofercie:
- a) oczywiste omyłki pisarskie,
- b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 7.2. W przypadku, o którym mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

## **VI. Termin wykonywania zamówienia.**

1. **Termin realizacji przedmiotu zamówienia:** Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż w ciągu **45 dni** na koszt własny wraz z

instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną w języku polskim do siedziby Zamawiającego, licząc od daty zawarcia umowy.

- Przez termin dostawy (realizacji zamówienia) rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własne ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego, dokona ich kompletnego montażu i instalacji oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi.

## **VII. Wymagania dotyczące wadium.**

- Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości dla poszczególnych zadań w wysokości
  - Zadanie Nr 1 – 910,00 zł,
  - Zadanie Nr 2 – 3.580,00 zł,
  - Zadanie Nr 3 – 6.040,00 zł,
  - Zadanie Nr 4 – 260,00 zł,
  - Zadanie Nr 5 – 260,00 zł,
  - Zadanie Nr 6 – 100,00 zł,
  - Zadanie Nr 7 – 800,00 zł,
  - Zadanie Nr 8 – 1.318,00 zł,Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i utrzymywane do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
  - pieniądzu,
  - gwarancjach bankowych,
  - gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

**2.1. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:**

**Wojewódzki Szpital Zespólny Bank Millennium S.A. O/Toruń  
Nr 32 1160 2202 0000 0000 6090 3424**

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć do oferty kserokopię jego przelewu.

Wadium powinno być oznaczone w sposób identyfikujący dane postępowanie i jego ewentualną część np.: **dotyczy przetargu nieograniczonego dla WSzZ w Toruniu - Nr W.Sz.Z: TZ-280-99/24**

- Jeżeli wadium jest wnoszone w formie **gwarancji lub poręczenia**, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, **w postaci elektronicznej**. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo poręczenia musi w swej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub poręczenia, przedmiocie gwarancji, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż termin związania ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane, czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane – art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium w pieniądzu dla konsorcjum (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum; wadium w postaci gwarancji lub poręczenia (*z uwagi na istniejące wątpliwości interpretacyjne*) wymaga objęcia treścią gwarancji/poręczenia wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum, albo wskazanie w treści gwarancji, że przez Wykonawce (Zlecającego) należy rozumieć nie tylko podmiot

oznaczony w tym dokumencie ale i wszystkich Wykonawców, z którymi zdecydował się on złożyć ofertę wspólną.

3. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest **Wojewódzki Szpital Zespólny im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. św. Józefa 53-59, 87- 100 Toruń.**
4. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp.
5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
  - 5.1. upływu terminu związania ofertą;
  - 5.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
  - 5.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
  - 6.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
  - 6.2. którego oferta została odrzucona;
  - 6.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
  - 6.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi **oświadczenia** o zwolnieniu wadium.
9. Zamawiający **zatrzymuje wadium** wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
  - 9.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
  - 9.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
    - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
    - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  - 9.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

#### **VIII. Termin związania ofertą.**

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **25-01-2025r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą

#### **IX. Opis sposobu obliczenia ceny.**

1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład

elementów i obejmować koszty dostawy do Zamawiającego.

- 1.1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN - *cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do jednego grosza.*
- 1.2. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając wzór specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowej - **Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/8 do SWZ**. Cenę netto i brutto zamówienia ogółem Wykonawca określa także w formularzu „Oferta“ - **Załącznik Nr 1 do SWZ**.
2. Wymagany termin płatności za przedmiot zamówienia – **60 dni**, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
3. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
  - 3.1. W ofercie Wykonawca ma obowiązek:
    - a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
    - b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
    - c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
    - d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

#### **X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

<b>Kryterium</b>	<b>Ranga</b>
Oferowana cena	60 %
Ocena jakości technicznej	30%
Okres gwarancji	10%

2. Sposób oceny kryteriów określa **Załącznik Nr 3** do SWZ
3. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych w oparciu o podane kryteria.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
  - 5.1. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
  - 5.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia (art. 252 ustawy Pzp).
  - 6.1. **Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty**, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia w wyznaczonym przez

Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- 6.2. W przypadku braku zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
7. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika Zamawiającego.

#### **XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje **równocześnie** Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  - 1.1. **wyborze najkorzystniejszej oferty**, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - 1.2. **Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone** – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
  - 1.3. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania:  
[https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz\\_torun](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun)
  - 1.4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania.
3. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek określonych w art. 255 ustawy Pzp.
  - 3.1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek określonych w art. 256-257 ustawy Pzp.
  - 3.2. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255–258 Pzp.
  - 3.3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje o unieważnieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania: [www.platformazakupowa.pl/pn/wszz\\_torun](http://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun)
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyła się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp (*zakaz zawarcia umowy w przypadku wniesienia odwołania*), w terminie nie krótszym niż **10 dni** od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
  - 5.1. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę (art. 264 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp).

#### **XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **XIII. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

Wszelkie projektowane postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji.

#### **XIV. Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

1. Zamawiający nie przewiduje **aukcji elektronicznej**.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie **umowy ramowej**.
3. Zamawiający nie przewiduje **zwrotu kosztów udziału w postępowaniu**.

#### **XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
  - 3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  - 3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
  - 3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie w przypadku niniejszego zamówienia wnosi się w terminie:
  - 7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
  - 7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 7.1.;
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
9. Odwołanie w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
10. Odwołanie winno zawierać dane wskazane w art. 516 ustawy Pzp.
11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis w wymaganej wysokości. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.
12. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.
13. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale IX ustawy Pzp.

#### **XVI. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.**



1. W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

**Zamawiający** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

**Wykonawca** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

**Podwykonawca/podmiot trzeci** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń;**
- kontakt do inspektora ochrony danych w **Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu: [iod@wszz.torun.pl](mailto:iod@wszz.torun.pl)**;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z **niniejszym postępowaniem** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego**;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 73-76 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych<sup>3</sup>;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>4</sup>; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

<sup>2</sup> informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

<sup>3</sup> skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

<sup>4</sup> prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## **XVII. Wykaz załączników stanowiących integralną część SWZ:**

1. Formularz oferty – **Załącznik Nr 1.**
2. Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia - **Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/8.**
3. Określenie parametrów techniczno-użytkowych zamawianego sprzętu – **Załączniki od Nr 2/1a do Nr 2/8a.**
4. Sposób oceny kryteriów – **Załącznik Nr 3.**
5. Wykaz wykonanych dostaw – **Załącznik Nr 4.**
6. Wzór umowy- **Załącznik Nr 5.**
7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – **Załącznik Nr 6.**
8. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ – **Załącznik Nr 7.**
9. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 w związku z art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. – **Załącznik Nr 7a.**
10. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 z dnia 08 kwietnia 2022r. – **Załącznik Nr 7b.**
11. Jednolite oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – **Załącznik Nr 8. (ODRĘBNY PLIK).**

.....  
(zatwierdził kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona)

dnia .....

## Oferta

### I. Dane Wykonawcy:

1. Pełna nazwa.....
2. Adres (siedziba).....  
.....  
(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)
3. Adres do korespondencji.....  
(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)
4. Telefon.....
5. Fax.....
6. E-mail.....
7. NIP.....
8. PESEL (dotyczy osób fizycznych) .....
9. REGON.....
10. BDO: .....
11. Rodzaj Wykonawcy: .....  
**(mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj)**
12. Adres e-mail i nr faksu na które Zamawiający będzie mógł składać zamówienia  
.....  
(podać)

### II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu na **dostawę sprzętu medycznego z podziałem na 8 zadań**, opublikowanego w Dz.U. U.E Nr.....

### III. Wpłata wadium:

1. Forma i kwota wniesionego wadium: .....
2. Nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu: .....

### IV. Cena przedmiotu zamówienia w PLN:

#### Zadanie Nr 1

a) Cena netto ogółem: .....słownie:.....

wartość VAT: ..... słownie: .....

cena brutto ogółem: ..... słownie: .....

b) Okres gwarancji: .....

(określić: nie krócej niż 24 miesiące, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy)

## Zadanie Nr 2

a) Cena netto ogółem: .....słownie:.....

wartość VAT: ..... słownie: .....

cena brutto ogółem: ..... słownie: .....

b) Okres gwarancji: .....

( określić: nie krócej niż 24 miesiące, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy)

## Zadanie Nr 3

a) Cena netto ogółem: .....słownie:.....

wartość VAT: ..... słownie: .....

cena brutto ogółem: ..... słownie: .....

b) Okres gwarancji: .....

( określić: nie krócej niż 24 miesiące, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy)

## Zadanie Nr 4

a) Cena netto ogółem: .....słownie:.....

wartość VAT: ..... słownie: .....

cena brutto ogółem: ..... słownie: .....

b) Okres gwarancji: .....

( określić: nie krócej niż 24 miesiące, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy)

## Zadanie Nr 5

a) Cena netto ogółem: .....słownie:.....

wartość VAT: ..... słownie: .....

cena brutto ogółem: ..... słownie: .....

b) Okres gwarancji: .....

( określić: nie krócej niż 24 miesiące, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy)

## Zadanie Nr 6

a) Cena netto ogółem: .....słownie:.....

wartość VAT: ..... słownie: .....

cena brutto ogółem: ..... słownie: .....

b) Okres gwarancji: .....

( określić: nie krócej niż 24 miesiące, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy)

## Zadanie Nr 7

a) Cena netto ogółem: .....słownie:.....

wartość VAT: ..... słownie: .....

cena brutto ogółem: ..... słownie: .....

b) Okres gwarancji: .....

( określić: nie krócej niż 24 miesiące, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy)

## Zadanie Nr 8

a) Cena netto ogółem: .....słownie:.....

wartość VAT: ..... słownie: .....

cena brutto ogółem: ..... słownie: .....

b) Okres gwarancji: .....

( określić: nie krócej niż **24 miesiące**, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy)

V. Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia: **60 dni** licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

**VI. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego** (Dz. U. z 2023 poz. 1497),

**VII. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie** (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1, który stanowi, że:

*„1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:*

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;*
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub*
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,*

*w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. “*

### UWAGA!

Należy załączyć do oferty wykaz podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolności wykonawca polega – wskazać, czy Wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia”.

**VIII. Termin realizacji zamówienia:** Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż w ciągu **45 dni** na koszt własny wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną w języku polskim do siedziby Zamawiającego, licząc od daty zawarcia umowy.

**IX.** Akceptujemy termin płatności w terminie 60 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

**X.** Oświadczamy, że projektowane postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 5 do SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

**XI.** Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas **90 dni** licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

**XII.** Oświadczamy, że oferowane przez nas dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ przez Zamawiającego.

**XIII.** Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**XIV.** Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty **będzie\*/nie będzie\*** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, tj. ...., których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: ..... + ..... % VAT.

**UWAGA!** - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

**XV.** Inne informacje Wykonawcy w tym:

1. informacje dotyczące **udziału podwykonawców** w wykonaniu zamówienia (*podać części zamówienia, której Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy*):

2. informacje dotyczące polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

**Tak/Nie \***

(jeżeli Tak, należy złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby zgodnie z wymogiem określonym w Rozdz. IV pkt 9.2 SWZ)

**XVI.** Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>5</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.<sup>6</sup>

**XVII.** W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.....  
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

**XVIII.** Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

.....  
(wymienić załączniki)

**XIX.** Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....  
(wykazać załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

.....  
(podpis osoby uprawnionej  
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

\* niepotrzebne skreślić

\*\*przez określenie „godziny”, „dni”, „dni robocze”, „miesiące” Zamawiający rozumie: pełne godziny (60 minut), pełne dni (24 godziny/1 doba), pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, miesiące kalendarzowe, i w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane pod rygorem odrzucenia oferty

<sup>5</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

<sup>6</sup> W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa - Zadanie Nr 1**

Producent : .....  
(podać)

Typ / model : .....  
(podać)

Rok produkcji – 2024

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa przedmiotu zamówienia</b>	<b>Zamawiana ilość</b>	<b>Stawka VAT</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>
1.	<b>Defibrylator</b> (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/1a do SWZ).	1 szt.					

**\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .....

**Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa - Zadanie Nr 2**

Producent : .....  
(podać)

Typ / model : .....  
(podać)

Rok produkcji – 2024

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa przedmiotu zamówienia</b>	<b>Zamawiana ilość</b>	<b>Stawka VAT</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>
1.	Stół operacyjny (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/2a do SWZ).	1 szt.					

**\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .....



Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa - Zadanie Nr 3

Producent : .....  
(podać)

Typ / model : .....  
(podać)

Rok produkcji – 2024

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	<b>Zestaw do wykonywania badań elektrofizjologicznych</b> (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/3a do SWZ).	1 zest.					

**\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .....

**Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa - Zadanie Nr 4**

Producent : .....

*(podać)*

Typ / model : .....

*(podać)*

Rok produkcji – 2024

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa przedmiotu zamówienia</b>	<b>Zamawiana ilość</b>	<b>Stawka VAT</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>
1.	<b>Zestaw pomp infuzyjnych</b> (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/4a do SWZ).	1 kpl.					

**\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .....

**Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa - Zadanie Nr 5**

Producent : .....  
(podać)

Typ / model : .....  
(podać)

Rok produkcji – 2024

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa przedmiotu zamówienia</b>	<b>Zamawiana ilość</b>	<b>Stawka VAT</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>
1.	<b>USG przenośne</b> (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/5a do SWZ).	1 szt.					

**\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .....

**Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa - Zadanie Nr 6**

Producent : .....  
(podać)

Typ / model : .....  
(podać)

Rok produkcji – 2024

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	<b>Wózek pod aparaturę medyczną</b> (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/6a do SWZ).	1 szt.					
2.	<b>Wózek do przewożenia</b> (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/6a do SWZ).	1 szt.					
3.	<b>Stolik instrumentalny</b> (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/6a do SWZ).	2 szt.					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:							

**\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .....

**Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa - Zadanie Nr 7**

Producent : .....

(podać)

Typ / model : .....

(podać)

Rok produkcji – 2024

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	<b>Kardiomonitor przyłóżkowy</b> (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/7a do SWZ).	1 szt.					

**\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .....

**Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa - Zadanie Nr 8**

Producent : .....  
(podać)

Typ / model : .....  
(podać)

Rok produkcji – 2024

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa przedmiotu zamówienia</b>	<b>Zamawiana ilość</b>	<b>Stawka VAT</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>
1.	<b>Nadajnik telemetryczny</b> (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/8a do SWZ).	4 szt.					

**\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .....

**Załącznik Nr 2/1a**  
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-99/24

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 1**

1. Pełna nazwa urządzenia: **Defibrylator – 1 szt.**
- 2.
2. Nazwa i typ/model (podać): .....
3. Producent (podać):.....
4. Rok produkcji: 2024

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
1.	Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym amortyzującym ewentualne upadki	TAK		
2.	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych)	TAK		
3.	Zasilanie akumulatorowe i AC 230 V 50 Hz. Min -dwa gniazda na baterie /akumulatory, zasilacz AC w zestawie	TAK, podać		
4.	Ilość defibrylacji z energią 360 J przy pracy z 1 akumulatora- min. 200 lub min.160 minut stymulacji ilość defibrylacji z energią 360 J przy pracy z 2 akumulatorów- min 400 lub min.320 minut stymulacji	TAK, podać		
5.	Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maks. 3,5 godziny	TAK, podać		
6.	Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz,	TAK		
7.	Temperatura pracy: min od 0 do +45°C	TAK, podać		
8.	Funkcja codziennego autotestu bez potrzeby włączania urządzenia i bez udziału Użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu	TAK		
9.	Autotest: wykonywany na zasilaniu akumulatorowym, akumulatorowo-sieciowym i sieciowym	TAK		
10.	Defibrylator zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IPX44	Tak, podać		
11.	Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 75 cm	TAK, podać		
12.	Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem oraz łyżkami max 10 kg	Tak/ podać		
13.	Tryb archiwum: Urządzenie przechwytyjące i zapisujące w pamięci wewnętrznej dane pacjenta, zdarzenia (łącznie z krzywymi i uwagami) oraz zapisy krzywych ciągłych oraz zapisy impedancji pacjenta.	TAK		

14.	Pamięć: min .360 minut ciągłego monitorowania EKG, min. 90 minut ciągłego monitorowania danych na wszystkich kanałach lub min. 400 pojedynczych zdarzeń z krzywymi. Pojemność pamięci dla jednego pacjenta obejmuje do 200 pojedynczych raportów zdarzeń z krzywymi i 90 minut ciągłego zapisu EKG.	TAK, podać		
<b>Defibrylacja:</b>				
15.	Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. Pomiar impedancji klatki piersiowej pacjenta oraz automatycznie dostosowanie natężenia i napięcia prądu, a także czasu trwania fali defibrylacyjnej do potrzeb danego pacjenta. Pomiar impedancji mierzony każdorazowo przy ładowaniu defibrylatora	TAK		
16.	Defibrylacja ręczna i półautomatyczna	TAK		
17.	Możliwość wykonania kardiowersji	TAK		
18.	Kardiowersja elektryczna – synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu	TAK		
19.	Energia defibrylacji w zakresie min. 2-360J	TAK, podać		
20.	Dostępnych minimum 24 różnych poziomów energii defibrylacji	TAK, podać		24 poziomy – 0 pkt. Największa ilość poziomów – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej.
21.	Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J	TAK		
22.	Algorytm wykrywający ruch pacjenta w trybie półautomatycznym	TAK		
23.	Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu	TAK		
24.	Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – w zestawie łyżki dla dorosłych i dzieci	TAK		
25.	Czas ładowania do energii maksymalnej 360J: poniżej 10 sekund	TAK		
26.	Wspomaganie RKO: metronom działający w trybie manualnym i półautomatycznym pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany - pacjent dorosły niezaintubowany - pacjent pediatryczny zaintubowany - pacjent pediatryczny niezaintubowany Bezpośredni dostęp do zmian ustawień (niezabezpieczony hasłem)	TAK		
27.	Możliwość opcjonalnej transmisji badań EKG i innych danych medycznych z defibrylatora do stacji odbiorczych powszechnie używanych w Polsce - Lifenet System	TAK		
<b>Rejestracja</b>				



28.	Ekran kolorowy LCD z podwójną warstwą ochronną o przekątnej min. 8"	Tak podać		
29.	Funkcja dobrej widoczności w dużym oświetleniu	TAK/NIE		Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
30.	Możliwość wyświetlenia min.: 3 krzywych dynamicznych jednocześnie	TAK		
31.	Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 100 mm	TAK		
32.	Szybkość wydruku: min. 12,5 mm/sek;25 mm/sek.;50 mm/sek.	TAK		
<b>Monitorowanie EKG</b>				
33.	Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń, opcjonalnie z 7 lub 10 odprowadzeń jednocześnie. Monitorowanie EKG z łyżek twardych, elektrod jednorazowych do defibrylacji i kabla EKG.	TAK		
34.	Analiza i interpretacja przebiegu EKG w zależności od wieku pacjenta	TAK		
35.	Wzmocnienie sygnału EKG na min. 8 poziomach(4, 3, 2,5, 2, 1,5, 1, 0,5, 0,25 cm/Mv)	TAK, podać		
36.	Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min.	TAK, podać		
37.	Pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym odprowadzeniu EKG z możliwością wydruku wyników	TAK		
38.	Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora	TAK		
<b>Stymulacja przezskórna</b>				
39.	Stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym	Tak		
40.	Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 10 do 200 mA	Tak, podać		Zakres 10 -200 mA - 0 pkt. Szerszy zakres niż 10 - 200 mA - 10 pkt.
41.	Częstość stymulacji minimum: od 40 do 170 impulsów na minutę	Tak, podać		
<b>SpO2</b>				
42.	Defibrylator wyposażony w moduł do pomiaru saturacji. Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe w technologii Masimo lub Masimo Rainbow pozwalający monitorować dodatkowo SPCO, SpMET ( <b>karboksyhemoglobiny i methemoglobiny</b> )	Tak		
43.	Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie Krzywa SpO2 z kontrolą automatycznego wzmocnienia	Tak		
44.	Wykres słupkowy natężenia sygnału dynamicznego	Tak		
45.	Zakres pomiaru saturacji: minimum 70÷100% z dokładnością nie gorszą niż ±5%.	Tak, podać		
46.	Pomiar PR w zakresie min. 25-240 ud/min	Tak, podać		

47.	Czas uśredniania do wyboru przez użytkownika min. 4,8,12 oraz 16 sekund	Tak, podać		
48.	EtCO2-możliwość rozbudowy	Tak		
49.	Defibrylator wyposażony w moduł do pomiaru EtCO2	Tak		
50.	Zakres pomiarowy CO2 min. 0-99 mmHg	Tak, podać		
51.	Zakres pomiarowy oddechów min. 0- 99 odd./min. Dokładność pomiaru: 0 do 70 bpm: ±1 bpm 71 do 99 bpm: ±2 bpm	Tak, podać		
52.	Zakres pomiarowy częstości oddechów min. 0-99 odd./min.	Tak, podać		
53.	Pomiar realizowany minimum w jednostkach mmHg, %, lub kPa	Tak, podać		
54.	NIBP	Tak		
55.	Pomiar oscylometryczny z prezentacją ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz tętna	Tak		
56.	<b>Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: min. od 30 do 255 mmHg</b> <b>Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: min. od 15 do 220 mmHg</b> <b>Zakres pomiaru średniego ciśnienia tętniczego: min. od 20 do 235 mmHg</b> Dokładność pomiaru min. +/- 5 mmHg	Tak, podać		
57.	<b>Zakres pomiaru tętna: min. od 30 do 240 uderzeń na minutę z dokładnością nie gorszą niż +/- 2 uderzenia</b>	Tak, podać		
58.	Interwał pomiarowy regulowany w trybie auto w zakresie min. 2-60 minut.	Tak, podać		
59.	Funkcja automatycznego opróżnianie mankietu przy zbyt wysokim ciśnieniu: jeżeli ciśnienie w mankiecie przekracza 290 mmHg	Tak		
60.	IBP-możliwość rozbudowy	Tak		
61.	Zakres pomiarowy ciśnienia min. od -30 do +300 mmHg	Tak, podać		
62.	Możliwość obserwacji krzywej oraz wartości liczbowej	Tak		
63.	Możliwość wyboru przez użytkownika etykiety pomiaru min. P1 lub P2, ART, PA, CVP, ICP, LAP	Tak, podać		
<b>Wyposażenie</b>				
64.	Przewód EKG 5 odprowadzeniowy min. 1 sztuka	Tak		
65.	Opcjonalne łyżki wewnętrzne dostępne w 5 rozmiarach (średnicach) i o poniższych długościach trzonu: 2,5 cm trzon o długości 15 cm (+/- 1cm) 3,8 cm trzon o długości 15 cm (+/- 1cm) 5,0 cm trzon o długości 14 cm (+/- 1cm) 6,4 cm trzon o długości 14 cm (+/- 1cm) 8,9 cm trzon o długości 12 cm (+/- 1cm) Przycisk wyzwolenia defibrylacji umieszczony w rękojeści, uchwytach łyżek wewnętrznych	Tak		

66.	Łyżki twarde dla dorosłych oraz pediatryczne min. 1 komplet	Tak		
67.	Przewód do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych min. 1 sztuka	Tak		
68.	Min. 1 komplet elektrod jednorazowych do defibrylacji/stymulacji dla dorosłych	Tak		
69.	Czujnik saturacji wielorazowy (klips) dla dorosłych	Tak		
70.	Torba z miejscem na akcesoria	Tak		
<b>Inne</b>				
71.	Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		
72.	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
73.	Instrukcja w języku polskim	TAK		
74.	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
75.	Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta	TAK		
76.	Okres gwarancji– min. 24 miesiące	TAK podać		
77.	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
78.	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat.	TAK		
79.	Sposób dezynfekcji	Opisać		
80.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

**UWAGI:**

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków ( z wyjątkiem pkt. 72 i 79 stanowiących zalecenia) spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 2**

1. Pełna nazwa urządzenia: **Stół operacyjny – 1 szt**

2. Nazwa i typ/model (podać): .....

3. Producent (podać): .....

4. Rok produkcji: 2024

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
1.	Mobilny, modułowy stół operacyjny z napędem elektromechanicznym lub elektrohydraulicznym lub hybrydowym. Stół do zabiegów ogólnochirurgicznych i specjalistycznych .	TAK		
2.	Kolumna wykonana w całości ze stali nierdzewnej CrNi. Dopuszcza się harmonijkową, gumową osłonę w górnej części kolumny lub obudowę z tworzywa sztucznego. Kolumna łatwa w utrzymaniu w czystości, teleskopowa z rozsuwanymi segmentami.	TAK		
3.	Podstawa stołu wykonana z żeliwa i stali nierdzewnej lub tylko ze stali nierdzewnej, węższa w części centralnej ułatwiająca dostęp do stołu chirurgowi, szersza na końcach zwiększająca stabilność stołu podczas zabiegu. Pokrywa podstawy łatwo zdejmowalna dla celów serwisowych, wykonana ze stali nierdzewnej.	TAK		
4.	Cztery podwójne koła schowane w obrysie podstawy stołu. Koła niewystające poza podstawę podczas zabiegów a także podczas przemieszczania stołu.	TAK		
5.	Stół w pozycji „zablokowany” nieopierający się na kołach jezdnych czy wysuwanych stopkach.	TAK		
6.	Błat stołu złożony z następujących segmentów: <ul style="list-style-type: none"> <li>• podgłówek odejmowalny</li> <li>• odejmowany segment przedłużający z możliwością instalacji po stronie podgłówka i podnóżka</li> <li>• płyta plecowa górna</li> <li>• segment siedziska</li> </ul>	TAK		
7.	Segmenty blatu łączone za pomocą gniazd wpustowych na zasadzie szybkozłączy z blokadą zapobiegającą wysuwaniu się elementów (okrągły bolec – otwór). Nie dopuszcza się stosowania segmentów z koniecznością dokręcania śrub oraz systemów hakowych.	TAK		
8.	Szerokość blatu bez szyn bocznych: 530 – 550 mm (+/- 5mm) Szerokość blatu z szynami bocznymi: 580 - 600 mm (+/- 5mm)	TAK, podać		

9.	Segmenty blatu przeziernie w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG. Dopuszcza się częściowo nieprzezierny podgłówek.	TAK		
10.	Blat stołu wyposażony w oświetlenie informujące m. in.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysokość blatu</li> <li>• Pozycji normalnej i odwróconej blatu</li> <li>• Aktualnie wykonywanej czynności</li> <li>• Osiągnięciu zadanej pozycji końcowej</li> <li>• Osiągnięciu maksymalnego ruchu danego przegubu</li> <li>• Możliwości wystąpienia kolizji</li> </ul>	TAK		
11.	Oświetlenie sygnalizacyjne wbudowane w motoryczne przeguby blatu – wyświetlające informacje w min. 5 różnych kolorach – widoczne też gdy na stole jest obłożenie.	TAK		
12.	Funkcje regulowane manualnie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• podgłówek regulowany manualnie w min. dwóch płaszczyznach za pomocą systemu zapadkowego blokującego jednocześnie wszystkie przeguby. Podgłówek pozwalający na jednoczesną regulację kąta nachylenia podgłówka i regulację jego wysokości i kąta zaklinowania względem płyty plecowej blatu . Zakres regulacji kąta nachylenia podgłówka w osi bliższej kolumnie stołu min. od -60° do +60°</li> </ul>	TAK, podać		
13.	Funkcje regulowane pilotem sterującym (min.): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysokość blatu</li> <li>• Pozycja Trendelenburga/antyTrendelenburga</li> <li>• Przechyły boczne</li> <li>• Pozycja płyty plecowej dolnej</li> <li>• Pozycja podnózków (synchronicznie lub każdego z osobna)</li> <li>• Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku.</li> <li>• Pozycja flex</li> <li>• Pozycja reflex</li> <li>• Pozycja „beach-chair” za pomocą jednego przycisku lub poprzez wybranie tej funkcji z pamięci.</li> <li>• Pozycja normalna/odwrócona</li> <li>• Blokowanie i odblokowanie stołu</li> </ul>	TAK		
14.	Regulacja wysokości blatu w zakresie min. 585-1110mm (bez materaca, blat w pozycji horyzontalnej)	TAK, podać		
15.	Regulacja przechyłów Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. 45°/45°	TAK, podać		
16.	Regulacja przechyłów bocznych w zakresie $\geq 28^\circ$	TAK, podać		

17.	Regulacja pozycji płyty plecowej dolnej w zakresie min. -90° do +90°	TAK, podać		
18.	Regulacja pozycji podnóżków w zakresie min. -110° do +90°.	TAK, podać		
19.	Regulacja przesuwu wzdłużnego blatu w zakresie min. 450 mm	TAK, podać		
20.	Stół operacyjny wyposażony w system zabezpieczający przed możliwością przechylenia się stołu operacyjnego w trakcie transportu lub wykonywania operacji na wysuniętych kołach jezdnych.	TAK		
21.	Stół operacyjny wyposażony w system zapobiegający przeciążeniu stołu operacyjnego oraz wyposażony w czujnik lub wagę lub inny system dostosowujący przesuw wzdłużnych blatu do wagi i ułożenia pacjenta na blacie.	TAK/NIE		Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
22.	Stół operacyjny wyposażony w system antykolizyjny, automatycznie wstrzymujący ruch w momencie kolizji pomiędzy elementami blatu stołu a podłogą oraz elementami blatu stołu a elementami znajdującymi się pod blatem (np. wiadra czy wózki) oraz części ciała personelu operacyjnego (np. noga). Oprócz zatrzymania ruchu stołu, odpowiedni komunikat wyświetlany na pilocie ręcznym oraz na oświetleniu sygnalizacyjnym w blacie stołu.	TAK		
23.	Stół operacyjny wyposażony w zegar przeciwośleźny, pozwalający w sposób optymalny pozycjonować pacjenta w trakcie zabiegu.	TAK		
24.	Stół wyposażony w pilot ręczny przewodowy - 1 szt. Pilot z możliwością ładowania za pomocą dedykowanego przewodu podłączanego do stołu oraz ładowarki sieciowej dostarczonych w komplecie.	TAK		
25.	Pilot przewodowy z możliwością odłączenia przewodu i użytkowania go jako pilota bezprzewodowego.	TAK		
26.	Kolumna wyposażona w min. dwa gniazda do podłączenia pilota zlokalizowane od strony głowy i od strony nóg.	TAK		
27.	Pilot zdalnego sterowania z podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zaciemnionej sali operacyjnej. Możliwość konfiguracji pilota stołu w taki sposób by podświetlane były jedynie te przyciski, których użycie jest dopuszczalne w aktualnej pozycji stołu.	TAK		
28.	Pilot posiadający kolorowy ekran dotykowy do sterowania funkcjami stołu operacyjnego oraz do zmiany opcji w menu ustawień zaawansowanych takich jak min. prędkości poruszania się kolumny oraz segmentów blatu, blokowanie i odblokowywanie funkcji motorycznych blatu i kolumny, wprowadzanie edytowanie i zapamiętywanie pozycji stołu operacyjnego.	TAK		

29.	Możliwość zapamiętania min. 25 pozycji stołu zaprogramowanych przez użytkownika. Możliwość ustawienia przez Użytkownika sekwencji ruchów, w jakich ma być osiągnięta dana pozycja.	TAK		
30.	Możliwość zablokowania elektromechanicznych ruchów blatu i kolumny z informacją na wyświetlaczu pilota informującej o aktywacji blokady.	TAK		
31.	Możliwość ustawienia różnych prędkości ruchów kolumny i blatu – funkcja ustawiana za pomocą pilota przez użytkownika (min. regulacja wysokości, regulacja przesuwu wzdłużnego, regulacja przechyłu wzdłużnego, regulacja przechyłu poprzecznego, regulacja podnóżków, regulacja dolnej płyty plecowej).	TAK		
32.	Na kolorowym ekranie dotykowym pilota wyświetlane następujące informacje min.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• stanie naładowania akumulatorów pilota</li> <li>• osiągniętej maksymalnej pozycji blatu lub kolumny</li> <li>• niepoprawnym ustawieniu transportera względem kolumny</li> <li>• błędnym przejęciu blatu przez kolumnę</li> <li>• osiągniętej pozycji „0”</li> <li>• informacja o kącie pochyłeń Trendelenburga, antyTrendelenburga, pochyłeń bocznych, pochylenia płyty plecowej, podnóżków synchronicznie i indywidualnie dla lewego i prawego segmentu</li> <li>• informacji generowanych przez systemy antykolizyjne</li> </ul>	TAK		
33.	Panel sterowania awaryjnego wbudowany w kolumnę, zlokalizowany w osi długiej stołu na prawej lub lewej stronie.	TAK		
34.	Panel sterowania awaryjnego stołu operacyjnego aktywny non- stop. System niewyłączający się automatycznie bez ingerencji obsługi. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługa panelu wymagająca jednoczesnego użycia dwóch przycisków. Dla ułatwienia obsługi – przyciski oznaczone takimi samymi kolorami jak na pilocie ręcznym.	TAK		
35.	Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący (min.) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysokość blatu</li> <li>• Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga</li> <li>• Przechyły boczne</li> <li>• Pozycja płyty plecowej</li> <li>• Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego</li> <li>• Blokowanie i odblokowanie stołu</li> </ul>	TAK		
36.	Na panelu sterowania awaryjnego wyświetlana informacja o stanie blokady stołu oraz stanie naładowania akumulatorów.	TAK		

37.	Możliwość doposażenia w przyszłości stołu w nożny sterownik.	TAK		
38.	Blat stołu wyposażony w demontowane materace antystatyczne o grubości minimum 80mm, z właściwościami przeciwoleźynowymi - odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych. Funkcja „pamięci kształtu” wpływająca pozytywnie na utrzymanie ciepłoty pacjenta w trakcie zabiegu. Materace stołu zintegrowane z płytą blatu mocowane do ramy blatu za pomocą zatrzasków.	TAK		
39.	Możliwość instalacji różnych segmentów i akcesoriów po obu stronach blatu -zarówno od strony głowy jak i podnóżka.	TAK		
40.	Udźwig stołu: Pozycja normalna - maksymalny dopuszczalny udźwig stołu: min. 540 kg Pozycja odwrócona – maksymalny dopuszczalny udźwig stołu min: 300 kg	TAK, podać		
41.	Szyny instrumentalne wzdłuż wszystkich segmentów stołu – standardowe.	TAK		
42.	Stół gotowy do podłączenia do systemu zdalnej diagnostyki za pośrednictwem sieci szpitalnej.	TAK/NIE		Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
43.	Segmenty blatu taki jak płyty plecowe , płyty przedłużające i podgłówki oraz wszystkie akcesoria montowane do szyn akcesoryjnych kompatybilne z posiadanymi stołami firmy MAQUET YUNO II OTESUS	TAK/NIE		Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
<b>WYPOSAŻENIE STOŁU</b>				
44.	1.Blak /Płyta z włókna węglowego dł.min.1800mm mocowana w segmencie siedziska stołu, przezierna w zakresie 360 stopni na długości min.1200mm – 1 szt. Udźwig min.200 kg. 2.Adapter do montażu akcesoriów na blacie/płyce z włókna węglowego. – 1 szt. 3. Ramka anesteziologiczna z możliwością przedłużenia – 1 szt. 4. Pas pacjenta długości. min.1400mm – 1 szt. 5.Pas pacjenta bez części metalowych długości min.2000mm – 1 szt. 6. Przedłużenie szyn akcesoryjnych dł.min.650 mm – 2 szt. 7. Podpory anesteziologiczne pod ręce płaskie na przegubie kulowy z zaciskiem akcesoryjnym – 2 szt. 8. Podpora ręki wsuwana pod materac wykonana z plexi – 2 szt. 9. Podpora ręki wsuwana pod materac tzw. gitara – 1 szt. 10. Zacisk akcesoryjny – 1 szt. 11. Osłona rtg mocowana na szynę akcesoryjną stołu operacyjnego boczna – 1 szt. 12. Osłona rtg jedнопanelowa mocowana od strony wezglowia -1 szt.	TAK		
<b>Inne</b>				
45.	Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		



46.	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
47.	Instrukcja w języku polskim	TAK		
48.	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
49.	Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta	TAK		
50.	Okres gwarancji – min. 24 miesiące	TAK podać		
51.	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
52.	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat.	TAK		
53.	Sposób dezynfekcji	Opisać		
54.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

**UWAGI:**

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków ( z wyjątkiem pkt. 46 i 53 stanowiących zalecenia) spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

**Załącznik Nr 2/3a**  
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-99/24

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 3**

1. Pełna nazwa urządzenia: **Zestaw do wykonywania badań elektrofizjologicznych – 1 zest.**

2. Nazwa i typ/model (podać): .....

3. Producent (podać): .....

4. Rok produkcji: 2024

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
<b>Zasilanie</b>				
1.	Zintegrowany system elektrofizjologiczny (komputer sterujący, wzmacniacz elektrofizjologiczny oraz niezbędne wyposażenie) skonfigurowany do instalacji w sali zabiegowej oraz w sterowni	TAK		
2.	Komputer typu desktop: procesor klasy min. Intel i5, taktowany zegarem min. 3.1 GHz, RAM min. 4 GB, HDD: min 500GB, napęd DVD-RW; system operacyjny: Windows 7 lub nowszy. System min 32 bitowy.	TAK, podać		
3.	System operacyjny zgodny z wymaganiami producenta oprogramowania operatorskiego	TAK		
4.	Oprogramowanie systemowe zgodne z wymaganiami producenta oprogramowania operatorskiego, systemu elektrofizjologicznego	TAK		
5.	Pamięć dysku pozwalająca na bezpośredni, wielokrotny zapis i kasowanie danych	TAK		
6.	Szybki zapis danych pacjenta na dysku obejmujący numer identyfikacyjny pacjenta	TAK		
7.	Archiwizacja badań na dysku DVD lub sieciowym z poziomu oprogramowania do badań elektrofizjologicznych.	TAK		
8.	Możliwość zapisu badań więcej niż jednego pacjenta na jednym dysku DVD	TAK/NIE		Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
9.	Sterowanie systemu za pomocą dedykowanej klawiatury i myszy systemowej	TAK		
10.	Kable zasilające, uziemiające, sygnałowe i inne przewody połączeniowe konieczne do prawidłowego działania wszystkich funkcji systemu elektrofizjologicznego, o długościach dostosowanych do warunków lokalowych Zamawiającego	TAK		
11.	Mobilny wózek pod zaoferowany system na salę zabiegową	TAK		
12.	System wyposażony w min. 2 monitory min. 21” typu LCD o rozdzielczości min. 1600x1200 zamontowane we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na sali zabiegowej pracujący jako „master”	TAK, podać		
13.	System wyposażony w min. 2 monitory min. 21” typu LCD o rozdzielczości min. 1600x1200, pracujące w sterowni	TAK, podać		

14.	UPS podtrzymujący pracę na min.10 min. po zaniku napięcia zasilania podstawowego	TAK, podać		
15.	Prezentacja jednoczesna wielozadaniowa: sygnałów wewnątrzsercowych, zapisów przebiegów w czasie rzeczywistym, przeglądania danych w trybie holterowskim, analizy danych z badania, przeglądania parametrów dziennika zdarzeń	TAK		
16.	Przewód EKG powierzchniowego (10-odprowadzeniowy)	TAK, podać		
17.	Konfiguracja umożliwiająca współpracę z systemami do trójwymiarowej analizy i mapowania serca	TAK		
18.	Obsługa systemu elektrofizjologicznego z poziomu sali zabiegowej i sterowni w pełnym zakresie.	TAK		
<b>Wzmacniacz systemu elektrofizjologicznego</b>				
19.	Częstość próbkowania: min 1kHz	TAK, podać		
20.	Niezależne definiowanie atrybutów każdego kanału (kolor, wzmacnienie, filtry).	TAK		
21.	Filtry zakłóceń: mięśniowych (EKG), filtr zakłóceń sieciowych dla kanałów powierzchniowych oraz wewnątrzsercowych	TAK		
22.	Zabezpieczenie przed defibrylacją	TAK		
23.	Jednorazowe przekształcenie sygnału analogowego na cyfrowy	TAK		
24.	Przetwornik A/D: 12 bitowy o dynamicznej rozdzielczości 20 bitów, o czułości (wadze bitu) poniżej 1,8 $\mu$ V/LSB	TAK		
25.	Wzmacniacz umożliwiający rejestrację min: 12 kanałowego zapisu EKG, 6 kanałów dodatkowych, które można wykorzystać do pomiaru ciśnień, min. 52 kanały wewnątrzsercowych	TAK, podać		
26.	Wzmacniacz wyposażony w stymulację awaryjną uruchamianą dedykowanym przełącznikiem na przednim panelu wzmacniacza elektrofizjologicznego. (Możliwość uruchomienia stymulacji awaryjnej przy wyłączonym komputerze, np. w wypadku awarii jednostki sterującej systemem)	TAK		
27.	Parametry stymulacji awaryjnej: 60 uderzeń na minutę, co najmniej z dwóch kanałów jednocześnie, 8mA, szerokość impulsu: 2ms	TAK		
28.	Wzmacniacz oferujący zarówno wzmacnienie analogowe i cyfrowe	TAK		
<b>Oprogramowanie systemu elektrofizjologicznego</b>				
29.	Oprogramowanie do badań elektrofizjologicznych serca umożliwiające rejestrację: min. 12 kanałowego zapisu EKG, min. 2 kanały ciśnień, min. 52 kanałów wewnątrzsercowych	TAK, podać		

30.	Jednoczesne wykonywanie wielu zadań (tworzenie każdej kombinacji: akwizycji sygnałów wewnątrzsercowych, zapisu, wyświetlania przebiegów w czasie rzeczywistym, przeglądania danych w trybie holterowskim, analizy danych z badania, przeglądania dziennika badania)	TAK		
31.	Konfigurowanie przez użytkownika co najmniej 10 różnych szablonów ekranu z wybranymi albo wszystkimi kanałami aktywnymi, niezależnie od ich rodzaju (EKG, EGM-bipolar, EGM unipolar, kanały ciśnienia itp.)	TAK, podać		
32.	Zmiany podstawy czasu podczas monitorowania w czasie rzeczywistym oraz podczas analizy off-line w zakresie odpowiadającym przesuwowi co najmniej 25-300 mm/s	TAK		
33.	Możliwość rejestracji sygnałów unipolarnych	TAK		
34.	Rejestracja 12 odprowadzeniowego zapisu przy użyciu jednego klawisza na klawiaturze. System umożliwiający wydruk jakiegokolwiek wcześniej zarejestrowanego 12 - odprowadzeniowego zapisu	TAK		
35.	Zapis wszystkich kanałów lub wybranych kanałów na dysku twardym w czasie rzeczywistym	TAK		
36.	Tryb wyświetlania synchronicznego (trigger mode) z dowolnym załamkiem, markerem lub impulsem stymulatora umożliwiające pace mapping w czasie rzeczywistym. Synchronizacja wyzwalana przez: napięcie, rodzaj sygnału (unipolarny + lub -, bipolarny), nachylenie (slope) potencjału (do wyboru)	TAK		
37.	Pomiar on-line wybranych interwałów (automatycznego lub ręcznego) w trybie synchronicznym	TAK		
38.	Synchronizacja w trybie rzeczywistym (triggered mode) z częstotliwością równą częstotliwości serca (beat-to-beat)	TAK		
39.	Interaktywny ekran dziennika badania umożliwiający dostęp do danych z badania z możliwością jego wyświetlania na polecenie operatora	TAK		
40.	Wydruk raportów, wykresów, wzorców pobudzeń lub innych danych w czasie wykonywania analizy i przeglądania danych z badania	TAK		
41.	Automatyczna detekcja impulsów stymulatora	TAK		
42.	Oprogramowanie umożliwiające podgląd wszystkich parametrów ablacji takie jak temperatura, moc, czas z generatora prądu RF. Dane wyświetlane na ekranie i automatycznie rejestrowane w dzienniku badania	TAK		
43.	Oprogramowanie hemodynamiczne	TAK		

44.	Archiwizacja na dysku CD lub DVD oraz możliwość archiwizacji na dysku zewnętrznym przez USB pojedynczego badania lub całego archiwum.	TAK		
45.	Niezależne wyświetlanie na każdym z 2 monitorów w obrębie zestawu innych danych, np.: na jednym przebiegu w czasie rzeczywistym, a na drugim analiza danych z badania	TAK		
46.	Eksport zrzutów ekranowych i obrazów do plików typu PNG lub PDF	TAK		
47.	Automatyczna aktualizacja okna dziennika badania po każdej sekwencji stymulacji	TAK		
48.	Wyświetlanie na ekranie monitorów systemowych parametrów ablacji, także w postaci graficznej. Tworzenie raportu z ablacji z parametrami zastosowanej aplikacji	TAK		
49.	Niezależne ustawianie parametrów sygnałów w każdym kanale wewnątrzsercowym	TAK		
50.	Do systemu dołączony klucz licencyjny (1szt), pozwalający na przegląd badań elektrofizjologicznych na innym komputerze, niż komputer będący częścią systemu elektrofizjologicznego	TAK		
<b>Stymulator systemu elektrofizjologicznego</b>				
51.	Wielofunkcyjny stymulator elektrofizjologiczny - generator impulsów do stymulacji serca,	TAK		
52.	Impulsy stymulacji kontrolowane komputerowo	TAK		
53.	Liczba kanałów stymulacji: min 2	TAK, podać		2 – 0 pkt. Największa ilość – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej
54.	Obsługa za pomocą klawiatury lub myszy systemu elektrofizjologicznego	TAK		
55.	Stymulator wbudowany we wzmacniacz systemu elektrofizjologicznego	TAK		
56.	Natężenie prądu stymulacji w zakresie min: 0-25,5mA, regulowane w stopniach co 0,1mA	TAK		
<b>Pompa do elektrod irygowanych</b>				
57.	Automatyczne przełączanie się pompy z trybu wolnego przepływu na tryb szybkiego przepływu w momencie rozpoczęcia aplikacji oraz automatyczne przełączenie się z trybu szybkiego na wolny w chwili zakończenia aplikacji z najpopularniejszymi generatorami RF	TAK		
58.	System detekcji pęcherzyków powietrza w roztworze chłodzącym	TAK		

59.	Współpraca z elektrodami chłodzonymi roztworem soli fizjologicznej	TAK		
<b>Inne</b>				
60.	Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		
61.	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
62.	Instrukcja w języku polskim	TAK		
63.	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
64.	Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta	TAK		
65.	Okres gwarancji – min. 24 miesiące	TAK podać		
66.	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
67.	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat.	TAK		
68.	Sposób dezynfekcji	Opisać		
69.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

**UWAGI:**

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków (z wyjątkiem pkt. 61 i 68 stanowiących zalecenia) spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 4**

1. Pełna nazwa urządzenia: **Zestaw pomp infuzyjnych – 1 zest.**

2. Nazwa i typ/model (podać): .....

3. Producent (podać): .....

4. Rok produkcji: 2024

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
Skład kompletu:				
1) pompa infuzyjna 1-strzykawkowa – 3 szt.;				
2) pompa infuzyjna objętościowa – 1 szt.;				
3) stacja dokująca na 4 pompy infuzyjne – 1 szt.;				
<b>Pompa infuzyjna 1-strzykawkowa</b>				
1.	Sterowana elektronicznie pompa infuzyjna 1-strzykawkowa do dożylnego, dotętniczego i dojelitowego podawania płynów.	TAK		
2.	Możliwość pracy pompy w informatycznej sieci systemu centralnego zarządzania danymi i transmisji danych.	TAK		
3.	Możliwość opcjonalnej bezprzewodowej dwustronnej komunikacji pompy z systemem centralnego zarządzania i transmisji danych.	TAK/ NIE		Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
4.	Możliwość połączenia pompy w sieć z komputerem centralnym - samodzielnie lub poprzez stację dokującą.	TAK		
5.	Automatyczne mocowanie strzykawki w pompie od frontu pompy.	TAK		
6.	Zabezpieczenie przed samoczynnym opróżnieniem strzykawki – również dla tłoka strzykawki niezablokowanego w głowicy tłoczącej	TAK/podać		
7.	Zabezpieczenie przed wymianą strzykawki przez osoby do tego nieuprawnione. .	TAK		
8.	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml co najmniej 3-ech różnych producentów strzykawek, dostępnych na rynku.	TAK		
9.	Automatyczne rozpoznawanie przez pompę rozmiaru strzykawki.	TAK		
10.	Zakres programowania prędkości infuzji: minimum 0,1÷999,9 ml/godz.	TAK/podać		
11.	Możliwość zmiany prędkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu.	TAK		
12.	Możliwość podania bolusa na żądanie.	TAK		
13.	Możliwość podania bolusa o określonej objętości.	TAK		

14.	Możliwość podawania bolusa regularnie w programowanych odstępach czasu od 1 min. do 24 godzin.	TAK/ podać		
15.	Zakres programowania prędkości podaży bolusa: minimum 1÷1600 ml/godz. .	TAK/ podać		
16.	Dokładność mechaniczna pompy: nie gorsza niż ±0,5%. .	TAK / podać		
17.	Zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji (funkcja anty-bolus po okluzji). .	TAK		
18.	Zakres programowania objętości do podawania (VTBD): minimum 0,1÷9999 ml.	TAK / podać		
19.	Zakres programowania czasu infuzji: minimum od 1 min. do 72 godz. .	TAK / podać		1 min – 72 godz. – 0 pkt Pow. 72 h – 5 pkt
20.	Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, µg i mmol; z uwzględnieniem i bez uwzględnienia masy ciała pacjenta [kg]; w odniesieniu do czasu. .	TAK		
21.	Możliwość programowania parametrów bolusa w mg, µg i mmol; z uwzględnieniem i bez uwzględnienia masy ciała pacjenta [kg]; w odniesieniu do czasu. .	TAK		
22.	Tryby pracy: Minimum 12 programów infuzji o różnych parametrach Spadek – utrzymanie – wzrost podaży. Podaż okresowa z przerwami. Dawka w czasie. Kalkulacja prędkości podaży.	TAK / podać		
23.	Możliwość ustawiania co najmniej 7-miu poziomów ciśnienia okluzji w zakresie od 0,1 do 1,2 bar.	TAK / podać		
24.	Pompa wyposażona w tryb przejęcia: automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej. Pompy w trakcie pracy czytelnie oznaczone na ekranie. np. pompa 1, pompa 2.	TAK		
25.	Możliwość opcjonalnego rozszerzenia funkcjonalności pompy o <u>system monitorujący wzrost / spadek ciśnienia</u> , pracujący przy małych prędkościach podaży z dokładnością nie gorszą niż ±1 mmHg, działający niezależnie od głównych nastaw progu ciśnienia okluzji, bez konieczności stosowania specjalnych drenów	TAK		
26.	Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o <u>funkcję TCI</u> .	TAK/ NIE		Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt
27.	Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o funkcję PCA i PCEA	TAK/ NIE		Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt



28.	Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego.	TAK/ NIE		Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt
29.	Możliwość zainstalowania w pompie biblioteki leków: minimum 500 leków z parametrami infuzji, z możliwością podzielenia protokołów na min. 30 grup/kategorii	TAK / podać		
30.	Wyświetlanie nazwy podawanego leku i zaprogramowanych parametrów infuzji w całym czasie infuzji. Dopuszczalne wyświetlanie naprzemienne	TAK		
31.	Funkcja KVO z możliwością programowania parametrów bezpośrednio lub z poziomu oprogramowania serwisowego, i wyłączenia funkcji.	TAK		
32.	Możliwość programowania przerw w podaży.	TAK		
33.	Podświetlany panel sterowania i klawiatura z możliwością regulacji natężenia podświetlenia	TAK		
34.	Sygnalizowanie pracy pompy.	TAK		
35.	Możliwość zmiany wielkości znaków w wyświetlanej informacji o prędkości podaży.	TAK		
36.	System alarmów			
37.	Akustyczne i wizualne sygnalizowanie stanów alarmowych.	TAK		
38.	Alarm pustej strzykawki.	TAK		
39.	Alarm zatrzymanej infuzji.	TAK		
40.	Alarm okluzji.	TAK		
41.	Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki.	TAK		
42.	Alarm wstępny przed końcem infuzji.	TAK		
43.	Alarm rozładowanego akumulatora.	TAK		
44.	Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora.	TAK		
45.	Alarm braku strzykawki lub źle założonej strzykawki.	TAK		
46.	Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki.	TAK		

47.	Alarm informujący o uszkodzeniu pompy z wyświetlaniem kodu diagnostycznego uszkodzenia.	TAK		
48.	Alarm informujący o manipulowaniu przy napędzie podczas infuzji.	TAK		
49.	Zasilanie pompy			
50.	Możliwość zasilania pompy z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz poprzez stację dokującą.	TAK		
51.	Możliwość zasilania pompy, poza stacją dokującą, z sieci 230 V AC 50 Hz poprzez opcjonalny <u>zewnętrzny zasilacz</u> .	TAK		
52.	Zasilanie awaryjne pompy z wewnętrznego akumulatora przez co najmniej 10 godzin przy prędkości przepływu - 20 ml/godz.	TAK		
53.	Możliwość zasilania pompy poza stacją dokującą z zewnętrznego źródła napięcia 12 V DC.	TAK/ NIE		Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
54.	Mocowanie pompy			
55.	Zatrzaskowe mocowanie pompy w stacji dokującej.	TAK		
56.	Możliwość wyposażenia pompy w opcjonalny <u>uchwyt zatrzaskowolączony z pompą</u> , mocujący pompę do rur pionowych i poziomych, do zastosowań poza stacją dokującą.	TAK/ NIE		Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt
57.	Klasa ochrony przeciwporażeniowej (prądem elektrycznym)	TAK / podać		
58.	Stopień ochrony IP: minimum IP22 lub równoważnej	TAK / podać		
59.	Wymiary pompy (szerokość [mm] x głębokość [mm] x wysokość [mm])	podać		
60.	Masa pompy: nie większa niż 1,6 kg.	TAK / podać		
61.	Pompa kompatybilna z oferowanymi stacjami dokującymi.	TAK		
62.	<b>Pompa infuzyjna objętościowa</b>			
63.	Sterowana elektronicznie pompa infuzyjna objętościowa do dożylnego, dotętniczego i dojelitowego podawania płynów.	TAK		
64.	Możliwość pracy pompy w informatycznej sieci systemu centralnego zarządzania danymi i transmisji danych.	TAK		

65.	Możliwość opcjonalnej bezprzewodowej dwustronnej komunikacji pompy z systemem centralnego zarządzania i transmisji danych.	TAK/ NIE		Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
66.	Możliwość połączenia pompy w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub poprzez stację dokującą. .	TAK		
67.	Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym, niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów: 1) zabezpieczenie w pompie; 2) zabezpieczenie na drenie - kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii.	TAK		
68.	Zakres programowania prędkości infuzji: minimum 0,1 ÷ 1200 ml/godz.	TAK / podać		
69.	Możliwość programowania prędkości infuzji w zakresie 0,1÷99,99ml/godz. ze skokiem 0,01ml/godz.	TAK/ NIE		Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
70.	Możliwość zmiany prędkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu.	TAK		
71.	Możliwość podania bolusa na żądanie.	TAK		
72.	Możliwość podania bolusa o określonej objętości.	TAK		
73.	Zakres programowania prędkości podaży bolusa: minimum 1 ÷ 1200 ml/godz.	TAK, podać		
74.	Dokładność mechaniczna pompy: nie gorsza niż $\pm 0,5\%$ .	TAK, podać		
75.	Zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji (funkcja anti-bolus po okluzji). Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji $\leq 0,2$ ml	TAK/ podać		
76.	Zakres programowania objętości do podawania (VTBD): minimum 0,1÷9999 ml.	TAK/ podać		
77.	Zakres programowania czasu infuzji: minimum od 1 min. do 72 godz.	TAK/ podać		1 min – 72 godz. – 0 pkt Pow. 72 h – 5 pkt
78.	Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, $\mu$ g i mmol; z uwzględnieniem i bez uwzględnienia masy ciała pacjenta [kg]; w odniesieniu do czasu.	TAK		
79.	Możliwość programowania parametrów bolusa w mg, $\mu$ g i mmol; z uwzględnieniem i bez uwzględnienia masy ciała pacjenta [kg]; w odniesieniu do czasu.	TAK		

80.	Tryby pracy: Minimum 12 programów infuzji o różnych parametrach. Spadek – utrzymanie – wzrost podaży. Podaż okresowa z przerwami. Dawka w czasie. Kalkulacja prędkości podaży.	TAK		
81.	Możliwość ustawiania co najmniej 7-miu poziomów ciśnienia okluzji w zakresie min. od 0,3 do 1,2 bar. .	TAK		
82.	Możliwość precyzyjnej podaży zarówno z czujnikiem kropli, jak i bez czujnika.	TAK		
83.	Możliwość zainstalowania w pompie biblioteki leków: minimum 500 leków z parametrami infuzji, z możliwością podzielenia protokołów na min. 30 grup/kategorii	TAK		
84.	Wyświetlanie nazwy podawanego leku i zaprogramowanych parametrów infuzji w całym czasie infuzji. Dopuszczalne wyświetlanie naprzemienne	TAK		
85.	Funkcja KVO z możliwością programowania parametrów bezpośrednio lub z poziomu oprogramowania serwisowego i wyłączenia funkcji.	TAK		
86.	Możliwość programowania przerw w podaży.	TAK		
87.	Podświetlany panel sterowania i klawiatura, z możliwością regulacji natężenia podświetlenia	TAK		
88.	Ciągła prezentacja ciśnienia w linii w formie graficznej.	TAK		
89.	System alarmów. Akustyczne i wizualne sygnalizowanie stanów alarmowych. Alarm czujnika kropli. Alarm zatrzymanej infuzji. Alarm okluzji. Alarm wstępny przed końcem infuzji. Alarm rozładowanego akumulatora. Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora. Alarm informujący o uszkodzeniu pompy z wyświetlaniem diagnostycznego kodu uszkodzenia.	TAK		
90.	System wykrywania pęcherzyków powietrza. Wykrywanie pęcherzyków powietrza o objętości $\geq 0,01$ ml. Sygnalizowanie wykrytych pęcherzyków powietrza..	TAK/ podać		
91.	Możliwość rozszerzenia oprogramowania pompy o funkcję TCI..	TAK		

92.	Możliwość rozszerzenia oprogramowania pompy o funkcję PCA.	TAK		
93.	Zasilanie pompy.			
94.	Możliwość zasilania pompy z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz poprzez stację dokującą.	TAK		
95.	Możliwość opcjonalnego zasilania pompy poza stacją dokującą poprzez zewnętrzny zasilacz z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz.	TAK		
96.	Zasilanie awaryjne pompy z wewnętrznego akumulatora przez co najmniej 10 godzin przy prędkości przepływu 20 ml/godz.	TAK		
97.	Możliwość zasilania pompy poza stacją dokującą z zewnętrznego źródła napięcia 12 V DC.	TAK/ NIE		Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
98.	Mocowanie pompy.			
99.	Zatraskowe mocowanie pompy w stacji dokującej.	TAK		
100.	Możliwość wyposażenia pompy w opcjonalny uchwyt zatraskowolączony z pompą, mocujący pompę do rur pionowych i poziomych, do zastosowań poza stacją dokującą.	TAK/ NIE		Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
101.	Klasa ochrony przeciwporażeniowej (prądem elektrycznym)	TAK/ podać		
102.	Stopień ochrony IP: minimum IP22 lub równoważny	TAK/ podać		
103.	Wymiary pompy: (szerokość [mm] x głębokość [mm] x wysokość [mm])	podać		
104.	Masa pompy nie większa niż 1.6 kg.	TAK/ podać		
105.	Pompa kompatybilna z oferowanymi stacjami dokującymi.	TAK		
106.	<b>Stacja dokująca na 4 pompy infuzyjne</b>			
107.	Moduł stacji dokującej umożliwiający zamocowanie min. 3 szt. pomp strzykawkowych i 1 szt. pomp objętościowych, wyspecyfikowanych powyżej	TAK		

108.	Wbudowany interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232.	TAK		
109.	System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej bez przerywania wlewu.	TAK		
110.	Automatyczne podłączenie zasilania do pompy po włożeniu pompy do stacji dokującej.	TAK		
111.	Możliwość dowolnej zmiany miejsca pomp w stacji dokującej. .	TAK		
112.	Stacja dokująca wyposażona w system alarmów, niezależnie od systemu alarmów w pompach infuzyjnych. Akustyczne i wizualne sygnalizowania stanów alarmowych, pozwalające na łatwą identyfikację stanowiska wymagającego interwencji personelu medycznego. Własne zasilanie awaryjne systemu alarmów.	TAK		
113.	Praca stacji dokującej w informatycznej sieci centralnego systemu zarządzania danymi i transmisji danych	TAK		
114.	Możliwość współpracy stacji dokującej z automatycznym systemem do prowadzenia kontrolowanej insulinoterapii	TAK		
115.	Zasilanie stacji dokującej z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz	TAK		
116.	Możliwość zwiększenia pojemności stacji dokującej do 8-miu i 12-tu pomp infuzyjnych..	TAK		
117.	Stacja dokująca wyposażona w uchwyt do przenoszenia.	TAK/ NIE		Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
118.	Możliwość mocowania stacji dokującej do rur pionowych i poziomych oraz na oferowanych statywach jezdnych bez dodatkowego oprzyrządowania.	TAK		
119.	Oprogramowanie w języku polskim	TAK		
120.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK		
121.	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
122.	Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta	TAK		

123.	Okres gwarancji– min. 24 miesiące.	TAK podać		
124.	Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		
125.	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
126.	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 5 lat.	TAK		
127.	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
128.	Sposób dezynfekcji	Opisać		
129.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		

Pompy infuzyjne oraz stacja dokująca pochodzą od jednego producenta.

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

**UWAGI:**

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków ( z wyjątkiem pkt. 125 i 128 stanowiących zalecenia) spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

**Załącznik Nr 2/5a**  
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-99/24

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 5**

1. Pełna nazwa urządzenia: **USG przenośne – 1 szt.**
2. Nazwa i typ/model (podać): .....
3. Producent (podać): .....
4. Rok produkcji: 2024

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
1.	128 fizycznych kanałów tworzących wiązkę	TAK		
2.	Tryb czarno-biały do wyświetlania anatomii w czasie rzeczywistym	TAK		
3.	Kodowana kolorowo nakładka do obrazowania przepływu krwi w czasie rzeczywistym	TAK		
4.	Tryb dopplera pulsacyjnego PW	TAK		
5.	Obrazowanie harmoniczne , całkowity czas skanowania 50 minut przy w pełni naładowanym akumulatorze (przy obrazowaniu 80% w trybie czarno-białym i 20% w trybie kolorowym).	TAK		
6.	W zestawie bezprzewodowa ładowarka kompatybilna z normą Qi	TAK		
7.	Ładowanie akumulatora w 75 minut od 10% do 90% pojemności akumulatora	TAK		
8.	Rozmiary: 131 x 64 x 31 mm. Masa: 205 +/- 3 gramy.	TAK, podać		
9.	Przetwornik typu phased array do skanowania głębokiego	TAK		
10.	Szerokopasmowa matryca zakrzywiona: od 1.6 do 3.7 MHz z częstotliwością środkową 2.65 MHz. Zajmowana powierzchnia: 22 mm x 17 mm (soczewka) Kąt widzenia: 90° Głębokość: do 24 cm	TAK, podać		
11.	Przetwornik liniowy do skanowania płytkiego	TAK		
12.	Szerokopasmowa głowica liniowa: od 3 do 12 MHz z częstotliwością środkową 7,7 MHz Zajmowana powierzchnia: 40 mm x 7 mm (soczewka). Głębokość: do 8 cm.	TAK, podać		
13.	Tablet min. 8"	TAK, podać		8" – 0 pkt. >8" – 10 pkt.
14.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK		
15.	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		



16.	Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta	TAK		
17.	Okres gwarancji– min. 24 miesiące.	TAK podać		
18.	Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		
19.	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
20.	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 5 lat.	TAK		
21.	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
22.	Sposób dezynfekcji	Opisać		
23.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

**UWAGI:**

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków ( z wyjątkiem pkt. 19 i 22 stanowiących zalecenia) spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

**Załącznik Nr 2/6a**  
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-99/24

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 6**

1. Pełna nazwa urządzenia: **Wózek pod aparaturę medyczną – 1 szt.**  
**Wózek do przewożenia – 1 szt.**  
**Stoliki instrumentalne – 2 szt.**

2. Nazwa i typ/model (podać): .....
3. Producent (podać): .....
4. Rok produkcji: 2024

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
<b>Wózek pod aparaturę medyczną</b>				
1.	stelaż z profilu aluminiowego, malowanego proszkowo na biało, umożliwiający dowolną regulację umieszczenia szuflad i półek oraz instalację wyposażenia dodatkowego	TAK		
2.	blat stalowy, malowany proszkowo, z pogłębieniem zabezpieczającym sprzęt przed zsunieniem się	TAK		
3.	półka i szuflada stalowe, malowane proszkowo	TAK		
4.	1x szuflada z wysuwaną półką pod klawiaturę 500x500x85 mm (+/- 3mm) 1 x blat 500x500 mm (+/- 3mm) 1x szuflada 500x500x155 mm (wysokość frontu 130 mm) (+/- 3mm)	TAK		
5.	elementy dekoracyjne malowane proszkowo na kolor jasno niebieski	TAK		
6.	podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym wyposażona w koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą	TAK		
7.	Wyposażenie dodatkowe: •listwa zasilająca •wysięgnik kroplówki i na kable •szyna instrumentalna	TAK		

8.	Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 620 x 585x 800mm (+/- 3mm) Wymiary szuflady pod klawiaturę: 500x500x85 mm(+/- 3mm) Wymiary powierzchni użytkowej blatu szuflady pod klawiaturę: 450x450 mm(+/- 3mm) Wymiary powierzchni użytkowej szuflady pod klawiaturę: 430x225x40 mm(+/- 3mm) Wymiary półki: 500x500 mm(+/- 3mm) Wymiary powierzchni użytkowej półki: 450x450 mm(+/- 3mm) Wymiary szuflady: 500x500x155 mm(+/- 3mm) Wymiary powierzchni użytkowej blatu szuflady: 450x450 mm(+/- 3mm) Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 425x450x105 mm(+/- 3mm)	TAK, podać		
<b>Wózek do przewożenia</b>				
9.	Wymiary blatu L: 890 x S: 590 mm	TAK		
10.	Wymiary całkowite L: 1015x S: 600 H: 900 mm	TAK		
11.	Wymiary wewnętrzne tacy L: 845 x S: 545 x H: 18 mm	TAK		
12.	Wykonanie ze stali kwasoodpornej w całości	TAK		
13.	Koła o średnicy 125 mm z blokadą	TAK		
14.	Blat w formie wyjmowanej tacy,	TAK		
15.	Wózek z napędem wyposażony w koło samojezdne wspomagające prowadzenie wózka	TAK/ NIE		Tak – 10 pkt. Nie - 0 pkt.
<b>Stolik instrumentalny</b>				
16.	<b>blat</b> ze stali kwasoodpornej z brzegami pogłębionymi	TAK		
17.	wysokość blatu regulowana ręcznie za pomocą śruby w zakresie: 850-1300 mm	TAK		
18.	<b>podstawa</b> ze stali kwasoodpornej wyposażona w koła o średnicy 75 mm	TAK		
19.	<b>Wymiary całkowite L:750 x S: 500 x H: 850-1300 mm</b> (+/- 3mm)	TAK		
20.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK		
21.	Okres gwarancji– min. 24 miesiące.	TAK podać		
22.	Sposób dezynfekcji	Opisać		
23.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

**UWAGI:**

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków ( z wyjątkiem pkt. 20 stanowiącego zalecenia) spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

**Załącznik Nr 2/7a**  
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-99/24

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 7**

1. Pełna nazwa urządzenia: **Kardiomonitor przyłóżkowy – 1 szt.**

2. Nazwa i typ/model (podać): .....

3. Producent (podać): .....

4. Rok produkcji: 2024

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
24.	Ekran kolorowy typ LCD TFT, przekątna ekranu minimum 19 cali, rozdzielczość Full HD, obsługa poprzez ekran dotykowy	Tak		
25.	Minimum 6 wyświetlanych jednocześnie na ekranie krzywych dynamicznych;	Tak, podać		6 – 0 pkt. Największa ilość – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej
26.	Wszystkie dane numeryczne wszystkich monitorowanych parametrów wyświetlane jednocześnie na ekranie;	Tak		
27.	Ilość ekranów do skonfigurowania przez użytkownika: minimum 6. Łatwe przełączanie pomiędzy ekranami bez zmiany pozostałych ustawień i utraty danych pacjenta.	Tak, podać		6 – 0 pkt. Największa ilość – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej
28.	Trendy graficzne i tabelaryczne minimum 48 godzinne, rozdzielczość trendu 1 minuta. Dane w tabelach kodowane kolorem zgodnym z kolorem monitorowanego parametru.	Tak		
29.	Oprogramowanie zawierające arkusze obliczeń hemodynamicznych, wentylacyjnych, tlenowych.	Tak		
30.	Oprogramowanie i dokumentacja użytkownika w języku polskim;	Tak		
31.	Chłodzenie monitora konwekcyjne, niewymagające czyszczenia lub wymiany filtrów pozwalające na ciągłą pracę w temperaturze otoczenia do 35°C.	Tak		
32.	Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy;	Tak		
33.	Zasilanie sieciowe 230 V; pobór mocy nie więcej niż 150VA	Tak		
34.	Oprogramowanie sieciowe umożliwiające pracę monitora z centralą monitorującą firmy Philips IntelliVue iX.	Tak		
35.	Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z możliwością zawieszenia czasowego /z wyborem czasu zawieszenia/ lub na stałe. Konfigurowanie czasu zawieszenia alarmów. Wyłączanie alarmów dla pojedynczych parametrów.	Tak		
36.	Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu	Tak		

37.	Automatyczne /na żądanie obsługi/ ustawianie granic nadzorowania w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta.	Tak		
38.	Kable, czujniki i akcesoria potrzebne do monitorowania dla dorosłych – wymienne z innymi stanowiskami monitorowania.	Tak		
39.	Możliwość przenoszenia wszystkich zgromadzonych danych pacjenta pomiędzy monitorami.	Tak		
40.	Pomiarowy serwer wieloparametrowy współpracujący z monitorem zasadniczym Zasilanie z akumulatora lub poprzez monitor współpracujący Wbudowany wyświetlacz LCD TFT o przekątnej min. 6 cali - 1 szt.	Tak		
41.	Stelaż modułów pomiarowych – 1 szt.	Tak		
42.	<b>Pomiar Ekg</b>	Tak		
43.	Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie – programowane;	Tak		
44.	Zakres pomiarowy minimum 15 - 250 z dokładnością 1%	Tak, podać		
45.	Granice alarmów 15 - 250 uderzeń/minutę	Tak		
46.	Kable EKG umożliwiające monitorowanie 12 odprowadzeń składające się z kabla zasadniczego i dwóch kabli pacjenta: 6-cio i 4-ro odprowadzeniowego	Tak		
47.	Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń.	Tak		
48.	Prezentacja median ST z zaznaczonymi punktami pomiarowymi oraz trendu (minimum 24 godziny). Możliwość ręcznego korygowania punktów pomiarowych.	Tak		
49.	Alarm przekroczenia ustalonego zakresu wartości zmian ST w wybranym odprowadzeniu z możliwością definiowania tego zakresu	Tak		
50.	Ciągły pomiar QT z obliczaniem QTc	Tak		
51.	Analiza arytmii z alarmami (dokonywana w monitorze przyłóżkowym lub w centrali-dostępna w obydwu urządzeniach). Klasyfikacja minimum 14 rodzajów zaburzeń rytmu	Tak		
52.	Obwody wejściowe w klasie CF, odporne na impuls defibrylujący. Krótki czas powrotu linii bazowej EKG po defibrylacji (poniżej 1 sek.);	Tak		
53.	<b>Pomiar respiracji</b>	Tak		
54.	Pomiar metodą impedancji	Tak		
55.	Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na ekranie	Tak		
56.	Zakres pomiarowy minimum 0-120 rpm z dokładnością +/- 1 rpm	Tak, podać		
57.	<b>Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną</b>	Tak		

58.	Tryb pracy automatyczny (z programowanym interwałem) i ręczny (na żądanie)	Tak		
59.	Odstępy w trybie automatycznym co najmniej 0d 1 do 120 minut	Tak, podać		
60.	Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej	Tak		
61.	<b>Pomiar saturacji i pletyzmografii</b>	Tak		
62.	Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na ekranie	Tak		
63.	Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe – typ Massimo lub równoważny	Tak		
64.	Czujnik do pomiaru dla dorosłych na palec – elastyczny, niepowodujący ucisku, z przewodem połączeniowym;	Tak		
65.	Zakres pomiarowy 70-100% z dokładnością +/- 3%	Tak, podać		
66.	<b>Pomiar ciśnienia krwi metodą inwazyjną</b>	Tak		
67.	Zakres pomiarowy od -40 do 360 mmHg	Tak		
68.	Odczyt częstości tętna w zakresie od 25 do 350 bpm	Tak		
69.	<b>Naskórny pomiar ciepłoty ciała pacjenta</b>	Tak		
70.	Zakres pomiarowy minimum 10 - 45 st. C	Tak		
71.	Zakres pomiaru temperatury krwi 17 – 43 st. C	Tak		
72.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK		
73.	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
74.	Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta	TAK		
75.	Okres gwarancji– min. 24 miesiące.	TAK podać		
76.	Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		
77.	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
78.	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 5 lat.	TAK		

79.	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
80.	Sposób dezynfekcji	Opisać		
81.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

**UWAGI:**

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków ( z wyjątkiem pkt. 77 i 80 stanowiących zalecenia) spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

**Załącznik Nr 2/8a**  
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-99/24

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 8**

1. Pełna nazwa urządzenia: **Nadajnik telemetryczny – 4 szt.**

2. Nazwa i typ/model (podać): .....

3. Producent (podać): .....

4. Rok produkcji: 2024

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
1.	Nadajnik telemetryczny kompatybilny z systemem intensywnego nadzoru IntelliVue firmy Philips posiadanego przez Zamawiającego.	Tak		
2.	Dotykowy ekran kolorowy min 2,7"	Tak, podać		
3.	Monitorowanie krzywej EKG	Tak		
4.	Wyświetlane krzywe oraz odczyty numeryczne są oznaczone kolorami	Tak		
5.	Pogłębiona analiza arytmii	Tak		
6.	Zasilanie bateryjne (trzy baterie AA) lub akumulatorowe (jeden akumulator litowo-jonowy)	Tak, podać		Zasilanie bateryjne – 0 pkt. Zasilanie akumulatorowe – 10 pkt.
7.	Odporny na przypadkowe zanurzenie w wodzie	Tak		
<b>Akcesoria do każdego nadajnika</b>				
8.	5-cio odprowadzeniowy kabel ekg – 1 szt./nadajnik	Tak		
9.	Akumulator litowo-jonowy – 1 szt./nadajnik ( w przypadku zaoferowania zasilania akumulatorowego)	Tak		
10.	Torebki jednorazowe na nadajnik telemetryczny – 50 szt./nadajnik	Tak		
<b>Pozostałe wymagania</b>				
11.	Bezprzewodowa ładowarka akumulatorów ( w przypadku zaoferowania zasilania akumulatorowego) – 1 szt.	Tak		
12.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK		
13.	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
14.	Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta	TAK		



15.	Okres gwarancji– min. 24 miesiące.	TAK podać		
16.	Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		
17.	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
18.	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 5 lat.	TAK		
19.	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
20.	Sposób dezynfekcji	Opisać		
21.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

**UWAGI:**

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków ( z wyjątkiem pkt. 17 i 20 stanowiących zalecenia) spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

**KRYTERIA OCENY OFERT**  
**Oceniane kryteria, ich znaczenie i sposób oceny**

**1. Przeliczenie w kryterium „ceny“**

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \times \mathbf{60\%}$$

**2. Ocena parametrów technicznych**

$$\text{PKT} = \frac{\text{Ilość pkt przyznana badanej ofercie}}{\text{Maks. ilość pkt spośród ocenianych nieodrzuconych ofert}} \times 100 \times \mathbf{30\%}$$

**3. Przeliczenie w kryterium okresu gwarancji**

$$\text{PKT} = \frac{\text{Okres gwarancji oferty badanej}}{\text{Najdłuższy okres gwarancji spośród nieodrzuconych ofert}} \times 100 \times \mathbf{10\%}$$

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg ww. kryteriów.

.....  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

### WYKAZ WYKONANEJ WCZEŚNIEJ DOSTAWY

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa Zamawiającego</b>	<b>Przedmiot dostawy</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Wartość brutto dostawy</b>
1.				
2.				
3.				
4.				

**W załączeniu:**

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

WZÓR UMOWY ...../2024

zawarta w dniu ..... r. w ..... pomiędzy:

.....  
...

(pełna nazwa Zamawiającego)

reprezentowany przez:

..... –

.....

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**

a

.....

...

(pełna nazwa Wykonawcy)

.....

...

(adres siedziby Wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

.....,

reprezentowanym przez:

..... –

.....

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

..... –

.....

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

REGON: ..... NIP: ..... BDO: .....

zwanym dalej w treści umowy **Wykonawcą**

o następującej treści:

**§ 1**

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na **dostawę** ....., zwanych w dalszej treści przedmiotem umowy,
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
  - 2.1. specyfikacja cenowa – Załącznik Nr .....
  - 2.2. specyfikacja techniczna (parametry techniczno-użytkowe) – Załącznik Nr .....
  - 2.3. integralną część niniejszej umowy stanowi porozumienie o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Toruniu im. L. Rydygiera dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowieniu koordynatora ds. BHP – Załącznik Nr 5a.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w ilości i po cenie zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ..... r.
4. Dostarczony przedmiot umowy musi być nowy, tj. niepowystawowy i nieregenerowany.

## § 2

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż w ciągu **45 dni** na koszt własny wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną w języku polskim do siedziby Zamawiającego, licząc od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 dokonać montażu i instalacji przedmiotu umowy oraz przeszkolić personel Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie z zapisami zawartymi w specyfikacjach technicznych. (dot. przedmiotu umowy, który wymaga szkolenia zgodnie z wymogami zawartymi w zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych).
3. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.
4. Zamawiający ma prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 2 dni od dnia dostawy, w przypadku jego niezgodności z oferowanym w ofercie, na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej lub choćby częściowo wadliwej.
6. Strony zgodnie postanawiają, że niezgodność któregokolwiek z elementów przedmiotu umowy z ofertą złożoną przez Wykonawcę, postanowieniami umowy bądź SWZ rozumiana będzie jako niezgodność urządzenia z umową powodująca skutki przewidziane w niniejszej umowie i przepisach prawa.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 Zamawiający jest w szczególności uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 6.
8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru z siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy pod rygorem przesłania go przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

## § 3

1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy ..... miesięcznej gwarancji. Termin gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru /i montażu (instalacji) sprzętu u Zamawiającego przez Strony umowy.
2. Czas reakcji serwisu w ciągu max. 48 godzin licząc od zgłoszenia wiadomości o zaistniałej awarii przez Zamawiającego w dni robocze i w ciągu 72 godzin licząc od zgłoszenia wiadomości o zaistniałej awarii w dni wolne i święta. Informacje o awarii zgłaszane będą przez Zamawiającego do serwisu Wykonawcy pod nr telefonu ..... bądź adres e-mail: .....(jeżeli dotyczy zgodnie z wymogami zawartymi w zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych).
3. Wykonawca gwarantuje możliwość zakupu części zamiennych przez okres min. 5 lat. (jeżeli dotyczy zgodnie z wymogami zawartymi w zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych).
4. W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni (w okresie gwarancji) Wykonawca zobowiązany będzie wstawić Zamawiającemu na czas naprawy urządzenie zastępcze o tym samym przeznaczeniu, wolne od wad oraz przedłużyć okres gwarancji o czas naprawy (jeżeli dotyczy zgodnie z wymogami zawartymi w zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych).

5. Wykonawca zapewnia w ramach ceny oferty wykonanie przeglądów gwarancyjnych dostarczonego sprzętu w terminach zgodnych z przepisami prawa i dokumentacją producenta, ale nie rzadziej niż jeden raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji (jeżeli dotyczy zgodnie z wymogami zawartymi w zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych).
6. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:
  - a) uszkodzenia i wady dostarczonego sprzętu wynikłe na skutek:
    - eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
    - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
  - b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).
  - c) materiały eksploatacyjne.
7. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.

#### § 4

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:
  - a) 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 6 dni,
  - b) 1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 6 dnia zwłoki.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu naprawy gwarancyjnej, przy czym Wykonawca zobowiązany jest określić w terminie 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia awarii, przewidywany czas naprawy oraz czy będzie to naprawa z użyciem czy bez użycia części zamiennych.
3. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 lit. **a)** i **b)** oraz w ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy.
6. Każda ze Stron może żądać odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 30 % wartości brutto umowy.

#### § 5

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi: .....zł netto + .... % VAT = .....zł brutto.  
Słownie:.....
2. Należność za dostawę płatna będzie przez Zamawiającego w terminie **60 dni**, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (efaktura.gov.pl, Broker PEFexpert).
4. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekaże na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
5. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku nieterminowego uregulowania należności od wartości niezapłaconej faktury.
6. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich.
7. Wszelkie umowy nazwane, uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.), mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych, jak i niewymagalnych, istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

## § 6

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
  - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
  - b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
  - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciąży na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

## § 7

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze Stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

## § 8

W przypadku niezawarcia ugody na drodze pozasądowego rozwiązania sporu, Strony poddadzą spór wynikający z niniejszej umowy rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo wg siedziby Zamawiającego.

## § 9

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

## § 10

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych KC odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

## § 11

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w następujących sytuacjach i z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

a) zmiany oferowanego typu/modelu wyrobu na wyrób o parametrach nie gorszych niż określony w ofercie w przypadku wycofania wyrobu z rynku, wstrzymania produkcji, innych okoliczności uniemożliwiających dostawę wskazanego w ofercie typu/modelu wyrobu, ale w cenie nie wyższej niż oferowana,

b) zmiany stawki podatku VAT na wyroby objęte przedmiotem umowy – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego aneksu w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT.

2. Zmiany określone w punkcie poprzedzającym nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego, w szczególności nie mogą skutkować niekorzystną dla niego zmianą wartości umowy.

3. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i w miarę możliwości również udokumentowane przez Wykonawcę.

4. Zmiana umowy wymaga zgody Stron w formie aneksu.

## § 12

1. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść postanowień ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019r. tj. (Dz.U. z 2022 poz. 2240).

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem - *o ile to możliwe przy uwzględnieniu specyfiki niniejszego zamówienia* - minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust.1.

3. Biorąc pod uwagę charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia uznano, że nie ma potrzeby określania w treści umowy szczegółowych warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tego zamówienia.

## § 13

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

## § 14

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

## § 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**



## POROZUMIENIE

**o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu im. L. Rydygiera** dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowieniu koordynatora ds. bhp.

Na podstawie przepisów **art. 208 Kodeksu Pracy** zawiera się porozumienie o współpracy.

### § 1

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, zwanym dalej miejscem pracy.

### § 2

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie i w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy. Pracodawcy zobowiązują się informować siebie nawzajem oraz pracowników o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas pracy.

### § 3

Pracodawcy ustalają koordynatora ds. BHP w osobie sprawującej merytoryczny nadzór nad umową/zleceniem ze strony Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, który będzie realizował zadania wyszczególnione w § 5 niniejszego porozumienia.

### § 4

Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w § 3, nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy zatrudnionym przez nich pracownikom. Każdy z Pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP przez podległych pracowników.

### § 5

Koordynator ma prawo do:

1. Kontroli stanowisk pracy w zakresie BHP,
2. Wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska pracy,
3. Występowania do poszczególnych Pracodawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp,
4. Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,
5. Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób.

## § 6

Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym również w przypadku zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników:

- I. Podstawą dopuszczenia pracowników do prac na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu jest:
  1. Posiadanie obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich,
  2. Uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkoleń w zakresie bhp,
  3. Posiadanie przez pracowników indywidualnych środków ochrony, obuwia i odzieży roboczej oraz stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem,
  4. Posiadanie przez pracowników identyfikatorów oraz oznakowanej logo podwykonawcy odzieży roboczej,
  5. Zapoznanie z niezbędnymi przepisami bhp i ppoż. obowiązującymi w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu,
  6. Zapoznanie pracowników w zakresie występujących zagrożeń wypadkowych,
  7. Posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie określonych prac wynikających z przepisów prawa.
  
- II. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu poprzez osobę sprawującą merytoryczny nadzór w zakresie realizowanego zadania objętego umową zobowiązuje się do:
  1. Zapoznania osób kierujących drugiego Pracodawcy z obowiązującymi na terenie Szpitala przepisami BHP, w celu zapoznania z nimi podległych pracowników.
  2. Zapoznania z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego i procedurą ewakuacji.
  3. Zapoznania z zasadami udzielania pierwszej pomocy medycznej obowiązującej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu.
  4. Zapoznania z zagrożeniami dla zdrowia i życia występującymi w Szpitalu przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników oraz działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia w/w zagrożeń.

## § 7

W razie zaistnienia wypadku przy pracy ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego pracownika.

## § 8

Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia wymagają formy pisemnej.

## OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nw. pracownicy uzyskali informację o;

1. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;
2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1;
3. pracownikach wyznaczonych do:
  - a) udzielania pierwszej pomocy,
  - b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Informacja o pracownikach, o których mowa w pkt 3, obejmuje: imię i nazwisko; miejsce wykonywania pracy; numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Nazwa firmy: .....

Umowa/Zlecenie nr..... z dnia .....

Miejsce pracy :.....

Zakres czynności (robót): .....

Termin rozpoczęcia pracy:.....

Termin zakończenia pracy:.....

Nazwisko i imię

Podpis pracownika

1. ....

.....

2. ....

.....

3. ....

.....

4. ....

.....

5. ....

.....

6. ....

.....

7. ....

.....

.....  
(podpis i pieczęć osoby przekazującej informację)

.....  
(podpis i pieczęć osoby przyjmującej informację)

**OŚWIADCZENIE Wykonawcy**  
**o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**  
**lub przynależności do tej samej grupy kapitałowej,**  
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy - Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r.

(Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na wezwanie wraz z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu **niezależnie** od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej)

W związku z przystąpieniem naszej firmy:

.....  
.....  
(dokładne dane Wykonawcy: nazwa, adres siedziby, REGON/PESEL)

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Dostawę sprzętu medycznego z podziałem na 8 zadań**  
oświadczamy zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, że:

1. **nie należymy\*** do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. **należymy\*** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i przedstawiamy dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu *niezależnie od innego Wykonawcy* należącego do tej samej grupy kapitałowej.

.....  
(wymienić załączone dowody)

\* *niepotrzebne skreślić*

.....  
data

.....  
podpis Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE Wykonawcy**  
**o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,**  
**o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,**  
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,  
o których mowa w art. **108 ust. 1 pkt 3 - 6** i art. **109 ust. 1 pkt 7 - 10**  
ustawy - Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r.  
*(Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na wezwanie*  
*wraz z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia z postępowania)*

W związku z przystąpieniem naszej firmy  
**(nazwa Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby):**

.....  
.....  
*(dokładne dane: nazwa, adres siedziby, REGON/PESEL)*

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Dostawę sprzętu medycznego z podziałem na 8 zadań**

oświadczamy, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ),  
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia  
z postępowania, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt **3** ustawy Pzp,
- b) art. 108 ust. 1 pkt **4** ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się  
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- c) art. 108 ust. 1 pkt **5** ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia  
mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- d) art. 108 ust. 1 pkt **6** ustawy Pzp,
- e) art. 109 ust. 1 pkt **7-10** ustawy Pzp,

**są aktualne /**  
**nie są aktualne\***

\* **UWAGA!** – skreślić niewłaściwe

.....  
data

.....  
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy/  
podmiotu udostępniającego Zasoby)

**OŚWIADCZENIE**  
**składane na podstawie art. 7**  
**ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania**  
**wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**  
**o NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA**

**Wykonawca / Podmiot udostępniający zasoby \***

*\* skreślić niepotrzebne*

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

**Dostaw sprzętu medycznego z podziałem na 8 zadań**

**Nr W.Sz.Z:TZ-280-99/24**

prowadzonego przez

**Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera**

**ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń**

**oświadczam, co następuje:**

1. Oświadczam, że **nie jestem** Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniach 765/2006 i 269/2014, **nie jestem** wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2. Oświadczam, że **nie jestem** Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniach 765/2006 i 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3. Oświadczam, że **nie jestem** Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniach 765/2006 i 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Data: ....., Podpis(-y) osób uprawnionych: .....

<sup>7</sup>**Oświadczam**, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).

Data: ....., Podpis(-y) osób uprawnionych: .....

**Oświadczam**, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data: ....., Podpis(-y) osób uprawnionych: .....

---

<sup>7</sup> wypełnić wyłącznie wtedy, gdy zachodzą podstawy wykluczenia

**OŚWIADCZENIE**  
**składane na podstawie**

**art. 5k ust. 1** na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.  
w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków  
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie  
**o NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA**

**Wykonawca / Podmiot udostępniający zasoby \***

*\* skreślić niepotrzebne*

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

**Dostaw sprzętu medycznego z podziałem na 8 zadań**

Nr W.Sz.Z: TZ-280-99/24

prowadzonego przez

**Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera**

**ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń**

**oświadczam, co następuje:**

**Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania**

na podstawie art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, który stanowi, że:

1. *Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:*
  - a. *obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;*
  - b. *osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub*
  - c. *osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,*

*w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.*



Data: ....., Podpis(-y) osób uprawnionych: .....

**<sup>8</sup>Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.**  
*(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie).*

Data: ....., Podpis(-y) osób uprawnionych: .....

**Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.**

Data: ....., Podpis(-y) osób uprawnionych: .....

---

<sup>8</sup> Wypełnić wyłącznie wtedy, gdy zachodzą podstawy wykluczenia