

PZP.262.44.2021.7.VJW

Olsztyn, 29.11.2021 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, POŻYWEK MIKROBIOLOGICZNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH z podziałem na 5 zadań.**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie ze zmianami, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. W Zadaniu II Odczynniki chemiczne i drobny sprzęt laboratoryjny firmy „HACH LANGE” Zamawiający wymaga terminu ważności odczynników min. 12 miesięcy od daty odbioru. Niektóre z odczynników mają termin ważności 12 miesięcy liczony od daty produkcji, zatem niemożliwe jest dostarczenie Zamawiającemu odczynnika z takim okresem przydatności. Dodatkowo w zadaniu uwzględnione są elektrody e-chem, których okres gwarancji to 6 miesięcy (np. MTC10101). Prosimy o zmianę tego zapisu na 80% maksymalnego terminu przydatności deklarowanego przez producenta w przypadku odczynników chemicznych i z maksymalną gwarancją deklarowaną przez producenta w przypadku akcesoriów.

Zamawiający zmienia treść SIWZ w Formularzu cenowym dla ZADANIA II w pkt. 3 w sposób podany niżej:

W pkt. 3 skreśla się wyrażenie *12 miesięcy* i w to miejsce wstawia się wyrażenie *6 miesięcy*. Po zmianie pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Wymagany termin ważności odczynników chemicznych **min. 6 miesięcy** od daty ich odbioru przez Zamawiającego.
2. Zad. 1. Poz. 28. Z wiedzy Wykonawcy wynika, że oczekiwane przez Zamawiającego stężenie 100 mg/l możliwe jest do wyprodukowania na specjalne zamówienie i w objętości jednostkowej minimalnej 500 ml/op, z terminem realizacji 4-6 tygodni. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie opakowań a 500 ml i poda ilość opakowań oraz zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji dla tej pozycji?

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pojemności i ilości opakowań i w związku z tym zmienia zapisy w SIWZ w Formularzu cenowym dla ZADANIA I w poz. 28 tabeli w sposób podany niżej:

- w poz. 28 kol. „Numer katalogowy” skreśla się wyrażenie *op=100ml* i w to miejsce wstawia się wyrażenie *op=500ml*;
- w poz. 28 kol. „Ilość [opak.]” skreśla się cyfrę *4* i w to miejsce wstawia się cyfrę *1*.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji dostawy dla poz. 28.

3. Zad. 1. Poz. 29. Z wiedzy Wykonawcy wynika, że oczekiwane przez Zamawiającego stężenie 15 mg/l możliwe jest do wyprodukowania na specjalne zamówienie i w objętości jednostkowej minimalnej 500 ml/op, z terminem realizacji 4-6 tygodni. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie opakowań a 500 ml i poda ilość opakowań oraz zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji dla tej pozycji?

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pojemności i ilości opakowań i w związku z tym zmienia zapisy w SIWZ w Formularzu cenowym dla ZADANIA I w poz. 29 tabeli w sposób podany niżej:

- w poz. 29 kol. „Numer katalogowy” skreśla się wyrażenie *op=100ml* i w to miejsce wstawia się wyrażenie *op=500ml*;
- w poz. 29 kol. „Ilość [opak.]” skreśla się cyfrę 8 i w to miejsce wstawia się cyfrę 2.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji dostawy dla poz. 29.