



KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU

**Sekcja do spraw Zamówień Publicznych**

50-040 Wrocław, ul. Podwale 31-33  
tel. 47 87 121 30, faks 47 87 124 54  
[www.dolnoslaska.policja.gov.pl](http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl)

Wrocław, dnia 20.08.2024 r.

**Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu**

**ul. Podwale 31-33**

**50-040 Wrocław**

*(nazwa i adres Zamawiającego)*

**PUZ-2380-078-059-078/2024/AB**

*(nr ref. postępowania)*

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej Pzp, którego przedmiotem jest **Obsługa serwisowa wraz z legalizacją urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu wg załączników nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do umowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej komend policji** (ID 961328), nr sprawy **PUZ-2380-078-059-078/2024/AB**.

**Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**ZAPYTANIE 1:** „W tytule prowadzonego postępowania oraz § 1 pkt 1, 2 3 a także w § 3 pkt. 4 i 5, spotykamy zapis o prowadzeniu legalizacji dla urządzeń do pomiaru alkoholu w powietrzu wydychanym. Z końcem 2007 Główny Urząd Miar zmienił zasady kontroli analizatorów wydechu i zastąpił procedurę legalizacji wzorcowaniem. Obecnie nie istnieje możliwość legalizacji analizatorów wydechu na skutek braku stosownych przepisów metrologicznych GUM. Możliwe jest natomiast wzorcowanie mierników. Należy dodać, że nazw legalizacja i wzorcowanie nie należy stosować zamiennie. Wnoskujemy o wprowadzenie zmian w opisie postępowanie i projekcie umowy i zastąpienie słowa legalizacja wzorcowaniem.”

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 1:** Zamawiający zmienia w § 1 ust. 1, 2 i 3 oraz w § 3 ust. 4 i 5 Projektowanych postanowień umowy (PPU), stanowiących załącznik nr 2 do SWZ, zapis z „legalizacji” na „wzorcowanie” urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że we wszystkich dokumentach zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, zapis „legalizacja” zostaje zastąpiony zapisem „wzorcowanie”.



KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU

**Sekcja do spraw Zamówień Publicznych**

50-040 Wrocław, ul. Podwale 31-33  
tel. 47 87 121 30, faks 47 87 124 54  
[www.dolnoslaska.policja.gov.pl](http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl)

**ZAPYTANIE 2:** „W § 3 pkt. 6 projektu umowy wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia zamawiającego o przedłużeniu czasu napraw telefonicznie oraz faksem. Ze względu na postępującą zmiany technologii telekomunikacyjnych wiele firm nie posiada już urządzeń do łączności faksowej. Wnosimy o wprowadzenie zapisu w § 3 pkt. 6 „potwierdzenie faksem lub mailem.”

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 2:** Zamawiający wyraża zgodę i zmienia w § 3 ust. 6 Projektowanych postanowień umowy (PPU), stanowiących załącznik nr 2 do SWZ, zapis z „potwierdzone faksem” na „potwierdzone faksem lub e-mailem”.

**ZAPYTANIE 3:** „Zgodnie z § 6 projektu umowy wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki. W prowadzonym postępowaniu mamy do czynienia z realizacją umowy w sposób częściowy. Dla części 3 postępowania jest to około 100 oddzielnych i niezależnych od siebie usług wykonywanych według bieżących zleceń w okresie trwania umowy. Przyjmowanie, że kary umowne są naliczane od całości umowy przy potencjalnym niewykonaniu około 1% całej umowy powoduje, że wysokość kar umownych jest rażąco zawyżona w stosunku do wartości usługi. Szacujemy, że jeden dzień zwłoki może skutkować, przy takim systemie naliczania kar, nałożeniem kary trzykrotnie wyższej niż wartość usługi, która nie została wykonana w terminie. Wnoszukujemy o zmianę w § 6 projektu umowy i naliczanie kar umownych od wysokości niezrealizowanego zadania częściowego, a nie całkowitej wartości umowy brutto.”

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 3:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian wysokości kar umownych wyszczególnionych w § 6 Projektowanych postanowień umowy (PPU), stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ są wiążące dla Wykonawców.

Wyjaśnienia i zmianę treści SWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania wraz z poprawionym załącznikiem.

Pozostałe postanowienia SWZ oraz postanowienia Ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie.

.....  
(*podpis Kierownika Zamawiającego – na oryginale*)