

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 21.08.2023 r.

Sprawa ZP/23/2023

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2023/S 140-448004 z dnia 24.07.2023 r.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawa Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

1. Pytanie dotyczące pakietu nr 1, punkt 5 tabeli OPZ "Rozmiar piksela taki sam jak w detektorze przenośnym": Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania renomowanego producenta spełniającego wymóg co do rozmiaru piksela, ale o innym rozmiarze piksela niż w detektorze przenośnym. Nie wpływa to na jakość kliniczną obrazowania i oba detektory pochodzą od tego samego renomowanego europejskiego producenta. Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej i nie podlegającej obrzuceniu oferty oraz ogranicza konkurencyjność postępowania.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
DYREKTOR NACZELNY  
Dariusz Turulec