

Informacja o wyborze oferty

I. Zamawiający

1. Nazwa: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2. Adres: Ul. Szpitalna 27/33
3. Kod pocztowy: 60-572
4. Miejscowość: Poznań
5. Województwo: Wielkopolskie

II. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP

Numer publikacji ogłoszenia 707697-2023

Nie

III. Tryb i przedmiot zamówienia

1. Rodzaj zamówienia dostawa
2. Tryb udzielania zamówienia przetarg nieograniczony

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Dostawa wyrobów medycznych dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu (typu: materiały do sterylizacji, układy oddechowe, wkłady do ssaka, elektrody) -34 pakiety

V. Wybór oferty

1. Oznaczenie oferty częściowej, (jeśli dotyczy):

PAKIET NR 11

2. Wykonawca

- a. Nazwa: Sorimex sp. z o.o. sp.k
- b. Adres: ul. Równinna 25
- c. Kod pocztowy: 87-100
- d. Miejscowość: Toruń
- e. Województwo: kujawsko-pomorskie

3. Cena oferty wybranej: 16.088,76 zł

Uzasadnienie

Wybrano ofertę zgodnie z SWZ. Jedynym kryterium była cena. Oferta najkorzystniejsza to oferta z najniższą ceną. W załączeniu streszczenie oceny ofert.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt.5 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2023r poz. 1605 ze zm.) odrzucił oferty jak poniżej :

Oferta nr 2 pakiet nr 11 Medicom sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 34 41-819 Zabrze

Uzasadnienie:

Zamawiający w załączniku nr 1 Pakiet nr 11 do Specyfikacji Warunków Zamówienia określił, iż zaproponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi spełniać poniższe wymagania:

Poz.7 „Papier do defibrylatora Life pak 20 (w posiadaniu Zamawiającego)”

Zamawiający w udzielonych odpowiedziach na pytania z dnia 13.12.2023 roku, pytanie nr 12 wyjaśnił że rozmiar papieru , którego oczekuje to 50 mm x 26 mm.

Treść pytania:

„Pytanie nr 12 dot. Pakietu nr 11 poz.7

Prosimy o podanie rozmiaru wymaganego papieru.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia ,że rozmiar to **50 mm x 26 mm”**

Wykonawca zaproponował papier producenta Ceracarta Papier do defibrylatora (50x30) o numerze katalogowym 8575 . Komisja stwierdziła to na podstawie opisu przedmiotu zamówienia dołączonego do oferty . Treść oferty w zakresie zaproponowanego przedmiotu zamówienia jest jednoznacznie niezgodna (niebudząca wątpliwości) z warunkami zamówienia .

Z uwagi na powyższe Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty.

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy

Informacja o wyborze oferty dla pozostałych Pakietów została opublikowana w dniu 01.02.2024 roku.

oznaczenie sprawy ZP 53/23

Zawiadomienie zgodne z art. 253 ust 1 pkt 1

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	Liczba pkt w kryterium cena 100 %	Liczba pkt w kryterium	Liczba pkt w kryterium	Liczba pkt w kryterium	Razem
		Pakiet nr 11				
2	MEDICOM sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej- Curie 34 41-819 Zabrze	Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt.5		Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia		
24	Sorimex sp. z o.o. sp.k ul. Równinna 25 87-100 Toruń	100,00				100,00
27	Sonda W.Makowski I wspólnicy sp.j ul. Poznańska 82B 62-080 Tarnowo Podgórne	74,15				74,15

UWAGA:

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarte w dniu **01.03.2024** roku .

.....
Dyrektor Szpitala

Opracowała : Beata Zoellner

