

## Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zwanej dalej „ustawą”, informuje o wpłynięciu do zamawiającego w terminie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 urządzeń z pozycji 3, 7, 15, 17, 18, 19 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu? Jako autoryzowany serwis respiratorów Smiths dysponujemy personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość przeprowadzonych usług. Obecny kompleksowy kształt pakietu nie pozwala naszej firmie na złożenie dla Państwa korzystnej oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

2. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni, aby umożliwić naszej firmie złożenie korzystnej oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie treści wzoru umowy o następujący zapis: „W przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności przez Zamawiającego, przekraczających 30 dni kalendarzowych, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług serwisowych w zakresie tej umowy, aż do momentu całkowitego uregulowania przez Zamawiającego zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy urządzenia w przypadku konieczności sprowadzenia części – do 6 tygodni? Prośbę motywujemy faktem, że dostawa części zamiennych od producenta Smiths wynosi od 4 do 6 tygodni, przez co niemożliwa będzie realizacja naprawy w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**