

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM**

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSWiA w Opolu”

Zgodnie z art. 135 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2020 roku Zamawiający wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania przetargowego:

1. Pytanie 1 – do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.20 (Pakiet 20, poz. 8) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, jaka ilość opakowań wymagana jest do wyceny – w kolumnie D nie została wypełniona ilość opakowań.
Odp. Zamawiający doprecyzowuje ilość – 3 opakowania.
2. Pakiet 28, pozycja 55 – Proszę o dopuszczenie przeciwzakłuciowej igły do portu o długości drenu 190 mm +/- 10 mm, reszta zapisów zgodnie z SWZ.
Odp. Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.
3. Czy Zamawiający w pakiecie 28 pozycja 28 w związku ze zmianą u Producenta dopuści klipsy tytanowe do stosowania z klipsownicami wielokrotnego użytku endoskopowymi i konwencjonalnymi rozmiar średnio/duży (dł. otwartego klipsa – 5,5mm, dł. zamkniętego klipsa – 8,8mm), zasobnik wyposażony w 6 sztuk klipsów, opakowanie zawiera 18 zasobników?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.
4. Pakiet nr 6. Prosimy o wyjaśnienie, czy w pozycji nr 10 należy zaoferować klipsy polimerowe rozmiar XL, pakowane w zasobnikach po 4 sztuki, 1 opakowanie =20 zasobników
Odp. Tak. Zamawiający wymaga zaoferowania klipsów polimerowych rozmiar XL.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.
6. Pakiet 1 prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 pojemnika ma materiały histopatologiczne o poj. 40 ml, wypełniony 10% formaliną 10 ml, opakowanie zbiorcze 48szt.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.
7. Pakiet 1 poz. 2 i 3: Czy Zamawiający oczekuje, iż w poz. 2 i 3 zostaną zaoferowane dwa różne pojemniki o dwóch różnych numerach katalogowych? Na rynku zdarzają się sytuacje, gdzie pod tymi samymi nr katalogowymi oferowane są te same fizycznie pojemniki pod dwoma różnymi pojemnościami (np.15 ml i 30 ml), co może wprowadzać w błąd Zamawiającego co

do faktycznej pojemności pojemnika i jego przeznaczenia zgodnego z potrzebami Zamawiającego.

Odp. Zamawiający oczekuje iż w pozycji 2 i pozycji 3 zostaną zaoferowane dwa różne pojemniki o różnych pojemnościach o dwóch różnych numerach katalogowych.

8. Pakiet 1. Czy Zamawiający oczekuje pojemników wykonanych z polipropylenu (PP)? Polipropylen charakteryzuje się większą odpornością na odczynniki chemiczne oraz trwałością i odpornością na uszkodzenia (pęknięcia) niż np. polistyren, a zatem jest lepszym materiałem do przewożenia próbek utrwalonych w formalinie.
Odp. Zamawiający oczekuje pojemników wykonanych z polipropylenu.
9. Pakiet 43 poz.3. Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni $\geq 0,14$ mm, mankiecie: $\geq 0,14$ mm? Pozostałe parametry z SWZ.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.
10. Pakiet 5, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści rękawice, których siła zrywu min 13N i AQL 0,65 potwierdzone są badaniami wg EN 455-1,2 z jednostki niezależnej?
Odp. Zgodnie z SWZ
11. Pakiet 5, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 potwierdzone raportem z badania jednostki niezależnej?
Odp. Zgodnie z SWZ.
12. Pakiet 15, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści basen płaski dla leżących, jednorazowego użytku z masy papierowe, odporność na przesiąkanie min. 4godz. Przeznaczone do maceratora, Wymiary 365x270 x85 mm?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.
13. Pakiet 15, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści baseny pakowane a'120 szt. i dopuści wycenę za opakowanie a'120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.
14. Pakiet 15, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści kaczki tradycyjne jednorazowego użytku 875ml z masy papierowe, odporność na przesiąkanie min. 4godz. Przeznaczone do maceratora, Wymiary 245 x 105 x 125 mm. Opakowanie a'100 szt.?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.
15. Pakiet 15, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści miski nerkowate do urządzenia utylizującego o pojemności użytkowej 700ml, jednorazowego użytku z masy papierowe, odporność na przesiąkanie min. 4godz. Przeznaczone do maceratora, Wymiary 245x115x50mm. Opakowanie a'300 szt.?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.
16. Pakiet 15, poz. 5– Czy Zamawiający dopuści miski odporne na detergenty o pojemności 4l, z papieru celulozowego, odporność na przesiąkanie min. 4godz., odporna na temperaturę 45°C $\pm 3^{\circ}\text{C}$, odporna na detergenty o wymiarach 110x315x255mm, opakowanie a'100 szt.?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.
17. Pakiet 15, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225 cm z wkładem chłonnym 60 x 203cm $\pm 2,5$ cm; wykonany z pięciu warstw. Podkład umożliwi przenoszenie pacjenta do 230 kg.
Odp. Zgodnie z SWZ.
18. Pakiet 15, poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 25g/m², niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

19. Pakiet 15, poz. 12 – Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o długości 50m z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

20. Pakiet 15, poz. 13 – Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane w włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odp. Zgodnie z SWZ.

21. Pakiet 36, poz. 21 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 3,0cm x 7,2cm, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

22. Pakiet 36, poz. 39 – Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny w opakowaniu a'10szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

23. Pakiet 36, poz. 56 – Prosimy o potwierdzenie, że zaszła omyłka pisarska i Zamawiający ma na myśli przylepiec w rozmiarze 5cm x 9,14m w opakowaniu a'6szt? W pozycjach 55 i 56 widnieje ten sam rozmiar tj. 2,5cmx9,14m?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

24. Pakiet 36, poz. 74 – Czy Zamawiający podając j.m. opakowanie ma na myśli opakowanie a'6szt?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

25. Pakiet 36, poz. 74 - Czy Zamawiający mając na myśli inną ilość w opakowaniu, dopuści opakowanie a'6szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

26. Pakiet 37, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowe mokre chusteczki do oczyszczania i pielęgnacji ciała osoby dorosłej bez użycia wody i dodatkowych produktów myjących. Wykonane z włókniny Spunlace 60 g/m², rozmiar pojedynczej chusteczki 20x30 cm. W składzie zawierają substancję nawilżającą - glicerynę oraz aloes. Możliwość podgrzania w mikrofalówce. Laminowane opakowanie z folią zamykającą, która chroni chusteczki przed wyschnięciem. Opakowanie a'8szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

27. Pakiet 37, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowe mokre rękawice do oczyszczania i pielęgnacji ciała osoby dorosłej bez użycia wody i dodatkowych produktów myjących. Wykonane z włókniny Spunlace 90 g/m², rozmiar pojedynczej rękawicy 16x23 cm. W składzie zawierają substancję nawilżającą - glicerynę oraz aloes. Możliwość podgrzania w mikrofalówce. Laminowane opakowanie z folią zamykającą, która chroni rękawice przed wyschnięciem. 1 op. x 8 szt.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

28. Pakiet 37, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru EKG za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

29. Pakiet 37, poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru EKG za opakowanie a'5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.
30. Pakiet 37, poz. 17 - Czy Zamawiający dopuści papier innego producenta?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.
31. Pakiet 37, poz. 22 - Czy Zamawiający dopuści dren Redona w opakowaniu papier/folia?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.
32. Pakiet 37, poz. 23-24 - Czy Zamawiający dopuści butelkę Redon kompatybilną z drenami w rozmiarach od 8 CH do 16 CH?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.
33. Pakiet 37, poz. 23-24 - Czy Zamawiający dopuści butelkę Redon mikrobiologicznie czystą posiadającą Świadectwo Czystości Mikrobiologicznej?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.
34. Pakiet 37, poz. 30- Czy Zamawiający wymaga sondy Sengstakena silikonowej 4-światłowej?
Odp.: Zamawiający wymaga sondy Sengstakena silikonowej 4-światłowej.
35. Pakiet 38, poz. 4- Czy Zamawiający dopuści kanwę doodbytniczą o twardości ok. 76 Sha?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.
36. Pakiet 38, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści wycenę zestawu do lewatywy za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.
37. Pakiet 38, poz. 7-10 - Czy zamawiający oczekuje wyrobu sterylne (jałowego) pozbawionego zdolnych do życia drobnoustrojów w ich formach wegetatywnych jak i przetrwalnikowych, którego jałowość osiągnięta jest poprzez proces sterylizacji (np. tlenkiem etylenu), tym samym bezpiecznego dla pacjenta, minimalizującego ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe?
Odp.: Zamawiający oczekuje wyrobu sterylne.
38. Pakiet 38, poz. 8-10. Czy zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu dla dorosłych dostępną w rozmiarach L i XL?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.
39. Pakiet 38, poz. 8-10 - Czy zamawiający dopuści maskę w rozmiarach M, L i XL przeznaczone odpowiednio dla dzieci, małego dorosłego i dużego dorosłego?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.
40. Pakiet 38, poz. 11 - Zwracam się o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje cewnika lateksowego dwustronnie silikonowanego (nie 100% silikon)?
Odp. Zamawiający oczekuje cewnika lateksowego dwustronnie silikonowanego.
41. Pakiet 38, poz. 19. Czy zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 0,7l okrągły o średnicy górnej 140mm, średnicy dolnej 102mm, wysokości 115mm z otworem wrzutowym 60mm i standardową naklejaną etykietą?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

42. Pakiet 38, poz. 19. Czy zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 0,7l okrągły o średnicy 98mm i wysokości 128 mm z otworem wrzutowym ok. 45mm i standardową naklejaną etykietą?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

43. Pakiet 38, poz. 30. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie podwójnego portu bezigłowego z transparentną silikonową membraną, o długości całkowitej 15cm do stosowania 7 dni lub 350 aktywacji. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

44. Pakiet 39, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z białym kontrastującym tłokiem? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

45. Pakiet 39, poz. 6, 8. Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

46. Pakiet 39, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'60 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

47. Pakiet 39, poz. 22 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do ośrodkowego pomiaru ciśnienia żylnego składający się z osobno pakowanego przyrządu do infuzji (opakowanie papier-folia) oraz zestawu do ośrodkowego monitorowania ciśnienia żylnego (opakowanie papier-folia) zawierającego skalę w formie rurki manometru zakończonej filtrem hydrofobowym, z podziałką w zakresie -3 do +36 cmH₂O oraz umieszczoną wewnątrz czerwoną kulką. Skala połączona ze standardowym kranikiem trójdrożnym z drenem o długości 105cm zabezpieczonym koreczkiem i wyposażonym w dodatkowy port do podawania leków. W zestawie uchwyt do zamocowania skali na stojaku wyposażony w czerwony ramię do ustalenia poziomu "0" oraz dodatkowa gumka mocująca.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

48. Pakiet 39, poz. 23-26. Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z standardowym ostrym kolcem ściętym ołówkowo czteropłaszczyznowo?

Odp. Zamawiający oczekuje i wymaga przyrządu ze standardowym ostrym kolcem ściętym ołówkowo czteropłaszczyznowo.

49. Pakiet 39, poz. 23. Czy Zamawiający dopuści wycenę przyrządów do infuzji za opakowanie a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

50. Pakiet 39, poz. 30. Czy Zamawiający dopuści regulator wyposażony w dwie skale regulacji, rozróżnione kolorystycznie 1) regulacja od 5 do 250 ml/h (granatowe cyfry na białym tle) dla lepkości poniżej 10% 2) regulacja od 5 do 200 ml/h (białe cyfry na granatowym tle) dla lepkości 10%-40%?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

51. Pakiet 39, poz. 33. Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

52. Pakiet 39, poz. 33. Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'60 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

53. Pakiet 40, poz. 14 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli czepek w opakowaniu a'100szt. W opisie przedmiotu zamówienia widnieje rozbieżny zapis.

Odp.: Zamawiający ma na myśli czepek w opakowaniu x 100 sztuk. Omyłka pisarska.

54. Pakiet 40, poz. 14 - Czy Zamawiający mając na myśli inną ilość w opakowaniu, dopuści opakowanie a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

55. Pakiet 40, poz. 16 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli fartuch z rękawem wykończonym gumką. W opisie przedmiotu zamówienia widnieje rozbieżny zapis („rękaw wykończony elastycznym gumką, o dł. 5cm).

Odp.: Zamawiający ma na myśli fartuch z rękawem zakończonym gumką.

56. Pakiet 41, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści worek o grubości folii 0,24mm?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

57. Pakiet 41, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści worek sterylny (sterylizowany tlenkiem etylenu)? W opisie znajdują się sprzeczne informacje

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

58. Pakiet 41, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę wieszaków za pakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

59. Pakiet 41, poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści wycenę worków na wymiociny za pakowanie a'20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

60. Pakiet 41, poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści wycenę maszynek za pakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

61. Pakiet 41, poz. 19 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z standardowym ostrym kolcem ściętym ołówkowo czteropłaszczyznowo?

Odp. Zamawiający oczekuje i wymaga przyrządu ze standardowym ostrym kolcem ściętym ołówkowo czteropłaszczyznowo.

62. Pakiet 41, poz. 28. Czy Zamawiający dopuści wycenę szpatełek za pakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

63. Pakiet 41, poz. 34. Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek za pakowanie a'20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

64. Pakiet 41, poz. 35. Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek za pakowanie a'30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

65. Pakiet 41, poz. 36. Czy Zamawiający dopuści worek jednoczęściowy urostomijny z kranikiem o następujących parametrach:

Połączenie przyjaznych dla skóry hydrokoloidów z certyfikowanym miodem Manuka klasy medycznej o działaniu antybakteryjnym, łatwy w użyciu, bezpieczny, silikonowy zawór. Podłączenie dodatkowego worka do zbiórki moczu nie wymaga łączników. Bezpieczne opróżnianie worka - delikatne ściśnięcie silikonowego zaworu umożliwia łatwą kontrolę przepływu moczu. Bardzo miękkie, delikatne wodoodporne i szybkoschnące pokrycie worka zapewnia wyjątkowy komfort nawet podczas długotrwałego użytkowania, udoskonalona, wygodna kieszonka do schowania silikonowego zaworu: worek jest mniej widoczny pod ubraniem, bez podrażnień, docięcie otworu w zakresie 13-55mm?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

66. Pakiet 41, poz. 44. Czy Zamawiający dopuści wycenę kubków za pakowanie a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

67. Pakiet 41, poz. 52. Czy Zamawiający dopuści szczotkę suchą innego producenta na 8% stawce VAT, analogicznie do pozycji 53?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

68. Pakiet 41, poz. 54. Czy Zamawiający dopuści etykiety samoprzylepne 35x22mm x 1000 sztuk w rolce?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

69. Pakiet 41, poz. 57 - Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje pudełka transportowego na 25 szkiełek opakowanie a'1 pudełko? Jednostką miary jest opakowanie
Odp. Zamawiający oczekuje wyceny j.m. jaką jest opakowanie – a opakowanie zawiera 25 sztuk szkiełek.

70. Pakiet 41, poz. 61 - Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje resuscytatora silikonowego wielorazowego? W opisie znajdują się sprzeczne informacje (PVC/silikon)?

Odp. Zamawiający oczekuje wyceny resuscytatora wielorazowego silikonowego. Omyłka pisarska.

71. Pakiet 41, poz.1-4

Czy zamawiający wydzieli poz.1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1-4 z pakietu nr 41.

72. Pakiet 40, poz. 13-16

Czy zamawiający wydzieli poz.13-16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy

pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 13-16 z pakietu nr 40.

73. Pakiet 40, poz.13

Czy zamawiający dopuści kolor wyłącznie niebieski?

Odp. Zamawiający dopuszcza inne kolory.

74. Pakiet 40, poz. 14-16

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

75. Pakiet 40, poz.15

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m²) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

76. Pakiet 40, poz.16

Czy Zamawiający oczekuje i wymaga produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny, gdyż fartuchy będą używane przez personel medyczny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

77. Pakiet 40, poz.16. Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

78. Pakiet 40, poz.16. Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

79. Pakiet 40, poz.16. Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

80. Pakiet 40, poz.16. Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

o Mankiet 5 cm

o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)

o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko

o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

81. Pakiet 39, poz. 23-26

Czy zamawiający wydzieli poz. 23-26 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 23-26 z pakietu nr 39 do osobnego pakietu.

82. pakiet 39, poz. 23

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją

na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

83. pakiet 39, poz. 23.

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zacze pu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

84. pakiet 39, poz. 23. Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

85. pakiet 39, poz. 23. Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

86. pakiet 39, poz. 23. Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

87. pakiet 39, poz. 25

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

88. pakiet 39, poz. 25

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zacze pu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

89. pakiet 39, poz. 25

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

90. pakiet 39, poz. 25

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

91. pakiet 39, poz. 25

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

92. Pakiet 39, poz.26
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.
93. pakiet 39, poz. 26
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
94. pakiet 39, poz. 26
Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.
95. pakiet 39, poz. 26
Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
96. Pakiet 36
Prosimy o podanie ilości do wyceny.
Odp. Ilości zostały podane do publicznej wiadomości 14.11.2024 na platformie zakupowej naszego szpitala.
97. Pakiet 36, poz.3-5,83,85
Czy zamawiający wydzieli poz. 3-5,83,85 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 3-5 oraz 83 i 85 z pakietu nr 36.
98. Pakiet 36 ,poz.3, poz. niejałowe z gazy
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymagania, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.
99. Pakiet 36, poz.4-5
Czy zamawiający dopuści gazę składaną po długości?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
100. Pakiet 36, poz.83,85
Czy zamawiający dopuści brzożki podwijane z dwóch stron?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.
101. Pakiet 36, poz.83,85. Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych

innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

102. Pakiet 36, poz.83,85. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

103. Pakiet 36, poz.83,85. Czy zamawiający dopuści blister papier – papier, zbiorczo w kartonik?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę .

104. Pakiet nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pojemnika w opakowaniach a'100szt.?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę

105. Pakiet nr 38 poz. 8-10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie masek tlenowych z drenem 2 m?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

106. Pakiet nr 38 poz. 16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przyrządu z filtrem cząsteczkowym 5 µm i zintegrowanym filtrem bakteryjnym 0,45 µm?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

107. Pakiet nr 39 poz. 1-4, 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie strzykawek z białym kontrastującym tłukiem?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

108. Pakiet nr 39 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie strzykawek 10 ml skalowanej co 0,5 ml?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

109. Pakiet nr 39 poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie strzykawek w rozmiarze 0,45x12 mm?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

110. Pakiet nr 39 poz. 25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przyrządu bez skrzydełek dociskowych?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

111. Pakiet nr 39 poz. 27-29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przedłużaczy o wewnętrznej średnicy drenu – 1,0 mm oraz średnicy zewnętrznej 2,4 mm?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

112. Pakiet nr 39 poz. 34. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przyrządu o poniższym opisie:
- dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami
- kolec wykonany z ABS
- hydrofobowy filtr powietrza zamykany niebieską klapką
- duża komora kroplowa z PVC (55 mm w części przezroczystej)

- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml
- filtr płynu o wielkości oczek 15 µm
- dren wykonany z PVC o długości 150 cm lub 200cm
- przezroczysty łącznik stożkowy luer lock
- oba końce przyrządu zabezpieczone ochronnymi osłonkami
- niebieski przesuwany zacisk na drenie do zamknięcia infuzji
- regulator przepływu w kształcie cylindra
- 2 skale dla płynów o różnej gęstości:
- 1 zakres 5-250 ml/h - 10%,
- 2 zakres 5-200 ml/h - 40%
- dodatkowy port do iniekcji typu Y
- nie zawiera lateksu, niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku
- opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack
- opakowanie zbiorcze (karton): 200 szt.?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

113. Zadanie 25 poz. 7: czy Zamawiający oczekuje opaski bawełnianej czy syntetycznej?
Odp. Zamawiający oczekuje wyceny opaski syntetycznej.
114. Zadanie 25 poz. 12: czy Zamawiający dopuści ligninę 40x60cm gramatura pojedynczej warstwy 41g/m², chłonność wody 12g/g, wilgotność 7%, zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie 0,34%, opakowanie x 5 kg?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę .
115. Zadanie 25 poz. 19-20: Czy zamawiający dopuści indykator wilgotności w postaci dwóch żółtych pasków kleju zmieniających kolor pod wpływem cieczy. Strefa chłonna dodatkowo graficznie podzielona na strefy?
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
116. Zadanie 25 poz. 20: czy Zamawiający mógłby potwierdzić iż oczekuję 50 op. pakowanych a'10szt.?
Odp. Zamawiający wymaga wyceny 10 opakowań x 10 sztuk.
117. Zadanie 25 poz. 31-33: czy Zamawiający mógłby doprecyzować jaki rozmiar opaski oczekuje?
Odp. Zamawiający wymaga w pozycji 31 - opaski o szerokości 10cm x 4m, w pozycji 32 - opaski o szerokości 12cm x 4m, w pozycji 33 - opaski o szerokości 10cm x 4m.
118. Zadanie 25 poz. 49: Czy zamawiający dopuści jałowy chłonny opatrunek poliuretanowy, składający się z hydrofilowej pianki poliuretanowej i półprzepuszczalnej folii poliuretanowej. Opatrunek przeznaczony jest do leczenia ran wysiękowych, pooperacyjnych, owrzodzeniowych, odleżyn. Opatrunek sterylizowany radiacyjnie. Wymiary 10x10 cm?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
119. Zadanie 25 poz. 50: Czy zamawiający dopuści opatrunek jałowy, nieprzylepny, chłonny pokryty aktywnym srebrem metalicznym. Opatrunki mają bezpośredni kontakt z raną i służą do miejscowego leczenia ran trudnogojących się, również zakażonych oraz jako opatrunek służący do zapobiegania infekcjom w ranach czystych i miejscach, z których pobrano przeszczep. Złożony z 4 warstw: warstwa kontaktowa: polietylen metalizowany ok. 80 mg/m² aluminium i 20 mg/m² srebra, warstwa absorpcyjna: wiskoza, przylepna folia polietylenowa, warstwa hydrofobowa: wiskoza. Umieszczamy siateczkę ze srebrem na powierzchni rany.. Opatrunki sterylizowane są tlenkiem etylenu?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę

120. Zadanie 25 poz. 51: Czy zamawiający zgodzi się na opatrunek jałowym, nieprzylepny, chłonny, pokryty aktywnym srebrem metalicznym, do miejscowego leczenia ran trudnogojących się, również zakażonych. Złożony z 4 warstw: warstwa kontaktowa: polietylen metalizowany ok. 80 mg/m² aluminium i 20 mg/m² srebra, warstwa absorpcyjna: wiskoza, przylepna folia polietylenowa, warstwa hydrofobowa: wiskoza. Umieszczamy siateczkę ze srebrem na powierzchni rany.. Opatrunki sterylizowane są tlenkiem etylenu. Rozmiar 10x20?
121. Zadanie 25 poz. 49-51: czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w/w pozycji z pakietu?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
122. Zadanie 25 poz. 49-51: zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu/produktu. czy zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?
Odp. W przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu/produktu zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.
123. Zadanie 26 poz. 1 : czy Zamawiający dopuści zestaw z nerka plastikową o pojemności 700ml. I serwetą 60x50cm z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m² z otworem przylepnym o średnicy 8cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę
124. Zadanie 26 poz. 2: czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą dwuwarstwową 50x60cm z otworem o średnicy 10cm z przyklepcem o gramaturze min. 55g/m², pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę
125. Zadanie 26 poz. 15-18: czy Zamawiający dopuści serwety dwuwarstwowe, obecnie dostarczane do Państwa, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę
126. Zadanie 26 poz. 28: czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej pisząc „Wykonany z gazy 17 nitkowej 8 warstwowej” i miał na myśli gazę 17 nitkową 23g/m²?
Odp. Zamawiający miał na myśli : Tupfer w kształcie kuli w rozmiarze 15x15cm, z nitką RTG. Wykonany z gazy 17 nitkowej 23g/m² . Sterylizowany parą wodną. Pakowany po 10szt. w blister z etykietą TAG.
127. Zadanie 26 poz. 31: czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’20szt. bez przewiązywania zapakowane w opakowanie zawierające etykietę TAG, na opakowaniu znajduje się indykator - wskaźnik informujący o poprawnie przeprowadzonej sterylizacji, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?
Odp. Zamawiający wymaga nitki RTG.
128. Zadanie 26 poz. 32: czy Zamawiający dopuści kompresy zapakowane w opakowanie zawierające etykietę TAG, na opakowaniu znajduje się indykator - wskaźnik informujący o poprawnie przeprowadzonej sterylizacji, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?
Odp. Zamawiający wymaga nitki RTG.
129. Zadanie 27 poz. 1-6: Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji posiadały znak CE umieszczony wyłącznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym(wewnątrz rolki), a nie bezpośrednio na produkcie?
Zgodnie z art.11ust.8. ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogły wprowadzić w błąd co do znaczenia znaku zgodności CE, a także numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej .Używanie na rękawach sterylizacyjnych, które następnie pełnią funkcję opakowania dla wysterylizowanych wyrobów medycznych, wprowadza w błąd co do znaczenia znaku zgodności CE ,który dotyczy nie wyrobu znajdującego się wewnątrz rękawa (wysterylizowanej zawartości), a samego rękawa

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

130. Zadanie 27 poz. 17: czy Zamawiający dopuści włókninę pakowaną a'90szt. z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań w górę, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

131. Zadanie 27 poz. 18: czy Zamawiający dopuści włókninę pakowaną a'80szt. z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań w górę, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

wz. Dyrektora
SP ZOZ MSWiA w Opolu
lek. med. Jacek Kłóś