

Wykonawcy postępowania

Sygnatura: ZP/14/2024

Sprawa: „**Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych**”

Działając w oparciu art. 284 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania do Pakietu I oraz Pakietu II

Pytanie 1.

Z uwagi na fakt, że wymiary zewnętrzne/wewnętrzne oraz pozostałe cechy opisu zamrażarek niskotemperaturowych podane przez Zamawiającego wskazują wprost na zamrażarki producenta Eppendorf (seria CryoCube® F570), co stoi w sprzeczności z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Rozdział 2 - Zasady udzielania zamówień

Art. 16. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:

1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;
oraz koliduje z zasadami sporządzania opisu przedmiotu zamówienia

Art. 99. Pkt.4. PZP - przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, w związku z powyższym:

proszę o potwierdzenie czy w związku z wymogiem złożenia oferty na zamrażarkę o poj. min. 550 litrów co oznacza, że oczekiwania Zamawiającego dotyczą zamrażarki większej niż wskazana pojemność (bez górnego limitu pojemności) zostanie zaakceptowana zamrażarka o poj. ponad 600 litrów, której wymiary zewnętrzne różnią się od wskazanej:

- o 18,5 cm w wymiarze szerokości (proponowana zamrażarka jest węższa co jest korzystniejszym

parametrem z powodów praktycznych) z uwzgl. 5% i jej wymiar wynosi 91,8cm.

- o 2,3 cm w wymiarze głębokości (proponowana zamrażarka jest głębsza o 2,3cm) z uwzgl. 5% i jej wymiar wynosi 92,1cm.

W uzasadnieniu pytania wyjaśniam, że wymiary są zawsze specyficzne dla danego producenta a w tym wypadku jest to parametr selekcyjny zwłaszcza, że podane z tolerancją zaledwie 5% dla tak dużych urządzeń jest nieuzasadnione i uniemożliwia złożenie oferty w sytuacji braku zgodności przynajmniej jednego z nich.

Ponadto Zamawiający nie podał żadnego uzasadnienia z czego wynikają akurat podane wymiary zewnętrzne i wewnętrzne.

Odpowiedź:

Podane przez zamawiającego wymiary urządzeń wynikają z rozmiarów wnęk drzwiowych i układu pomieszczenia docelowego, w którym finalnie znajdują się urządzenia. W docelowym pomieszczeniu urządzenie głębsze niż 90 cm będzie wchodziło w światło drzwi i tym samym ograniczało swobodę dostępu i komunikacji.

Z uwagi na ograniczenia przestrzenne Zamawiający nie dopuści urządzeń większych niż wskazane w SWZ (w szczególności głębokości i wysokości urządzenia).

Pytanie 2.

Z uwagi na fakt, że wymiary wewnętrzne podane przez Zamawiającego wskazują wprost na zamrażarki producenta Eppendorf (seria CryoCube® F570), proszę o potwierdzenie, czy wymiary wewnętrzne wynoszące odpowiednio

(szer x głęb x wys) 63 x 75,2 x 143,6 cm, które w efekcie dają większą pojemność niż wymaga poj. 550 litrów a co jest zgodne z wymaganiami SWZ zostaną zaakceptowane.

W uzasadnieniu pytania wyjaśniam, że wymiary są zawsze specyficzne dla danego producenta a w tym wypadku jest to parametr selekcyjny uniemożliwiający złożenie oferty w sytuacji braku akceptacji zaproponowanych wymiarów.

W sytuacji odpowiedzi negatywnej proszę o wyjaśnienie jaki znaczenie dla Zamawiającego ma tak dokładne określanie wymiarów wewnętrznych w sytuacji gdy oczekuje dostawy zamrażarki co najmniej 550 litrów a zamrażarka proponowana posiada większą pojemność i umożliwia gromadzenia większej ilości próbek.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenia z komorą o pojemności większej niż 560 litrów, ale przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów wymaganych w specyfikacji.

Pytanie 3.

Czy do sytemu back up wymagana jest w dostawie uwzględniona butla z CO2?

Odpowiedź:

Nie. Wymagany jest kompletny system backup z niezbędnym wyposażeniem do podpięcia butli.

Pytanie 4.

Pkt. 5 OPZ: Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z komorą wewnętrzną wykonaną ze stali zwykłej malowanej grubą warstwą farby zabezpieczającej przed przymarzaniem, ułatwiającej usuwanie lodu, zabezpieczającej przed powstawaniem korozji? Dodatkowo stal zwykła ma lepsze właściwości termoizolacyjne niż stal nierdzewna. Prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania.

Odpowiedź:

Nie, zamawiający nie akceptuje powierzchni malowanej farbą ze względu na możliwość powstania uszkodzeń powierzchni podczas częstego wsuwania i wysuwania raków.

Pytanie 5.

Pkt. 7 OPZ: Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z: „Głównym włącznikiem/wyłącznikiem zasilania” przykrytym specjalną zaślepką uniemożliwiającą przypadkowe włączenie/wyłączenie zasilania? Osoby bez specjalnych narzędzi dostarczanych wraz z urządzeniem nie będą w stanie dostać się do wyłącznika co jest według nas takim samym zabezpieczeniem jak rozwiązanie wyspecyfikowane czyli z kluczykiem. Prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 6.

Pkt. 10 OPZ: Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z zamknięciem drzwi wewnętrznych specjalnym mechanicznym zamkiem pozwalającym na ścisłe przylgnięcie drzwi do obramowania drzwi? Wyspecyfikowane rozwiązanie z magnesem jest rozwiązaniem gorszym dlatego, że w momencie pojawienia się szronu na drzwiach wewnętrznych magnes słabo będzie przylegał. Dodatkowo wraz z upływem czasu magnesy się rozmagnesowują co powoduje samoczynne otwieranie się drzwi wewnętrznych i konieczności wizyty serwisanta. Zamknięcie mechaniczne pozwala na ścisłe domknięcie drzwi mimo szronu, nie wymaga czynności serwisowych, samo zamykanie jest łatwe i komfortowe.

Odpowiedź:

Z doświadczenia zamawiającego wynika, że zamki mechaniczne po oszronieniu ulegają częściej uszkodzeniu i awaryjności. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 7.

Pkt. 11 OPZ: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z uszczelkami z systemem podgrzewania? Takie rozwiązanie jest stosowane w urządzeniach najnowocześniejszych mających na celu zwiększyć maksymalnie komfort Użytkownika. Uszczelki bez systemu podgrzewania to rozwiązanie gorsze i przestarzałe skutkujące pojawianiem się lodu przy uszczelkach. Prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy uszczelkach tradycyjnych bez funkcji ogrzewania.

Pytanie 8.

Pkt. 12 i 13 OPZ: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dotykowym wyświetlaczem LCD, z portem wentylacyjnym ale bez klawiatury oraz lampek wskaźnikowych umieszczony na drzwiach frontowych na wysokości wzroku operatora? Oferowany wyświetlacz posiada wszystkie wymagane w OPZ komunikaty alarmowe sygnalizowane za pomocą migającej informacji tekstowej na wyświetlaczu oraz za pomocą dźwięku. Proponujemy rozwiązanie nowsze i wygodniejsze dla Użytkownika bo można od razu zdiagnozować przyczynę alarmu czytając informację tekstową bez konieczności szukania jej oznaczenia w instrukcji jak jest w przypadku lampek wskaźnikowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 9.

Pkt. 21 OPZ: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z maksymalnym obciążeniem półek 50 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia nośności półek .

Pytanie 10.

Pkt. 24. OPZ. : Czy Zamawiający dopuści urządzenie z szerokością zewnętrzną 103 cm? Obecny zapis nie pozwala na zaoferowania urządzenia spełniającego pozostałe wymagane wymiary. Różnica pomiędzy minimalną dopuszczoną szerokością 104,8 cm a szerokością o którą wnosimy czyli 103 cm to jedyne 1,8 cm. Prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania.

Odpowiedź:

Podane przez zamawiającego wymiary urządzeń wynikają z rozmiarów wnęk drzwiowych i układu pomieszczenia docelowego, w którym finalnie znajdują się urządzenia.

Z uwagi na ograniczenia przestrzenne Zamawiający nie dopuści urządzeń większych niż wskazane w SWZ (w szczególności głębokości i wysokości urządzenia).

Pytanie 11.

Pkt. 25. OPZ : Czy Zamawiający dopuści urządzenie o większych wymiarach wewnętrznych spełniające wymiary wymagane wymiary zewnętrzne z wymiarem szerokości zewnętrznej wynoszącym 103 cm? Prosimy o zwiększenie tolerancji wymiarów wewnętrznych do +/- 15% . Zwiększy to konkurencyjność, pozwoli na zaoferowanie urządzenia o pojemności większej niż wymagana co dla Zamawiającego jest rozwiązaniem korzystniejszym

Odpowiedź:

Podane przez zamawiającego wymiary urządzeń wynikają z rozmiarów wnęk drzwiowych i pomieszczenia docelowego, w którym finalnie znajdują się urządzenia.

Z uwagi na ograniczenia przestrzenne Zamawiający nie dopuści urządzeń większych niż wskazane w SWZ (w szczególności głębokości i wysokości urządzenia).

Pytanie 12.

Pkt. 35. OPZ: Czy Zamawiający wymaga wraz ze stelażami dostarczenia pudełek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 13.

Pkt. 36. OPZ: Czy Zamawiający wymaga systemu awaryjnego podtrzymania „CO2 back-up” z funkcją zliczania zużytego CO2? Takie rozwiązanie pozwoli określić czy butla podtrzymująca „back-up” jest pełna czy pusta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga .

Pytanie 14.

Pkt. 36. OPZ Czy Zamawiający do systemu awaryjnego podtrzymania „CO2 back-up” wymaga dostarczenia butli?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga .

Pytanie 15.

Czy Zamawiający może określić czy na drodze do docelowej lokalizacji urządzenia znajdują się jakieś utrudnienia np. schody/stopnie, które jest to piętro, czy jest winda itp.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dostawa zamrażarek zarówno z pierwszego i drugiego pakietu odbędzie się do budynku parterowego z wejściem z jednym stopniem schodowym (wejście przy pomieszczeniu docelowym) lub z drugim wejściem z podjazdem dla wózków (brak barier architektonicznych), lecz istnieje konieczność przejechania przez cały budynek (poradnia).

Pytanie 16.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia wad Towaru z 14 do 21 dni kalendarzowych? Magazyny producenta znajdują się poza terytorium RP co może wpływać na termin usunięcia wad.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu usunięcia wad z 14 do 21 dni roboczych z uwagi na konieczność zapewnienia właściwych warunków przechowywania próbek biologicznych/materiału biologicznego wrażliwego na zmiany temperatury.

Pytanie 17.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu do podjęcia działań zmierzających do usunięcia zgłoszonych wad (przyjazd serwisanta) z 24 do 72 godzin od momentu dokonania zgłoszenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu do podjęcia działań z 24 do 72 godzin z uwagi na konieczność zapewnienia właściwych warunków przechowywania próbek biologicznych/materiału biologicznego.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany w terminach:

Składania ofert – z dnia 22.02.2024 godz. 10:00 na dzień 23.02.2024 godz. 10:00

Otwarcia ofert – z dnia 22.02.2024 godz. 10:00 na dzień 23.02.2024 godz. 10:10

Zmianie ulega również termin związania ofertą z dnia 22.03.2024 na dzień 23.03.2024

jak również na stronie postępowania zamieszcza:

Zmodyfikowany_ZP_14_2024 Załącznik nr 2a do SWZ - opis przedmiotu zamówienia pakiet I

Zmodyfikowany_ZP_14_2024 Załącznik nr 2b do SWZ - opis przedmiotu zamówienia pakiet II

Zmodyfikowane_Ogłoszenie o zamówieniu

Zmodyfikowany_ZP_14_2024 SWZ dostawa zamrażarek niskotemperaturowych

z up. Kierownika Zamawiającego

Za-ca Dyrektora
Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi