

Wałbrzych, dnia 24.03.2020r.

DZPZ-530-Zp/15/PN-15/20

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy testów diagnostycznych, sprzętu laboratoryjnego, materiałów medycznych - Zp/15/PN-15/20.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pakiet 11 pozycja 1 pojemniki pakowane pojedynczo folia papier?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga sterylne pojemniki pakowane podwójnie.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy Wykonawca dostarcza towar własnym transportem. W związku z tym na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odp. Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik lub osoba upoważniona) rozładował dostarczony towar oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem.

Pytanie 4, dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należyte wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

**Odp. Zamawiający informuje, że § 4 ust. 1 projektu umowy brzmi:
„Towar, o którym mowa w § 2 ust. 1 dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego”.**

Pytanie 5, dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy Wykonawca dostarcza towar własnym transportem. W związku z tym na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta a w szczególności nieskażonego, bez zanieczyszczeń lub uszkodzeń.

Pytanie 6, dot. pakietu nr 11

Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru. W związku z tym na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta.

Pytanie 7, dot. pakietu nr 13


Prosimy o wykreślenie z opisu przedmiotu zamówienia tj. drenów komorowych i otrzewnowych wprowadzonego wymogu „nr 16” lub wyjaśnienie jakiego parametru drenu dotyczy.

Odp. Zamawiający nie wykreśli z opisu przedmiotu zamówienia drenów komorowych i otrzewnowych „nr 16”.

Pytanie 8, dot. pakietu nr 13

Czy Zamawiający w miejscu wymaganej „Zastawka średniociśnieniowa dootrzewnowa Nr 16” wymaga zaoferowania zastawki Pudens/BurrHole o średnicy 16 mm i 12mm do wyboru na etapie składania zamówienia? Jakiego parametru dotyczy opisany wymóg „nr 16”?

| Product | Pressure | Size |
|---------|----------|-------|
| 42532 | Low | 12 mm |
| 42534 | Medium | 12 mm |
| 42536 | High | 12 mm |
| 42542 | Low | 16 mm |
| 42544 | Medium | 16 mm |
| 42546 | High | 16 mm |



Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 9, dot. pakietu nr 13 poz. 3, 6, 9

Prosimy o wykreślenie z opisu przedmiotu zamówienia drenów komorowych, parametrów odnoszących się do ciśnienia drenu tj. średniociśnieniowy, niskociśnieniowy, wysokociśnieniowy, gdyż drenaże te nie występują z różnymi ciśnieniami otwarcia.

(różne ciśnienia otwarcia dostępne są jedynie dla drenów otrzewnowych z pozycji 2,5,8)

Odp. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10, dot. SIWZ

SIWZ: Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych netto i brutto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka).

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 dot. SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp. Tak.

Pytanie 12 dot. projektu umowy § 2 ust. 2

Dotyczy § 2 ust. 2 Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie § 2 ust. 2.

Pytanie 13 dot. projektu umowy § 3

Dotyczy § 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie § 3.

Pytanie 14 dot. projektu umowy § 3

Dotyczy § 3 Czy Zamawiający usunie zapis o możliwości składania zamówień drogą telefoniczną?





Składanie zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, może prowadzić do nieporozumień. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się drogą telefoniczną, zatem korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna odbywać się również drogą pisemną.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie § 3.

Pytanie 15 dot. projektu umowy § 4 ust. 2

Dotyczy § 4 ust. 2 Czy nie zasadne byłoby skrócenie wymaganego przez Zamawiającego terminu ważności dostarczanego towaru do np. 6 m-cy? Prosimy o skrócenie terminu ważności towaru wynoszącego minimum 12 miesięcy od daty dostawy, bowiem zgodnie z zapisem §3 Umowy zamawiający będzie dokonywał zamówień sukcesywnie w miarę aktualnych potrzeb w ciągu trwania umowy tj. 24 m-cy, zatem nie ma niebezpieczeństwa, iż Zamawiający zakupi towar, którego nie zdąży zużyć w terminie jego ważności wynoszącym np. 6 m-cy.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie § 4 ust. 2.

Pytanie 16 dot. projektu umowy § 4 ust. 3b

Dotyczy § 4 ust. 3b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu, w którym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy dla zamówień „na cito” z „48 godzin” na „48 godzin roboczych”?

Proponowany zapis ma na celu zagwarantowanie możliwości spełnienia świadczenia w przypadku wystąpienia większej ilości dni wolnych od pracy, czy też sytuacji złożenia przez Zamawiającego reklamacji bezpośrednio przed dniami wolnymi

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie § 4 ust. 3b.

Pytanie 17 dot. projektu umowy § 9 pkt. 2

Dotyczy § 9 pkt 2 Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie § 9 pkt. 2.

Pytanie 18 dot. projektu umowy § 9 pkt. 3

Dotyczy § 9 pkt 3 Czy Zamawiający zmieni zapis na: „W przypadku powtarzającego się nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie § 9 pkt. 3.

Pytanie 19 dot. pakietu nr 2 poz. 8

Dotyczy pakiet 2 pozycja 8 Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania próbek Eppendorf z zamknięciem Safe Lock?

Odp. Tak, Zamawiający oczekuje w/w towaru.



Pytanie 20 dot. pakietu nr 2 poz. 9, 10

Dotyczy pakiet 2 pozycja 9 i 10 Czy Zamawiający dopuści pipety o długości 155 mm, spełniające pozostałe wymagania?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści w/w pipety.

Pytanie 21 dot. pakietu nr 2 poz. 11

Dotyczy pakiet 2 pozycja 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bagietek wykonanych z polipropylenu, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22 dot. pakietu nr 2 poz. 25

Dotyczy pakiet 2 pozycja 25 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek konfekcjonowanych po 400 szt. w opakowaniu zbiorczym zawierającym mniejsze opakowania sterylne po 5 sztuk próbek?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 23 dot. pakietu nr 5 poz. 1

Dotyczy pakiet 5 pozycja 1 1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań? Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwa wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga w/w płyt do oznaczania grup krwi.

Pytanie 24 dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru 80 g/m², z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalny. Rozmiar 110 x 210 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga serwety do okrycia pacjenta jednorazowego użytku, wew. 100% Polyester + zewnętrzna warstwa włókniny PP, kolor granatowy, waga 300g, materiał miękki oddychający, pikowany, wielkość 110 x 190 cm.

Pytanie 25 dot. projektu umowy § 4 ust. 6

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na



rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie § 4 ust. 6.

Pytanie 26 dot. projektu umowy § 5 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 8 poprzez zmianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie § 5 ust. 8.

Pytanie 27 dot. projektu umowy § 7 ust. 1 pkt. a

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. a):

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

0,5 % wartości **brutto** niewykonanej dostawy – za każdy dzień opóźnienia w dostawie bieżącej towaru, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie części dostawy.**

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie § 7 ust. 1 pkt. a.

Pytanie 28 dot. pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 13 :

-zastawki dootrzewnowe nisko- (50mmH₂O), średnio- (110 mmH₂O), i wysokociśnieniowe (170mmH₂O) z mechanizmem kulkowym , wys. zastawki 4,7mm, śr. 16mm

-do wyboru zastawka z zintegrowanym przedziornikiem do otworu trepanacyjnego, zastawka z zintegrowanym przedziornikiem liniowym, lub zastawka bez przedziorników

-dren komorowy z adaptorem przeciwwzgieciowym dł. 23cm

-dren obwodowy dosercowo-otrzewnowy o otwartym końcu dł. 110 cm, ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

