

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym dostawę implantów – wszczepów ortopedycznych dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.79.D.2021, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1. Dotyczy zadania nr 11 pkt. 52

Czy ze względu na zmianę wielkości opakowań Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania substytutu kości o pojemności 3ml, 6ml i 12ml, zamknięty system w jednej strzykawce, nie wymagający mieszania składników?

Odpowiedź: Dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 2. Dotyczy § 2 ust. 3 projektu umowy:

Czy Zamawiający w zadaniu 11 odstąpi od wymogu opisanego w projekcie umowy § 2 ust. 3 - załącznik nr 4 do SWZ tj. dostarczenia napędu ortopedycznego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3. Dotyczy § 4 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury mają być wysyłane.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Adres E-Mail: faktury@szpitalsochaczew.pl

Pytanie 4. Dotyczy § 2 projektu umowy:

W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę implantów, prosimy o *sprecyzowanie* / *dodanie* do obecnego brzemienia § 2, poniższych zapisów uszczegółwiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

1. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.
2. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
3. W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.
4. W trosce o należyłą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
5. Zamawiający prześle Wykonawcy niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od wykorzystania materiału, protokół zużycia: PROTOKÓŁ ZUŻYCIA PRODUKTÓW.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5. Dotyczy § 2 projektu umowy:

W związku z koniecznością użyczenia instrumentarium przez Wykonawcę, prosimy o *sprecyzowanie* /

dodanie do obecnego brzmienia § 2, poniższych zapisów uszczegółwiających zasady przekazania instrumentarium w ramach realizacji umowy:

1. Zamawiający potwierdzi odbiór instrumentarium protokołem odbioru sporządzonym przez Wykonawcę.
2. Przez cały okres trwania umowy, przedmiot użyczenia pozostaje własnością Wykonawcy, a Zamawiający zobowiązuje się nie rozporządzać nim na rzecz osób trzecich.
3. Zamawiający zobowiązuje się do używania narzędzi/ instrumentarium zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do zakładania asortymentu zakupionego u Wykonawcy.
4. Zamawiający jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie narzędzi, jeżeli używa ich w sposób niezgodny z umową.
5. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o każdym uszkodzeniu instrumentarium.
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do instrumentarium w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji.
7. Zamawiający zobowiązuje się zwrotu Wykonawcy instrumentarium po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, jak i w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnych przeglądów instrumentarium zgodnie z zaleceniami producenta oraz do bezpłatnych napraw wynikających z normalnego używania narzędzi.
; Kąt widzenia 200°; bez możliwości zastosowania metalowej przystawki biopsyjnej – w zamian możliwość zastosowania przystawek jednorazowych plastikowych, które są znacznie bardziej higieniczne; z obrazowaniem harmonicznym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Z poważaniem