

Międzychód, dnia 29.09.2023r.

AG/ZP-17/2023

**WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
ZAPYTANIA DO SWZ**
w postępowaniu przetargowym pn.

DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

w ramach projektu pn.:

„Doposażenie SPZOZ Międzychód w nowoczesny sprzęt medyczny w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych” w ramach osi priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”
Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
(Nr sprawy: AG/ZP-17/2023)

Zamawiający tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie informuje, iż w związku z otrzymanymi zapytaniem do przedmiotowego postępowania przetargowego - działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, a także na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia co następuje:

Pytania wniesione w ustawowym terminie

Pytanie 1

Dotyczy: **Pakiet nr 1 URZĄDZENIE DO TERAPII W PODWIESZENIU WRAZ Z KOZETKĄ ELEKTRYCZNA – 1 SZT**

Czy zamawiający dopuści równoważny, wolnostojący system do terapii w podwieszeniu wraz ze stołem o parametrach jak niżej?

| | |
|---|--|
| 1 | Konstrukcja sufitowa o wymiarach maks. 180 cm dł. x 77 szer. cm wykonana z aluminium z trzema trawersami. |
| 2 | Konstrukcja mocowana do stropu minimalnie czteropunktowo dla zwiększenia sztywności podczas jej pracy. Na każdą prowadnicę powinny przypadać przynajmniej dwie nogi mocujące. |
| 3 | Trawersy suwane po prowadnicach na podkładkach teflonowych, które zapewniają trwałość i są odporne na ścieranie. |
| 4 | Trawersy wyposażone w hamulec blokowany i zwalniany za pomocą linki, mogący być obsługiwany jedną ręką. |
| 5 | Aparaty wieszane na trawersach zdejmowalne i mobilne, do zawieszenia na innym punkcie mocującym. |
| 6 | Liczba aparatów dostarczonych z zestawem do zwieszenia na trawersach. |
| 7 | Osprzęt: 1xaparat AXIS, 3xaparat TRAINER, 2xpodwieszka szeroka, 2xpodwieszka wąska, 1xpodwieszka dzielona, 1xlinka 5 m z klamrą, 2xlinka 60 cm czerwona, 2xlinka 30 cm czerwona, 2xlinka elastyczna 30 cm czarna, 2xlinka elastyczna 30 cm czerwona, |

| | |
|----|---|
| | 2xlinka elastyczna 60 cm czarna, 2xlinka elastyczna 60 cm czerwona, wałek 15x50 cm, 2xpoduszka sensomotoryczna, 4xpara uchwytów zwykłych, 1xpara uchwytów POWER GRIP |
| 8 | Gwarancja 24 miesiące. |
| 9 | System posiada certyfikat CE i jest wyrobem medycznym. |
| 10 | Dedykowana do systemów Redcord konstrukcja wolnostojąca Wymiary: wysokość 2,53-2,56m szerokość 2,65 m długość 1,9 m Max. obciążenie: 200 kg Waga nie większa niż 38 kg Stopy do wypoziomowania |

Stół o parametrach:

Cechy charakterystyczne:

- w zagłówku otwór ułatwiający pacjentowi oddychanie (zaślepka w zestawie),
- kąt nachylenia zagłówka zmieniany za pomocą gazowej sprężyny (-70° do +40°),
- dwuwarstwowa tapicerka odporna na zabrudzenia, uszkodzenia, niepalna,
- solidna krzyżakowa rama stołu malowana proszkowo,
- uchwyty do przypięcia pasów po obu stronach stołu,
- otwory na 2 bananki,
- dwie pary kółek i dwie pary stopek dla wygodnego transportu i przestawiania stołu,
- stół wyposażony w technologię **Hallotronic®**, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- **Personal Authorization System** - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
- gumowe, antypoślizgowe stopki z regulacją 1 cm do poziomowania stołu na nierównych płaszczyznach.

Długość [cm]: 202

Wysokość [cm]: 50-101

Szerokość [cm]: 64

Waga [kg]: 78

Obciążenie [kg]: 200

Wyrób medyczny:



W odpowiedzi na pytanie:

Zdaniem Zamawiającego pytanie Wykonawcy nie odnosi się do treści SWZ, a jedynie stanowi zestawienie pełnej oferty Wykonawcy. Pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ i nie odnosi się do szczegółowego/szczegółowych parametrów granicznych opisanych przez Zamawiającego. Przy tej konstrukcji zapytania Zamawiający musiałby jednoznacznie udzielić odpowiedzi TAK lub NIE, biorąc także pod uwagę fakt, iż ewentualne zaakceptowanie oferowanego rozwiązania wprowadza do treści opisu przedmiotowego elementy, których Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia tj. w załączniku nr 3A.

Zdaniem KIO, jeżeli czegoś w SWZ nie ma, a Wykonawca konstruuje „pytanie” wnosząc o uzupełnienie treści SWZ, to takie „pytanie” nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, ale stanowi wniosek o jej uzupełnienie.

Pytanie 2

Dotyczy: **PAKIET 3 WANNA DO KAPIELI KOŃCZYN GÓRNYCH ZE STEROWANIEM ELEKTRONICZNYM – 1 SZT.**

Czy zamawiający dopuści wirówkę o lepszych parametrach jak niżej (między innymi większa liczba dysz (44) bardziej ekonomiczne zużycie wody)?

WKG - Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych

Urządzenie do masażu wirowego **WKG** to idealne urządzenie do rehabilitacji kończyn górnych. Kąpiele z masażem wirowym są szczególnie zalecane w stanach pourazowych, reumatycznych i w celu łagodzenia zmęczenia oraz rozluźnienia układu mięśniowo-nerwowego. Dzięki zastosowaniu specjalnej technologii zapewniającej efektywny masaż wirowy przy użyciu 44 dysz, ergonomicznej konstrukcji oraz ekonomicznemu zużyciu wody, **WKG** stanowi podstawowe wyposażenie gabinetów do hydroterapii.



Cechy charakterystyczne:


- Akrylowa niecka wzmocniona matami z włókna szklanego
- 44 dysze do masażu wirowego
- Ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu (30-45 l),
- Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
- System odkamieniania sterowany elektronicznie
- Czujnik temperatury wody
- Słuchawka prysznicowa
- Masaż wirowy przez wykorzystanie strumienia wody o uregulowanej sile
- Krzesło obrotowe w zestawie

Urządzenie sprzedawane jest razem z krzesłem:

- Wymiary (szer. x wys.) siedziska 460 x 420 mm, oparcia 400 x 290 mm.
- Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 190 mm w zakresie 450-640 mm.
- Podstawa krzesła o średnicy 580 mm, wykonana została z poliamidu wzmocnianego włóknem szklanym.
- Mechanizm CPT który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie, oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska.



Dane techniczne:

| | |
|-------------------------------|---|
| Pojemność zabiegowa: | ok. 30 l |
| Pojemność do przelewu: | 45 l |
| Pobór prądu: | 5 A |
| Liczba dysz: | 44 szt. |
| Zasilanie: | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.): | 90 cm x 95 cm x 92 cm |
| Masa: | 60 kg |
| Bezpieczeństwo elektryczne: | klasa I, typ B |
| Wyrób medyczny: |  |

W odpowiedzi na pytanie:

Zdaniem Zamawiającego pytanie Wykonawcy nie odnosi się do treści SWZ, a jedynie stanowi zestawienie pełnej oferty Wykonawcy. Pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ i nie odnosi się do szczegółowego/szczegółowych parametrów granicznych opisanych przez Zamawiającego. Przy tej konstrukcji zapytania Zamawiający musiałby jednoznacznie udzielić odpowiedzi TAK lub NIE, biorąc także pod uwagę fakt, iż ewentualne zaakceptowanie oferowanego rozwiązania wprowadza do treści opisu przedmiotowego elementy, których Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia tj. w załączniku nr 3C.

Zdaniem KIO, jeżeli czegoś w SWZ nie ma, a Wykonawca konstruuje „pytanie” wnosząc o uzupełnienie treści SWZ, to takie „pytanie” nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, ale stanowi wniosek o jej uzupełnienie.

Pytanie 3

Dotyczy: **PAKIET 4 WANNA DO KAPIELI KOŃCZYN DOLNYCH ZE STEROWANIEM ELEKTRONICZNYM – 1 SZT.**

Czy zamawiający dopuści wirówkę o lepszych parametrach jak niżej (między innymi większa liczba dysz 38)?

WKS - Urządzenie do masażu wirowego stóp i podudzi

Urządzenie do masażu wirowego **WKS** to urządzenie przeznaczone do rehabilitacji stóp i podudzi. Kąpiele z masażem wirowym są szczególnie zalecane w stanach pourazowych, reumatycznych oraz w celu łagodzenia zmęczenia układu mięśniowo-nerwowego. Dzięki zastosowaniu specjalnej technologii zapewniającej efektywny masaż wirowy przy użyciu 38 dysz, ergonomicznej konstrukcji oraz ekonomicznemu zużyciu wody, **WKS** stanowi podstawowe wyposażenie gabinetu do hydroterapii.





Wirówka do masażu stóp i podudzi - cechy charakterystyczne:


- Akrylowa niecka wzmocniana matami z włókna szklanego
- 38 dysz do masażu
- Pojemność zabiegowa: ok. 45 l
- Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
- Sterowany elektronicznie system odkamieniania wody
- Czujnik temperatury wody
- słuchawka prysznicowa
- Masaż wirowy za pomocą strumienia wody o uregulowanej sile
- Obrotowe krzesło w zestawie

Urządzenie sprzedawane jest razem z krzesłem:

- Wymiary (szer. x wys.) siedziska 460 x 420 mm, oparcia 400 x 290 mm.
- Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 190 mm w zakresie 450-640 mm.
- Podstawa krzesła o średnicy 580 mm, wykonana została z poliamidu wzmocnianego włóknem szklanym.
- Mechanizm CPT który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie, oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska.



Dane techniczne:

| | |
|---------------------------------|---|
| Pojemność zabiegowa: | ok. 45 l |
| Pojemność do przelewu: | ok. 65 l |
| Pobór prądu: | 5 A |
| Czas napełniania / opróżniania: | 1,7/0,7 |
| Liczba dysz: | 38 szt. |
| Zasilanie: | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.): | 98 cm x 90 cm x 62 cm |
| Masa: | 45 kg |
| Bezpieczeństwo elektryczne: | klasa I, typ B |
| Wyrób medyczny: |  |

W odpowiedzi na pytanie:

Zdaniem Zamawiającego pytanie Wykonawcy nie odnosi się do treści SWZ, a jedynie stanowi zestawienie pełnej oferty Wykonawcy. Pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ i nie odnosi się do szczegółowego/szczegółowych parametrów granicznych opisanych przez Zamawiającego. Przy tej konstrukcji zapytania Zamawiający musiałby jednoznacznie udzielić odpowiedzi TAK lub NIE, biorąc także pod uwagę fakt, iż ewentualne zaakceptowanie oferowanego rozwiązania wprowadza do treści opisu przedmiotowego sprzętu elementy, których Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia tj. w załączniku nr 3D.

Zdaniem KIO, jeżeli czegoś w SWZ nie ma, a Wykonawca konstruuje „pytanie” wnosząc o uzupełnienie treści SWZ, to takie „pytanie” nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, ale stanowi wniosek o jej uzupełnienie.

Pytanie 4

Dotyczy: **Wirówki**

Czy zamawiający przystosuje przyłącza do wirówek według wytycznych producenta? Pytanie dotyczy ingerencji w strukturę budynku. Przygotowanie odpływu, ciepłej, zimnej wody i zasilania.

W odpowiedzi na pytanie: Tak

Pytanie 5

Pakiet 3

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające wszystkie warunki określone w SWZ, jednak będące nieco mniejsze, o wymiarach: (DxSxW): 770x 790x930 mm? Mniejsze wymiary urządzenia nie mają wpływu na parametry zabiegowe, jednakże pozwalają na bardziej ergonomiczne zagospodarowanie przestrzeni w gabinecie.

W odpowiedzi na pytanie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Pakiet 4

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające wszystkie warunki określone w SWZ, jednak będące nieco mniejsze, o wymiarach: (DxSxW): 840x770x750 mm? Mniejsze wymiary urządzenia nie mają wpływu na parametry zabiegowe, jednakże pozwalają na bardziej ergonomiczne zagospodarowanie przestrzeni w gabinecie.

W odpowiedzi na pytanie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dokument został podpisany przez Dyrektora Bartosza Grobelnego