



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**  
19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: [zaopatrzenie-pm@elk.com.pl](mailto:zaopatrzenie-pm@elk.com.pl)  
e-mail: [przetargi@promedica.elk.pl](mailto:przetargi@promedica.elk.pl)  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 2

### Wszyscy uczestnicy postępowania

**Znak: P-M/DZZP/ 2223 / 3626 /24**

**Data: 16.10.2024 r.**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego na rzecz „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak Sprawy: 3168 / 2024.**

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:

***PYTANIE nr 1 dot. Pakietu nr 52 - Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy***

Dotyczy załącznika numer 4 umowa § 3 ust. 12: Prosimy o modyfikację zapisu z „(...) naprawy awarii w terminie do 2 dni roboczych (...)” na zapis: „ (...) naprawy awarii do 3 dni roboczych (bez konieczności użycia części) oraz do 7 dni roboczych (w przypadku konieczności sprowadzenia części (...)).”

***Odpowiedź: Zamawiający dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 16.10.2024 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w zakresie § 3 ust. 12 i w związku z Pakietem 52 oraz Modyfikacji nr 1 z dn. 16.10.2024 r. Załącznik Nr 5 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.***

***Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.***

***Z poważaniem***

