



Zielona Góra 21.08.2024 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), którego przedmiotem zamówienia jest **Zakup aparatury medycznej, nr sprawy: LI.262.4.2024**, nr ogłoszenia o zamówieniu: Dz.U. S: 145/2024, 451322-2024.

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ II

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień treści SWZ w dniu 19-08-2024r. prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie udzielonych odpowiedzi.

Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga zaoferowania fotela do chemioterapii z automatyczną regulacją pozycji Trendelenburga, w którym po naciśnięciu przycisku fotel sam wykonuje sekwencję ruchów segmentami leża aż do uzyskania pozycji Trendelenburga bez konieczności trzymania przycisku aktywującego? Zamawiający udzielił niejednoznacznej odpowiedzi, którą można interpretować w dwojaki sposób.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania fotela do chemioterapii z automatyczną regulacją pozycji Trendelenburga, w którym po naciśnięciu przycisku fotel sam wykonuje sekwencję ruchów segmentami leża aż do uzyskania pozycji Trendelenburga, która ma się odbywać za pomocą jednego przycisku. Jednakże Zamawiający nie określa sposobu uzyskania tej funkcji, może ona odbywać się poprzez trzymanie przycisku aktywującego lub bez konieczności trzymania przycisku aktywującego.

Prezes Zarządu
Marek Działożyński
/podpis na oryginale/

UWAGA

Udzielone odpowiedzi mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.