



Wrocław, 27 listopada 2020r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki wraz z najmem aparatów do pomiaru ACT - znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.76.2020

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) dalej Pzp, informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 3:

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 punkcie 1 oczekuje zaoferowania mikrocewnika OTW wspierającego dla przewodników wieńcowych 0,014" oraz do iniekcji precyzyjnych ilości kontrastu. Dostępnego w długościach 130 i 150 cm. Plecione, wielopłaszczyznowe zbrojenie. Proksymalna średnica wewnętrzna cewnika 0,021", dystalna średnica wewnętrzna 0,017". Zewnętrzna średnica dystalna cewnika 0,024". Dostępne końcówki: prosta i miękka. Pierścień radiocieniujący platynowo-irydowy na dystalnej końcówce - 0,89 mm. Dystalne 40 cm cewnika z pokryciem hydrofilnym. W punkcie 2 i 3 oczekuje zaoferowania mikrocewnika OTW z przeniesieniem obrotu, wspierającego dla przewodników wieńcowych 0,014" oraz do iniekcji precyzyjnych ilości kontrastu. Budowa 5-cio warstwowa ze spiralnym, przeciwstawnie nawiniętym podwójnym zbrojeniem, wewnętrzne uzupełnione warstwą PTFE na całej długości końcówki roboczej. Dostępne długości: 135cm i 150cm. Kompatybilny z cewnikami 5F lub większymi. Pokrycie hydrofilne 60 cm. Dostępne cztery wersje: standardowa taperowana, spiralna z zewnętrznie nawiniętą spiralą z tworzywa sztucznego na odcinku 2cm dystalnej części cewnika, gwintowana ze złotą końcówką i spiralą oraz wersja niskoprofilowa z przejściem do budowy 4 warstwowej w dystalnej części. Końcówka taperowana, szafa 2,6F dystalnie dla wersji standardowej, 2,9F dystalnie dla spiralnej i gwintowanej oraz 2,2F dla niskoprofilowej.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 10:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego uwalniającego lek antymitotyczny o następujących parametrach:

- zakres średnic: 1,5 - 4,5 mm
- zakres długości 10, 15, 20, 25, 30, 40 mm
- profil wejścia 0,016"
- shaft proksymalny 2,0F, shaft dystalny 2,6F/2,7F(dla średnicy pow. 3 mm)
- długość użytkowa 142 cm
- ciśnienie nominalne 6 atm, Ciśnienie RBP 16 atm
- substancja czynna paclitaxel w dawce 3 µg/ mm² w neutralnej macierzy, bez powłoki polimerowej
- powłoka hydrofilna
- udokumentowane bezpieczeństwo i skuteczność użycia poparte badaniami klinicznymi

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 1 Okludery do zamykania drożnego otworu owalnego z możliwością prowadzenia implantu przez koszulki dostarczające o wielkości: dla implantów o średnicach dysku prawostronnego 18 mm- koszulka 7F, dla implantów o średnicach dysku prawostronnego 25, 30 mm- koszulka 9F, dla implantów o średnicach dysku prawostronnego 35mm- 11 F? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Nie, SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 2 Okludery do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu drugiego o dostępnych rozmiarach: 4mm, 5mm, 6mm, 7.5mm, 9mm, 10,5mm, 12mm, 13,5mm, 15mm, 16,5mm, 18mm, 21mm, 24mm, 27mm, 30mm, 33mm, 36mm, 39mm, 40mm. ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 4: Nie, SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 3 systemy uwalniające:

- 7F dla rozmiaru od 4mm do 10,5mm; 9F dla rozmiaru od 12mm do 18mm; 11F dla rozmiaru 21mm i 24mm ;12F od 27mm do 40mm dla Okludery do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu drugiego oraz 7F dla 18 mm, 9F dla 25, 30 mm, 11F dla 35mm dla Okludery do zamykania drożnego otworu owalnego ?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Nie, SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 4 cewniki balonowe do pomiaru wilkości bytków o dostępnych rozmiarach: 25x45 mm oraz 35x 50mm? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź na pytanie nr 6: Nie, SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 5 Prowasdnika typu exchange tylko o końcówce 3mm „J”? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź na pytanie nr 7: Nie, SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 8:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 dopuści złącze wysokiego ciśnienia o długości 150 cm? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 11:

Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności, a tym samym możliwość uzyskania niższych wartości ofert, czy Zamawiający dokona podziału:

Pakietu nr 11 na dwa osobne Pakiety:

- **Pakiet nr 11 A** – obecna pozycja nr 2?
- **Pakiet nr 11 B** – pozostałe pozycje ?


Odpowiedź na pytanie nr 9: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 11:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11-poz. 2 dopuści złożenie oferty na Prowadnik angiograficzny hydrofilny 0.035, długość 150-260cm, z końcówką zakrzywioną 45°, dostępna końcówka kształtowalna?

Globalny dostawca wyrobów medycznych,
rozwiązań z tworzyw sztucznych i systemów farmaceutycznych

Poseidon™ Prowadnik nitinolowy z pokryciem hydrofilnym



Średnice
Ø 0.018" / 0,46 mm
Ø 0.025" / 0,63 mm
Ø 0.032" / 0,81 mm
Ø 0.035" / 0,89 mm
Ø 0.038" / 0,96 mm

Długość
30 – 260 cm

Pokrycie
Pokryty hydrofilnie - Black

Rodzaj końcówki dystalnej
Zakrzywiona
Prosta
Kształtowalna

Sztywność shaftu
Standard
Sztywny - Stiff

Sztywność końcówki
Standard
Soft
Floppy

Wyrób specjalny z podwójną
kończówką elastyczną
Jeden koniec z zakrzywioną
kończówką "angled" standardową,
drugi koniec prosty typu soft.
Sztywny shaft.
Dostępne w dwóch długościach:
150 i 180 cm.

Inne produkty dostępne na
życzenie Klienta

**Opis systemu kodowania
numeru katalogowego**
Hy- N - S/R/A - ST/SO/F -
Oxx - D/H - L
(przykład: Hy-N-A-ST-035-D-150)

HY	Pokrycie hydrofilne
N	Rdzeń nitinolowy
S	Kończówka prosta
A	Kończówka zakrzywiona
R	Kończówka kształtowalna
ST	Sztywność standardowa końcówki
SO	Sztywność końcówki Soft
F	Sztywność końcówki Floppy
Oxx	Średnica prowadnika
	0.018" (0,46 mm)
	0.025" (0,63 mm)
	0.032" (0,81 mm)
	0.035" (0,89 mm)
	0.038" (0,96 mm)
H	Shaft sztywny Stiff
D	Shaft Standard
L	Długość prowadnika (od 30 - 260 cm)

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 10:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny balonu lekowego o długościach 15 do 30 mm, o szafcie dystalnym 2,6F i szafcie proksymalnym 1,8F długości użytkowej 140 cm i ciśnieniu RBP 16 ATM

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 8 poz. 1:

W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej cenowo, prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 8 poz. 1 i utworzenie z niej osobnego zadania.

Ponadto prosimy o dopuszczenie w pakiecie 8, poz. 1 elektrod 2-biegunowych do czasowej stymulacji serca, z miękką atraumatyczną, zagiętą końcówką umożliwiającą łatwe wprowadzanie do serca w rozmiarze 4,5,6 F z końcówką platynowo – irydową, o długości 120 cm. Odległość między pierścieniami 10 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 6 poz. 1, 2:

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej oferty prosimy o wydzielenie z pakietu 6 poz. 1,2 i utworzenie z nich osobnego zadania.

Odpowiedź na pytanie nr 13: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 13 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 13 poz. 1 i utworzenie z niej osobnego zadania.

Ponadto prosimy o dopuszczenie koszulek do nakłucia tętnicy promieniowej z kranikiem do przepłukiwania, uchem szewnym, zaciskany na 'click' o średnicy 4, 5, 6, 7 Fr, długości 7 lub 11 Fr (dla Fr długość 9 cm) z miniprowadnikiem 0,018 '' i 0,021 '' o długości 45 cm oraz igłą 21 oraz 20 G. Dostępna końcówka prosta i J – stalowa- zwężana na końcu.

Odpowiedź na pytanie nr 14: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 15 poz. 1:

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego pod względem jakości, wygody użytkowania jak i ceny - zwracamy się z prośbą o dopuszczenie probówek do pomiarów ACT od amerykańskiego producenta, bezpiecznych w użytkowaniu, wykonanych z materiału PCV medycznego, nie wymagających mieszania, dla których odchylenie standardowe uzyskiwanych wyników jest najniższe na rynku i wynosi zaledwie 3,50% (ze względu na opatentowana technologie zastosowania trzech zamiast jednego reagenta w probówce). Nasz produkt jest rozpoznawany i rekomendowany przez ponad połowę ośrodków 1,2 kardiochirurgicznych w Polsce, Elektrofizjologii jak i Pracowni Hemodynamicznych. Oferowana probówka jest uniwersalna (dodatkowy atut) zawierając aż 3 reagenty krzepnięcia krwi naraz (celit/kaolin/kryształki szkła) - nie ma zatem potrzeby użytkowania 3 różnych probówek o trzech kodach kreskowych.

Aby nie narażać Zamawiającego na dodatkowe koszty, nasza firma oferuje na czas trwania całego kontraktu aparaty do pomiaru czasów ACT, kompatybilne z ww. próbkami w ramach niniejszego Postępowania przetargowego w ilości zabezpieczającej bieżące potrzeby Szpitala. Nasz aparat jest niewielkich rozmiarów (14cm x 14cm x 15 cm) i posiada podwójny punkt detekcji, co jest dodatkowym atutem dla dokładności pomiarów.

Niniejsza zgoda pozwoli na zaoferowanie produktu konkurencyjnego, z pewną korzyścią ekonomiczną dla Szpitala, który będzie mógł dokonać wyboru spośród szerszej gamy ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 15: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 15 poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie kuwet do pomiaru ACT kompatybilnych z zaproponowanym przez nas w pytaniu 3 aparatem, pakowanych po 50 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 16: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 15 poz. 3:

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie fabrycznie nowego aparatu do pomiaru czasu krzepliwości najnowszej generacji, od amerykańskiego producenta, o następujących parametrach (Z NASZEJ STRONY istnieje możliwość przyjazdu i przedstawienia funkcji aparatu przed odpowiedzią na pytania do SIWZ):

- ❖ możliwość wykonania testów : PT-WB, PT-C, aPTT, c-ACT, c-ACT-LR.
- ❖ **waga aparatu: 800 g (obecnie opisany aparat to waga 3kg)**
- ❖ niewielkie wymiary aparatu: 89 mm x 86mm x 215mm
- ❖ **intuicyjny w użytkowaniu, kolorowy i dotykowy wyświetlacz z przyjaznym in-terfejsem**
- ❖ zasilanie sieciowe i akumulatorowe
- ❖ automatyczne wykrywanie testu
- ❖ **bateria wystarcza na 24h pracy**
- ❖ kompatybilny z kartą magnetyczną Cascade Abraso
- ❖ ilość krwi potrzebna do pomiaru 0,015cc (1 kropla)
- ❖ możliwość skanowania próbek za pomocą kodów kreskowych w wersji 2D
- ❖ czułość wykrywania niskich stężeń heparyny – do 3u/ml krwi
- ❖ zakres pomiaru czasu krzepnięcia 6s – 850s
- ❖ wykonanie autotestu przy aktywacji aparatu
- ❖ baza na 600 pacjentów z możliwością wprowadzenia ID pacjenta
- ❖ możliwość wprowadzenia ustawień zabezpieczających dla użytkowników aparatu
- ❖ możliwość podłączenia aparatu do WiFi
- ❖ możliwość kompilacją ze stacją medyczną

Aparat ten jest stosowany jest od wielu lat w pracowniach hemodynamiki, elektrofizjologii, kardiologii i chirurgii naczyniowej i cieszy się nienaganną opinią użytkowników.

Poniżej zdjęcia proponowanego rozwiązania:



Odpowiedź na pytanie nr 17: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 18:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:
 - 1) w wysokości (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie ze złożoną ofertą) ceny brutto **opóźnionej w wykonaniu** części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3, ust. 4, ust. 6 i §7 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w wykonaniu części pakietu**. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §9, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,
 - 2) w wysokości 5% ceny brutto **niezrealizowanej części** pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 - 3) w wysokości 0,5% ceny brutto **opóźnionego w dostawie/zainstalowaniu wynajmowanego urządzenia**, w przypadku opóźnienia w dostawie/zainstalowaniu wynajmowanego urządzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §4 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/instalacji urządzenia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie/zainstalowaniu wynajmowanego urządzenia**.
 - 4) w wysokości 0,15% ceny brutto **przedmiotu umowy podlegającego naprawie**, w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii urządzenia

wg §5 ust. 4 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego naprawie** jeżeli naprawa przedłuży się powyżej 3 dni, do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje;

- 5) w wysokości 0,15% ceny brutto **opóźnionego w wykonaniu przeglądu** w przypadku niewykonania planowanego przeglądu za każdy dzień opóźnienia, z przyczyn leżących, po stronie Wykonawcy, licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania; **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w wykonaniu przeglądu**
- 6) w wysokości 0,1% ceny brutto **przedmiotu umowy podlegającego naprawie** w przypadku nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w §5 ust. 5 i 6 umowy za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego naprawie**
- 7) w wysokości **0,5%** ceny brutto **pakietu, którego dotyczą niedostarczone dokumenty**, w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w §1 ust. 14, §4 ust. 5 za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto pakietu, którego dotyczą niedostarczone dokumenty.**

Odpowiedź na pytanie nr 18: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 1 ust 4) oraz udostępnienia (dot. § 5, których wzory przesyłamy w załączeniu?

UMOWA PRZECHOWANIA

zawarta w dniu pomiędzy:

..... z siedzibą w, ul
wpisaną do rejestru po numerem

reprezentowaną przez:

.....,
zwanym dalej Przechowawcą

a

....., z siedzibą w, ul
.....

wpisaną do rejestru pod numerem

reprezentowaną przez :

1.

2.

zwaną w dalszej części umowy Składającym.

§1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje w przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia w asortymencie i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie w na Oddziale, które znajduje się w, – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan
3. Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan

§2

1. Składający dostarczy Przechowawcy przedmioty na przechowanie w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy.
2. Przyjęcie przedmiotów na przechowanie dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron niniejszej umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w załączniku o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Składający nie wnosi zastrzeżeń do oceny stanu przedmiotu przechowania, dokonanej przez Przechowawcę.

§3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotów, tak by zachować je w stanie nie pogorszonym.

§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotów oddanych mu na przechowanie.

§5

Składający może odebrać przedmioty oddane na przechowanie po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faxem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§6

1. Przechowawca ma prawo kupić przechowywane przedmioty na potrzeby własne.

2. O pobraniu przechowywanego przedmiotu na potrzeby własne Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Następnie Składający wystawia fakturę na pobrane przedmioty z terminem zapłaty dni od daty doręczenia niniejszej faktury Przechowawcy.
3. Przechowawca zobowiązany jest pobierać przechowywane przedmioty na potrzeby własne według daty ważności począwszy od przedmiotów z datą najkrótszą, o ile przechowuje kilka przedmiotów danego rodzaju.

§7

1 Zmiana cen przechowywanych przedmiotów określonych w załączniku nr 1 do umowy następować będzie na zasadach określonych w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust.1.

§8

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy przedmiotów oddanych na przechowanie, poprzez ich uzupełnianie w terminie określonym w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust. 1 i w sposób określony w paragrafie 2 niniejszej umowy, według zapotrzebowania przekazanego przez Przechowawcę pisemnie, faxem lub telefonicznie.

§9

1. Składający może dokonać spisu z natury przedmiotów przechowywanych w związku z niniejszą umową u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§10

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony począwszy od
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa wygasa z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 niniejszej umowy.

§11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§12

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§13

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez

§14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY

PRZECHOWAWCA

Załącznik nr 3

RAPORT O ZUŻYCIU

Proszę przesłać pod numer faxu

TEL. KONTAKTOWY :

1. **PEŁNE DANE SZPITALA**

NR KLIENTA :

2. **Data zabiegu:.....**

3. **Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę)**

A)

B)

4. **Zużyte elementy**

Proszę o uzupełnienie- PILNE!

Pieczętka i podpis

Załącznik nr 2

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu..... został przyjęty towar w ilości i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

1.

2.

3.

Data i podpis osoby przyjmującej

UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniur. pomiędzy:

.....
.....

reprezentowanym przez:

1.

zwanym w dalszej części umowy Klientem

a

.....

reprezentowaną przez:

1.

2.

zwanym w dalszej części Spółką

§ 1. Przedmiot umowy

Spółka zobowiązuje się oddać Klientowi do używania
..... (zgodnie z załącznikiem).

§ 2. Klauzula własności

..... pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością
Spółki..... Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania,
w podnajem albo wydzierżawić.

Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym
żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§3. Używanie przedmiotu umowy

1. Klient jest zobowiązany używać zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.
2. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane używaniemniezgodnie z instrukcjami obsługi.
3. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.
5. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.

§ 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spółka udostępni Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.

§ 5. Serwis

Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego
..... wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw
Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

§ 6. Zawiadomienia

1. Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.

2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.
3. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.

§ 7. Zakończenie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres od do r.
2. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

KLIENT

SPÓŁKA

Odpowiedź na pytanie nr 19: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 1 ust. 4)

Odpowiedź na pytanie nr 20: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 1 ust. 17 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź na pytanie nr 21: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 22:

W związku z zapisem § 1 ust 17 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej

wiedzy nie posiada. Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2019 r oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.

Odpowiedź na pytanie nr 22: Informacja dostępna w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 23:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy zmianę słów w § 1 ust. 11: „...od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną na numer...i fax.....” na „... od daty uznania reklamacji” oraz w § 7 ust. 3 „...od daty wezwania faxem na nr” na „... od daty uznania reklamacji”.

Odpowiedź na pytanie nr 23: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Z upoważnienia
KOMENDANTA
4. WOJSKOWEGO HOSPITALA KRAJOWEGO Z POLIKLINIKĄ
SZPITALNE W OLSZTYNIE
.....mgr Piotr STRĄK.....
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)