



Nr postępowania ZP/75/008/D/22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp **pn. Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej.**

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

W dniu 30.03.2022r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SWZ. Na podstawie art.135 ustawy z dnia 11 września 2019r. –Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny udziela odpowiedzi na zapytania:

Pytanie 1

Z jakimi normami mają być zgodne aparaty :

Aparat z części 1 – do badania emulgowania olejów?

Aparat z części 2 – automatyczny licznik cząstek?

Odpowiedź 1:

Część 1 – Dostawa aparatu do badania emulgowania olejów

Aparat do badania emulgowania olejów wyposażony w 6 miejsc testowych – zgodny z ASTM D 1401, FTM 791-380, ISO 6614.

Część 2 – Dostawa automatycznego licznika cząstek

Automatyczny przenośny licznik cząstek zgodny z normą IP 565.

Aparat spełniający wymogi IP565 oraz ASTM D7619, ASTM D975, IP PM FA, DEF STAN 91-091.