



Dział Zamówień Publicznych

L.dz. 1310/2022

Olsztyn, dnia 29.08.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania nr 326/2022/TP/DZP prowadzonego w trybie podstawowym pt. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia weterynaryjnej pracowni rezonansu magnetycznego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

1. Czy zamawiający zezwoli na instalację agregatu wody lodowej na zewnątrz budynku na ziemi przylegającej do budynku.
Odpowiedź: TAK. Instalacja agregatu możliwa jest od strony ulicy K. Obitza.
2. Czy zamawiający zezwoli na zawieszenie jednostek klimatyzacyjnych na elewacji budynku?
Odpowiedź: TAK. Lokalizacja jednostek zewnętrznych będzie musiała być uzgodniona z Zamawiającym.
3. Prosimy o informację czy zamawiający dysponuje zapasem mocy do instalacji rezonansu magnetycznego oraz klimatyzacji, wentylacji i agregatu wody lodowej ?
Odpowiedź: TAK.
4. W jakiej odległości od planowanych pomieszczeń MR znajdują się możliwe do wpięcia zasilanie ?. Ponadto czy zamawiający posiada wolne miejsce do wpięcia się z ewentualnym zasilaniem ?
Odpowiedź: Odległość do punkt zasilania określona jako długość kabla zasilającego wynosi około 250 m. Zamawiający zapewni wolne miejsca do wpięcia linii zasilających.
5. Czy zamawiający posiada wolne miejsce do wpięcia się dla dodatkowych gniazd informatycznych? Jeśli tak to w jakiej odległości od ewentualnych pomieszczeń MR znajdują się wolne gniazda dla instalacji ?
Odpowiedź: Zamawiający zapewni co najmniej dwa wolne gniazda RJ-45 w istniejącym przełączniku (switch-u) do wpięcia linii łączących z nowym przełącznikiem, który winien zostać zainstalowany w pomieszczeniu pracowni MRI przez Wykonawcę. Długość linii łączących nie przekroczy 25 m.
6. Czy zamawiający będzie wymagał rozbudowy systemu PPOŻ
Odpowiedź: TAK. Zamawiający wymaga zainstalowania w pracowni systemu PPOŻ, który będzie połączony poprzez sieć Internetową z monitoringiem Straży Uniwersyteckiej.
7. Czy zamawiający zezwoli na wpięcie się systemu PPOŻ do istniejącej centrali ?
Odpowiedź: W budynku nie ma centrali PPOŻ.

8. Po czyjej stronie będzie leżało rozstrzygnięcie ewentualnych punktów spornych pomiędzy wykonawcą dostawy CT a wykonawcą prac pod MR ?

Odpowiedź: W kwestiach spornych decyzję podejmie Zamawiający.

9. Jeśli będziemy mieli do czynienia z sytuacją kiedy dostawca prac pod MR nie wywiąże się z ustalonych z wykonawcą CT terminów prosimy o możliwość przeniesienia kar za nieterminowe wykonanie realizacji CT na oferenta prac pod instalację MR. Trudno sobie wyobrazić że dostawca tomografu zapłaci karę za niezrealizowanie prac przez wykonawcę MR.

Odpowiedź: Zarówno wykonawca prac adaptacyjnych pracowni CT, jak i Wykonawca wyłoniony w niniejszym przetargu nie będą obciążani karami za niezawinione przez siebie opóźnienia związane z brakiem możliwości realizacji robót.

10. Prosimy Zamawiającego o możliwość wydłużenia realizacji zamówienia do czerwca 2023

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zawarte w OPZ w zakresie terminu wykonania robót.


11. Ze względu na złożoność projektu wnosimy o zwiększenie referencji budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń CT bądź MRI do 2 000 000,00 mln zł.

Odpowiedź: Według zamawiającego nie ma podstaw do zwiększenia referencji budowlanych wyrażonych w wartości wykonanych robót.

12. Czy Zamawiający dopuści rozliczenie robót budowlanych w płatnościach ratalnych uzgodnionych z Zamawiającym na podstawie harmonogramu prac budowlanych. Proponujemy 3 raty płatne I rata po 2 miesiącach 40% wartości II rata 40% po 4 miesiącach II rata 20% wartości po zakończeniu prac?

Odpowiedź: TAK, ale na podstawie wartości wykonanych robót (określonych w harmonogramie), a nie na podstawie okresu jaki upłynął od rozpoczęcia prac.

Z poważaniem,

KANCLERZ
mgr inż.  Bogusław Stec

Odpowiedź udzielił: prof. dr hab. wet. Bogdan Lewczuk

Sporządziła: mgr Katarzyna Sądej

mgr Katarzyna Sądej 