

Konin, 05.08.2022 r.

**WSZ-EP-24/1170/2022**

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-24/2022**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 36**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Treść pytania nr 1:**

**Pytanie dotyczy pak. 67, poz.1**

Prosimy o dopuszczenie filtra o obj oddech. 150-1200 ml. Pozostałe parametry b/z.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

**Treść pytania nr 2:**

**Pytanie dotyczy pak. 67, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie filtra o obj. oddech 300-1500 ml. Pozostałe parametry b/z.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

**Treść pytania nr 3:**

Pytanie dotyczy pak. 87, poz.1

Czy Zamawiający dopuści czujniki których producent w instrukcji obsługi nie zaleca ich stosowania do pacjentów w ruchu i przy niskiej perfuzji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie określa powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

**Treść pytania nr 4:****Pytanie dotyczy pak. 87, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga by czujnik posiadał klatkę Faradaya zapobiegającą przed interferencjami elektromagnetycznymi? Czujniki nie posiadające takich zabezpieczeń są podatne na zakłócenia ze strony innych urządzeń, co wpływa na wyniki pomiarowe i jakość odczytu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

**Treść pytania nr 5:****Pytanie dotyczy pak. 87, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści czujniki których producent w instrukcji obsługi nie zaleca ich stosowania do pacjentów w ruchu i przy niskiej perfuzji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie określa powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

**Treść pytania nr 6:****Pytanie dotyczy pak. 87, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie czujnika o zakresie 3-20 kg.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

**Treść pytania nr 7:****Pytanie dotyczy pak. 112, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie filtra mechanicznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci Hygroster, o wadze 49 g., przestrzeń martwa 96 ml. Pozostałe parametry b/z.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.