



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 06/01/2023

Chrzanów, 11.01.2023 r.

## Wykonawcy

### **Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do postępowania: Dostawa rękawic diagnostycznych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - Sprawa nr 170/2022**

1. Proszę o wydzielenie z **pakietu nr 2 poz. 2** do osobnego pakietu.

**Odp.: Zgodnie z swz.**

2. **Pakiet 1 poz.1,2:** Mając na uwadze wzrost występowania i nasilenia reakcji alergicznych oraz podrażnień skórnych wśród personelu medycznego, prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje, aby rękawice były produkowane bez szkodliwych akceleratorów chemicznych, tj. tiuramy, BHA, BHT, MBT, ZMBT, potwierdzone bardziej czułym badaniem TLC. Nadmienimy, że często prezentowane są w postępowaniach o zamówienia publiczne wyniki badań metodą HPLC wykazujące brak akceleratorów, która zgodnie z wiedzą naukową, nie ma wystarczającej czułości do wykrycia akceleratorów, użytych faktycznie w produkcji (np. ditiokarbaminianów), które są przyczyną uczuleń u personelu medycznego noszącego rękawiczki.

**Odp.: Dopuszczamy, nie wymagamy.**

3. **Pakiet 1 poz.1:** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rękawice mają być całkowicie odporne na penetrację substancji powszechnie używanych w placówkach medycznych użytych do oznakowania typu rękawic, tj. poziom 6 dla 30% Nadtlenek wodoru oraz 37% Formaldehyd, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej?

**Odp.: Dopuszczamy, nie wymagamy.**

4. **Pakiet 1 poz.2?:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych bezpydrowych o korzystniejszym poziomie szczelności AQL 1,0, pakowanych w opakowania chroniące zawartość przed kontaminacją dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu w postaci folii w dyspenserze i otworze dozującym.

**Odp.: Dopuszczamy, nie wymagamy.**

5. **Pakiet 2 poz.1,2:** Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie próbek oferowanych rękawic w innym rozmiarze niż M.

**Odp.: Nie dopuszczamy, zgodnie z swz.**

6. **Pakiet 2 poz.1:** Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej Kategorii III - Typ B (zgodnie z obowiązującymi normami i adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu) oraz wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu oraz w certyfikacie osiągały poziom ochrony min. 4. Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

## **Odp.: Zgodnie z swz.**

7. **Pakiet 2 poz.1:** Mając na uwadze wzrost występowania i nasilenia reakcji alergicznych oraz podrażnień skórnych wśród personelu medycznego, prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje, aby rękawice były produkowane bez szkodliwych akceleratorów chemicznych, tj. tiuramy, BHA, BHT, MBT, ZMBT, potwierdzone bardziej czułym badaniem TLC. Nadmienimy, że często prezentowane są w postępowaniach o zamówienia publiczne wyniki badań metodą HPLC wykazujące brak akceleratorów, która zgodnie z wiedzą naukową, nie ma wystarczającej czułości do wykrycia akceleratorów, użytych faktycznie w produkcji (np. ditiokarbaminianów), które są przyczyną uczuleń u personelu medycznego noszącego rękawiczki.

## **Odp.: Zgodnie z swz.**

8. **Pakiet 2 poz.2:** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek diagnostycznych winylowych z AQL 1,5 oraz zarejestrowanych jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii I? Pragniemy nadmienić, iż rękawiczki winylowe nie są przeznaczenia do procedur wysokiego ryzyka związanego z kategorią III środka ochrony osobistej.

## **Odp.: Zgodnie z swz.**

9. **Pakiet 2 poz.2:** Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy rękawiczki mają być pozbawione szkodliwych substancji DEHP z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu?

## **Odp.: Dopuszczamy, nie wymagamy.**

10. **Pakiet 2 poz.2:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic winylowych zarejestrowanych jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III typ C, odporne na penetrację min. 6 substancji chemicznych z czasem przenikania >480 min, AQL ≤ 1,5, pakowne po maks. 150 szt.

## **Odp.: Zgodnie z swz.**

11. **Pakiet nr 2, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na przenikalność cytostatyków: cyklofosfamide, doxorubicin, fluorouracil potwierdzone raportem z badań wykonanych w niezależnym laboratorium i odstąpi od wymogu dodatkowego oznakowania na opakowaniu?

## **Odp.: Zgodnie z swz.**

12. **Pakiet nr 2, pozycja 2:** Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,5?

## **Odp.: Zgodnie z swz.**

13. **Pakiet 2 poz. 2:** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic winylowych, będących środkiem ochrony indywidualnej Kat. III w Typie C, posiadających AQL 1,5. Pozostałe wymagania zgodne.

## **Odp.: Zgodnie z swz.**

14. **Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 12 projektu umowy** poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. **UZASADNIENIE** Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno -





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współzycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych.**

15. **Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 2 lit. c) projektu umowy** poprzez obniżenie przewidzianych nią kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy. **UZASADNIENIE:** Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, ze zm.) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

**Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.**

16. **Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 2 projektu umowy** poprzez nadanie mu następującej treści: „Zmiany umowy opisane w ust. 1 z zastrzeżeniem tiret czwarte wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności”

**Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.**

17. **Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 1 lit. a) projektu umowy** poprzez dodanie do jego treści in fine: „Zmiana taka dla swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.”

**Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.**

18. **Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy** poprzez dodanie do niego ust. 3 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążony ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

**Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.**

**Z poważaniem**

Z ca Dyrektora  
Ds. Lecznictwa  
lek. med. Izabela Kielbaska



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892