

Grodzisk Wielkopolski, dnia 22 maja 2023 r.

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Grodzisku Wielkopolskim  
ul. Mossego 17

## ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. „Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim”, nr sprawy SPZOZ.DLA.2300.05.2023

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), odrzucam ofertę Sinmed Sp. z o. o., ul. Graniczna 32B, 44-178, Przyszowice, NIP 631-26-65-250, na „Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim”, nr sprawy SPZOZ.DLA.2300.05.2023” w zakresie części – Pakietu 7 – MATERIAŁY JEDNORAZOWE 3 ogłoszonego dnia 24 kwietnia 2023 roku.

W przedmiotowym postępowaniu obejmującym 7 zadań na „zadanie 7 - MATERIAŁY JEDNORAZOWE 3 oferta, która wpłynęła JEST NIEZGODNA Z ZAPISAMI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w części dotyczącej zaoferowanego produktu w pozycji 1. Zamawiający wymagał w pozycji 1: Jednorazowego systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażonego w: rękaw silikonowy o długości 167 lub 160 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego, port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z kłamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System ma zawierać port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. **Zamawiający wymagał by system był przebadany klinicznie, czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty.** W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym.”

Wykonawca zaoferował w ofercie System służący do zbiórki luźnego stolca stosowany okresowo u pacjentów unieruchomionych, z nietrzymaniem stolca o konsystencji płynnej lub półpłynnej. Właściwości: • Cewnik wykonany z biokompatybilnego silikonu o długości 160cm z substancją neutralizującą zapach, • Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika, • Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo, • Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący, • Wyposażony w port do pobierania próbek, • Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 50ml (od 50 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym, • Taśmy umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka, • W zestawie 3 worki do zbiórki stolca z okienkiem, • Niesterylny, • Jednorazowego użytku, • Zestaw pakowany pojedynczo”

Zaoferowany przez Sinmed Sp. z o. o. produkt nie spełnia wymogu posiadania **badania klinicznego** w zakresie utrzymania systemu do 29 dni.

Tym samym w myśl art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oferta Sinmed Sp. z o. o., ul. Graniczna 32B, 44-178, Przyszowice, NIP 631-26-65-250, podlegająca odrzuceniu z powodu niezgodności ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.