

Konin, dnia 18.04.2023 roku

WSZ-EP-4/405/2023

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Dostawa środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji w ramach Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących”, nr sprawy WSZ-EP-4/2023**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 6

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Dotyczy SWZ:

1. Wnosimy o usunięcie wymogu żądania pozytywnej oceny użytkowej Instytutu Matki i Dziecka. Żądanie takie jest sprzeczne z podstawowymi zasadami Prawa Zamówień Publicznych, z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie z dnia 30.12.2009r). Instytut Matki i Dziecka w zakresie środków dezynfekcyjnych nie przeprowadza badań klinicznych - jedynie ocenia min. przydatność i sposób działania oferowanych preparatów – jest to więc opinia użytkowa. W świetle obowiązujących w naszym kraju przepisów nie ma obligatoryjnego obowiązku posiadania przez producentów w/w opinii. Stawianie takiego warunku w rażący sposób ogranicza uczciwą konkurencję i jest przejawem nierównego traktowania wykonawców – Zamawiający bowiem preferuje w postępowaniu konkretnych wykonawców - dysponujących przedmiotową opinią. Ponadto Zamawiający zgodnie z wykładnią prawną Urzędu Zamówień Publicznych nie ma prawa wskazywać i ograniczać żądania do konkretnych dokumentów. W związku z powyższym prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszego wniosku. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i rezygnuje z wymogu posiadania w zakresie Pakietu nr 6 poz. 1 pozytywnej oceny użytkowej Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego), pozostawiając jednocześnie wymóg, aby zaoferowany produkt był przeznaczony do dezynfekcji rąk personelu w oddziałach noworodkowych i wcześniaków. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ –

Formularz asortymentowo-cenowy w tym zakresie. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Dotyczy Pakietu 6

2. Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynu do dezynfekcji rąk - alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zarejestrowany jako produkt biobójczy i wyrób medyczny, oparty o 1 substancję aktywną, co minimalizuje ryzyko podrażnienia skóry rąk; bez zawartości chlorheksydyny i pochodnych fenolowych; pH neutralne ok.7; do dezynfekcji rąk personelu w oddziałach noworodków i wcześniaków; skuteczny na B (włącznie z Tbc), F, V (w tym Polio, Adeno, Noro); Opakowanie max. 5 litrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy preparat. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w tym zakresie. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

3. Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynu do dezynfekcji powierzchni – preparat na bazie min. dwóch alkoholi (propanolu i etanolu) i alkilobiguanidyny; przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego; spektrum działania: B (łącznie z MRSA), F (C. albicans), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV) – do 1 min. Tbc (M. terrae) i Noro do 5 min.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy preparat. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w tym zakresie. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

4. Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek myjąco-dezynfekujących na bazie nadtlenu wodoru i związków powierzchniowo-czynnych o szerokim spektrum działania zgodnie z EN 16615 B, F – 1 min., V (EN 14476 Polio, Adeno, Noro) – 30 sek., chusteczka o wymiarze 20x27 cm, gramatura 25g/m² ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy produkt. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w tym zakresie. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

5. Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie chusteczek myjąco-dezynfekujących na bazie nadtlenu wodoru, kwasu glikolowego, alkohol benzylowy, związków powierzchniowo-czynnych o wymiarach 20x30 cm, gramatura 25g/m², przebadanych wg normy EN 16615 (B, F), o spektrum B, Tbc, F, C. Difficile – 5 min, V (EN 14476 : polio, adeno, noro) w czasie do 1 minut, konfekcjonowane w op. po 80 szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy produkt. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w tym zakresie. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.