

Centrum Polityki Zakupowej

Dział Procedur Zakupowych

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOWYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

zestaw nr 1

Dotyczy: postępowania nr 5750.291.1.128.2022.KK na dostawę 2 szt. wytrząsarek dla Wydziału Chemii

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ do przedmiotowego postępowania, przesłany przez Wykonawcę, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z dokładnością: powyżej 100 obr./min \pm 1% ustawionej prędkości, poniżej 100 obr./min \pm 1 obr./min?	Zamawiający nie dopuści .
2.	Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o wymiarach zewnętrznych 61 x 67,8 x 14,9 cm?	Zamawiający nie dopuści .
3.	Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z platformą o wymiarach 47,5 x 61 cm?	Zamawiający nie dopuści .
4.	Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z orbitą o średnicy 19 mm? Jest to zaledwie o 1 mm mniej od wymagań Zamawiającego.	Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę. Tym samym Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany „Załącznika nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 9” – zgodnie z załączonym zmodyfikowanym „Załącznikiem nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia z dnia 26.09.2022 r w pozycji nr 9”.
5.	Czy Zamawiający odstąpi od wymogu montażu, instalacji oraz szkolenia? Oferowane urządzenia są proste w obsłudze.	Zamawiający nie dopuści .

6.	Czy Zamawiający zgodzi się na szkolenie online?	Zamawiający dopuszcza .
7.	Czy Zamawiający dopuści urządzenia o wymiarach zewnętrznych (SxGxW): 409x508x141mm?	Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę. Tym samym Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany „Załącznika nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 12” – zgodnie z załączonym zmodyfikowanym „Załącznikiem nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia z dnia 26.09.2022 r. w pozycji nr 12”.
8.	Czy Zamawiający dopuści urządzenia z platformami o wymiarach 35x35cm, które mogą pomieścić maksymalnie 14 sztuk uchwytów na kolby 250ml?	Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę. Tym samym Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany „Załącznika nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 13” – zgodnie z załączonym zmodyfikowanym „Załącznikiem nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia z dnia 26.09.2022 r. w pozycji nr 13”.
9.	Czy Zamawiający dopuści wytrząsarki z zakresem regulacji prędkości 30-400 rpm?	Zamawiający nie dopuszcza .
10.	Czy Zamawiający dopuści wytrząsarki bez alarmu wyłączenia mechanizmu napędowego wytrząsarki?	Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę. Tym samym Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany „Załącznika nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 3” – zgodnie z załączonym zmodyfikowanym „Załącznikiem nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia z dnia 26.09.2022 r. w pozycji nr 3”.
11.	Czy Zamawiający dopuści wytrząsarki o wymiarach zewnętrznych: 540 (D) x 465(W) x 125(H) mm?	Zamawiający nie dopuszcza .
12.	Czy Zamawiający dopuści wytrząsarki bez możliwości pracy w inkubatorach?	Zamawiający nie dopuszcza .
13.	Czy Zamawiający dopuści wytrząsarki ze średnicą orbity 1,9 cm?	Zamawiający nie dopuszcza .
14.	Czy Zamawiający dopuści wytrząsarki o wymiarach zewnętrznych: 632 (D) x 510 (W) x 156(H) mm?	Zamawiający nie dopuszcza .

W związku z odpowiedziami na pytania Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 6 Pzp, przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia **07.10.2022 r.** do godz. 10:00,
- otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.10.2022 r.** o godz. 10:30, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdziale XIII pkt 4 SWZ,
- Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **04.01.2023 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.


W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmodyfikowane następujące dokumenty:

- 1) SWZ o nazwie „SWZ z dnia **26.09.2022 r.**”, która zastępuje dotychczasową SWZ,
- 2) opis przedmiotu zamówienia o nazwie „Załącznik nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia z dnia **26.09.2022 r.**”, który zastępuje dotychczasowy „Załącznik nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia”.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PROREKTOR
ds. Studentów i Jakości Kształcenia

dr hab. Arnold Klonczyński
profesor Uniwersytetu Gdańskiego