

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Czarnkowie

Zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej ustawy PZP na **Dostawy** pn:

**Zakup ambulansu medycznego typu C wraz z wyposażeniem dla
Zespołu Ratownictwa Medycznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Czarnkowie**

Nr postępowania: ZP/TP/1/2021

Zatwierdził:

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie
.....
mgr Bożena Sadowska
(pieczęć i podpis)

17.02. 2021

SPIS TREŚCI

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

II. Ochrona danych osobowych

III. Tryb udzielania zamówienia

IV. Opis przedmiotu zamówienia

V. Wizja lokalna

VI. Podwykonawstwo

VII. Termin wykonania zamówienia

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

IX. Podstawy wykluczenia z postępowania

X. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia

XI. Poleganie na zasobach innych podmiotów

XII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SWZ

XV. Sposób obliczania ceny oferty

XVI. Wymagania dotyczące wadium

XVII. Termin związania ofertą

XVIII. Miejsce i termin składania ofert

XIX. Otwarcie ofert

XX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XXIII. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany

XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

XXV. Zalecenia Zamawiającego

XXVI. Spis załączników

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

ADRES: ul. Kościuszki 96

NIP 763 17 48 697

Godziny pracy Zamawiającego: 8.00 – 14.00

Uwaga! W przypadku gdy wniosek o wgląd w protokół, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ustawy PZP wpłynie 30 minut przed końcem godzin pracy, odpowiedź zostanie udzielona dnia następnego (roboczego).

NR TELEFONU ORAZ ADRES E-MAIL 67 35 28 172 przetargi@zzozczarnkow.x.pl

Uwaga! Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy PZP komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez Zamawiającego umieszczone w rozdziale XIII pkt 3.

II. Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.
 2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@zzozczarnkow.x.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 8. posiada Pani/Pan:
 - a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 - b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

III. Tryb udzielania zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

2. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy PZP.

4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP

9. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) obejmują następujące rodzaje czynności:

Nie dotyczy

10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup ambulansu medycznego typu C wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

➤ Szczegółowa specyfikacja techniczna i opis przedmiotu zamówienia, wymagane warunki dla samochodu bazowego, przedziału medycznego oraz wyposażenia medycznego ambulansu typu C zawarta jest w **Załączniku nr 5 do SWZ**.

➤ SWZ – opis przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

➤ Oferowany ambulans musi być wyprodukowany w 2021 roku, nieużytkowany, nie demonstracyjny, nie będący przedmiotem ekspozycji, wolny od wad fizycznych i prawnych, w

stanie technicznym zgodnym z dokumentacją, posiadające świadectwo homologacji WE na pojazd bazowy oraz na pojazd skompletowany (Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączników do homologacji przed podpisaniem umowy w celu sprawdzenia ich zgodności z oferowanymi parametrami ambulansu). Do zakupionego pojazdu muszą być dołączone także inne wymagane dokumenty (instrukcja użytkowania i obsługi, karta pojazdu, karta gwarancyjna).

- Oferowany ambulans musi spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (t.jed. Dz. U. z 2016r. Nr 2022 ze zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
 - Oferowany ambulans musi spełniać także wymagania określone w następujących normach:
 - normy PN EN 1789+A2:2015-01 *lub*
 - normy PN EN 1789+A1:2011 pod warunkiem, że pojazd został zabudowany przez producenta, któremu jednostka certyfikująca przyznała uprzednio certyfikat wg wymagań PN EN 1789+A1:2011 i certyfikat ten nadal jest aktualny *lub*
 - innej normy równoważnej tj. odpowiadającej treści normy PN EN 1789+A2:2015-01 w zakresie wymagań dotyczących konstrukcji, badania, osiągnięć i wyposażenia ambulansów typu C, wymagań dotyczących przedziału dla pacjenta, wyrobów medycznych przewożonych w ambulansach.
 - normy PN EN 1865 "Wymagania dotyczące noszy i innego sprzętu do przemieszczania pacjenta, stosowanego w ambulansach drogowych w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia" *lub* normy równoważnej w tym zakresie.
- Wykonawca powołujący się na normy równoważne zobowiązany będzie wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w tym zakresie przez Zamawiającego.
- Wyroby medyczne stanowiące wyposażenia ambulansów muszą być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.).
 - Wykonawca zapewni serwis pojazdu bazowego w okresie gwarancji w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi oferowanej marki. Na formularzu „oferta” Wykonawca musi wskazać nazwę i adres autoryzowanej stacji obsługi.
 - Ambulans - kompletnie wyposażony i sprawny musi zostać dostarczony do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie – Szpital Powiatowy przy ul. Kościuszki 94 w Czarnkowie

Wymagania dotyczące płatności: min. 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Termin realizacji zamówienia: w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2021r. Zakończenie realizacji całości zamówienia nastąpi po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych.

1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
34.11.41.00-0 Pojazdy pogotowia
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
6. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.

V. Wizja lokalna

1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej

VI. Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

VII. Termin wykonania zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia - do dnia 31.05.2021r.
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:**
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 2. **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 3. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 4. **zdolności technicznej lub zawodowej:**
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

IX. Podstawy wykluczenia z postępowania

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
 1. w art. 108 ust. 1 PZP ;
 2. w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 PZP, tj.:
 - a. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- b. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
- c. który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP

X. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z **Załącznikiem nr 2 do SWZ**;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
 1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. z dnia 22.05.2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.)), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – **załącznik nr 3 do SWZ**;
 2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
 - 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;

W

- 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
9. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

XI. Poleganie na zasobach innych podmiotów

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. **UWAGA:** Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ.

XII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Barbara Wicher
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@zozoczarnkow.x.pl.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
 - a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
 - d. włączona obsługa JavaScript,
 - e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - f. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
 - g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

h. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,

i. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SWZ

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środkach dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (**opcja rekomendowana** przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 **Formularza składania oferty lub wniosku** (po kliknięciu w przycisk **Przejdź do podsumowania**).
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podWykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:
 - a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
 - b. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
 - c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.
9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

XV. Sposób obliczania ceny oferty

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego **Załącznik nr 1 do SWZ**.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi odpowiednio dla danego asortymentu 8%. Lub 23%
3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:
 - 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

- 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

XVI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty w postaci wadium.

XVII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia 29.03.2021. r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XVIII. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 26.02.2021 do godziny 11.00
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

XIX. Otwarcie ofert



1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. po dniu 26.02.2021r..
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
 Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” .

Uwaga! Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

XX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
 1. **Cena (C)** – waga kryterium 60 %;
 2. **Ocena dodatkowych parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanego ambulansu** – waga kryterium 40 %.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

Kryterium „Cena” w PLN:

- a) znaczenie kryterium – 60% (100 pkt);
- b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Cena nieodrzuconej oferty badanej}} \times 100 \times 60\%$$

Kryterium „Ocena dodatkowych parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanego ambulansu”

- a) znaczenie kryterium – 40% (100 pkt);

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium :

Ilość pkt przyznana nieodrzuconej badanej ofercie wg danych dotyczących ocenianych oferowanych parametrów z wypełnionego Zał. Nr

$$\text{PKT} = \frac{\text{Ilość pkt przyznana nieodrzuconej badanej ofercie wg danych dotyczących ocenianych oferowanych parametrów z wypełnionego Zał. Nr}}{\text{Max ilość pkt spośród ocenianych nieodrzuconych ofert wg danych dotyczących ocenianych oferowanych parametrów z wypełnionego Zał. do SWZ}} \times 100 \times 40\%$$

Max ilość pkt spośród ocenianych nieodrzuconych ofert wg danych dotyczących ocenianych oferowanych parametrów z wypełnionego Zał. do SWZ

Uwaga! – przy obliczaniu punktów, Zamawiający stosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

- a. Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
- b. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaofertowanej ceny.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XX SWZ.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający **nie wymaga** wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIII. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym **Załącznik nr ... do SWZ**.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym **Załącznik nr ... do SWZ**.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - 1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXV. Zalecenia Zamawiającego

1. **Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do "Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.**
2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**
3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
 - a. .zip
 - b. .7Z
4. Wśród rozszerzeń powszechnych a **niewystępujących** w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi **maksymalnie 10MB**, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi **maksymalnie 5MB**.
6. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
 - Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, **przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.**
 - Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się **opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym.** Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
 - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
7. Zamawiający zaleca aby **w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.** Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
9. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
10. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosek. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosek.
11. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
12. Zamawiający zaleca aby **nie** wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

XXVI. Spis załączników

1. Wzór formularza oferty
2. wzór oświadczenia Wykonawcy
3. wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
4. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Opis przedmiotu zamówienia

**FORMULARZ OFERTOWY
DLA TRYBU PODSTAWOWEGO**

Na:

**Zakup ambulansu medycznego typu C wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa
Medycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie**

ZP/TP/1/2021

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

6. ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków

7. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Województwo:

Nr telefonu:

Nr faksu:

Adres e-mail:

Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji:

nr REGON:

nr NIP:

Nr konta Wykonawcy:

Firma jest zaliczana do małych i średnich przedsiębiorstw TAK* NIE*

Osoba reprezentująca firmę wskazana do podpisania umowy:

8. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	

Nr faksu	
Adres e-mail	

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- 1) zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia,
- 2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, niniejsza oferta wiąże nas przez **30 dni** od upływu ostatecznego terminu składania ofert,
- 3) niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,
- 4) akceptuję(my) bez zastrzeżeń **wzór umowy**,
- 5) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(my) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
- 6) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia. / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom¹:

L.p.	Części / zakres zamówienia	Nazwa (firma) podwykonawcy
1.		
2.		
1.		

- 7) Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie1
- 8) cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1.	Ambulans, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia			
2	Nosze transportowe			
3.	Transporter noszy głównych			
4	Defibrylator			
5	Krzesełko płozowe			
6	Ssak akumulatorowy			
RAZEM				

Termin dostawy - do 31 maja 2021r.
Termin płatności.....

1 Niepotrzebne skreślić

DLA TRYBU PODSTAWOWEGO

Na:

Zakup ambulansu medycznego typu C wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

ZP/TP/1/2021

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

1. ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków

2. WYKONAWCA:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	Numer telefonu i faksu
1.			
2.			

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (dale jako ustawa PZP):

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn **Zakup ambulansu medycznego typu C wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie - ZP/TP/1/2021**, prowadzonego przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 ustawy PZP

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

ky

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

DLA TRYBU PODSTAWOWEGO

Na

Zakup ambulansu medycznego typu C wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

ZP/TP/1/2021

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

1. ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków

OŚWIADCZAM(MY) ŻE:

Składając ofertę o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam(y) że:

2. Należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. z dnia 22.05.2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) i przedkładamy poniższą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej²:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Lub

3. - nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. z dnia 22.05.2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.))

2 Niepotrzebne skreślić

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

zawarta w Czarnkowie w dniu2021 roku pomiędzy:

**Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej , 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 96,
KRS 0000013947 NIP 763 17 48 697, REGON 000308525**

który reprezentuje :

Dyrektor -

zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a firmą:

.....

KRS/CEIDG/ NIP REGON

reprezentowanym /-ną/ przez/w imieniu

którego/której/działu.....

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i sprzedaż Zamawiającemu fabrycznie nowego, kompletnie zabudowanego ambulansu medycznego typu C ze specjalistycznym wyposażeniem medycznym, realizowana w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2021r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1, do niniejszej umowy.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji ambulansu, na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Przeszkolenie to powinno się odbyć nie później jednak niż w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia.

§ 2

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest:
 - a) fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, zgodny z aktualną Normą PN-EN 1789 oraz z parametrami technicznymi opisanymi w SWZ i w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
 - b) zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 2022 ze zm.),

- c) posiada niezbędne homologacje na pojazd bazowy oraz kompletnie zabudowany ambulans sanitarny,
 - d) w części obejmującej wyposażenie medyczne zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 175, ze zm).
2. Wykonawca powiadomi (listownie/faksem/e-mailem) Zamawiającego, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie protokolarnego odbioru ambulansu.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.
 4. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru kompletnie zabudowanego ambulansu wraz z wyposażeniem specjalistycznym.
 5. Protokolarny odbiór bez zastrzeżeń kompletnie zabudowanego ambulansu sanitarnego typu C ze specjalistycznym wyposażeniem medycznym będzie równoznaczny z odbiorem całości zrealizowanego przedmiotu umowy.
 6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu zamówienia i wyznaczy termin ich usunięcia, nie dłuższy jednak niż 7 (siedem) dni.
 7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6 strony spiszą protokół wskazujący na wady i usterki i określą termin ich usunięcia.
 8. Wraz z zabudowanym ambulansem Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów:
 - 1) instrukcję obsługi elementów zabudowy przedziału medycznego,
 - 2) książkę gwarancyjną ambulansu i zabudowy przedziału medycznego,
 - 3) karty gwarancyjne elementów zabudowy posiadających odrębną gwarancję,
 - 4) instrukcję obsługi urządzeń i sprzętu stanowiących wyposażenie ambulansu,
 - 5) karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu stanowiących wyposażenie ambulansu,
 - 6) deklaracje zgodności dla wszystkich wyrobów medycznych,
 - 7) paszporty techniczne sprzętu medycznego,
 - 8) schematy elektryczne i montażowe:
 - a. dodatkowych instalacji ambulansu,
 - b. rozmieszczenia przełączników i bezpieczników chroniących instalacje elektryczne ambulansu,
 - c. instalacji wykonanych na potrzeby sprzętu łączności,
 - 9) dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu jako specjalny sanitarny,
 - 10) homologację pojazdu skompletowanego,
 - 11) deklarację zgodności na pojazd po zabudowie,
 - 12) dokumenty informujące o siedzibach serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych (ambulansu i wyposażenia).

§ 3

1. Potwierdzenia wykonania dostawy i odbioru przedmiotu umowy dokonają w pisemnych protokołach odbioru upoważnieni pracownicy Zamawiającego.
2. Pracownikiem upoważnionym ze strony Zamawiającego do dokonania czynności wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu w zakresie karetki jest Kierownik Działu Logistyki i Zamówień Publicznych, tel.67 35 28 172.
3. Przedstawicielem upoważnionym ze strony Wykonawcy jest tel.

§ 4

1. Wszystkie dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być sporządzone w języku polskim (instrukcje obsługi, sposób użycia). W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, muszą one zawierać tłumaczenia na język polski.
2. Dokumenty dostarczone w języku innym niż polski, bez załączonego tłumaczenia, zostaną zwrócone Wykonawcy w dniu ich otrzymania przez Zamawiającego, a odbiór przedmiotu zamówienia zostanie przełożony do czasu uzupełnienia tych dokumentów o tłumaczenie na język polski.
3. Wykonawca zostanie poinformowany o zwrocie dokumentów niezwłocznie pocztą e-mail/ faksem.

§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu mowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi ogółem:zł netto, wartość podatku VAT zł, razem zł brutto słownie: (..... ,/100).
2. Podane w ust.1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie zawiera: wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia oraz podatki i cła ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty transportu i inne i jest zgodne z załącznikiem nr 1 do umowy.
3. Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia, po wykonaniu przedmiotu zamówienia, po odbiorze przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, w wysokości łącznej, określonej w ust.1 w terminie od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT -, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
4. Bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone w sposób określony artykułem 509 do 518 Kodeksu Cywilnego oraz nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu cywilnego, ani jakiegokolwiek czynności faktycznej lub prawnej zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy w **nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2021r.**
2. Za dzień realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego dostawy i odbioru kompletnego przedmiotu umowy, w zakresie wskazanym w §1 umowy tj. kompletnie zabudowanego ambulansu medycznego typu C ze specjalistycznym wyposażeniem medycznym.

§ 7

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w przypadku opóźnienia w dostawie, w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem naprawy gwarancyjnej ambulansu będącego przedmiotem umowy ponad termin określony § 8 ust. 6 lub ust. 7 lub ust.11, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto umowy, określonej w § 5 ust.1 umowy.
4. W przypadku, gdy powstała szkoda przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 8

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że ambulans sanitarny wraz z wyposażeniem medycznym dostarczony w ramach niniejszej umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
2. Wykonawca udziela gwarancji:
 - 1) Mechanicznej na ambulans miesiące gwarancji,
 - 2) na zabudowę medyczną miesiące gwarancji,
 - 3) na perforację nadwoziamiesiące gwarancji,
 - 4) na powłokę lakiernicząmiesiący gwarancji,
 - 5) na wyposażenie medycznemiesiące gwarancji.
3. Okresy te biegną od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń kompletnie zabudowanego ambulansu medycznego ze specjalistycznym wyposażeniem medycznym.
4. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia stanowiące wyposażenie ambulansu są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniach, w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszystkie inne wady fizyczne urządzeń, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. Okresy gwarancji na poszczególne urządzenia będące na wyposażeniu ambulansów są określone w dokumencie gwarancyjnym.
5. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany urządzenia lub usunięcia wad, nie dopełni obowiązku wymiany urządzenia na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a zwłaszcza roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
6. Termin dokonania naprawy zgłoszonych usterek lub awarii pojazdu nie może przekroczyć 7 (siedmiu) dni od daty ich zgłoszenia Wykonawcy lub innemu gwarantowi. W sytuacji wystąpienia trudności związanych z brakiem części zamiennych czas naprawy nie może przekroczyć 14 (czternastu) dni. Początkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest zgłoszenie w formie pisemnej reklamacji i pozostawienie przedmiotu reklamacji do dyspozycji Wykonawcy lub innemu gwarantowi.
7. Wykonawca lub działająca w jego imieniu Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) w okresie obowiązywania gwarancji dokona:
 - 1) przeglądów okresowych w nieprzekraczalnym terminie 3 (trzech) dni od chwili pozostawienia

- ambulansu do dyspozycji ASO,
- 2) w przypadku wystąpienia awarii stwierdzonej w trakcie przeglądu, naprawy dokona bezpośrednio po zgłoszeniu, w sytuacji wystąpienia trudności związanych z brakiem części zamiennych czas naprawy nie może przekroczyć 14 (czternastu) dni.
 8. W sytuacji gdyby czas naprawy, o którym mowa w ust.6 lub ust. 7 pkt. 2 uległ wydłużeniu Wykonawca zobowiązuje się na okres przedłużającej się naprawy przekazać Zamawiającemu inny ambulans o podobnych (tzn. nie gorszych) parametrach i wyposażeniu. Miejscem przekazania ambulansu zastępczego może być ASO, w której dokonywana będzie naprawa, jeśli przekazanie odbywa się w czasie przekazania ambulansu przez Zamawiającego do naprawy, natomiast w okresie późniejszym w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym przez niego miejscu.
 9. W przypadku, gdyby Wykonawca nie pozostawił do dyspozycji Zamawiającego ambulansu w przypadkach, o których mowa w ust. 8 Zamawiający na koszt Wykonawcy wynajmie ambulans o cechach i parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy.
 10. Wykonawca zobowiązuje się wskazać minimum trzy ASO zlokalizowane jak najbliżej siedziby Zamawiającego.
 11. Termin dokonania naprawy zgłoszonych usterek lub awarii wyposażenia i sprzętu medycznego nie może przekroczyć 7 (siedmiu) dni od daty ich zgłoszenia Wykonawcy lub innemu gwarantowi. Naprawa lub wymiana na nowe wyposażenia lub sprzętu medycznego nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Za zgodą Zamawiającego naprawa lub wymiana może nastąpić poza siedzibą Zamawiającego.
 12. W przypadku naprawy wyposażenia i sprzętu medycznego trwającej dłużej niż 7 dni, Wykonawca dostarczy wyposażenie lub sprzęt zastępczy wolny od wad do siedziby Zamawiającego w terminie do 8 dni od zgłoszenia usterek lub awarii.
 13. W przypadku trzykrotnej usterki lub awarii tego samego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego wyposażenia lub sprzętu w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych na nowy tego samego typu i o tych samych lub lepszych cechach i parametrach technicznych. W szczególnych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wymianę wadliwego wyposażenia lub sprzętu w innym, ustalonym terminie.
 14. W przypadku, gdy usterki lub awarie, o których mowa w ust.13 dotyczą głównych podzespołów ambulansu, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wymiany pojazdu na nowy tego samego typu i o tych samych lub lepszych cechach i parametrach technicznych w wyznaczonym terminie.
 15. W przypadku sprzeczności między zapisami w umowie dotyczącymi gwarancji a warunkami gwarancji określonymi w dokumencie gwarancyjnym, pierwszeństwo mają zapisy zawarte w niniejszej umowie, o ile będą korzystniejsze dla Zamawiającego.
 16. Zgłoszenia, o których mowa w niniejszej umowie będą dokonywane przez Zamawiającego w formie pisemnej na adres siedziby Wykonawcy lub na wskazany adres mailowy Wykonawcy.....

§ 9

1. Istotne zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:
 - 1) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
 - 2) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w tym zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów, które te przepisy

- narzucają,
- 3) zaistnienia klęski żywiołowej lub siły wyższej (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ i warunkami niniejszej umowy,
 - 4) zmiana dotycząca dostarczanego przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu) z produkcji przez producenta, a dostępny będzie sprzęt o parametrach nie gorszych niż wynikający z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie modelu (typu) określonego w przedmiocie zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować,
 - 5) zmiana dotycząca terminu realizacji umowy, jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności sytuacją finansową lub warunkami organizacyjnymi lub gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 3. Zamawiający może również odstąpić od umowy na zasadach w ust.2 niniejszego paragrafu, w przypadku: ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.
 4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy jest realizowana wadliwie lub sprzecznie z jej postanowieniami, a także gdy opóźnienie w dostawie lub wymianie sprzętu przekroczy 7 dni, naliczając Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 3 umowy.

§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa dotyczące materii objętej przedmiotem niniejszej umowy.
3. Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z umowy, na drodze bezpośrednich negocjacji. Jeśli po przeprowadzonych negocjacjach, Strony nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego według siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Wykonawca

Zamawiający

Załączniki do umowy:

- 1) Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

2) Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO,
WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO ORAZ PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO TYPU C – 1 szt.

Ambulans medyczny typ C – 1 szt.

Pojazd kompletny, Marka/Typ/Oznaczenie handlowe (zgodne ze świadectwem homologacji):

Rok produkcji 2021 r. (podać):

Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego:

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe (zgodne ze świadectwem homologacji):

Rok produkcji 2021 r. (podać):

Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego:

Lp.	Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej	warunek graniczny i parametry oceniane	Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej. podać, opisać, TAK/NIE
1	2	3	4
I. NADWOZIE			
1.	Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi tłoczonymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym obejmującymi całe powierzchnie łącznie z pośrednimi i końcowymi słupkami nadwozia - parametr dodatkowo punktowany	TAK	TAK/NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
	DMC do 3,5t	TAK	TAK
	Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Dopuszcza się jako wyposażenie dodatkowe elektryczne ogrzewanie szyby przedniej. Półki nad przednią szybą.	TAK	TAK
	Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy,	TAK	TAK

	fotel kierowcy i pasażera, z pełną regulacją: regulacja wzdłużna, regulacja oparcia. Lampki do czytania dla kierowcy i pasażera. Zainstalowane anteny zewnętrzne GPS/GSM do współpracy z systemem SWDPRM o parametrach min. FM3300 Teltonika lub równoważny. W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni) Furgon - lakier w kolorze białym	TAK TAK	
2.	Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach.	TAK	
3.	Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m	TAK	
4.	Długość przedziału medycznego min. 3,00m - parametr dodatkowo punktowany	TAK (określić) 3,00 m - 0 pkt. od 3,01 m do 3,19 m - 2 pkt. 3,20 i powyżej - 5 pkt.	
5.	Szerokość przedziału medycznego min. 1,70m	TAK	
6.	Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi,	TAK	
7.	Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą. Z elektrycznym wspomaganie ich domykania (rozwiązanie fabryczne objęte gwarancją pojazdu bazowego). Elektryczne wspomaganie drzwi lewych: - parametr dodatkowo punktowany	TAK/NIE TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.	
8.	Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy.	TAK	
9.	Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą.	TAK	
10.	Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości min. 1,60 m - parametr dodatkowo punktowany	TAK (określić) 1,60 m - 0 pkt. od 1,61 m do 1,79 m - 2 pkt. 1,80 m i powyżej - 5 pkt.	
11.	Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu	TAK	
12.	Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. Z elektrycznym wspomaganie ich domykania (rozwiązanie fabryczne objęte gwarancją pojazdu bazowego). Elektryczne wspomaganie drzwi lewych: - parametr dodatkowo punktowany	TAK/NIE TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.	
13.	Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: - 2 szt. butli fienowych 10l z reduktorami,	TAK	

	<ul style="list-style-type: none"> - mocowanie krzeselka kardiologicznego z systemem płozowym, - mocowanie noszy podbierakowych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dzieci, - mocowanie materaca próżniowego, - mocowanie kamizelki unieruchamiającej typu KED, - mocowanie 2 kasków ochronnych, - mocowanie torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, - mocowanie pojemnika reimplantacyjnego, - miejsce dla pasów do desek, krzeselka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę. 		
14.	Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne	TAK	
15.	Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem pokryty wykładziną antypoślizgową.	TAK	
16.	Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający przeswitu pojazdu, pokryty wykładziną antypoślizgową.	TAK	
17.	Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy.	TAK	
18.	Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności.	TAK	
19.	Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane.	TAK	
20.	Zestaw naprawczy do uszkodzonych opon.	TAK	
22.	Wylot spalin umiejscowiony tak, aby zapobiec możliwości dostawania się ich do przedziału medycznego zwłaszcza przez najczęściej otwierane drzwi boczne prawe.	TAK	
24.	Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l.	TAK	
25.	Zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 15l	TAK	
26.	Kamera biegu wstecznego z obrazem wyświetlanym w lusterku wstecznym	TAK	
27.	Instalacja elektryczna przedziału medycznego podłączona poprzez dedykowany moduł pojazdu bazowego typu PSM, KFG itp.(technologia CAN bus).	TAK	
28.	Radioodtwarzacz z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym. Możliwość całkowitego wyciszenia głośników w przedziale medycznym z panelu sterującego.	TAK	

	Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący wyposażony w szczebelne przełączniki typu micro switch umożliwiające dezynfekcję i kolorowy wyświetlacz. Panel umieszczony w centralnej środkowej części kokpitu kierowcy, sterujący następującymi funkcjami: (Zamawiający nie dopuszcza panelu z ekranem dotykowym).	TAK	
	sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze),	TAK	
	sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika,	TAK	
	sterowanie układem klimatyzacji,	TAK	
	sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów,	TAK	
29.	sterowanie sygnalizacją uprzywilejowaną oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową,	TAK	
	sterowanie drzwiami pomiędzy przedziałem kierowcy i przedziałem medycznym,	TAK	
	funkcja SERWIS, powiadająca o zbliżającym się terminie przeglądu zabudowy.	TAK	
	możliwość załączenia przetwornicy prądu 12/230V	TAK	
	możliwość załączenia intercomu	TAK	
	dwustopniowe podświetlenie przycisków I stopień dla funkcji niezależnej, II stopień dla funkcji związanej	TAK	
	miernik zużycia paliwa dla ogrzewania niezależnego od pracy silnika	TAK	
	graficzne monitorowanie pracy powietrznego ogrzewania przedziału medycznego niezależnego od pracy silnika	TAK	
	sygnalizacja graficzna wysuniętego stopnia wyjściowego	TAK	
II. SILNIK			
1.	Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim.	TAK	
2.	Silnik o pojemności min. 2000 cm ³ .	TAK	
3.	Silnik o mocy min. 160 KM.	TAK	
4.	Moment obrotowy min. 360 Nm.	TAK	
5.	Norma emisji spalin EURO VI lub EURO 6	TAK	
III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU			
1.	Skrzynia biegów manualna synchronizowana.	TAK	



2.	Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny.	TAK
3.	Napęd na koła przednie lub tylne.	TAK
IV. UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA		
1.	Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych.	TAK
2.	Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny.	TAK
3.	Elektroniczny korektor siły hamowania.	TAK
4.	Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania.	TAK
5.	Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie i tylne wentylowane.	TAK
6.	System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu.	TAK
7.	System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR.	TAK
8.	System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy <i>lub równoważny</i> - parametr dodatkowo punktowany.	TAK/NIE TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.
9.	System wspomagania ruszania pod górę.	TAK
V. ZAWIESZENIE		
1.	Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na oś przednią (podać o jaką wartość w stosunku do standardowej)	TAK
2.	Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta.	TAK
VI. UKŁAD KIEROWNICZY		
1.	Ze wspomaganiem. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach niezależnie tzn. góra-dół i przód-tył.	TAK
VII. OGRZEWANIE I WENTYLACJA		
1.	Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W.	TAK
2.	Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna.	TAK

3.	Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego.	TAK	
4.	Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żadaną temperaturę w przedziale medycznym umożliwiając klimatyzowanie przedziału medycznego.	TAK	
VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
1.	Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu.	TAK	
2.	Akumulator zasilający przedział medyczny z przekątnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przełącznik wysoko prądowy o min. prądzie przewodzenia 250 A.	TAK	
3.	Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 180 A. Wartość prądu alternatora jako parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum.	TAK (określić) 180 A - 0 pkt. Największa wartość – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie.	
4.	Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich	TAK	
5.	Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe e) przewód zasilający min 10m.	TAK	
6.	Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V	TAK	
7.	Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V.	TAK	

8.	<p>Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym typu Lexel (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, - gniazda wyposażone w rozbiornie wtyki. 	TAK	
9.	<p>Atestowana przetwornica prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000VA (czysta sinusoida).</p> <p>W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego i drukarki systemu wymagających zasilania 230V w czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia.</p>	TAK	
IX. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE			
1.	<p>Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych</p>	TAK	
2.	<p>Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła LED robocze do oświetlenia przedpoła za ambulansem</p>	TAK	
3.	<p>Włączenie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy.</p>	TAK	
4.	<p>Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni</p>	TAK	
5.	<p>Dwie lampy LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego,</p>	TAK	
6.	<p>Min. dwa reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu, do oświetlenia miejsca akcji, po jednym z każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego.</p>	TAK	
7.	<p>Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.:</p> <p>a/ 3 pasy odbłaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. wykonane z folii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy liniami okien i nadkoli, - typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół 	TAK	

	<p>dachu,</p> <p>- typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”),</p> <p>b/ nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu;</p> <p>c/ po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej: „P” lub „S” (do uzgodnienia) w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm,</p> <p>d/ na drzwiach bocznych ambulansów napis z nazwą dysponenta ZRM: „Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie”,</p> <p>e/ oznaczenie kodu zespołu w systemie PRM (do uzgodnienia).</p>		
X.	OSWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO		
	Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej:		TAK
1.	1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych LED, z funkcją ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne),		TAK
	2) oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.),		TAK
	3) halogen zamontowany nad blatem roboczym		TAK
XI.	PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE		
	WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta) - pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione poniżej:		TAK
1.	1/ Zbudowa specjalna na ścianie działowej (<i>dopuszcza się zbudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą</i>):		TAK
	a/ szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do		

<p>przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w min. trzy szuflady: w jednej szufladzie system mocowania drukarki systemu PRM SWD z instalacją zasilającą i połączeniową z tabletem, mocowanie ma umożliwiać drukowanie dokumentów oraz bezpieczny transport po zamknięciu szuflady, w dwóch pozostałych szufladach system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki,</p> <p>b/ pojemnik na zużyte igły,</p> <p>c/ wysuwany kosz na odpady,</p> <p>d/ termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych z płynną regulacją temperatury,</p> <p>e/ miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wnętrza przedziału medycznego,</p> <p>f/ jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiający nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia do/od wężłowia noszy w zakresie umożliwiający prawidłowe wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców,</p> <p>g/ przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego.</p>	
<p>2/ Zabudowa specjalna na ścianie prawej (<i>dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą</i>):</p> <p>a/ jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko,</p> <p>c/ uchwyty na butlę tlenową o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at,</p> <p>d/ uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych,</p> <p>e/ przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego</p> <p>f/ przy drzwiach przesuwnych panel sterujący wyposażony w szczelne</p>	<p>TAK</p>

<p>przełączniki typu micro switch umożliwiające dezynfekcję i kolorowy wyświetlacz. Sterujący następującymi funkcjami (<i>Zamawiający nie dopuszcza panelu z ekranem dotykowym</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), - sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji, - załączanie intercomu, - sterowanie głośnikiem radiotelefonu, - regulacja głośności w głośnikach radioodtwarzacza. 		
<p>3/ Uchwyty na plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym odpowiada wymogom:</p> <ul style="list-style-type: none"> - normy PN EN 1789+A2:2015-01 <i>lub</i> - normy PN EN 1789+A1:2011 pod warunkiem, że pojazd został zbudowany przez producenta, któremu jednostka certyfikująca przyznała uprzednio certyfikat wg wymagań PN EN 1789+A1:2011 i certyfikat ten nadal jest aktualny <i>lub</i> - innej normy równoważnej tj. odpowiadającej treści normy PN EN 1789+A2:2015-01 w tym zakresie, <p>oraz jest elementem cało pojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu - parametr dodatkowo punktowany.</p>	<p>TAK/NIE TAK - 15 pkt. NIE - 0 pkt.</p>	
<p>4/ Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą):</p> <p>a/ min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia,</p> <p>b/ pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.),</p> <p>c/ min. 2 przesuwnie na szynach płyty do zamocowania dowolnego defibrylatora transportowego, dowolnej pompy infuzyjnej,</p> <p>d/ na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego oraz półka z miejscem na przewody zasilające i</p>	<p>TAK</p>	

4

	reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony.		
6.	Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca przesuw boczny min. 20 cm, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiający wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni, długość leża pacjenta w zakresie 190 - 195 cm, (podać markę i model).	TAK	
7.	System szyn podłogowych z przesuwnymi panelami umożliwiającymi szybką wymianę lawety w celu przystosowania ambulansu do transportu pacjentów na noszach bariatrycznych, system jako element całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu - parametr dodatkowo punktowany	TAK/NIE TAK - 15 pkt. NIE - 0 pkt.	
8.	Wzmocniona i wypełniona materiałem izolacyjnym o grubości min. 25 mm podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. W podłodze zintegrowane wzmocnienia pod lawetę i fotele. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczerlinie z zabudową ścian.	TAK	
9.	Uchwyty ściennie i sufitowe dla personelu.	TAK	
XII. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA			
1.	Kabina kierowcy wyposażona w instalację do radiotelefonu.	TAK	
2.	Wyrowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu.	TAK	
3.	Zamontowana na powierzchni metalowej dachowa antena VHF 1/4 fali radiotelefonu o n/w parametrach i podłączona do radiotelefonu:	TAK	
	a) dostrojona na zakres częstotliwości 168.900 Mhz,	TAK	
	b) impedancja wejścia 50 Ohm,	TAK	
	c) współczynnik fali stojącej $\leq 1,0$,	TAK	
	d) charakterystyka promieniowania dookólna.	TAK	
XIII. DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU			
1.	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym.	TAK	
2.	Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym	TAK	
3.	W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło LED,	TAK	

4.	Trójkąt ostrzegawczy – 2 sztuki, komplet kluczy, podnośnik samochodowy, koło zapasowe,	TAK
5.	Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy,	TAK
6.	Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu „rezerywy”	TAK
7.	Lodówka wbudowana w zabudowę do transportu leków wymagających niskiej temperatury ok. 2-5 st C z termostatem i wyświetlaczem temperatury	
XIV. SERWIS		
1.	Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO oferowanej marki ambulansu	TAK
2.	Serwis zabudowy specjalnej sanitarniej w okresie gwarancji (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy sanitarniej) realizowany w siedzibie Zamawiającego.	TAK
3.	Reakcja serwisu zabudowy specjalnej sanitarniej w okresie gwarancji na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie nie dłuższym jak 48 godzin od zgłoszenia (wymóg minimalny). „Czas reakcji serwisu gwarancyjnego zabudowy specjalnej” jest parametrem dodatkowo punktowany spełnieniu określonego minimum.	TAK (podać ilość godzin) najkrótszy czas reakcji 10 pkt. – pozostałe proporcjonalnie.
4.	Gwarancja dostarczenia w ciągu max. 72 godzin do siedziby Zamawiającego ambulansu zastępczego spełniającego wymagania ambulansu typu B, jeśli czas naprawy ambulansu (pojazdu bazowego lub zabudowy), który uległ awarii będzie wynosił minimum 5 dni. (podać z dokładnością do 24 godzin) - parametr dodatkowo punktowany.	TAK (podać ilość godzin) - najkrótszy czas dostarczenia ambulansu zastępczego 10 pkt. – pozostałe proporcjonalnie
XV. GWARANCJA		
1.	Gwarancja mechaniczna na ambulans - min. 24 miesiące (bez limitu km).	TAK (określić ilość miesięcy)
2.	Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące.	TAK (określić ilość miesięcy)
3.	Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy.	TAK (określić ilość miesięcy)
4.	Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące. <i>Parametr dodatkowo punktowany</i>	TAK (określić ilość miesięcy) 24 m-ce - 0 pkt. Największa wartość – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie.
5.	Gwarancja na sprzęt medyczny – min. 24 miesiące.	TAK (określić ilość miesięcy)

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE AMBULANSU

Lp	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	NOSZE GŁÓWNE-PRODUCENT/MODEL		
1	Podać markę, model, załączyć folder	TAK	
2	Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji;	TAK	
3	Z materacem z materiału nie przyjmującego krwi, brudu itp. Przystosowanym do mycia i dezynfekcji .	TAK	
4	Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej, pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha oraz pozycji siedzącej za pomocą słowników gazowych	TAK	
5	Bezstopniowa, wspomagana sprężyną gazową regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 80 stopni.	TAK	
6	Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy oraz systemem pasów/uprzęży służących do transportu matych dzieci w pozycji leżącej lub siedzącej.	TAK	
7	Wyposażone w podgiówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający przedłużenie powierzchni leża w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście	TAK	
8	Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy, składane barierki boczne.	TAK	
9	Fabryczna półka uniwersalna mocowana na stałe bezpośrednio do ramy	TAK	

	noszy po stronie głowy pacjenta umożliwiającą przechowywanie oraz transport np. dokumentacji, rzeczy osobistych pacjenta itp. nośność min. 15 kg;		
10	Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg);	TAK	
11	waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg);	TAK	
II	TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH(podać producenta i model)		
1	Podać markę, model, załączyć folder	TAK	
2	z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu	TAK	
3	z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami	TAK	
4	regulacja wysokości na min. sześciu poziomach, ustawianie wysokości wspomniane sprężynami gazowymi.	TAK	
5	System niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę	TAK	
6	Możliwość regulacji długości goleni przednich (bez udziału serwisu), ra minimum trzech poziomach w celu dostosowania wysokości najazdowej noszy, do wysokości podstawy noszy zamontowanej w ambulansie.	TAK	
7	Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min. 3 poziomach pochylenia);	TAK	
8	Wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 125 mm, minimum dwa skrętne w zakresie 360°, hamulec na dwóch kółkach.(hamulec ma uniemożliwić obrót kółek oraz funkcję skrętu)	TAK	


9	Transporter ma umożliwić prowadzenie noszy w bok do kierunku jazdy.	TAK	
10	Transporter wyposażony w dodatkowe uchwyty bariery, ułatwiające pracę w przypadku transportu pacjentów bariatrycznych.	TAK	
11	Transporter ma posiadać możliwość złożenia do minimalnego poziomu wysokości poprzez zwolnienie dedykowanych blokad, bez konieczności wykonywania dodatkowych absorbujących czynności np. Ustawianie kół do jazdy „na wprost”, uruchamianie blokady kół	TAK	
12	Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg);	TAK -podać	
13	waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę transportera w kg);	TAK - podać	
14	Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi;	TAK	
15	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK	
16	Deklaracja zgodności CE – dostarczyć przy dostawie	TAK	
17	Pozytywnie przeprowadzony test dynamiczny 10 G, zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1789-załączyć raport wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną	TAK	
18	System mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789 +A1	TAK	
III.	Dwunasto-odprowadzeniowy defibrylator z nieinwazyjnym pomiarem ciśnienia krwi, funkcją pomiaru stężenia: SpO2, kapnografem i teletransmisją (podać producenta i model)	TAK	
	1. Urządzenie fabrycznie nowe: rok produkcji 2019 lub 2020	TAK	
	2. Aparat przenośny	TAK	

3. Akumulatory litowo-jonowe, bez efektu pamięci	TAK	
4. Ładowarka do akumulatorów min. dwustanowiskowa, zasilana prądem 12-28 V i 230V; wbudowana w defibrylator lub zewnętrzny moduł	TAK	
5. Czas pracy na jednym akumulatorze: min. 160 minut lub 180 wyładowań energią 200J	TAK	
6. Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg	TAK	
7. Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia.	TAK	
8. Odporność na kurz i wodę: min.: IP 34	TAK	
9. Kolorowy ekran LCD o przekątnej min.: 6,5 cala	TAK	
10. Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna	TAK	
11. Defibrylacja manualna i w trybie AED	TAK	
12. Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 200 J.	TAK	
13. Dostępne poziomy energii zewnętrznej: min. 19	TAK	
14. Defibrylacja przez łyzki twarde i elektrody naklejane transparentne w RTG, na wyposażeniu łyzki dziecięce.	TAK	
15. Łyzki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie.	TAK	
16. Stymulacja przeskórna w trybie sztywnym i na żądanie	TAK	
17. Częstotliwość stymulacji min.: od 40 do 140 impulsów na minutę	TAK	
18. Regulacja prądu stymulacji w zakresie min.: od 0 do 140 mA	TAK	
19. Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG	TAK	
20. Autonomiczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta.	TAK	

21. Alarmy częstości akcji serca	TAK	
22. Zakres pomiaru akcji serca min.: od 20 do 300 uderzeń/minutę	TAK	
23. Zakres wzmocnienia EKG min.: od 0,5 do 3,0 mV	TAK	
24. Prezentacja zapisu EKG: min.: 3 kanały na ekranie	TAK	
25. Wydruk EKG na papierze o szerokości min.: 65 mm	TAK	
26. Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych (imię i nazwisko, wiek, badane parametry życiowe)	TAK	
27. Moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia SpO2 we krwi w zakresie min.: od 50 do 100%	TAK	
28. Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi	TAK	
29. Moduł pomiaru EtCO2 w strumieniu bocznym w zakresie min.: 0-99 mmHg	TAK	
30. Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury	TAK	
31. Możliwość rozbudowy o moduł inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi	TAK	
32. Mocowanie ściennie w przedziale medycznym	TAK	
33. Wspomaganie resuscytacji: a/ Metronom RKO pracujący w czterech trybach: dorosły niezaintubowany, dorosły zaintubowany, dziecko zaintubowane, dziecko niezaintubowane LUB b/ Wskaźnik prezentujący głębokość i częstość uciśnięć na ekranie defibrylatora wraz z odpowiedziami.	TAK	
34. Wyposażenie dodatkowe defibrylatora: - akumulatory litowo-jonowe, bez efektu pamięci: 3 sztuki, - kompletny kabel EKG 12 odprowadzeniowy (wiązka przedsercowa plus wiązka końcynowa): 2 sztuki, - kabel do defibrylacji/stymulacji/ kardiowersji przez elektrody naklejane: 1 sztuka, - elektrody do defibrylacji/stymulacji/kardiowersji: 2 sztuki, - tyżki twarde do defibrylacji zintegrowane lub z nakładkami pediatrycznymi: 1 komplet, - torba transportowa z paskiem na ramię: 1 sztuka,	TAK	

<p>- certyfikowane mocowanie do zawieszania defibrylatora w ambulansie: 1 sztuka</p> <p>- weżyk do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi: 1 sztuka,</p> <p>- mankiety do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi dla dorosłych: 1 sztuka</p> <p>- czujnik do pomiaru SpO2 dla dorosłych: 1 sztuka,</p> <p>- telefon lub modem do teletransmisji: 1 sztuka</p> <p>- kanuły do pomiaru EtCO2 dla pacjentów dorosłych: 25 sztuk.</p> <p>35. Teletransmisja 12 odprowadzeniowego EKG</p>		
<p>36. Przeglądy, zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia (minimum jeden przegląd po pierwszym roku użytkowania).</p> <p>Autoryzowany serwis na terenie Polski (podać nazwę i siedzibę serwisu). Dostępność serwisu, oprogramowania i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat od daty dostawy.</p>	TAK	
<p>IV. Krzeselko płożowe (podać producenta i model)</p> <p>Krzeselkoardiologiczne wyposażone w gąsienicowy system płożowy do zjeżdżania po schodach o n/w funkcjach i parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 koła, w tym dwa skrętne, - możliwość do złożenia do transportu w ambulansie, - wysuwane ręczki przednie, - wysuwane uchwyty ramy oparcia, - udźwig min 225 kg (podać) - podpórka pod stopy pacjenta - 2 pasy poprzeczne, - dodatkowe ręczki tylne, - waga krzeselka - do 10 kg - waga systemu płożowego - do 4 kg. 	TAK	

<p>V. Ssak akumulatorowy (podać producenta i model)</p>	<p>TAK</p>	
<p>1. Ssak akumulatorowy o n/w funkcjach i parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siła ssania wybierana przez naciśnięcie klawisza do 0,8 bar <u>lub za pomocą pokręteła od 0 do 0,85 bar</u> - podświetlenie klawiszy umożliwiające pracę w warunkach ograniczonej widoczności <u>lub podświetlane przyciski sterujące za pomocą wbudowanej lampy LED, która dodatkowo oświetla pole pracy zespołu w warunkach ograniczonej widoczności.</u> - elektroniczny system wyłączający pompę ssącą w przypadku przekroczenia ustawionej siły ssania, - zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie: <ul style="list-style-type: none"> poj. min. 1,0 l., - dodatkowy zbiornik umożliwiający zastosowanie wkładów na - wydzielin jednorazowego użytku. - integralnie wbudowany filtr bakteryjny, - mocowanie ścienne w przedziale medycznym, - zasilanie 12 V zintegrowane z mocowaniem ściennym, - czas pracy z akumulatora: do 45 minut, - pojemnik wielokrotnego użytku, - żywotność baterii: min. 2 lata (min. 400 cykli ładowania). <p>Wyposażenie dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - torba na akcesoria 	<p>TAK</p>	



Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.