



CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ im. św. JANA z DUKLI

ST. JOHN OF DUKLA CANCER CENTER, LUBLIN, POLAND



COZL/DZP/MBK/3411/PN- 55/22

Lublin, dnia 13.06.2022 r

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych i niezużywalnych do badań molekularnych techniką sekwencjonowania następnej generacji oraz FISH na potrzeby Centrum Genetyki Klinicznej COZL.”

- I. Działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie Nr 1

Dotyczy wzoru umowy, §3, ustęp 2 - część 6

Zamawiający zapisał:

„Okres ważności (przydatności do użycia) odczynników musi wynosić minimum 6 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego.”

Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak, aby briał w odniesieniu do części 6 następująco:

„Okres ważności (przydatności do użycia) odczynników musi wynosić minimum **75% maksymalnego okresu ważności deklarowanego przez producenta 6-miesięcy** licząc od daty dostawy do Zamawiającego.”

Prośbę swoją motywujemy tym, że w specyfikacji części 6 znajdują się takie odczynniki które nawet w dniu wyprodukowania nie spełniają kryterium 6 miesięcy (produkty z pozycji 24 i 25 specyfikacji części 6). Nasze odczynniki są produkowane i magazynowane poza granicami kraju. Warunek minimum „75% maksymalnego okresu ważności deklarowanego przez producenta” umożliwia elastyczne dostosowanie terminu ważności w zależności od charakterystyki budowy danego odczynnika i tego co deklaruje producent. W przypadku odczynników które w dniu produkcji mają 24 miesiące terminu przydatności Zamawiający zyskuje gwarancje realizacji dostawy odczynnika z terminem przydatności 18 miesięcy.

Brak odpowiedzi lub odpowiedź negatywna na powyższe pytanie uniemożliwi nam złożenie naszej oferty.

Odpowiedź: Pytanie dotyczy § 2, ustęp 2 .

Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy §2, ustęp 2 nadając mu brzmienie:

„Okres ważności (przydatności do użycia) odczynników musi wynosić minimum 75% maksymalnego okresu ważności deklarowanego przez producenta licząc od daty dostawy do Zamawiającego”- dotyczy Części 6.



System zarządzania ISO 9001:2015

www.tuv.com ID: 9108634579

Pytanie Nr 2

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. **Dotyczy załącznika cenowego, części 6 pozycji nr 30, Kulki magnetyczne do oczyszczania DNA, do zastosowania w metodzie NGS, forma płynna, opakowanie 60 ml**

Uprzejmie prosimy o wykreślenie pozycji nr 30 z zadania nr 6. Produkt ten nie znajduje się w ofercie katalogowej producenta pozostałych odczynników z zadania 6

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza pozycję 30 z Części 6 Kosztorysu ofertowego.

W składanym Kosztorysie ofertowym proszę o wykreślenie wyżej wymienionej pozycji.

Pytanie Nr 3

Dotyczy załącznika cenowego części 6 pozycji nr 18, 22, 23, 24, 25

W związku z zakończeniem sprzedaży z dniem 31.12.2022 produktów z pozycji

Nr 18 Skoncentrowany bufor do sekwencjonowania kapilarnego, w porcjach po 25 ml

Nr 22 Zestaw 4 kapilar (wewnętrznie niepowlekanie) do sekwenatora 3130 Genetic Analyzer do sekwencjonowania i analizy fragmentów, wymiary 47 cm x 50 um (3130/3100-Avant Genetic Analyzer 4-Capillary Array, 36 cm)

Nr 23 Zestaw 4 kapilar (wewnętrznie niepowlekanie) do sekwenatora 3130 Genetic Analyzer do sekwencjonowania i analizy fragmentów, wymiary 61 cm x 50 um

Nr 24 Macierz do separacji i analizy długości fragmentów DNA o długości do ok. 250 pz w przebiegu sekwencjonowania kapilarnego, w opakowaniach 3,5 ml

Nr 25 Macierz do separacji i analizy długości fragmentów DNA o długości do ok. 500 pz w przebiegu sekwencjonowania kapilarnego, w opakowaniach 3,5 ml

Zwracamy się z prośbą o skrócenie czasu trwania umowy dla ww. pozycji do 31.12.2022. Tylko w tym okresie Producent może zapewnić dostawy. Producent nie przewiduje produktu zastępczego a wycofanie ze sprzedaży jest związane z zaprzestaniem produkcji asortymentu do sekwenatora 3130 który od 10 lat nie jest w sprzedaży.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Dariusz Cwiński

STARSZY SPECJALISTA
Działu Zamówień Publicznych
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli
mgr inż. Monika Karwacka