



Poznań, dnia 11.05.2020 roku

Oznaczenie sprawy: PN – 09/20

**Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z pracami towarzyszącymi**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 6

W związku z zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, Zamawiający, Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 1843) udziela wyjaśnień, jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje zmian SIWZ:

Pytania dotyczące pozycji: monitor funkcji życiowych

1. Pkt 26 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, posiadający jeden akumulator wymienny przez użytkownika bez potrzeby rozkręcania, z długim czasem pracy do 3 godzin?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
2. Pkt 29 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, posiadający klawisze bezpośredniego dostępu na obudowie monitora NIBP start/stop, zrzut ekranu, wyciszenie alarmów, natomiast powrót do ekranu głównego oraz trendy dostępne za pomocą przycisku ekranowego?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
3. Pkt 33 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, z możliwością wyświetlania 6 krzywych z odpowiadającymi wartościami parametrów lub 5 krzywych z odpowiadającymi im wartościami parametrów i pasek z 4 parametrami cyfrowymi?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
4. Pkt 41 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, posiadający 20 różnych parametrów wyświetlanych w postaci trendu graficznego?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający zmienia termin realizacji zgodnie z następującym harmonogramem:

- wykonanie niezbędnych prac w tym uruchomienie rezonansu celem możliwości wykonania kilku badań testowych na potrzeby wykorzystania ich przez Zamawiającego w terminie do dnia 30 sierpnia 2020r,
 - zakończenie wszystkich prac budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych, w tym uzyskanie niezbędnych pozwoleń w terminie do dnia 30 września 2020r,
- Powyższa zmiana uwzględniona w załączonym wzorze umowy po naniesieniu zmian.





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
SZPITAL KLINICZNY
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484
REGON: 000288840
KRS: 0000002866

www.gpsk.ump.edu.pl

W związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający na podstawie zapisu art. 12a i art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – **przedłuża termin składania ofert do dnia 27.05.2020 roku, do godziny 09:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.05.2020 roku, o godzinie 09:05.** Wykonawca składając ofertę będzie nią związany przez okres 60 dni od dnia składania ofert.

Dokonana zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z czym Zamawiający niezwłocznie przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 84 19 673
e-mail: mforminska@gpsk.ump.edu.pl

