

<b>Zadanie nr 1</b>		
Dostawa bezkontaktowego testera trzeźwości typu iBlow (13 kpl.).		
<b>L.p.</b>	<b>Parametr</b>	<b>Wymagania</b>
<b>1</b>	<b>Zasada pomiaru</b>	Czujnik elektrochemiczny;
<b>2</b>	<b>Zakres pomiarowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego 0,00 ‰</li> <li>• wartość górnej granicy zakresu pomiarowego nie mniejsza niż 5,00 ‰</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Dokładność pomiaru</b>	Maksimum 0,01 ‰
<b>4</b>	<b>Zakres błędu pomiarowego</b>	Maksimum $\pm 0,7\%$ przy 1,0‰ BAC
<b>5</b>	<b>Gwarancja</b>	60 miesięcy
<b>6</b>	<b>Niezbędne wyposażenie kompletu:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urządzenie iBlow – 1 szt.</li> <li>2. Baterie alkaliczne LR-6 (AA) – 6 szt.</li> <li>3. Opaska na rękę chroniąca przed upuszczeniem – 1 szt.</li> <li>4. Razem z urządzeniami Wykonawca dostarczy dokumenty: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karta gwarancyjna zawierająca numer seryjny, warunki i termin ważności gwarancji.</li> <li>• Instrukcje użytkowania w języku polskim.</li> <li>• Zaświadczenie potwierdzające przeprowadzoną kalibrację oraz analizę poprawności wskazań.</li> </ul> </li> </ol>	

- Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawach merytorycznych – Michał Jakubczyk tel. 41 349 28 17 e-mail: [michal.jakubczyk@ki.policja.gov.pl](mailto:michal.jakubczyk@ki.policja.gov.pl)
- Termin dostawy – 30 dni od otrzymania zamówienia;
- Płatność – przelew 30 dni;
- Koszt dostawy – pokrywa Wykonawca;